

ГОСТ 9494—60 Нефтепродукты светлые. Метод определения содержания элементарной серы

Изменение № 1

Раздел А. «Аппаратура, реактивы и материалы»

Пункт 1. Подпункт *а* изложен в новой редакции:

«а) Посуду и аппаратуру стеклянную лабораторную термостойкую: колбы конические типа КИНС по ГОСТ 10394—63 номинальной вместимостью 250 *мл*; холодильники с впаянной трубкой на шлифах по ГОСТ 9499—60 с номинальной длиной кожуха 300 *мм*; стаканы типа ВН по ГОСТ 10394—63 номинальной вместимостью 150—300 *мл*».

Пункт 1. Подпункт *в*. Заменена ссылка:

«ГОСТ 1770—59» на «ГОСТ 1770—64».

Пункт 1. Подпункт *д*. Заменена ссылка:

«ГОСТ 8613—57» на «ГОСТ 8613—64».

Пункт 1. Подпункт *н*. Заменена ссылка:

«ГОСТ 2603—51» на «ГОСТ 2603—63».

Пункт 1. Подпункт *р* дополнен словами:

«или спирт этиловый гидролизный высшей очистки».

Пункт 1. Подпункт *с*. Заменена ссылка:

«ГОСТ 4167—48» на «ГОСТ 4167—61».

Раздел В. «Проведение испытания»

Пункт 6. Примечание исключено.

(Приказ № 683 26/IX—64 г.)