11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОКС 11.040.50

Поправка к ГОСТ Р МЭК 60601-2-45—2014 Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 203.7.1, пятый абзац	не превышал значение высокого	был не меньше значения высокого

(ИУС № 3 2020 г.)