

к ГОСТ 14839.1—69 Взрывчатые вещества промышленные. Методы определения содержания нитросоединений и минерального масла

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Разделы 1, 6  Пункт 3.2  Пункты 3.2, 3.8 (2 раза), 3.9, 8.1, приложение 1 (2 раза)	Весы лабораторные с погрешностью не более 0,0002 г  вещества, взвешенного с погрешностью не более до 0,0002 г  с погрешностью не более 0,0002 г	Весы лабораторные 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г  вещества взвешивают, записывая результат взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака  с записью результата взвешивания в граммах до четвертого десятичного знака

(ИУС № 9 1988 г.)