

Поправка к ГОСТ Р 54518—2011 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1, пятое перечисление	- весы, обеспечивающие точность взвешивания с пределом абсолютной допускаемой погрешности не более $\pm 0,01$ мг по ГОСТ Р 53228;	- весы I класса точности по ГОСТ Р 53228 с действительной ценой деления шкалы не более 0,1 мг;
шестое перечисление	- весы микроаналитические, масса не более 20 г, с пределом абсолютной допускаемой погрешности не более $\pm 0,001$ мг;	—
Пункт 6.3.2, первый абзац	в мерные пробирки	в мерную пробирку
Пункт 6.3.8, первый абзац	в мерные пробирки	в мерную пробирку
Подпункт 6.3.9.1, первый абзац	раствора D_1 (6.3.7)	раствора D_1 (6.3.8)
Пункт 6.4.4. Таблица 2, головка таблицы, вторая графа	повторяемости, r_j , %,	повторяемости $r_{отн}$, %,

(ИУС № 12 2019 г.)