ОКС 67.180.10

Поправка к ГОСТ Р 54642—2011 Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 5, первый абзац	±0,01 мг	±0,1 мг

(ИУС № 10 2018 г.)