

**Поправка к ГОСТ 8.021—2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений массы**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2. Нормативные ссылки	ГОСТ 8.061—2007	ГОСТ 8.061—2007*
		* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8.061—80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение».
Пункт 4.1.6	Соотношение пределов допускаемых значений СКО компараторов и значений цены деления компараторов, применяемых для передачи единицы, должно не превышать 2/1.	Соотношение значений цены деления компараторов и пределов допускаемых значений СКО компараторов, применяемых для передачи единицы, не должно превышать 2/1.
Пункты 4.2.6, 5.1.6, 5.2.6, 5.3.6 и 5.5.6 изложить в редакции:	Соотношение пределов допускаемых значений СКО компараторов и значений цены деления компараторов, применяемых для поверки гирь, должно не превышать 2/1.	Соотношение значений цены деления компараторов и пределов допускаемых значений СКО компараторов, применяемых для передачи единицы, не должно превышать 2/1.

(ИУС № 6 2016 г.)