

Изменение № 1 МИ 1863—88 Государственная система обеспечения единства измерений. Головки измерительные пружинно-оптические. Оптикаторы. Методика поверки

Дата введения 01.09.90

Пункт 4.3.5. Второй абзац после слов «нулевое деление» изложить в новой редакции: «Затем, нажимая на измерительный стержень наконечником граммометра последовательно с двух сторон в плоскости шкалы с усилением 30 сН, отсчитывают изменения показаний оптикатора»;

третий абзац. Исключить слова: «из четырех измерений»;

четвертый абзац. Заменить слова: «значений, предусмотренных ГОСТ 10593—74» на «0,5 длины деления шкалы».

Пункт 4.3.6.4. Таблицу 3 для цены деления 0,1 изложить в новой редакции:

Цена деления шкалы оптикатора, мкм	Разряды применяемых концовых мер длины	Число пар концовых мер длины
0,1	1; 2	2; 6

(ИУС № 9 1990 г.)