

Изменение № 2 ГОСТ 14252—73 Вина и виноматериалы. Методы определения титруемых кислот

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.08.89 № 2522

Дата введения 01.02.90

Пункты 1.2, 2.2. Заменить ссылки: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88, ГОСТ 24368—80 на ГОСТ 24363—80,

Пункт 1.5.1. Экспликация. Заменить слова: «количество исследуемого вина» на «объем исследуемого вина».

Пункт 1.5.2 изложить в новой редакции; раздел 2 дополнить пунктами — 1.5.3, 1.5.4: «1.5.2 Вычисление проводят до второго десятичного знака. За резуль-

(Продолжение см. с. 302)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14252—73)

нат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и округляют до первого десятичного знака.

1.5.3. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать $0,04 \text{ г/дм}^3$.

1.5.4. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух измерений, полученными в разных лабораториях для одной партии при доверительной вероятности $P=0,95$, не должно превышать $0,2 \text{ г/дм}^3$.

Пункт 2.4.1. Заменить ссылку: пп. 1.5.1, 1.5.2 на п. 1.5.

(ИУС № 12 1989 г.)