

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

НПО ВНИИ им. Д. И. Менделеева

А. В. Цеглов



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ТСИ. УРОВНИ РАМЕНИ И БРУСКОВЫЕ. МЕТОДИКА

ПОВЕРКИ

Изменение № 2

МИ 1532-86

Государственный комитет Союза ССР по управлению качеством  
продукции и стандартам

Москва

Дата введения 01.04.89

Пункт 1.1 Табл.1 Исключить графу: «выпуска после ремонта»; графа «Операция», п.3.3.5: изменить наименование на «Определение погрешности уровня на одном делении»,

Пункт 3.3.5. Дополнить перед первым абзацем: «При определении погрешности уровня на одном делении определяют отклонение значения средней цены деления основной ампулы уровня от номинального значения».

В предпоследнем абзаце исключить слово: «действительное».

Последний абзац изложить в новой редакции: «Для выполнения требований

ГОСТ 9392-89 в отношении погрешности уровня на одном делении отклонение значений средней цены деления уровня от номинального значения должно быть не более, мм/м

±0,003	для цены деления	0,01 мм/м
±0,004	- « -	0,02 - « -
±0,0075	- « -	0,05 - « -
±0,015	- « -	0,10 - « -
±0,020	- « -	0,15 - « -

По всему тексту заменить ссылку ГОСТ 9392-72 на ГОСТ 9392-89