

**Изменение № 3 ГОСТ 14136—75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения относительной плотности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.08.89 № 2522**

**Дата введения 01.02.90**

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 4.1. Заменить значение: 0,00014 на 0,00012.

*(Продолжение см. с. 302)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 14136—75)*

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух измерений, полученными в разных лабораториях для одной партии при доверительной вероятности  $P=0,95$ , не должно превышать 0,0003».

(ИУС № 12 1989 г.)