

УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-президент
РАО "ЭС России"

В.В.Кудрявый

" 26 " 03 1996 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № I ССТ 34-70-953.17-90. Воды производственные тепло-
вых электростанций. Метод определения амригов

Дата введения 01.07.96

Пункт 2. Заменить ссылки: ГОСТ 20292-74 на ГОСТ 29251-91,
ТУ 6-09-2540-72 на ТУ 6-09-2540-87; исключить ссылку на
ГОСТ 8827-74;

дополнить новым абзацем:

"Допускается применение других средств измерения с метроло-
гическими характеристиками и оборудования с техническими характе-
ристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указан-
ных в настоящем документе".

Пункт 5. После таблицы дополнить новыми абзацами:

"Результаты определений округляют до сотых долей числа" и
"Форма журнала для записи результатов анализа приведена в
приложении Б ССТ 34-70-953.3-88".

Дополнить новым разделом 6:

Т О Ч Н О С Т Ъ М Е Т О Д А

6.1 С х о д и м о с т ь

Два результата испытаний, полученные в одной лаборатории,
одним исполнителем, из одной пробы, признаются достоверными
(с доверительной вероятностью $P = 0,95$), если расхождение между

ними не превышает 0,005 показаний шкалы оптической плотности прибора.

6.2 Воспроизводимость

Два результата испытаний, полученных в разных лабораториях на одной пробе, признаются достоверными (с доверительной вероятностью $P = 0,95$), если расхождения между ними не превышают 0,01 показаний шкалы оптической плотности прибора.