

Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции
и стандартам

ИЗВЕЩЕНИЕ № I
об изменении МИ 205I-90

СОГЛАСОВАНО

Зам. Генерального директора
НПО "ВНИИМ им. Менделеева"


В. А. Шаглов

"14" апреля 1990г.


Руководитель ОПИ
Ленинградского завода

"Измерон"

 В. А. Хрытсов

"16" апреля 1990г.

Директор Ленинградского
завода "Измерон"

 О. И. Пашков

"04" апреля 1990г.

1990

"Измерон"		ИМИ-90		МИ 205I-90		По результатам подготовки к ГКИ		Шифр	Лист	
ОГК		Дата выпуска	29.03.90	Срок изм.	01.10.90	Срок действия ПИ		0	2	
Указание о заделе		На заделе не отражается							Указание о внедрении	
Изм.		Содержание изменения						Применяемость		
I		<u>Лист 3</u> Ввести в вводную часть: "Микрометры подлежат ведомственной поверке. Рекомендуемый межповерочный интервал не более I года". <u>Лист 4</u> Графа "Средства поверки" табл. I: "Траммометр с ценой деления 0,1Н, диапазоном измерения 0,05-3Н, погрешность не более 0,1Н по ТУ25-02.02130I-78 Г0,25-1,5 ТУ25-02.02130I-78" <u>Лист 9</u> Изменения произвести подчисткой Имеется Должно быть Пункт 4.9.2 п. 4.8.I п. 4.9.I						МРЦ, МР		
								Разослать		
								ОГК		
								КТЕС		
								ОГПИ		
								Приложение		
Составил		Проверил		Т. контр.		Н. контр.		Утвердил		
Агальцев		Крайчик		Сур		Яшина		Горохов		
Подписчик исправля				Контр. копия исправля						

Изм.

Содержание изменения

I

Лист 9

Изменения произвести подчисткой

Имеется

Должно быть

Пункт 4.9.3

... в точках плюсовой ...

... в точках минусовой ...

... а в точках ме-

... в в точках плю-

Лист 10

I стро-ка сверху: "кусовой части швалн..."