

---

**Изменение № 1 ГОСТ 25024.0—83 Индикаторы знаковсинтезирующие. Общие требования при измерении параметров**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.88 № 1485**

**Дата введения 01.11.88**

Пункт 1.3. Заменить слово: «установленной» на «установленном».

Пункт 2.2. Исключить слова: «для газоразрядных индикаторов — ГОСТ 13089—78, для полупроводниковых индикаторов — ГОСТ 10863—81».

Пункт 2.7.2 после слова «между» дополнить словом: «электрическими».

Пункт 2.7.3. Последний абзац дополнить словами: «или средняя точка делителя напряжения, включенного параллельно нити накала. Ток потребления делителя напряжения должен быть не менее двадцатикратного значения тока катода вакуумного индикатора».

*(Продолжение см. с. 314)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25024.0—83)*

Пункт 4.1 дополнить абзацами: «Средства измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.091—83.

На рабочем месте персонала, производящего измерения, необходимо предусмотреть общий выключатель, с помощью которого возможно одновременное отключение от сети питания установок и средств измерений.

Требования безопасности к рабочему месту персонала, производящего измерения, должны соответствовать ГОСТ 12.2.032—78».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.3.019—80 на ГОСТ 12.3.019—80, ГОСТ 12.1.019—79.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—85, ГОСТ 12.1.010—76.

(ИУС № 8 1988 г.)

---