

Изменение № 2 ГОСТ 23266—78 Пестициды. Методы определения содержания воды

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.89 № 2076

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2409.

Наименование стандарта. Исключить слово: «содержания».

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «содержания»;

второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «метод Фишера при определении в пестицидных препаратах воды с массовой долей 0,01—1,00 %;

(Продолжение см. с. 162)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23266—78)

метод Дина и Старка при определении в пестицидных препаратах воды с массовой долей более 1 %».

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Определение воды с массовой долей 0,01—1,00 % (метод Фишера)

Определение проводят по ГОСТ 14870—77».

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: **«2. Определение воды с массовой долей более 1 % (метод Дина и Старка)».**

Пункт 2.2. Шестой, восьмой абзацы изложить в новой редакции: «Раствор из смеси двухромовокислого калия и серной кислоты готовят по ГОСТ 4517—87.

(Продолжение см. с. 163)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23266—78)

Аппаратура для количественного определения воды типа АКОВ-2 или АКОВ-10 по ГОСТ 1594—69»;

девятый абзац исключить;

десятый абзац после слов «масляная баня» дополнить словами: «или колбо-нагреватель»;

последний абзац после слов «Небольшие кусочки» дополнить словом: «прокаленной».

Пункт 2.3.1 исключить.

Пункт 2.3.2. Заменить слова: «бихромата калия» на «двухромовокислого калия».

Пункт 2.3.3 после слова «Первые» дополнить словом: «мутные»; исключить слова: «при перегонке»; после слова «используют» дополнить словом: «прозрачный».

(Продолжение см. с. 164)

Пункт 2.4.1. Первый абзац. Исключить слова: «взятую с погрешностью не более 0,01 г и»; после значения 1,8 см³ дополнить словами: «взвешивают (результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака)»;

второй абзац после слов «100 капель в минуту» дополнить словами: «(1—2 капли в секунду)»; после слов «200 капель в минуту» дополнить словами: «(3—4 капли в секунду)»;

четвертый абзац. Исключить слова: «а верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным».

Пункт 2.4.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 5 %».

(ИУС № 11 1989 г.)