

Группа П33

Изменение № 2 ГОСТ 19876—81 Мосты постоянного тока измерительные цифровые. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.87 № 2372

Дата введения 01.01 88

Пункт 11 дополнить абзацем «Приборы, предназначенные для системного применения, должны дополнительно соответствовать требованиям ГОСТ 26 002—81 и ГОСТ 23 003—80 (кроме приборов, разработанных до 01 01 88)»

Пункт 15 изложить в новой редакции «1.5 Время установления рабочего режима должно соответствовать ГОСТ 22261—82 и устанавливаться в технических условиях на приборы конкретного типа»

Пункт 17 Второй абзац изложить в новой редакции «Для приборов с постоянной $c \leq 0,001$ или измеряющих сопротивление ниже 1 или выше 10^7 Ом время измерения устанавливают в технических условиях на приборы конкретного типа»

(Продолжение см с. 382)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19876—81)

Пункт 1 22 изложить в новой редакции «1 22 Приборы относятся к группе П, виду 1 по ГОСТ 27 003—83 и являются восстанавливаемыми, ремонтируемыми, однофункциональными

Средняя наработка на отказ приборов в нормальных условиях применения должна быть не менее 8000 ч

Установленная безотказная наработка в нормальных условиях применения должна быть не менее 8 % от нормы средней наработки на отказ Критерием отказа приборов является несоответствие требованиям п 1 4 Допускается по требованию заказчика устанавливать показатели надежности в рабочих условиях применения в технических условиях на приборы конкретного типа».

Пункт 1 22а исключить

Пункт 1 23 изложить в новой редакции «1 23 Средний срок службы приборов должен быть не менее 10 лет Установленный срок службы должен быть установлен в технических условиях на приборы конкретного типа».

Пункт 4 2 Таблица 2 Заменить значение относительной влажности воздуха (65+15) на (30—80)

Пункт 5 1 после слов «класс точности» дополнить словами «или погрешность измерения»