

Изменение № 2 ГОСТ 14618.9—78 Масла эфирные, вещества душистые и полу-продукты их синтеза. Метод определения угла вращения и величины удельного вращения плоскости поляризации

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.89 № 1682

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Заменить слова: «рекомендации ИСО Р 592—67» на «международному стандарту ИСО 592—81».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Аппаратура

(Продолжение см. с. 240)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14618.9—78)

Поляриметр с ценой деления отсчетного устройства не более 0,02 град.

Термометр ТЛ-4 4-Б 2 по ТУ 25—2021.003—88.

Термостат (баня с температурой воды 20 °С).

Допускается применение аппаратуры, технологические и метрологические характеристики которой не ниже указанных в стандарте.

Пункт 5.1 дополнить абзацем: «Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений должно быть указано в нормативно-технической документации на соответствующее вещество».

(ИУС № 9 1989 г.)