

Изменение № 3 ГОСТ 14047.6—78 Концентраты свинцовые. Гравиметрический метод определения серы

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1924

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87.

Пункт 2.1. Третий абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 6616—74»;

десятый абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 10816—64».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «массой 0,3—0,5 г» на «массой **0,3000—0,5000 г»**.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Допускаемое расхождение между результатами параллельных определений и допускаемое расхождение между результатами анализа при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать величины, указанной в таблице.

(Продолжение см. с. 44)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14047.6—78)

%

Массовая доля серы	Допускаемое расхождение между параллельными определениями	Допускаемое расхождение между результатами анализа
От 12 до 20	0,2	0,25
Св. 20 » 25	0,3	0,35
» 25 » 30	0,35	0,4
» 30 » 35	0,4	0,5

(ИУС № 10 1989 г.)