

Изменение № 3 ГОСТ 12645.3—77 Индий. Спектральный метод определения кальция

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.03.94 (отчет Технического секретариата № 1)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркментлавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 20)

Раздел 2. Восьмой абзац. Заменить слова: «типа УФШ» на «типов ПФС-03, ПФС-04 или НТ-2 СВ по ТУ 6—43—1475—88»;

девятый абзац изложить в новой редакции:

«Стандартные образцы для построения градуировочного графика, разработанные в соответствии с ГОСТ 8.315—91»;

раздел 2 дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается применение приборов с фотоэлектрической регистрацией спектров и других спектральных приборов, других реактивов и материалов, обеспечивающих получение показателей точности, не уступающих регламентированному настоящим стандартом».

Раздел 3. Заменить слово: «градуировочного» на «стандартного»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Спектры проб фотографируют по шесть, образцов сравнения — по три раза на одной фотопластинке».

Раздел 4. Третий абзац изложить в новой редакции:

«За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, полученных на одной фотопластинке, каждое из трех спектрограмм».

(ИУС № 9 1996 г.)