

Изменение № 2 ГОСТ 7824—80 Масла растительные. Методы определения массовой доли фосфоросодержащих веществ

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 18.12.91 № 1989

Дата введения 01 07.92

Вводная часть. Третий, четвертый абзацы исключить;
дополнить абзацем «Требования настоящего стандарта являются обязательными»

— Пункт 2.1 Восьмой абзац изложить в новой редакции «Тигель ТФ-20 ПОР 40ХС — по ГОСТ 25336—82»;

заменить ссылки: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88, ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, исключить ссылку ГОСТ 11547—80

(Продолжение см с. 172)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7824—80)

Пункт 3.3.1 Таблица 1 Графа «Масса окиси магния, г». Для рафинированного масла заменить значение. 2,5 на 0,75

Пункт 3.3.2 Заменить слова: «После охлаждения приливают к осадку 10—20 см³ дистиллированной воды, 20 см³ серной кислоты и нагревают до полного растворения окиси магния. Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³» на «После охлаждения осадок переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³, приливают 10—20 см³ дистиллированной воды, 20 см³ раствора серной кислоты концентрации 2 моль/дм³ и нагревают до полного растворения окиси магния».

Пункт 3.3.4. Второй абзац изложить в новой редакции: «Контрольную пробу готовят следующим образом: 0,75 г окиси магния растворяют в 20 см³ раствора серной кислоты концентрации 2 моль/дм³, раствор переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³».

Приложение исключить.

(ИУС № 3 1992 г.)