

Научно-исследовательский институт  
гигиены водного транспорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ

Выпуск VIII

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ  
Москва — 1974

Научно-исследовательский институт  
гигиены водного транспорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ

Выпуск VIII

РЕКЛАМИНФОРМБЮРО ММФ  
Москва — 1974

Сборник технических условий составлен Методической секцией по промышленно-санитарной химии проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии».

Ответственный за выпуск А. А. Беляков.

Редакционная коллегия: М. Д. Бабина,  
А. А. Беляков, С. И. Муравьев, Н. М. Уразаев.

Утверждено.  
Заместитель главного  
санитарного врача СССР  
Д. Н. Лоранский.  
14 июля 1971 г.  
№ 897-71

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРОМИСТОГО МЕТИЛА В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на метод определения бромистого метила в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

### I. Общая часть

1. Метод основан на образовании дианилида глутаконового альдегида при взаимодействии бромистого метила и пиридина с анилином.

2. Чувствительность определения — 0,3 мкг в анализируемом объеме раствора. Определяемая концентрация паров бромистого метила — 0,5 мг/м<sup>3</sup> и выше.

3. Такую же реакцию дают многие галоидопроизводные метана и этана, а также хлор и бром. Об устраниении влияния галогенов см. «Отбор пробы воздуха».

4. Предельно допустимая концентрация бромистого метила в воздухе — 1 мг/м<sup>3</sup>.

### II. Реактивы и аппаратура

5. Применяемые реактивы и растворы.

Бромистый метил, *t*<sub>кип.</sub> 3,6°С.

Стандартный раствор № 1. Во взвешенную мерную колбу с 5 мл пиридина вносят 0,1 мл бромистого метила, охлажденного до —6° — —7°С, и вновь взвешивают. Выпавший осадок растворяют при добавлении 1 мл воды и разбавляют жидкость пиридином до метки. Раствор сохраняется 7 суток.

Стандартные растворы № 2 и № 3, содержащие 10 и 3 мкг/мл, устойчивые в течение двух суток, готовят разбавлением пиридином раствора № 1.

Пиридин, ГОСТ 2747—67, очищенный.

Пиридин кипятят 1 ч в колбе с обратным холодильником над кристаллической щелочью (на 100 мл пиридина 6—7 г щелочи). Перегоняют, добавив кристаллической щелочи, и отбирают фракцию, кипящую при 114°—116°C. Хранят в закрытой стеклянной посуде в темном месте.

Анилин, ГОСТ 5819—51. Окрашенный продукт перегоняют.

Едкий натр, ГОСТ 4328—66, 1 н раствор.

Уксусная кислота, ГОСТ 61—51, ледяная, х. ч.

Индикаторная вата. Гигроскопическую вату промывают горячим спиртом и сушат при 85—90°C. Погружают 10 г ваты на 20 мин в раствор 40 г йодида калия в 100 мл воды.

Вату отжимают между листами фильтровальной бумаги и сушат при температуре 85—90°C. Хранят в склянке из темного стекла. Сменяют вату при заметном пожелтении.

6. Применяемая посуда и приборы.

Аспираторы (1 л).

Поглотительные приборы Зайцева (рис. 4).

Пробирки колориметрические, плоскодонные из бесцветного стекла, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм.




Рис. 4. Поглотительный прибор Зайцева

Пипетки, ГОСТ 1770—59 емкостью на 1, 2 и 5 мл с делениями на 0,01 и 0,1 мл.

Баня водяная.

Фотометр или фотоэлектроколориметр.

### III. Отбор пробы воздуха

7. Протягивают до 1 л воздуха со скоростью 0,2—0,3 л/мин через 2 поглотительных прибора Зайцева, со-

держащие по 2 мл пиридина. Приборы погружают в охлаждающую смесь ( $-3^{\circ}\text{--}7^{\circ}\text{C}$ ). В присутствии хлора перед поглотительным прибором устанавливают индикаторную трубку (диаметр 6—7 мм), заполненную 0,3—0,5 г индикаторной ваты. Трубку заменяют в том случае, если появившийся слой йода достигнет середины слоя ваты.

#### IV. Описание определения

8. Содержимое приборов сливают вместе. Нагревают в пробирке 2 мл раствора 30 мин при  $100^{\circ}\text{C}$  с 0,5 мл 1 н раствора щелочи. По охлаждении подкисляют 0,5 мл уксусной кислотой, вносят 0,1 мл анилина и разбавляют жидкость водой до 4 мл. Через 15 мин окрашенный в оранжевый цвет раствор фотометрируют при 485—495 нм в кювете 10 мм или сравнивают со стандартной шкалой.

Содержание бромистого метила подсчитывают по калибровочному графику или определяют методом стандартных серий. Шкалу стандартов с содержанием 0,3—15 мкг в 2 мл готовят согласно табл. 5. Затем в пробирки шкалы приливают по 0,5 мл 1 н раствора щелочи и заканчивают приготовление стандартной шкалы, как указано выше. Стандартная шкала не изменяется 3 ч. Через 20 ч интенсивность окраски растворов красителя снижается на 10—15%.

Таблица 5  
Шкала стандартов

№ стандарта	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стандартный раствор № 3, мл . . . . .	0	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—
Стандартный раствор № 2, мл . . . . .	—	—	—	0,1	0,2	0,4	0,6	1,0	1,5
Пиридин, мл . . . . .	2	1,9	1,8	1,9	1,8	1,6	1,4	1,0	0,5
Содержание бромистого метила, мкг . . . . .	0	0,3	0,6	1	2	4	6	10	15

Концентрацию бромистого метила в *мг* на  $1\text{м}^3$  воздуха (*X*) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_0},$$

где *G* — количество бромистого метила, найденное в анализируемом объеме пробы, *мкг*;

*V* — объем пробы, взятый для анализа, *мл*;

*V<sub>1</sub>* — общий объем пробы, *мл*;

*V<sub>0</sub>* — объем воздуха, *л*, взятый для анализа и приведенный к нормальным условиям по формуле (см. приложение 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к нормальным условиям производят согласно законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака по формуле:

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760},$$

где  $V_t$  — объем воздуха, отобранный для анализа;

$P$  — барометрическое давление,  $мм\text{ рт. ст.}$ ;

$t$  — температура воздуха в месте отбора пробы,  $^{\circ}\text{C}$ .

Для удобства расчета следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям необходимо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица коэффициентов для различных температур и давления, на которые надо умножить  $V_t$ , для приведения объема воздуха к нормальным условиям

$t$ газа, °C	Давление ( $P$ ), мм. рт. ст.							
	730	732	734	736	738	740	742	744
5	0,9432	0,9458	0,9484	0,9510	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613
6	0,9398	0,9424	0,9450	0,9476	0,9501	0,9527	0,9553	0,9579
7	0,9365	0,9390	0,9416	0,9442	0,9467	0,9493	0,9518	0,9544
8	0,9331	0,9357	0,9383	0,9408	0,9434	0,9459	0,9485	0,9510
9	0,9298	0,9324	0,9349	0,9375	0,9400	0,9426	0,9451	0,9477
10	0,9265	0,9291	0,9316	0,9341	0,9367	0,9392	0,9418	0,9443
11	0,9233	0,9258	0,9283	0,9308	0,9334	0,9359	0,9384	0,9410
12	0,9200	0,9225	0,9251	0,9276	0,9301	0,9326	0,9351	0,9376
13	0,9168	0,9193	0,9218	0,9243	0,9269	0,9294	0,9319	0,9344
14	0,9136	0,9161	0,9186	0,9211	0,9236	0,9261	0,9286	0,9311
15	0,9104	0,9129	0,9154	0,9179	0,9204	0,9229	0,9254	0,9279
16	0,9073	0,9097	0,9122	0,9147	0,9172	0,9197	0,9222	0,9247
17	0,9041	0,9066	0,9092	0,9116	0,9140	0,9165	0,9090	0,9215
18	0,9010	0,9035	0,9059	0,9084	0,9109	0,9134	0,9158	0,9183
19	0,8979	0,9004	0,9028	0,9053	0,9078	0,9102	0,9127	0,9151
20	0,8948	0,8973	0,8997	0,9022	0,9046	0,9071	0,9096	0,9120
21	0,8918	0,8942	0,8967	0,8991	0,9016	0,9040	0,9065	0,9089
22	0,8888	0,8912	0,8936	0,8961	0,8985	0,9010	0,9034	0,9058
23	0,8858	0,8882	0,8906	0,8930	0,8955	0,8979	0,9003	0,9028
24	0,8828	0,8852	0,8876	0,8900	0,8924	0,8949	0,8973	0,8997
25	0,8798	0,8822	0,8846	0,8870	0,8894	0,8919	0,8943	0,8967
26	0,8769	0,8793	0,8817	0,8841	0,8865	0,8889	0,8913	0,8937
27	0,8739	0,8763	0,8787	0,8811	0,8835	0,8859	0,8883	0,8907
28	0,8710	0,8734	0,8758	0,8782	0,8806	0,8830	0,8853	0,8877
29	0,8681	0,8705	0,8729	0,8753	0,8776	0,8800	0,8824	0,8848
30	0,8653	0,8676	0,8700	0,8724	0,8748	0,8771	0,8795	0,8819
31	0,8624	0,8648	0,8672	0,8695	0,8719	0,8742	0,8766	0,8790
32	0,8596	0,8619	0,8643	0,8667	0,8691	0,8714	0,8736	0,8761
33	0,8568	0,8591	0,8615	0,8638	0,8662	0,8685	0,8709	0,8732
34	0,8540	0,8563	0,8587	0,8610	0,8634	0,8658	0,8680	0,8704
35	0,8512	0,8535	0,8559	0,8582	0,8605	0,8629	0,8652	0,8675
36	0,8484	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8601	0,8624	0,8647
37	0,8457	0,8480	0,8503	0,8526	0,8549	0,8573	0,8596	0,8619
38	0,8430	0,8453	0,8476	0,8499	0,8522	0,8545	0,8568	0,8591
39	0,8403	0,8426	0,8449	0,8472	0,8495	0,8518	0,8541	0,8564
40	0,8376	0,8399	0,8422	0,8444	0,8467	0,8490	0,8513	0,8536

Продолжение

t газа, °C	Давление (P), м.м. рт. ст.								
	746	748	750	752	754	756	758	760	762
5	0,9638	0,9665	0,9691	0,9717	0,9742	0,9768	0,9794	0,9820	0,9846
6	0,9604	0,9630	0,9656	0,9682	0,9707	0,9733	0,9759	0,9785	0,9810
7	0,9570	0,9596	0,9621	0,9647	0,9673	0,9698	0,9724	0,9750	0,9775
8	0,9536	0,9561	0,9587	0,9613	0,9638	0,9664	0,9689	0,9715	0,9741
9	0,9502	0,9528	0,9553	0,9578	0,9604	0,9629	0,9655	0,9680	0,9706
10	0,9468	0,9494	0,9519	0,9544	0,9570	0,9595	0,9621	0,9646	0,9671
11	0,9435	0,9460	0,9486	0,9511	0,9536	0,9562	0,9587	0,9612	0,9637
12	0,9402	0,9427	0,9452	0,9477	0,9503	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603
13	0,9369	0,9394	0,9419	0,9444	0,9469	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570
14	0,9336	0,9363	0,9386	0,9411	0,9436	0,9461	0,9486	0,9511	0,9536
15	0,9304	0,9329	0,9354	0,9378	0,9404	0,9428	0,9453	0,9478	0,9503
16	0,9271	0,9296	0,9321	0,9346	0,9371	0,9396	0,9420	0,9445	0,9470
17	0,9239	0,9264	0,9289	0,9314	0,9339	0,9363	0,9388	0,9413	0,9438
18	0,9207	0,9232	0,9257	0,9282	0,9306	0,9331	0,9356	0,9380	0,9405
19	0,9176	0,9200	0,9225	0,9250	0,9275	0,9299	0,9324	0,9348	0,9373
20	0,9145	0,9169	0,9194	0,9218	0,9243	0,9267	0,9292	0,9316	0,9341
21	0,9113	0,9138	0,9162	0,9187	0,9211	0,9236	0,9260	0,9285	0,9309
22	0,9083	0,9107	0,9131	0,9155	0,9180	0,9204	0,9229	0,9253	0,9277
23	0,9052	0,9076	0,9100	0,9125	0,9149	0,9173	0,9197	0,9222	0,9246
24	0,9021	0,9045	0,9070	0,9094	0,9118	0,9142	0,9165	0,9191	0,9215
25	0,8991	0,9015	0,9039	0,9063	0,9087	0,9112	0,9135	0,9160	0,9181
26	0,8961	0,8985	0,9009	0,9033	0,9057	0,9081	0,9105	0,9120	0,9153
27	0,8931	0,8955	0,8979	0,9003	0,9027	0,9051	0,9074	0,9099	0,9122
28	0,8901	0,8925	0,8949	0,8973	0,8997	0,9021	0,9044	0,9068	0,9092
29	0,8872	0,8895	0,8919	0,8943	0,8967	0,8990	0,9014	0,9038	0,9062
30	0,8842	0,8866	0,8890	0,8914	0,8937	0,8961	0,8985	0,9008	0,9032
31	0,8813	0,8837	0,8861	0,8881	0,8908	0,8931	0,8955	0,8979	0,9002
32	0,8784	0,8808	0,8831	0,8855	0,8878	0,8902	0,8926	0,8949	0,8973
33	0,8756	0,8779	0,8803	0,8826	0,8850	0,8873	0,8897	0,8920	0,8943
34	0,8727	0,8750	0,8774	0,8797	0,8821	0,8844	0,8867	0,8891	0,8914
35	0,8699	0,8722	0,8745	0,8768	0,8792	0,8815	0,8839	0,8862	0,8885
36	0,8670	0,8694	0,8717	0,8740	0,8763	0,8787	0,8810	0,8833	0,8856
37	0,8642	0,8665	0,8689	0,8712	0,8735	0,8758	0,8781	0,8804	0,8828
38	0,8615	0,8638	0,8661	0,8684	0,8707	0,8730	0,8753	0,8776	0,8799
39	0,8587	0,8610	0,8633	0,8656	0,8679	0,8702	0,8725	0,8748	0,8771
40	0,8559	0,8582	0,8605	0,8628	0,8651	0,8674	0,8697	0,8720	0,8743

Продолжение

t газа, °C	Давление (P), м.м. рт. ст.								
	764	766	768	770	772	774	776	778	780
5	0,9871	0,9897	0,9923	0,9949	0,9975	1,0001	1,0026	1,0051	1,0078
6	0,9836	0,9862	0,9888	0,9913	0,9939	0,9965	0,9990	1,0016	1,0042
7	0,9801	0,9827	0,9852	0,9878	0,9904	0,9929	0,9955	0,9980	1,0006
8	0,9766	0,9792	0,9817	0,9843	0,9868	0,9894	0,9919	0,9945	0,9970
9	0,9731	0,9757	0,9782	0,9807	0,9833	0,9859	0,9884	0,9910	0,9935
10	0,9697	0,9722	0,9747	0,9773	0,9798	0,9824	0,9849	0,9874	0,9900
11	0,9663	0,9688	0,9713	0,9739	0,9764	0,9789	0,9814	0,9839	0,9865
12	0,9629	0,9654	0,9679	0,9704	0,9730	0,9754	0,9780	0,9805	0,9830
13	0,9595	0,9620	0,9645	0,9670	0,9695	0,9720	0,9745	0,9771	0,9796
14	0,9561	0,9586	0,9612	0,9637	0,9661	0,9686	0,9711	0,9736	0,9762
15	0,9528	0,9553	0,9578	0,9603	0,9628	0,9653	0,9678	0,9703	0,9728
16	0,9495	0,9520	0,9545	0,9570	0,9595	0,9619	0,9644	0,9669	0,9694
17	0,9462	0,9487	0,9512	0,9537	0,9561	0,9586	0,9611	0,9636	0,9661
18	0,9430	0,9454	0,9479	0,9504	0,9528	0,9553	0,9578	0,9602	0,9627
19	0,9397	0,9422	0,9447	0,9471	0,9496	0,9520	0,9545	0,9569	0,9594
20	0,9365	0,9390	0,9414	0,9439	0,9463	0,9488	0,9512	0,9537	0,9561
21	0,9333	0,9359	0,9382	0,9407	0,9431	0,9455	0,9480	0,9504	0,9529
22	0,9302	0,9326	0,9350	0,9375	0,9399	0,9423	0,9448	0,9472	0,9496
23	0,9270	0,9294	0,9319	0,9343	0,9367	0,9391	0,9416	0,9440	0,9464
24	0,9239	0,9263	0,9287	0,9311	0,9336	0,9360	0,9384	0,9408	0,9432
25	0,9208	0,9232	0,9256	0,9280	0,9304	0,9328	0,9352	0,9377	0,9401
26	0,9177	0,9201	0,9225	0,9249	0,9273	0,9297	0,9321	0,9345	0,9369
27	0,9146	0,9170	0,9194	0,9218	0,9242	0,9266	0,9290	0,9314	0,9338
28	0,9116	0,9140	0,9164	0,9187	0,9211	0,9235	0,9259	0,9283	0,9307
29	0,9086	0,9109	0,9133	0,9157	0,9181	0,9205	0,9228	0,9252	0,9276
30	0,9056	0,9079	0,9109	0,9127	0,9151	0,9174	0,9198	0,9222	0,9245
31	0,9026	0,9050	0,9073	0,9097	0,9121	0,9144	0,9168	0,9191	0,9215
32	0,8996	0,9020	0,9043	0,9067	0,9091	0,9114	0,9138	0,9161	0,9185
33	0,8967	0,8990	0,9014	0,9037	0,9061	0,9084	0,9108	0,9131	0,9154
34	0,8938	0,8961	0,8984	0,9008	0,9031	0,9055	0,9078	0,9101	0,9125
35	0,8908	0,8932	0,8955	0,8978	0,9002	0,9025	0,9048	0,9072	0,9092
36	0,8880	0,8903	0,8926	0,8949	0,8972	0,8996	0,9019	0,9042	0,9065
37	0,8851	0,8874	0,8897	0,8920	0,8943	0,8967	0,8990	0,9013	0,9036
38	0,8822	0,8845	0,8869	0,8892	0,8915	0,8938	0,8961	0,8984	0,9007
39	0,8794	0,8817	0,8840	0,8863	0,8886	0,8909	0,8932	0,8955	0,8978
40	0,8766	0,8789	0,8812	0,8835	0,8857	0,8881	0,8903	0,8926	0,8949

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Технические условия на метод определения кадмия в воздухе . . . . .	3
Технические условия на метод определения алюминия в аэрозоле, образующемся из алюминийорганических соединений в воздухе . . . . .	7
Технические условия на метод определения трехфтористой и треххлористой сурьмы в воздухе . . . . .	11
Технические условия на метод определения пятихлористой сурьмы в воздухе . . . . .	14
Технические условия на метод определения бромистого метила в воздухе . . . . .	17
Технические условия на метод определения 1,2-дибромпропана в воздухе . . . . .	21
Технические условия на метод определения трихлорэтилена, тетрахлорэтана и тетрабромэтана в воздухе . . . . .	24
Технические условия на метод определения тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) в воздухе . . . . .	28
Технические условия на метод определения хлорангидрида трихлоруксусной кислоты в воздухе . . . . .	32
Технические условия на метод определения 3-хлор-1-бромпропана и 2-хлорэтансульфохлорида в воздухе . . . . .	36
Технические условия на метод определения нитрометана в воздухе . . . . .	41
Технические условия на метод определения винилбутилового эфира в воздухе . . . . .	44
Технические условия на метод определения изопропилхлорформиата (изопропилхлоркарбоната) в воздухе . . . . .	47
Технические условия на метод определения хлорбензола и бромбензола в воздухе . . . . .	51
Технические условия на метод определения о-дихлорбензола и п-дихлорбензола в воздухе . . . . .	55
Технические условия на метод определения трихлорбензола в воздухе . . . . .	59
Технические условия на метод определения п-хлоранилина и м-хлоранилина в воздухе . . . . .	63
Технические условия на метод определения м-хлорфенилизоцианата и п-хлорфенилизоцианата в воздухе . . . . .	66
Технические условия на метод определения метилнитрофосса в воздухе . . . . .	69
Технические условия на метод определения ДДВФ (0,0-диметил-0,2,2-дихлорвинилфосфата) и хлорофосса в воздухе . . . . .	72
Технические условия на метод определения диэтилхлортиофосфата в воздухе . . . . .	76

	Стр.
Технические условия на метод определения трикрезилfosфата и триксиленилfosфата в воздухе . . . . .	79
Технические условия на метод определения пентахлорфенола и пентахлорфенолята натрия в воздухе . . . . .	83
Технические условия на метод определения перхлорметилмеркаптана в воздухе . . . . .	87
Технические условия на метод определения солянокислого п-фенитидина в воздухе . . . . .	90
Технические условия на метод определения п-оксилифениламина в воздухе . . . . .	93
Технические условия на метод определения антрацена в воздухе . . . . .	96
Технические условия на метод определения 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона в воздухе . . . . .	99
Технические условия на метод определения 3,7-дибром-5-амино-8-окси-1,4-нафтохинона в воздухе . . . . .	102
Технические условия на метод определения 4-метиламино-1-оксиэтиламиноантрахинона в воздухе . . . . .	105
Технические условия на метод определения цианурхлорида (хлористого цианура) в воздухе . . . . .	108
Технические условия на метод определения симазина, пропазина и антразина в воздухе . . . . .	111
Технические условия на метод определения аминазина в воздухе . . . . .	114
Технические условия на метод определения хлористого 5-этокси-1,2-фенилтиазотия в воздухе . . . . .	117
<i>Приложение 1</i> . . . . .	119
<i>Приложение 2</i> . . . . .	120

Редактор Г. К. Глущенко

Технический редактор Б. Г. Халепская

Корректор В. К. Лоч

---

Сдано в производство 26/IX-1973 г. Подписано  
к печати 10/I-1974 г. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Объем  
3,8 печ. л., 1,9 бум. л., 6,51 усл. печ. л. Тираж  
8000 экз. Изд. № 170-В. Цена 18 коп. Зак. 2430.  
Рекламоинформбюро ММФ

---

Типография «Моряк», г. Одесса, ул. Ленина, 26.