

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
51024—  
2012

---

**АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ**

**Технические требования и методы испытаний**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## **Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») по заказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**2 ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для инвалидов»

**3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2012 г. № 932-ст

**4 Стандарт соответствует стандартам МЭК серии 60118 и серии 60318**

**5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 51024—97**

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1	Область применения . . . . .	1
2	Нормативные ссылки . . . . .	1
3	Термины и определения . . . . .	2
4	Типы и основные параметры . . . . .	5
5	Общие технические требования . . . . .	7
6	Приемка . . . . .	10
7	Методы испытаний . . . . .	14
8	Транспортирование и хранение . . . . .	21
9	Указания по эксплуатации . . . . .	21
10	Гарантии изготовителя . . . . .	22
	<b>Приложение А (рекомендуемое) Рекомендуемые требования к СА, эксплуатационной документации и информационным материалам . . . . .</b>	<b>23</b>
	<b>Приложение Б (обязательное) Требования к конструкции СА . . . . .</b>	<b>26</b>
	<b>Приложение В (обязательное) Условия испытаний и требования к испытательной и измерительной аппаратуре . . . . .</b>	<b>29</b>
	<b>Приложение Г (справочное) Соединение телефона воздушной проводимости СА карманного типа с камерой малого объема . . . . .</b>	<b>34</b>
	<b>Приложение Д (справочное) Соединение заушного СА с камерой малого объема . . . . .</b>	<b>35</b>
	<b>Приложение Е (справочное) Соединение внутриушного СА с камерой малого объема . . . . .</b>	<b>36</b>
	<b>Приложение Ж (справочное) Соединение СА — слуховые очки с камерой малого объема . . . . .</b>	<b>37</b>
	<b>Приложение И (обязательное) Соединение телефона воздушной проводимости СА карманного типа с имитатором уха . . . . .</b>	<b>38</b>
	<b>Приложение К (обязательное) Соединение заушного СА с имитатором уха . . . . .</b>	<b>39</b>
	<b>Приложение Л (обязательное) Соединение внутриушного СА модульной конструкции с имитатором уха . . . . .</b>	<b>40</b>
	<b>Приложение М (обязательное) Соединение СА с индивидуальными ушными вкладышами с имитатором уха . . . . .</b>	<b>41</b>
	<b>Приложение Н (справочное) Соединение СА костного звукопроведения в виде дугообразного оголовья с механической камерой связи . . . . .</b>	<b>42</b>
	<b>Приложение П (справочное) Соединение СА в очковой оправе костного звукопроведения с механической камерой связи . . . . .</b>	<b>43</b>
	<b>Приложение Р (справочное) Соединение СА в очковой оправе костного звукопроведения с механической камерой связи . . . . .</b>	<b>44</b>
	<b>Приложение С (справочное) Соединение карманного СА костного звукопроведения с механической камерой связи . . . . .</b>	<b>45</b>
	<b>Приложение Т (рекомендуемое) Расположение СА при испытаниях . . . . .</b>	<b>46</b>
	<b>Приложение У (обязательное) Методики испытаний на стойкость к воздействию биологической среды . . . . .</b>	<b>47</b>
	<b>Библиография . . . . .</b>	<b>48</b>

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ

Технические требования и методы испытаний

Medical electronics hearing aids.  
Technical requirements and test methods

Дата введения — 2014—04—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на носимые слуховые аппараты индивидуального пользования с электронным усилением (далее — СА), предназначенные для слухопротезирования по воздушному и костному звукопроведению.

Настоящий стандарт не распространяется на СА:

- в которых предусмотрено преобразование частот входного сигнала и программирование параметров;
- снабженные выносным микрофоном или головными телефонами воздушного звукопроведения, с оголовьем;
- имеющие имплантируемые или жестко соединяемые с телом человека части;
- для которых входными сигналами являются ультразвуковые, радиочастотные или инфракрасные колебания;
- специального назначения.

Настоящий стандарт устанавливает требования к СА, реализуемым для потребления на территории Российской Федерации и экспортимаемым в страны с умеренным климатом.

СА по последствиям отказа относят к группе Г<sub>5</sub> по [1].

СА по воспринимаемым механическим воздействиям относят к группе 3 по ГОСТ Р 50444, но при задании требований к вибропрочности и ударопрочности.

Вид климатического исполнения СА-У, категория 1.1 по ГОСТ 15150, но только для работы притемпературах от плюс 40 °C до минус 10 °C и номинальном значении относительной влажности 85 % при 25 °C и более низких температурах без конденсации влаги.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6343—74 Телефоны. Методы измерений электроакустических параметров

ГОСТ 12090—80 Частоты для акустических измерений. Предпочтительные ряды

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17187—2010 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50444—92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества

ГОСТ Р МЭК 60318-5—2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см<sup>3</sup> для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами

**П р и м е ч а н и е —** При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 автоматическая регулировка усиления; АРУ:** Устройство в СА, позволяющее автоматически регулировать усиление в зависимости от амплитуды входного сигнала.

**3.2 акустическая камера связи:** Устройство с полостью и градуированным микрофоном, предназначенное для испытания телефонов. В зависимости от категории испытаний выбирают имитатор уха в соответствии с [14] или камеру малого объема в соответствии с [12].

**3.3 акустический вход:** Точка или область точек, непосредственно прилегающая к акустически прозрачному элементу конструкции СА, через который осуществляется ввод звуковой энергии.

**3.4 акустический выход:** Точка или область точек, непосредственно прилегающая к акустически прозрачному элементу конструкции СА, через который осуществляется вывод звуковой энергии.

**3.5 акустическое усиление:** Разность между уровнем звукового давления, развиваемым СА воздушного звукопроведения в акустической камере связи, и уровнем звукового давления в точке изменения.

**3.6 акусто-механическая чувствительность:** Частное от деления переменной силы, производимой в механической камере связи СА, на звуковое давление в контрольной точке СА.

**3.7 амплитудная характеристика:** Зависимость выходного УЗД от входного УЗД при определенной частоте и положении регулятора усиления.

**3.8 время срабатывания АРУ:** Интервал времени между моментом, когда входной УЗД скачкообразно повышается на заданное значение, и моментом, когда выходной УЗД СА с АРУ устанавливается на повышенном уровне в пределах  $\pm 2$  дБ.

**3.9 время восстановления АРУ:** Интервал времени между моментом, когда заданный уровень входного сигнала скачкообразно понижается на заданное значение после того, как на выходе АРУ был получен установленный уровень, соответствующий повышенному уровню входного сигнала, и моментом, когда УЗД на выходе СА устанавливается на пониженном уровне в пределах  $\pm 2$  дБ.

**3.10 выходной уровень собственных шумов:** Уровень выходного сигнала при заданном усиении, обусловленный собственными шумами СА при отсутствии входного сигнала.

**3.11 выходной уровень звукового давления; (ВУЗД):** Уровень звукового давления, обусловленный работой СА в акустической камере связи при соединении ее с акустическим выходом СА.

**3.12 выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ; ВУЗД<sub>90</sub>:** Выходной уровень звукового давления, создаваемый в акустической камере связи при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ, и положении регулятора усиления СА и других регуляторов, обеспечивающем максимальное акустическое усиление.

**3.13 выходной уровень силы; ВУС:** Уровень силы, развиваемой на заданной частоте в механической камере костным вибратором СА.

**3.14 выходной уровень силы при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ; ВУС<sub>90</sub>:** Выходной уровень силы, получаемый в механической камере связи при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ (на заданной частоте) в положении регулятора усиления, обеспечивающем максимальный уровень акусто-механической чувствительности.

**3.15 заушный СА (заушина):** СА, который носят за ушной раковиной на сосцевидном отростке.

**3.16 имитатор закрытого уха:** Устройство, которое имитирует внутреннюю часть слухового канала от конца ушного вкладыша до барабанной перепонки.

**3.17 имитатор уха:** Устройство для измерения УЗД телефонов, состоящее из полости заданного объема и формы, элементов акустической нагрузки и градуированного микрофона, расположенного таким образом, чтобы УЗД у микрофона соответствовал УЗД у барабанной перепонки. Включает в себя имитатор закрытого уха и акустическую нагрузку, имитирующую ушной вкладыш.

**3.18 индивидуальный ушной вкладыш:** Ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода.

**3.19 индукционная катушка:** устройство, предназначенное для приема электромагнитных колебаний звуковой частоты и преобразования их в электрические.

**3.20 камера малого объема:** Полость определенной формы и объема, применяемая для испытаний телефонов совместно с градуированным микрофоном, предназначенным для измерения УЗД, которое создается в этой полости.

**3.21 карманный СА:** СА, который носят в кармане или на одежде. Телефон карманного СА соединен с ушным вкладышем.

**3.22 контрольная ориентация СА:** Ориентация СА в испытательном пространстве относительно источника звука, соответствующая ориентации СА при реальном расположении на человеке, обращенном лицом к источнику звука.

**3.23 контрольная точка:** Точка СА, выбранная с целью определить его положение относительно источника звука при испытаниях.

**3.24 контрольная частота:** Частота, на которой, используя значение ВУЗД<sub>90</sub> или ВУС<sub>90</sub>, регулятор усиления устанавливают в контрольное положение. Контрольная частота обычно равна 1600 Гц, для СА с преимущественным усилением высоких частот — 2500 Гц. Должна быть указана в технических условиях на СА конкретных типов.

**3.25 контрольное положение регулятора усиления:** Установка регулятора усиления СА, которая обеспечивает для входного УЗД, равного 60 дБ на контрольной частоте, получение выходного УЗД в акустической камере связи или ВУС в механической камере связи на 15 дБ ниже ВУЗД<sub>90</sub> или ВУС<sub>90</sub>. Если разница между значениями полного и расчетного усиления меньше 7 дБ, то устанавливают значение полного усиления на 7 дБ ниже значения максимального усиления.

**3.26 контрольное усиление:** Акустическое усиление СА на контрольной частоте при установке регулятора усиления в контрольное положение.

**3.27 костный вибратор:** Электромеханический преобразователь, предназначенный вызывать слуховое восприятие путем вибрации ткани черепа.

**3.28 коэффициент компрессии:** Отношение изменения входного УЗД к соответствующему изменению выходного УЗД при работе АРУ в установленемся режиме.

**3.29 линейный динамический диапазон работы СА:** Диапазон работы СА, при котором зависимость УЗД (ВУС) на акустическом выходе от входного ВУЗД линейна с отклонениями в пределах  $\pm 2$  дБ.

**3.30 максимальное акустическое усиление:** Наибольшее значение акустического усиления СА на частотной характеристике полного акустического усиления.

**3.31 максимальный уровень акусто-механической чувствительности:** Наибольшее значение уровня акусто-механической чувствительности, определяемое по частотной характеристике наибольшего уровня силы.

**3.32 максимальный ВУЗД<sub>90</sub>:** Максимальный уровень на частотной характеристике ВУЗД<sub>90</sub>.

**3.33 максимальный уровень звукового давления насыщения:** Максимальный уровень на частотной характеристике уровня звукового давления насыщения.

**3.34 метод замещения:** Метод измерения, при котором СА и микрофон, применяемый для измерения УЗД в свободном поле, попеременно помещают в одну и ту же точку звукового поля.

**3.35 метод давления:** Метод измерения, при котором входной УЗД регулируют у акустического входа СА с помощью контрольного микрофона, градуированного по давлению, для исключения влияния дифракции у СА.

**3.36 метод сравнения:** Метод измерения, при котором СА и микрофон, применяемый для измерения УЗД в свободном поле, одновременно помещают в две акустически эквивалентные точки.

**3.37 механическая камера связи:** Устройство, обеспечивающее определенный механический импеданс вибратора, прижимаемого с определенной статической силой, и оборудованное механико-электрическим преобразователем для определения уровня переменной силы на поверхности контакта между вибратором и механической камерой связи.

**3.38 модульная конструкция СА:** Конструкция внутриушного СА, рассчитанная для установки СА внутри корпуса, изготовленного по индивидуальному слепку наружного слухового прохода.

**3.39 напряжение питания:** Напряжение на контактах включенного СА, создаваемое источником питания.

**3.40 номинальная частотная характеристика:** Частотная характеристика, указанная в технических условиях на СА конкретных типов.

**3.41 номинальное значение:** Значение параметра СА, указанное в технических условиях на СА конкретных типов.

**3.42 номинальное контрольное усиление:** Акустическое усиление СА при установке регулятора усиления в контрольное положение относительно номинального ВУЗД<sub>90</sub>. Должно быть указано в технических условиях на СА конкретных типов.

**3.43 носимый СА:** СА с автономным источником питания, выполняющий основные функции, не ограничивая перемещение человека в пространстве, и не занимающий его руки для переноски СА и его частей.

**3.44 основная частотная характеристика:** Частотная характеристика, получаемая при входном УЗД, равном 60 дБ, и контролльном положении регулятора усиления.

**3.45 полное акустическое усиление:** Акустическое усиление в линейном динамическом диапазоне работы СА, получаемое при измерении СА, когда регулятор усиления установлен в положение максимума, а другие регуляторы установлены в заданные положения.

**3.46 полный уровень акусто-механической чувствительности:** Уровень акусто-механической чувствительности в линейном динамическом диапазоне работы СА, получаемый при измерении СА, когда регулятор усиления установлен в положение максимума, а другие регуляторы установлены в заданные положения.

**3.47 проверяемый диапазон частот:** Диапазон частот, в котором определяют параметры СА.

**3.48 свободное звуковое поле:** Звуковое поле, в котором влияние отражающих поверхностей пренебрежимо мало. Условие свободного звукового поля считаю выполненным, если значения УЗД в точках на расстоянии 100 мм спереди и сзади от точки измерения по оси, соединяющей источник звука и точку измерения, отличаются от значений согласно закону обратной пропорциональности расстоянию (закону 1/r) не больше чем на ±2 дБ в диапазоне частот 200—400 Гц и на ±1 дБ в диапазоне частот 200—8000 Гц. В точках на расстоянии 100 мм справа, слева, выше и ниже точки измерения УЗД должен отличаться не более чем на ±1 дБ от УЗД в точке измерения в диапазоне частот 200—8000 Гц.

**3.49 слуховой аппарат:** Электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

**3.50 совокупность частотных характеристик:** Серия частотных характеристик, получаемых при контролльном положении регулятора усиления и ряде значений входных УЗД для определения амплитудных характеристик СА в рабочем диапазоне.

**3.51 типовая частотная характеристика:** Частотная характеристика, определяемая по результатам статистического анализа множества аналогичных характеристик при заданных положениях регуляторов.

**3.52 точка измерения:** Местоположение в испытательном пространстве, в котором проводят измерения уровня звукового давления свободного поля и с которым совмещают контрольную точку слухового аппарата для испытаний.

**3.53 уровень акусто-механической чувствительности; УАМЧ:** Выраженное в децибелах отношение акусто-механической чувствительности к чувствительности, равной

$$\frac{10^{-6} \text{ Н}}{2 \cdot 10^{-5} \text{ Па}}.$$

Вычисляют как разность между ВУС и входным УЗД.

**3.54 уровень звукового давления; УЗД:** Выраженное в децибелах отношение звукового давления акустического сигнала к звуковому давлению, равному  $2 \cdot 10^{-5}$  Па.

**3.55 уровень звукового давления насыщения:** Максимально возможный УЗД, получаемый в акустической камере связи от слухового аппарата на определенной частоте.

**3.56 уровень силы:** Выраженное в децибелах отношение переменной силы механического сигнала к силе, равной  $10^{-6}$  Н.

**3.57 ушной вкладыш:** Устройство, соединяющее акустический выход СА с наружным слуховым проходом и предназначенное для подведения усиленных акустических сигналов.

**3.58 частотная характеристика:** График зависимости УЗД или ВУС, создаваемого СА в акустической камере связи или механической камере связи, от частоты при определенных условиях.

**3.59 чувствительность индукционной катушки:** Выходной УЗД, развиваемый СА при работе с индукционной катушкой в переменном магнитном поле напряженностью 1 мА/м. Определяют путем непосредственного измерения или пересчетом результатов измерений, полученных при других значениях напряженности магнитного поля.

**3.60 чувствительность измерительного микрофона градуированного по полю или по давлению:** Выражаемое в милливольтах на паскаль (мВ/Па) отношение напряжения холостого хода на выходе микрофона к звуковому давлению, действующему на микрофон на заданной частоте.

**3.61 чувствительность по электрическому входу:** Напряжение, при подаче которого на электрический вход СА на его выходе достигается УЗД, равный выходному УЗД при подаче на акустический вход УЗД, равного 70 дБ на контрольной частоте при неизменном положении регулятора усиления.

**3.62 СА — слуховые очки:** СА, смонтированный в заушнике (заушниках) очковой оправы.

#### 4 Типы и основные параметры

4.1 СА подразделяют по виду звукопроведения на:

- СА воздушного звукопроведения;
- СА костного звукопроведения.

4.2 СА в зависимости от конструктивного исполнения подразделяют на основные типы:

- внутриушной СА (ушная вставка);
- карманный СА;
- СА в очковой оправе;
- заушный (заушина) СА;
- СА в виде дугообразного оголовья.

Указанные основные типы не ограничивают возможные конструктивные исполнения СА, но служат ориентиром для определения предъявляемых к СА технических требований и способов соединения с имитатором уха, камерой малого объема или механической камерой связи.

4.3 В технических условиях на СА воздушного звукопроведения конкретных типов для контроля качества СА в зависимости от целевого назначения и объема реализуемых функций рекомендуется указывать следующие параметры, измеряемые с применением камеры малого объема:

- а) частотную характеристику ВУЗД<sub>90</sub>;
- б) ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте с допустимыми отклонениями или максимальный ВУЗД<sub>90</sub> с допустимыми отклонениями;
- в) частотную характеристику полного акустического усиления;
- г) максимальное акустическое усиление;
- д) полное акустическое усиление на контрольной частоте с допустимыми отклонениями;
- е) нижнюю и верхнюю границу основной частотной характеристики;
- ж) основную частотную характеристику;
- з) частотную характеристику при различных положениях регуляторов тембра;
- и) глубину регулировки акустического усиления;
- к) потребляемый ток;
- л) приведенный ко входу уровень собственных шумов;
- м) коэффициент гармоник;
- н) выходной УЗД при работе СА с индукционной катушкой;
- о) частотную характеристику выходного УЗД при работе СА с индукционной катушкой;
- п) чувствительность по электрическому входу (при его наличии);
- р) коэффициент компрессии;
- с) время срабатывания и восстановления АРУ;
- т) амплитудную характеристику для всех фиксированных положений регулятора АРУ;
- у) изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении напряжения питания;
- ф) изменение полного акустического усиления при изменении напряжения питания;
- х) изменение коэффициента гармоник при изменении напряжения питания;
- ц) изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания;
- ч) изменение полного акустического усиления при изменении внутреннего сопротивления источника питания;
- ш) изменение коэффициента гармоник при изменении внутреннего сопротивления источника питания.

4.4 В технических условиях на СА воздушного звукопроведения конкретных типов для подбора СА при слухопротезировании и технического сравнения различных моделей СА в зависимости от целевого

## ГОСТ Р 51024—2012

назначения и объема реализуемых функций рекомендуется указывать следующие параметры, измеряемые с применением имитатора уха:

- а) максимальный ВУЗД насыщения с допустимыми отклонениями;
- б) частотную характеристику ВУЗД<sub>90</sub>;
- в) ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте с допустимыми отклонениями или максимальный ВУЗД<sub>90</sub> с допустимыми отклонениями;
- г) частотную характеристику полного акустического усиления;
- д) максимальное акустическое усиление;
- е) полное акустическое усиление с допустимыми отклонениями;
- ж) основную частотную характеристику;
- з) совокупность частотных характеристик;
- и) частотные характеристики при различных положениях регуляторов тембра;
- к) частотные характеристики при различных положениях регулятора усиления;
- л) регулировочную характеристику регулятора усиления;
- м) глубину регулировки акустического усиления;
- н) потребляемый ток;
- о) спектральную характеристику собственных шумов СА;
- п) коэффициент гармоник;
- р) частотную характеристику выходного УЗД при работе СА с индукционной катушкой;
- с) чувствительность по электрическому входу (при его наличии);
- т) коэффициент компрессии;
- у) время срабатывания и восстановления АРУ;
- ф) амплитудную характеристику;
- х) изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении напряжения питания;
- ц) изменение полного акустического усиления при изменении напряжения питания;
- ч) изменение коэффициента гармоник при изменении напряжения питания;
- ш) изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания;
- щ) изменение полного акустического усиления при изменении внутреннего сопротивления источника питания;
- э) изменение коэффициента гармоник при изменении внутреннего сопротивления источника питания.

**П р и м е ч а н и е** — Параметры указывают только в том случае, если для измерения используют имитатор уха.

4.5 В технических условиях на СА костного звукопроведения конкретных типов в зависимости от целевого назначения и объема реализуемых функций рекомендуется указывать следующие параметры:

- а) значение полного УАМЧ;
- б) частотную характеристику ВУС<sub>90</sub>;
- в) максимальный ВУС<sub>90</sub>;
- г) частотную характеристику наибольшего уровня силы;
- д) нижнюю и верхнюю границы номинальной частотной характеристики наибольшего уровня силы;
- е) глубину регулировки УАМЧ;
- ж) основную частотную характеристику;
- з) потребляемый ток;
- и) изменение ВУС<sub>90</sub> при изменении напряжения питания;
- к) изменение УАМЧ при изменении напряжения питания;
- л) изменение ВУС<sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания;
- м) изменение УАМЧ при изменении внутреннего сопротивления источника питания.

**П р и м е ч а н и е** — Рекомендуемые требования к использованию параметров, указанных в 4.3—4.5, в эксплуатационной документации и информационных материалах приведены в приложении А.

4.6 В технических условиях на СА конкретных типов дополнительно к перечисленным должны быть приведены другие параметры в соответствии с функциональными особенностями и назначением СА.

4.7 Технические требования, предъявляемые к СА, изготавляемым по индивидуальным заказам (СА, снабженные индивидуальным ушным вкладышем, имеющие корпус, изготовленный по индивидуальному слепку, имеющие индивидуально изготовленный электронный тракт и т. п.), должны быть уточ-

нены для каждого СА отдельно или для группы однотипных изделий. Отклонение индивидуальных электроакустических параметров СА, измеренных у заказчика и изготовителя, объем и методы испытаний, тип измерительного оборудования должны быть указаны в договоре на поставку.

4.8 В технических условиях на СА конкретных типов должны быть указаны номинальные напряжения питания и типы используемых источников питания или возможных к использованию источников питания с напряжением питания, отличающимся от номинального. Для СА с источником питания, имеющим напряжение, отличающееся от номинального, должны быть указаны значения максимального ВУЗД<sub>90</sub> и максимального акустического усиления.

## 5 Общие технические требования

### 5.1 Требования к электроакустическим параметрам

5.1.1 Электроакустические параметры СА, которые можно эксплуатировать с одним или двумя телефонами, должны быть указаны для каждого варианта эксплуатации.

Электроакустические параметры СА, имеющих различающиеся каналы для каждого из телефонов, должны быть указаны для каждого канала отдельно.

5.1.2 Коэффициент гармоник СА воздушного звукопроведения в диапазоне частот 400—1600 Гц не должен превышать 10 % для каждой частоты или на контрольной частоте при отключенной АРУ. Для СА с неотключаемой АРУ и при задании требований для частот за пределами указанного диапазона нормативы устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов.

Для частот, ВУЗД которых отличается от ВУЗД на соответствующих им вторых гармониках по номинальной (типовой) основной частотной характеристике не менее чем на 12 дБ, коэффициент гармоник допускается не нормировать.

5.1.3 Ширина поля допуска отклонений частотных характеристик СА от номинальных (типовых) не должна превышать 9 дБ в диапазоне частот 500—3000 Гц, 12 дБ — в диапазонах 200—500 и 3000—5000 Гц для СА воздушного звукопроведения и 12 дБ — в диапазоне частот 200—5000 Гц для СА костного звукопроведения.

5.1.4 Допустимое отклонение полного акустического усиления на контрольной частоте или полностью УАМЧ от номинального должно быть не более  $\pm 5$  дБ, максимального ВУЗД насыщения, максимального ВУЗД<sub>90</sub> или ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте, ВУС<sub>90</sub> на контрольной частоте от номинального должно быть не более  $\pm 4$  дБ.

5.1.5 При изменении напряжения питания на плюс 10 % или минус 20 % относительно номинального при питании от сухих элементов и на плюс 10 % или минус 10 % при питании от аккумуляторов изменение полного акустического усиления и ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте или полного УАМЧ и ВУС<sub>90</sub> на контрольной частоте должно быть не более  $\pm 3$  дБ. Номинальное напряжение питания указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

#### 5.1.6 Характеристики входных электрических цепей СА (при наличии электрического входа):

- чувствительность по электрическому входу — от 0,5 до 10 мВ;
- модуль полного входного сопротивления — не менее 2 кОм в диапазоне частот 200—10000 Гц.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается устанавливать другие значения указанных параметров в зависимости от назначения СА.

#### 5.1.7 Время срабатывания АРУ на контрольной частоте должно быть не более 20 мс.

5.1.8 Коэффициент компрессии СА на контрольной частоте при наличии нерегулируемой АРУ должен быть не менее 2.

5.1.9 Разность между выходным УЗД СА при подаче на вход УЗД, равного 60 дБ, и выходным УЗД при работе СА с индукционной катушкой при напряженности магнитного поля 10 мА/м при том же положении регулятора усиления должна быть не более 20 дБ на частотах от 500 до 1000 Гц включительно и 15 дБ на частотах от 1000 до 3500 Гц.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается устанавливать другие значения указанных параметров в зависимости от назначения СА.

5.1.10 Глубина регулировки усиления для СА с отключаемой АРУ и для СА, не имеющих регулятора предварительной установки усиления, должна быть не менее 25 дБ. Для СА с неотключаемой АРУ и для СА, имеющих регулятор предварительной установки усиления, норматив устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается устанавливать другие значения указанных параметров в зависимости от назначения СА.

5.1.11 Рекомендуемые требования к электроакустическим параметрам СА приведены в приложении А.

## 5.2 Требования к конструкции

5.2.1 В технических условиях на СА конкретных типов должны быть приведены:

- габаритные размеры или объем СА;
- масса СА без источника питания.

5.2.2 По внешнему виду СА должны соответствовать требованиям конструкторской документации и образцу внешнего вида, утвержденному изготовителем.

Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источника питания.

Разъемы питания должны быть такими, чтобы, не затрудняя установку или изъятие источника питания,держивали его на месте.

Держатель источника питания и отсек источника питания должны быть присоединены к корпусу СА.

Регуляторы в СА (приложение Б) должны быть установлены таким образом, чтобы они непроизвольно не изменяли своего положения.

Регуляторы заушных и внутриушных СА, которые влияют на выходной уровень сигнала, рекомендуется располагать таким образом, чтобы выходной уровень сигнала повышался при движении головки регулятора вверх. В СА, предназначенных только для левого уха, регулятор усиления сигнала желательно располагать таким образом, чтобы движение вверх повышало выходной уровень сигнала.

Символы и обозначения на корпусе и шкалах СА и выносных телефонах СА должны соответствовать указанным в приложении Б.

5.2.3 Оперативные регуляторы усиления СА должны иметь рельефные деления. Оперативные регуляторы усиления СА карманного типа должны иметь дополнительно цифры от 1 до 9, оперативные регуляторы усиления СА заушного типа или в очковой оправе должны иметь дополнительно цифры от 1 до 4 или заменяющие их цветные метки. При использовании ступенчатых (дискретных) оперативных регуляторов усиления скачкообразное изменение выходного УЗД не должно превышать 3 дБ.

5.2.4 При плавных манипуляциях регулятором усиления СА скачкообразное увеличение или уменьшение выходного УЗД (ВУС) не должно превышать 10 дБ.

5.2.5 Механические коммутирующие элементы, разъемы соединительных шнуров и источников питания СА должны иметь фиксацию рабочих положений.

5.2.6 Требования к износостойчивости механических коммутирующих и регулирующих устройств должны быть указаны в технических условиях на СА конкретных типов. Количество циклов срабатываний должно соответствовать приведенному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование коммутирующих и регулирующих устройств	Количество циклов срабатываний, не менее
Оперативные регуляторы с диском	3000
Оперативные выключатели и переключатели с ручками	3000
Неоперативные плавные и ступенчатые регуляторы под шлиц	100
Неоперативные переключатели, в том числе под шлиц	100
Разъемы питания	3000
Разъемы телефонов	300
Прочие разъемы	300

5.2.7 Разъемы вилок и соединительные патрубки для телефонов СА карманного типа следует выполнять в соответствии с требованиями [3], [7].

5.2.8 Рекомендуемые требования к конструкции СА приведены в приложении А.

## 5.3 Комплектность

Требования к комплектности устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов. В комплект поставки обязательно должны входить:

- СА;
- потребительская тара;
- паспорт или руководство по эксплуатации.

## **5.4 Требования к маркировке и упаковке**

5.4.1 Маркировка СА — по ГОСТ Р 50444 со следующими дополнениями.

Маркировка СА должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);
- обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);
- номер СА по системе нумерации изготовителя.

Содержание маркировки СА, предназначенных для экспорта, устанавливают в соответствии с условиями контракта.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование изготовителя;
- обозначение модели СА;
- дату истечения гарантийного срока хранения (при ограниченном сроке хранения);
- обозначение цвета корпуса при выпуске СА различных цветов.

Содержание маркировки потребительской тары СА, предназначенных для экспорта, устанавливают в соответствии с условиями контракта.

Транспортная маркировка грузов — по ГОСТ Р 50444.

5.4.2 Упаковка СА — по ГОСТ Р 50444.

Эксплуатационная документация может быть вложена в потребительскую тару СА без защитного пакета или конверта.

## **5.5 Требования стойкости к внешним воздействиям**

### **5.5.1 Требования стойкости к механическим воздействиям**

5.5.1.1 СА должны обладать вибропрочностью при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот 10—55 Гц с амплитудой колебаний 0,35 мм.

5.5.1.2 СА должны обладать ударопрочностью при воздействии многократных ударов с пиковым ударным ускорением 100 м/с<sup>2</sup> (10 g).

5.5.1.3 СА должны обладать ударопрочностью при воздействии одиночных ударов с пиковым ударным ускорением 1000 м/с<sup>2</sup> (100 g).

5.5.1.4 СА в транспортной упаковке должны быть устойчивыми к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании, в соответствии с ГОСТ Р 50444.

### **5.5.2 Требования стойкости к климатическим воздействиям**

5.5.2.1 СА должны быть устойчивыми к воздействию повышенной рабочей температуры 40 °С.

5.5.2.2 СА должны быть устойчивыми к воздействию пониженной рабочей температуры минус 10 °С.

5.5.2.3 СА должны быть устойчивыми к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 85 % при температуре 25 °С и ниже без конденсации влаги.

5.5.2.4 СА при транспортировании должны быть устойчивыми к воздействию повышенной температуры 50 °С и пониженной температуры минус 50 °С.

В технических условиях на СА конкретных типов могут быть установлены иные требования к условиям транспортирования по 8.3.6 ГОСТ Р 50444.

СА при хранении должны быть устойчивыми к воздействию повышенной температуры 40 °С и пониженной температуры минус 5 °С

5.5.2.5 СА при транспортировании должны быть устойчивыми к повышенной относительной влажности воздуха 95 % при температуре 25 °С и ниже без конденсации влаги.

СА при хранении должны быть устойчивыми к повышенной относительной влажности воздуха 85 % при температуре 25 °С и ниже без конденсации влаги.

### **5.5.3 Требования стойкости к воздействию биологической среды**

5.5.3.1 В СА или его частях, имеющих в рабочем положении постоянный контакт с телом человека, рекомендуется учитывать устойчивость воздействия имитатора пота.

5.5.3.2 В СА или его частях, имеющих в рабочем положении постоянный контакт с телом человека, рекомендуется учитывать устойчивость воздействия стафилококка.

5.5.4 СА должны быть устойчивыми к дезинфекции по ГОСТ Р 50444.

## **5.6 Требования к надежности**

5.6.1 Среднюю наработку на отказ СА или вероятность безотказной работы в течение года эксплуатации устанавливают по ГОСТ Р 50444 и [1].

5.6.2 Средний срок службы СА — не менее пяти лет.

### 5.7 Требования безопасности

5.7.1 Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.

5.7.2 Требования к электробезопасности и уровню радиопомех для СА не устанавливают.

## 6 Приемка

6.1 Правила приемки СА — по ГОСТ Р 50444 со следующими дополнениями.

6.2 Для проверки СА устанавливают следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;
- периодические;
- квалификационные;
- приемочные (для получения разрешения на производство);
- типовые;
- на надежность.

СА, изготовленные по разовым заказам, подвергают только приемо-сдаточным испытаниям и проверке на соответствие требованиям 5.5.4 и 5.7.1.

6.3 Состав категорий испытаний указан в таблице 2. Допускается изменять последовательность проведения испытаний.

Т а б л и ц а 2

Наименование испытаний	Категории испытаний				Номер пункта настоящего стандарта в разделах	
	приемочные	квалификационные	периодические	приемо-сдаточные	технических требований	методов испытаний
1 Проверка внешнего вида, маркировки и комплектности	+	+	+	+	5.2.2, 5.2.3, 5.2.8, 5.3, 5.4.1	7.2
2 Проверка применяемых материалов	+	+	+	+	5.7.1	7.3
3 Проверка электроакустических параметров СА воздушного звукопроведения						
3.1 Максимальный ВУЗД насыщения	+	—	—	—	5.1.4 4.4а	7.4.1
3.2 Частотная характеристика ВУЗД <sub>90</sub>	+	+	+	+	5.1.3, 4.4а), 4.4б)	7.4.2
3.3 ВУЗД <sub>90</sub> на контрольной частоте или максимальной ВУЗД <sub>90</sub>	—	—	+	+	5.1.4, 4.3б), 4.4в)	7.4.3
3.4 Частотная характеристика полного акустического усиления	+	+	+	+	5.1.3 4.3в), 4.4г)	7.4.4
3.5 Максимальное акустическое усиление	+	+	—	—	4.3г), 4.4д)	7.4.5
3.6 Полное акустическое усиление на контрольной частоте	+	+	+	+	5.1.4, 4.3д), 4.4е)	7.4.6
3.7 Нижняя и верхняя границы основной частотной характеристики	+	+	—	—	4.3е)	7.4.7

Продолжение таблицы 2

Наименование испытаний	Категории испытаний				Номер пункта настоящего стандарта в разделах	
	приемочные	квалификационные	периодические	приемо-сдаточные	технических требований	методов испытаний
3.8 Основная частотная характеристика	+	+	+	+	5.1.3, 4.3ж), 4.4ж)	7.4.8
3.9 Совокупность частотных характеристик	+	—	—	—	5.1.3, 4.4з)	7.4.9
3.10 Частотные характеристики при раз-личных положениях регуляторов тембра	+	+	+	P	5.1.3, 4.3з), 4.4и)	7.4.10
3.11 Влияние положения ре-гулятора усиления на частотную характеристику	+	—	—	—	4.4к)	7.4.11
3.12 Регулировочная ха-рактеристика регулятора усиления	+	—	—	—	4.4л)	7.4.12
3.13 Глубина регулировки акустического усиления	+	+	+	+	5.1.10, 4.3и), 4.4м), 5.2.4, 5.2.5	7.4.13
3.14 Потребляемый ток	+	+	+	—	4.3к), 4.4н)	7.4.14
3.15 Спектральная ха-рактеристика собственных шумов СА	+	—	—	—	4.4о)	7.4.15
3.16 Приведенный ко входу уровень	P	+	+	+	4.3л)	7.4.16
3.17 Коэффициент гармоник	+	+	+	+	5.1.2, 4.3м), 4.4п)	7.4.17
3.18 Выходной УЗД при работе СА с индукционной катушкой	—	—	—	+	5.1.9, 4.3.н)	7.4.18
3.19 Частотная ха-рактеристика выходного УЗД при работе СА с индукционной катушкой	+	+	+	—	5.13, 5.19, 4.3о), 4.4р)	7.4.19
3.20 Чувствительность по электрическому входу	+	+	+	+	5.1.6, 4.3п), 4.4с)	7.4.20
3.21 Коэффициент компрес-сии	+	+	+	+	5.1.8, 4.3р), 4.4т)	7.4.21
3.22 Время срабатывания и восстановления АРУ	+	+	+	P	5.1.7, 4.3с), 4.4у)	7.4.22
3.23 Амплитудная ха-рактеристика	+	+	P	P	4.3т), 4.4ф)	7.4.23
3.24 Изменение ВУЗД <sub>90</sub> при изменении напряжения питания	+	+	+	—	5.1.5, 4.3y), 4.4x)	7.4.24
3.25 Изменение полного акустического усиления при из-менении напряжения питания	+	+	+	—	5.1.5, 4.3ф), 4.4ц)	7.4.25
3.26 Изменение коэффици-ента гармоник при изменении на-пряжения питания	+	+	+	—	4.3x), 4.4ч)	7.4.26
3.27 Изменение ВУЗД <sub>90</sub> при изменении внутреннего сопро-тивления источника питания	+	+	+	—	4.3ц), 4.4ш)	7.4.27

**ГОСТ Р 51024—2012**

*Продолжение таблицы 2*

Наименование испытаний	Категории испытаний				Номер пункта настоящего стандарта в разделах	
	приемочные	квалификационные	периодические	приемо-сдаточные	технических требований	методов испытаний
3.28 Изменение полного акустического усиления при изменении внутреннего сопротивления источника питания	+	+	+	—	4.3ц), 4.4щ)	7.4.28
3.29 Изменение коэффициента гармоник при изменении внутреннего сопротивления источника питания	+	+	+	—	4.3ш), 4.4э)	7.4.29
4 Проверка электроакустических параметров СА костного звукопроведения						
4.1 Полный УАМЧ	+	+	+	+	5.1.4, 4.5а)	7.5.1
4.2 Частотная характеристика ВУС <sub>90</sub>	+	+	+	+	5.1.3, 4.5б)	7.5.2
4.3 Максимальный ВУС <sub>90</sub>	+	+	+	—	4.5в)	7.5.3
4.4 Частотная характеристика наибольшего уровня силы	+	+	+	+	5.1.3, 4.5г)	7.5.4
4.5 Нижняя и верхняя границы номинальной частотной характеристики	+	+	—	—	4.5д)	7.5.5
4.6 Глубина регулировки УАМЧ	+	+	+	+	5.1.10, 4.5е), 5.2.4, 5.2.5	7.5.6
4.7 Основная частотная характеристика	+	+	+	+	5.1.3, 4.5ж)	7.5.7
4.8 Потребляемый ток	+	+	+	—	4.5з)	7.5.8
4.9 Изменение ВУС <sub>90</sub> при изменении напряжения питания	+	+	+	—	5.1.5, 4.5и)	7.5.9
4.10 Изменение УАМЧ при изменении напряжения питания	+	+	+	—	5.1.5, 4.5к)	7.5.10
4.11 Изменение ВУС <sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания	+	+	+	—	4.5л)	7.5.11
4.12 Изменение УАМЧ при изменении внутреннего сопротивления источника питания	+	+	+	—	4.5м)	7.5.12
5 Проверка модуля полного входного сопротивления	+	+	—	—	5.16	7.6
6 Проверка массы	+	+	+	—	5.2.1	7.7.1
7 Проверка габаритных размеров или объема СА	+	+	+	—	5.2.1	7.7.2, 7.7.3
8 Проверка фиксации рабочих положений механических коммутирующих и регулирующих устройств	+	+	+	—	5.2.6	7.7.4
9 Проверка упаковки	+	+	+	—	5.4.12	7.2
10 Проверка вибропрочности	+	+	+	—	5.5.1.1	7.8.1

Окончание таблицы 2

Наименование испытаний	Категории испытаний				Номер пункта настоящего стандарта в разделах	
	приемочные	квалификационные	периодические	приемо-сдаточные	технических требований	методов испытаний
11 Проверка ударопрочности при многократных ударах	+	+	+	—	5.5.1.2	7.8.1
12 Проверка ударопрочности при одиночных ударах	+	+	+	—	5.5.1.3	7.8.1
13 Проверка исправности после транспортной тряски	+	+	—	—	5.5.1.4	7.8.1
14 Проверка стойкости к воздействию повышенной рабочей температуры	+	+	+	—	5.5.2.1	7.8.2
15 Проверка стойкости к воздействию пониженной рабочей температуры	+	+	+	—	5.5.2.2	7.8.2
16 Проверка стойкости к повышенной относительной влажности воздуха	+	+	+	—	5.5.2.3	7.8.2
17 Проверка стойкости к повышенной температуре транспортирования	+	+	—	—	5.5.2.4	7.8.2
18 Проверка стойкости к пониженной температуре транспортирования	+	+	—	—	5.5.2.4	7.8.2
19 Проверка стойкости к повышенной влажности воздуха при транспортировании	+	+	—	—	5.5.2.5	7.8.2
20 Проверка стойкости к дезинфекции	+	+	+	—	5.5.4	7.10
21 Проверка износостойчивости	+	+	+	—	5.2.7	7.9
22 Проверка средней наработки на отказ	—	+	+	—	5.6.1	7.9
23 Проверка среднего срока службы	—	+	—	—	5.6.2	7.9
24 Проверка стойкости к воздействию биологической среды	+	+	P	—	5.5.3	7.8.3

**П р и м е ч а н и я**

1 Знаком «+» обозначены испытания, проводимые для данной категории испытаний, если это предусмотрено в технических условиях на СА конкретных типов.

2 Буквой «P» обозначены испытания, рекомендуемые для данной категории испытаний.

При проверке при приемо-сдаточных и периодических испытаниях по перечислению 3.2 с контролем максимального ВУЗД<sub>90</sub> проверку по перечислению 3.3 не проводят.

6.4 Приемо-сдаточные, периодические и квалификационные испытания СА воздушного звукопроведения проводят с использованием камеры малого объема по ГОСТ Р МЭК 60318-5. Для СА, изготовленных по разовым заказам, допускается использование имитатора уха.

Приемочные испытания СА воздушного звукопроведения проводят с использованием камеры малого объема и имитатора уха при проверке по перечислением 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.17, 3.19, 3.20, 3.23, 3.26 и 3.29 таблицы 2; проверку по перечислению 3.13, 3.14, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.27 и 3.28 таблицы 2 допускается проводить с использованием только камеры малого объема или имитатора уха.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается приемочные испытания СА проводить с использованием только камеры малого объема.

6.5 Для проведения квалификационных и периодических испытаний выборки комплектуют отдельно для каждой группы испытаний:

- по перечислению 1—20 таблицы 2 — не менее 3 шт.;
- по перечислению 21 таблицы 2 объем выборки 13 шт., приемочное число 1, браковое число 2 для каждого коммутирующего и регулировочного органа.

Допускается увеличивать число выборок или проводить испытания по любой группе на выборке для испытаний по перечислению 1—20 таблицы 2.

6.6 Периодические испытания СА проводят не реже одного раза в год, кроме испытаний по перечислению 3.24, 3.29, 4.9—4.12, 10—12, 14—16 таблицы 2, которые проводят не реже одного раза в три года.

6.7 Проверку средней наработки на отказ допускается проводить расчетным, расчетно-экспериментальным, экспериментальным или лабораторным методами. Расчетный метод можно применять только при разработке (проведение приемочных испытаний) и постановке продукции на производство (проведение квалификационных испытаний).

Проверку среднего срока службы проводят при подконтрольной эксплуатации СА.

Периодичность определения показателей безотказности на этапе серийного производства — не реже одного раза в пять лет.

Контроль среднего срока службы проводят на образцах серийного производства не позднее первого года выпуска. Повторный контроль среднего срока службы проводят при изменении конструкции, материалов, комплектующих изделий в случаях, когда эти изменения влияют на надежность СА.

6.8 СА, прошедшие испытания по перечислению 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 и 22 таблицы 2, а также подвергнутые испытаниям на надежность лабораторным методом, отгрузке не подлежат.

6.9 При приемо-сдаточных испытаниях СА подвергают сплошному контролю, при этом проверку приведенного ко входу уровня собственных шумов проводят выборочно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2859-1 при приемочном уровне дефектности не более 1,5 %, если иное не указано в договоре на поставку.

6.10 При достижении в производстве стабильного уровня качества допускается в соответствии с договором на поставку испытания из состава приемо-сдаточных проводить выборочно в соответствии с ГОСТ Р ИСО 2859-1.

6.11 При оценке результатов измерений параметров СА необходимо учитывать погрешность в зависимости от выбранного метода измерений.

6.12 Типовые испытания СА проводят в соответствии с ГОСТ Р 50444.

6.13 Требования 4.3, перечисление б), 4.4, перечисление в); 4.5, перечисление в) и 5.7 подлежат проверке при сертификации СА в законодательно регулируемой сфере.

## **7 Методы испытаний**

7.1 Требования к испытательной аппаратуре и условия испытаний приведены в приложении В.

Номинальное контрольное усиление может быть применено только при проведении приемо-сдаточных испытаний.

Контрольное или номинальное контрольное усиление устанавливают по показаниям измерительной аппаратуры с погрешностью в пределах  $\pm 1$  дБ, если нет других указаний.

Номинальное контрольное усиление, если его используют при измерениях СА, указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

При определении соответствия измеренной частотной характеристики требованиям 5.1.3 поле допуска разрешается перемещать вдоль оси ВУЗД (ВУС).

7.2 Проверку внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки (5.2.2, 5.2.3, 5.2.8, 5.3, 5.4.1, 5.4.2) проводят визуально и сличением с конструкторской документацией.

7.3 Проверку применяемых материалов (5.7.1) проводят путем сличения материалов частей корпуса СА, касающихся тела человека и указанных в конструкторской документации, с разрешенными к применению.

### **7.4 Методы проверки электроакустических параметров СА воздушного звукопроведения**

7.4.1 Максимальный ВУЗД насыщения [5.1.4, 4.4, перечисление а)] определяют в диапазоне частот 200—8000 Гц при установке регулятора усиления в положение максимума на дискретных частотах, отстоящих друг от друга не более чем на 1/3 октавы. На каждой частоте, повышая входной УЗД

непрерывно или ступенями не более 1 дБ, наблюдают значение выходного УЗД. Максимальное значение ВУЗД фиксируют. Наибольшее из зафиксированных значений ВУЗД является максимальным ВУЗД насыщения.

7.4.2 Частотную характеристику ВУЗД<sub>90</sub> [5.1.3, 4.3, перечисление а), 4.4, перечисление б)] определяют при входном УЗД, равном 90 дБ при установке регулятора усиления СА в положение максимума.

Изменяя частоту в пределах проверяемого диапазона при постоянном входном УЗД, фиксируют значение выходного УЗД путем непрерывной записи или путем измерения в отдельных точках.

7.4.3 ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте [5.1.4, 4.3, перечисление б), 4.4, перечисление в)] измеряют при установке регулятора усиления в положение максимума при подаче входного УЗД 90 дБ на контрольной частоте.

7.4.4 Частотную характеристику полного акустического усиления [5.1.3, 4.3, перечисление в), 4.4, перечисление г)] определяют аналогично изложенному в 7.4.2 при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ.

Значение входного УЗД 50 дБ выбирают в том случае, если входной УЗД, равный 60 дБ, не обеспечивает работу СА в линейном динамическом диапазоне, что должно быть указано в технических условиях на СА конкретных типов.

При измерении СА с неотключаемой АРУ входной УЗД должен быть 50 дБ.

При проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний можно считать, что СА работает в линейном динамическом диапазоне при входном УЗД, равном 60 дБ, если разность между частотной характеристикой ВУЗД<sub>90</sub> и частотной характеристикой полного акустического усиления составляет не менее 5 дБ в пределах проверяемого частотного диапазона.

7.4.5 Максимальное акустическое усиление [4.3, перечисление г), 4.4, перечисление д)] определяют по частотной характеристике полного акустического усиления как наивысшую точку графика.

7.4.6 Полное акустическое усиление [5.1.4, 4.3, перечисление д), 4.4, перечисление е)] измеряют на контрольной частоте при установке регулятора усиления СА в положение максимума при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ.

Значение входного УЗД выбирают в соответствии с 7.4.4.

7.4.7 Нижнюю и верхнюю границы номинальной частотной характеристики полного акустического усиления [4.3, перечислении е)] определяют непосредственно по номинальной (типовой) частотной характеристике полного акустического усиления одним из следующих методов:

1) при уровне, равном разности между значением максимального акустического усиления и значением неравномерности частотной характеристики, указанным в технических условиях на СА конкретных типов, проводят линию, параллельную оси частот, до пересечения с кривой частотной характеристики. В точках пересечения определяют верхнюю и нижнюю граничные частоты;

2) усредненный диапазон частот определяют по основной частотной характеристике. Из точки, соответствующей 1000 Гц, на оси частот проводят перпендикулярную к этой оси линию и откладывают на ней отрезок, равный среднеарифметическому значению УЗД, измеренных на частотах 500, 1000 и 2000 Гц; на 15 дБ ниже верхней точки отрезка находят вторую точку, через которую проводят прямую линию параллельно оси частот. Нижнюю и верхнюю граничные частоты усредненного частотного диапазона определяют в точках пересечения указанной прямой линии с кривой частотной характеристики.

Допускается определять усредненный диапазон частот на частотах 1000, 1600 и 2500 Гц, что должно быть указано в технических условиях на СА конкретных типов.

7.4.8 Основную частотную характеристику [5.1.3, 4.3 перечисление ж), 4.4, перечисление ж)] определяют аналогично 7.4.2 при входном УЗД, равном 60 дБ, и установке контрольного или номинального контрольного усиления СА.

Номинальное контрольное усиление определяют как контрольное усиление относительно номинального ВУЗД<sub>90</sub>, указанного в технических условиях на СА конкретных типов.

Если акустическое усиление недостаточно для установки регулятора усиления в контрольное положение, следует установить регулятор усиления в положение, обеспечивающее полное акустическое усиление.

7.4.9 Совокупность частотных характеристик [5.1.3, 4.4, перечисление з)] определяют аналогично 7.4.8 при входных УЗД, равных 50, 60, 70, 80 и 90 дБ.

7.4.10 Частотные характеристики при различных положениях регуляторов тембра [5.1.3, 4.3, перечисление з), 4.4, перечисление и)] определяют при установленном в соответствии с 7.4.8 контрольном или номинальном контрольном усиении при поочередном снятии частотных характеристик для каждого фиксированного положения каждого регулятора тембра или, при отсутствии промежуточных фиксированных положений, для каждого крайнего положения каждого регулятора тембра при входном УЗД, равном 60 дБ.

7.4.11 Влияние положения регулятора усиления на частотную характеристику [4.4, перечисление к)] определяют аналогично изложенному в 7.4.4. После определения частотной характеристики полного акустического усиления измерения повторяют при уменьшении усиления ступенями по  $(10 \pm 1)$  дБ и при минимальном усилении на контрольной частоте.

7.4.12 Регулировочную характеристику регулятора усиления (4.4 перечисление л)] определяют для оперативного регулятора усиления на контрольной частоте при входном УЗД, выбранном в соответствии с 7.4.4. Регулятор усиления устанавливают в положение максимума и определяют акустическое усиление. Измерения усиления повторяют, устанавливая регулятор усиления в различные положения или задавая неперемещаемым регулятором различных усиления (не менее четырех) на протяжении всего диапазона регулировки. Регулировочную характеристику представляют в виде графика ослабления относительно полного акустического усиления в зависимости от положения регулятора усиления или задаваемого неперемещаемым регулятором усиления, откладываемого в линейном масштабе.

7.4.13 Глубину регулировки акустического усиления [5.1.10, 4.3, перечисление и), 4.4, перечисление м), 5.2.4, 5.2.5] определяют как разность между максимальным и минимальным значениями акустического усиления, в пределах которых при плавном вращении потенциометра выполняются требования 5.2.4, 5.2.5.

Значения входного УЗД и частоты указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

7.4.14 Потребляемый ток [4.3, перечисление к), 4.4, перечисление н)] измеряют при входном УЗД, равном 60 дБ, на контрольной частоте при установке контрольного или номинального контрольного усиления СА.

7.4.15 Спектральную характеристику собственных шумов СА (4.4, перечисление о)) определяют в 1/3-октавных полосах в единицах приведенного ко входу УЗД для каждой полосы. При выключенном источнике звука измеряют УЗД внешнего шума в 1/3-октавных полосах с центральными частотами от 200 до 5000 Гц. УЗД внешнего шума должен быть по крайней мере на 10 дБ ниже приведенного ко входу уровня шума СА. Используя 1/3-октавный фильтр с центральной частотой 1600 Гц, устанавливают контрольное усиление СА с погрешностью  $\pm 3$  дБ при подаче входного УЗД, равного 60 дБ. При выключенном источнике звука измеряют выходной УЗД шума в имитаторе уха в 1/3-октавных полосах с центральными частотами от 200 до 5000 Гц. При том же положении регулятора усиления СА, используя соответствующие 1/3-октавные фильтры, определяют акустическое усиление на центральных частотах 1/3-октавных фильтров при подаче входного УЗД, равного 60 дБ, на этих частотах. Приведенный ко входу уровень собственных шумов для каждой 1/3-октавной полосы определяют путем вычитания значения акустического усиления из значения выходного УЗД шума.

Для обеспечения линейной амплитудной характеристики СА допускается производить измерение и установку усиления СА при входном УЗД, меньшем, чем 60 дБ.

Допускаются математическая обработка результатов измерений для выделения шумов в 1/3-октавных полосах без применения фильтров и автоматическая регистрация и обработка результатов измерений.

7.4.16 Приведенный ко входу уровень собственных шумов [4.3, перечисление л)] измеряют при установке контрольного или номинального контрольного усиления СА с погрешностью в пределах  $\pm 3$  дБ.

На контрольной частоте при входном УЗД, равном 60 дБ, измеряют выходной УЗД. Выключают акустический сигнал и измеряют выходной УЗД шумов шумомером по ГОСТ 17187 с корректирующей кривой А.

Значение входного УЗД выбирают в соответствии с 7.4.4.

Приведенный ко входу уровень собственных шумов  $L_{\text{ш. вх}}$ , дБ, определяют по формуле

$$L_{\text{ш. вх}} = L_{\text{ш. вых}} - (L_{\text{вых}} - L_{\text{вх}}),$$

где  $L_{\text{ш. вых}}$  — выходной УЗД шумов при выключенном сигнале, дБ;

$L_{\text{вых}}$  — выходной УЗД при входном УЗД  $L_{\text{вх}}$ , дБ;

$L_{\text{вх}}$  — входной УЗД, равный 60 или 50 дБ.

7.4.17 Коэффициент гармоник [5.1.2, 4.3, перечисление м), 4.4, перечисление п)] измеряют на частотах от 200 до 5000 Гц при входном УЗД, равном 70 дБ, и установке контрольного или номинального контрольного усиления СА.

В случаях, когда разница между выходными УЗД на частоте измерения и на соответствующей ей второй гармонике равна или больше 12 дБ, измерение на этой частоте можно не проводить.

Количество частот измерения — не менее девяти, значения частот указывают в технических условиях на СА конкретных типов. Рекомендуется выбирать частоты из ряда по ГОСТ 12090.

При приемо-сдаточных и периодических испытаниях измерение суммарного коэффициента гармонических искажений проводят на двух или более наиболее критичных частотах, указываемых в технических условиях на СА конкретных типов.

Коэффициент гармоник  $K_r$  определяют по формуле

$$K_r = \sqrt{\frac{P_2^2 + P_3^2 + K + P_n^2}{P_1^2 + P_2^2 + P_3^2 + K + P_n^2}},$$

где  $P_1$  — звуковое давление основной частоты в акустической камере связи, Па;  
 $P_2, P_3, \dots, P_n$  — звуковое давление гармоник 2-го, 3-го, ...,  $n$ -го порядка в акустической камере связи, Па.

При измерении коэффициента гармоник следует учитывать гармоники до 5-го порядка включительно, при проведении периодических и приемо-сдаточных испытаний допускается учитывать гармоники до 3-го порядка включительно.

**П р и м е ч а н и е** — При разбросе ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте более  $\pm 2$  дБ рекомендуется устанавливать контрольное усиление для всех категорий испытаний, чтобы повысить воспроизводимость результатов измерений.

**7.4.18** Выходной УЗД при работе СА с индукционной катушкой (5.1.9, 4.3, перечисление н)) измеряют при напряженности магнитного поля 10 мА/м на контрольной частоте при установке регулятора усиления в положение максимума при включенной индукционной катушке.

СА располагают в магнитном поле так, чтобы достичь максимума значения выходного УЗД.

Допускается проводить измерения при напряженности магнитного поля 1 мА/м.

При приемо-сдаточных испытаниях допускается проводить измерения при напряженности магнитного поля более 10 мА/м, обеспечивающей работу СА в линейном динамическом диапазоне, с обязательным пересчетом полученных результатов к значениям, получаемым при напряженности магнитного поля 10 или 1 мА/м.

Выходной УЗД, приведенный к напряженности магнитного поля 1 мА/м, называется чувствительностью индукционной катушки.

**7.4.19** Частотную характеристику выходного УЗД при работе СА с индукционной катушкой [5.1.3, 5.1.9, 4.3, перечисление о), 4.4, перечисление р)] в частотном диапазоне 100—10000 Гц определяют аналогично изложенному в 7.4.18.

**7.4.20** Чувствительность по электрическому входу [5.1.6, 4.3, перечисление п), 4.4, перечисление с)] измеряют на контрольной частоте в последовательности: устанавливают входной УЗД, равный 70 дБ, и измеряют выходной УЗД. Затем, переведя СА в режим по электрическому входу и не меняя положение регулятора усиления, подают на электрический вход переменный сигнал. Напряжение, при котором достигается выходной УЗД, получаемый при входном УЗД, равном 70 дБ, является чувствительностью по электрическому входу.

Положение регулятора усиления при проведении измерений указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

**7.4.21** Коэффициент компрессии [5.1.8, 4.3, перечисление р), 4.4, перечисление т)] измеряют при включенной АРУ и установке регулятора усиления СА в положение максимума, если иное не указано в технических условиях на СА конкретных типов.

На контрольной частоте при входном УЗД, равном 55 и 80 дБ, измеряют соответствующие выходные УЗД.

Коэффициент компрессии  $C_k$  определяют по формуле

$$C_k = \frac{25}{L_{\text{вых}2} - L_{\text{вых}1}},$$

где 25 — величина, равная разности входных УЗД, дБ;

$L_{\text{вых}2}$  — выходной УЗД при входном УЗД, равном 80 дБ;

$L_{\text{вых}1}$  — выходной УЗД при входном УЗД, равном 55 дБ.

Если СА имеет регулятор АРУ, то коэффициент компрессии измеряют для каждого фиксированного положения или для крайних положений регулятора при отсутствии фиксации в промежуточных положениях.

При приемо-сдаточных испытаниях измерение коэффициента компрессии допускается проводить только для положения регулятора, соответствующего максимальному коэффициенту компрессии.

**7.4.22** Время срабатывания и восстановления АРУ [5.1.7, 4.3 перечисление с), 4.4, перечисление у)] измеряют при полностью включенной АРУ и установке регулятора усиления СА в положение максимума, если иное не указано в технических условиях на СА конкретных типов.

Измерения проводят на контрольной частоте.

При измерении времени срабатывания входной УЗД должен скачкообразно изменяться от 55 до 80 дБ, а при измерении времени восстановления — от 80 до 55 дБ.

Время срабатывания и восстановления измеряют от момента скачкообразного изменения входного УЗД до момента, когда значение выходного УЗД отличается от установленвшегося значения в пределах  $\pm 2$  дБ.

Для частотно-зависимых АРУ измерения проводят по крайней мере на двух частотах, характеризующих работу АРУ. Эти частоты должны быть указаны в технических условиях на СА конкретных типов.

При наличии регулятора, изменяющего время срабатывания и восстановления АРУ, измерения следует проводить для каждого фиксированного положения регулятора или для крайних положений регулятора при отсутствии промежуточных фиксированных положений.

#### П р и м е ч а н и я

1 Допускается в качестве измерительного сигнала использовать сигнал, модулированный последовательностью прямоугольных импульсов. При этом длительность импульса должна не менее чем в 5 раз превышать подлежащее измерению время срабатывания, а интервал между соседними импульсами должен не менее чем в 5 раз превышать время восстановления.

2 Время срабатывания и время восстановления АРУ при высоком уровне входного сигнала определяют при скачкообразном изменении УЗД входного сигнала от 60 до 100 дБ и обратно.

7.4.23 Амплитудную характеристику [4.3, перечисление т), 4.4, перечисление ф)] измеряют при установке регулятора усиления в положение максимума на контрольной частоте, а для СА с частотно- зависимой АРУ по крайней мере на двух наиболее характерных частотах. Эти частоты должны быть указаны в технических условиях на СА конкретных типов.

Входной УЗД изменяют от 50 до 100 дБ ступенями. Ступень приращения входного УЗД на участках перегиба амплитудной характеристики должна быть не более 2 дБ.

Амплитудную характеристику определяют для крайних положений регулятора АРУ и всех промежуточных фиксированных положений.

Рекомендуется все амплитудные характеристики, определенные на одной частоте, представлять на одном графике, где по оси абсцисс откладывают входной УЗД, а выходной УЗД — по оси ординат в одном масштабе.

7.4.24 Изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении напряжения питания [5.1.5, 4.3, перечисление у), 4.4, перечисление х)] проверяют при измерении ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте при крайних значениях напряжения питания в соответствии с 5.1.5.

Изменение ВУЗД<sub>90</sub> определяют относительно его значения, измеренного при номинальном значении напряжения питания.

В качестве источника питания допускается использовать стационарные источники; в технических условиях на СА конкретных типов должно быть указано внутреннее сопротивление таких источников.

7.4.25 Изменение полного акустического усиления [5.1.5, 4.3, перечисление ф), 4.4, перечисление ц)] проверяют путем измерения полного акустического усиления на контрольной частоте при крайних значениях напряжения питания в соответствии с 5.1.5 при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ.

Изменение полного акустического усиления оценивают относительно его значения, измеренного при номинальном значении напряжения питания.

В качестве источника питания допускается использовать стационарные источники; в технических условиях на СА конкретных типов должно быть указано внутреннее сопротивление таких источников.

7.4.26 Изменение коэффициента гармоник при изменении напряжения питания [4.3, перечисление х), 4.4, перечисление ч)] проверяют в соответствии с 7.4.17 для значений напряжения питания из диапазона, по крайней мере, на 0,1 В больше и меньше указанного в 5.1.5. Дискретные значения напряжений питания должны отличаться не более чем на 0,1 В.

Полученные данные рекомендуется представлять в виде графика зависимости коэффициента гармоник от напряжения питания.

Допускается использовать стационарные источники питания, при этом в технических условиях на СА конкретных типов должно быть указано внутреннее сопротивление таких источников.

7.4.27 Изменение ВУЗД<sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания [4.3, перечисление ц), 4.4, перечисление ш)] проверяют при измерении ВУЗД<sub>90</sub> на контрольной частоте при неизменном напряжении источника питания, равном номинальному напряжению питания СА. При разных значениях внутреннего сопротивления источника питания, соответствующих различным состояниям рекомендуемых для использования в СА источников питания, проводят измерения ВУЗД<sub>90</sub>.

Полученные данные рекомендуется представлять в виде графика значений ВУЗД<sub>90</sub> относительно значений ВУЗД<sub>90</sub> при номинальном внутреннем сопротивлении рекомендуемого источника питания как функции от внутреннего сопротивления источника питания.

7.4.28 Изменение полного акустического усиления при изменении сопротивления источника питания [4.3, перечисление ч), 4.4, перечисление щ)] проверяют при измерении полного акустического усиления на контрольной частоте при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ, аналогично изложенному в 7.4.27.

Значение входного УЗД выбирают согласно 7.4.4.

7.4.29 Изменение коэффициента гармоник при изменении внутреннего сопротивления источника питания [4.3, перечисление ш), 4.4, перечисление э)] проверяют в соответствии с 7.4.17 аналогично изложенному в 7.4.27.

## 7.5 Методы проверки электроакустических параметров СА костного звукопроведения

7.5.1 Полный УАМЧ [5.1.4, 4.5, перечисление а)] измеряют на контрольной частоте при установке регулятора усиления в положение максимума при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ.

Выбранное значение входного УЗД должно обеспечивать работу СА в линейном динамическом диапазоне, что должно быть указано в технических условиях на СА конкретных типов.

7.5.2 Частотную характеристику ВУС<sub>90</sub> [5.1.3, 4.5, перечисление б)] определяют при входном УЗД, равном 90 дБ, при установке регулятора усиления в положение максимума.

Изменяя частоту в пределах проверяемого диапазона при постоянном входном УЗД, фиксируют значение ВУС путем непрерывной записи или путем измерения в отдельных точках.

7.5.3 Максимальный ВУС<sub>90</sub> [4.5, перечисление в)] определяют непосредственно по частотной характеристике ВУС<sub>90</sub> как наивысшую точку частотной характеристики.

7.5.4 Частотную характеристику наибольшего уровня силы [5.1.3, 4.5, перечисление г)] определяют аналогично 7.5.2 при входном УЗД, равном 50 или 60 дБ. Выбранное значение входного УЗД должно обеспечивать работу СА в линейном динамическом диапазоне, что должно быть указано в технических условиях на СА конкретных типов.

7.5.5 Нижнюю и верхнюю границы номинальной (типовой) частотной характеристики наибольшего уровня силы [4.5, перечисление д)] определяют непосредственно по номинальной (типовой) частотной характеристике наибольшего уровня силы при уровне, равном разности между максимальным выходным уровнем силы и значением неравномерности частотной характеристики, указанным в технических условиях на СА конкретных типов.

7.5.6 Глубину регулировки УАМЧ [5.1.10, 4.5, перечисление е), 5.2.4, 5.2.5)] определяют как разность между максимальным и минимальным значениями УАМЧ, в пределах которых при плавном вращении потенциометра выполняются требования 5.2.4, 5.2.5.

7.5.7 Основную частотную характеристику [5.1.3, 4.5, перечисление ж)] определяют аналогично 7.5.2 при входном УЗД, равном 60 дБ, и установке регулятора СА в контрольное или номинальное контрольное положение с погрешностью  $\pm 1$  дБ.

Номинальное контрольное положение определяют как контрольное положение регулятора усиления относительно номинального ВУС<sub>90</sub>, указанного в технических условиях на СА конкретных типов.

Если УАМЧ недостаточен для установки регулятора усиления в контрольное или номинальное контрольное положение, следует установить регулятор усиления в положение, обеспечивающее максимальный УАМЧ.

7.5.8 Потребляемый ток [4.5, перечисление з)] измеряют при входном УЗД, равном 60 дБ, на контрольной частоте при установке регулятора СА в контрольное или номинальное контрольное положение согласно 7.5.7.

7.5.9 Изменение ВУС<sub>90</sub> при изменении напряжения питания [5.1.5, 4.5, перечисление и)] проверяют при измерении ВУС<sub>90</sub> на контрольной частоте при крайних значениях напряжения питания в соответствии с 5.1.5.

Изменение ВУС<sub>90</sub> оценивают относительно его значения, измеренного при номинальном значении напряжения питания.

В качестве источника питания допускается использовать стационарные источники; в технических условиях на СА конкретных типов должно быть указано внутреннее сопротивление таких источников.

7.5.10 Изменение УАМЧ при изменении напряжения питания [5.1.5, 4.5, перечисление к)] проверяют при изменении полного УАМЧ на контрольной частоте при крайних значениях напряжения питания в соответствии с 5.1.5.

Изменение полного УАМЧ оценивают относительно его значения, измеренного при номинальном значении напряжения питания.

В качестве источника питания допускается использовать стационарные источники; в технических условиях на СА конкретных типов должно быть указано внутреннее сопротивление таких источников.

7.5.11 Изменение ВУС<sub>90</sub> при изменении внутреннего сопротивления источника питания [4.5, перечисление л)] проверяют при измерении ВУС<sub>90</sub> на контрольной частоте при неизменном напряжении источника питания, равном номинальному напряжению питания СА. При разных значениях внутреннего сопротивления источника питания, соответствующих различным состояниям рекомендуемых для использования в СА источников питания, проводят измерения ВУС<sub>90</sub>.

Полученные данные рекомендуется представлять в виде графика значений ВУС<sub>90</sub> относительно значений ВУС<sub>90</sub> при номинальном внутреннем сопротивлении рекомендуемого источника питания как функции от внутреннего сопротивления источника питания.

7.5.12 Изменение УАМЧ при изменении внутреннего сопротивления источника питания [4.5, перечисление м)] проверяют при измерении полного УАМЧ на контрольной частоте аналогично изложенному в 7.5.11.

7.6 Проверку модуля полного входного сопротивления (5.1.6) проводят по методике, установленной в технических условиях на СА конкретных типов.

### **7.7 Методы проверки соответствия СА требованиям к конструкции**

7.7.1 Массу СА (5.2.1) проверяют взвешиванием на весах с допустимой погрешностью не более  $\pm 1$  г для СА массой 10 г и более и не более  $\pm 0,5$  г — для СА массой менее 10 г.

7.7.2 Габаритные размеры СА (5.2.1) проверяют с помощью средств измерений, обеспечивающих требуемую точность.

7.7.3 Объем СА (5.2.1) проверяют с помощью средств измерений, обеспечивающих погрешность не более  $\pm 0,5$  см<sup>3</sup>.

7.7.4 Фиксации механических коммутирующих элементов (5.2.6) проверяют путем соответствующих манипуляций исходя из функционального назначения. Проверку проводят при измерении электроакустических параметров.

7.7.5 Износостойчивость механических коммутирующих и регулирующих устройств (5.2.7) проверяют по методике, установленной в технических условиях на СА конкретных типов или сличием с техническими условиями на конкретные устройства.

### **7.8 Методы проверки соответствия СА требованиям стойкости к внешним воздействующим факторам по ГОСТ Р 50444**

7.8.1 Проверку стойкости СА к механическим воздействиям (5.5.1) проводят по методикам, установленным в технических условиях на СА конкретных типов, с обязательным указанием положения СА при испытаниях.

При проверке ударопрочности при воздействии многократных ударов (5.5.1.2) число ударов — не менее 1000.

При проверке ударопрочности при воздействии одиночных ударов (5.5.1.3) число ударов — 5.

Длительность действия ударного ускорения 16 мс, частота следования ударов от 40 до 120 в минуту. Допустимое отклонение пикового ударного ускорения  $\pm 20$  %, длительности действия ударного ускорения  $\pm 30$  %. В испытаниях допускаются перерывы, длительность которых не ограничивается, но при этом общее число ударов должно сохраняться.

Результаты испытаний на стойкость к механическим воздействиям считают положительными, если СА соответствуют требованиям 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 и нормам, проверяемым при проведении приемо-сдаточных испытаний.

После воздействия транспортной тряски упаковка не должна иметь повреждений.

7.8.2 Проверку стойкости СА к климатическим воздействиям (5.5.2) проводят по методике, установленной в технических условиях на СА конкретных типов.

Результаты испытаний на стойкость к климатическим воздействиям при эксплуатации считают положительными, если СА соответствуют требованиям 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, а также отсутствуют следы коррозии, изменение полного акустического усиления или полного УАМЧ относительно измеренного до испытаний находится в пределах  $\pm 5$  дБ и изменение частотной характеристики ВУЗД<sub>90</sub> или ВУС<sub>90</sub> относительно измерений до испытаний находится в пределах  $\pm 4$  дБ в течение 15 мин после извлечения СА из камеры, а через 2 ч (не более) после извлечения СА из камеры электроакустические параметры,

проверяемые при приемо-сдаточных испытаниях, соответствуют нормам, установленным в технических условиях на СА конкретных типов.

Результаты испытаний на стойкость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении считаются положительными, если СА соответствуют требованиям 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, а электроакустические параметры, проверяемые при приемо-сдаточных испытаниях, соответствуют нормам, установленным в технических условиях на СА конкретных типов, после выдержки в нормальных условиях в течение 6 ч без транспортной упаковки или в течение 24 ч в транспортной упаковке.

7.8.3 Проверку стойкости СА к воздействию биологической среды (5.5.3) проводят по методике, приведенной в приложении У.

Результаты испытаний на стойкость к воздействию биологической среды считаются положительными, если СА соответствуют требованиям 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, а также отсутствуют следы коррозии и электроакустические параметры, проверяемые при приемо-сдаточных испытаниях, соответствуют нормам настоящего стандарта после выдержки СА в нормальных условиях в течение 2 ч.

Допускается налёт на внешних частях СА, устранимый протиркой по 7.10.

7.9 Определение показателей надежности (5.6) проводят по методике, установленной в технических условиях на СА конкретных типов. Критерии отказов и предельных состояний СА устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов.

Исходными данными для расчетно-экспериментального метода служат:

- информация о надежности СА, полученная в ходе эксплуатации в регионах, где осуществляется гарантийный ремонт этих СА;
- экспериментальные значения показателей надежности составных частей СА, полученные при их автономных испытаниях, а также эксплуатации в составе других СА.

Расчеты показателей безотказности проводят по данным эксплуатации СА и их составных частей в пределах гарантийного срока эксплуатации.

При обработке результатов подконтрольной эксплуатации следует учитывать результаты, полученные только по тем СА, по которым зафиксировано предельное состояние, и работоспособным СА, предъявленным для оценки по истечении срока подконтрольной эксплуатации. Срок подконтрольной эксплуатации должен быть равен среднему сроку службы, указанному в технических условиях на СА конкретных типов.

7.10 Проверку стойкости к дезинфекции (5.5.4) проводят пятикратным протиранием салфеткой, смоченной 3 %-ным раствором перекиси водорода или 3 %-ным раствором перекиси водорода с 0,5 %-ным содержанием моющего средства. После протирания СА должны соответствовать требованиям 5.2.2, 5.2.3 и нормам на электроакустические параметры, указанным в технических условиях на СА конкретных типов.

Материал салфетки, моющее средство («Прогресс», «Лотос», «Астра» или аналогичные) и другие требования устанавливают в технических условиях на СА конкретных типов.

## **8 Транспортирование и хранение**

8.1 Транспортирование СА проводят по группе 5 ГОСТ 15150 крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.

8.2 Условия хранения СА в упаковке изготовителя — по группе 1 ГОСТ 15150.

## **9 Указания по эксплуатации**

9.1 Рекомендуется при использовании СА применять индивидуальные ушные вкладыши, особенно для аппаратов с акустическим усилением более 60 дБ.

9.2 Указания по эксплуатации СА конкретных типов устанавливают в технических условиях на них.

9.3 В эксплуатационных документах СА должны быть указания о максимально допустимых значениях напряжения переменного и постоянного тока, которое может быть приложено к электрическому входу СА (при его наличии), а также о полярности напряжения.

9.4 В эксплуатационных документах СА должны быть указаны номинальные напряжения питания и типы возможных к использованию источников питания.

## 10 Гарантии изготовителя

- 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие СА требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок хранения — не менее 6 мес с момента отгрузки изготовителем.
- 10.3 Гарантийный срок эксплуатации СА — не менее одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления — со дня получения потребителем, в пределах гарантийного срока хранения.
- 10.4 При комплектации СА источниками питания продолжительность установленных для СА гарантийных сроков не распространяется на источник питания. Гарантийные сроки на источники питания устанавливают в стандартах и технических условиях на них.

**Приложение А**  
**(рекомендуемое)**

**Рекомендуемые требования к СА, эксплуатационной документации и информационным материалам**

**A.1 Общие требования**

- A.1.1 При разработке СА необходимо минимизировать возможность появления внутренней паразитной обратной связи (акустической, электрической, механической или индукционной) в процессе эксплуатации СА.
- A.1.2 Переходные процессы при переключении не должны раздражать пользователя.
- A.1.3 СА должен иметь индукционную катушку.
- A.1.4 АРУ СА должна быть способной регулироваться и отключаться.
- A.1.5 Регулировка тембра должна осуществляться раздельно по низким и высоким частотам.
- A.1.6 Регулятор усиления не должен быть совмещен с выключателем питания, за исключением внутриушных СА.
- A.1.7 Регулятор усиления должен плавно изменять усиление не менее чем на 2/3 диапазона вращения.

**A.2 Требования к конструкции**

A.2.1 Корпус СА должен быть изготовлен из прочного материала. Внешние части СА должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы минимизировать шумы, обусловленные ветром и физическим контактом (фрикционный шум).

A.2.2 Для обеспечения ремонта внутренний объем СА должен быть доступен без применения специального инструмента; детали и компоненты, предположительно нуждающиеся в замене в течение срока службы СА, должны быть легкодоступными и легкозаменяемыми.

Нежелательны склеивание корпуса и приклейка деталей к корпусу.

A.2.3 Индукционная катушка должна иметь промежуточные проводники, предназначенные для распайки катушки на плату и соединения с проводом обмотки катушки.

A.2.4 Отсеки держатель источника питания должны быть сконструированы таким образом, чтобы невозможности предотвратить неправильную установку источника питания.

A.2.5 Регуляторы, которые влияют на воспроизведение звука, должны быть доступны для регулировки при надетом на пациента СА.

**A.3 Требования к электроакустическим параметрам**

A.3.1 Глубина регулировки оперативного регулятора усиления должна быть не менее 30 дБ.

A.3.2 При переводе переключателя из положения М (таблица Б.1) в положение МТ и из положения Т в положение МТ изменение акустического усиления или чувствительности индукционной катушки должно быть не более  $\pm 3$  дБ.

A.3.3 Входной сигнал напряженностью 31,6 мА/м при работе СА с индукционной катушкой должен обеспечивать такой же выходной УЗД, как входной УЗД 57—67 дБ в диапазоне частот 1000—4000 Гц и 55—67 дБ в диапазоне частот 500—1000 Гц и примерно соответствовать входному УЗД 60 дБ на контрольной частоте.

A.3.4 Коэффициент гармоник не должен превышать 5 % в частотном диапазоне 400—3000 Гц при входном УЗД 70 дБ или напряженности магнитного поля 100 мА/м.

A.3.5 Основная частотная характеристика должна монотонно возрастать или следовать горизонтально до частоты 1000 Гц.

A.3.6 Для частот ниже 3500 Гц разница между пиками и провалами основной частотной характеристики и частотной характеристики ВУЗД<sub>90</sub> в пределах 2/3 октавы должна быть не более 8 дБ (желательно не более 5 дБ) при всех положениях регуляторов СА.

Эта разница определяется как вертикальный отрезок между касательной, соединяющей два соседних пика (провала), и находящимся между ними провалом (пиком), как показано на рисунке А.1.

**П р и м е ч а н и е —** Это требование не распространяется на СА со сверхвысоким уровнем и крутыми переходами частотной характеристикой, если не указано иное.

A.3.7 Время срабатывания АРУ, используемой как ограничитель или компрессор, не должно превышать 10 мс.

A.3.8 Время восстановления АРУ, используемой как ограничитель или компрессор, не должно превышать 150 мс.

A.3.9 Время восстановления АРУ, используемой для управления длительным средним выходным уровнем, должно быть примерно 1 с.




Рисунок А.1

**A.3.10 Пик-клиппинг должен быть симметричным.**

**П р и м е ч а н и я**

1 Компрессором является АРУ, предназначенная для сжатия динамического диапазона сигналов на выходе. Часто реализуется как регулируемая по входу АРУ. Эффективна при протезировании в случаях парадоксального падения разборчивости речи.

2 Ограничителем является АРУ, предназначенная для ограничения максимального выходного сигнала. Чаще всего реализуется как регулируемая по выходу АРУ. Эффективна в большинстве случаев протезирования при нейросенсорной тугоухости.

3 АРУ, используемая для управления длительным средним выходным уровнем, регулирует коэффициент усиления в зависимости от меняющегося среднего уровня входного сигнала. Чаще всего настроена на наиболее приятный уровень громкости для пациента и не связана с ограничением максимального выходного сигнала и сжатием динамического диапазона сигналов.

4 Под пик-клиппингом следует понимать ограничение амплитуды выходного сигнала до заданного значения без временной задержки, приводящее к искажению формы сигнала, амплитуда которого превышает заданную. Часто используется вместе с АРУ-ограничителем для ограничения выходных сигналов, превышающих порог дискомфорта за время до срабатывания АРУ.

**A.3.11 Регулировочная характеристика оперативного регулятора усиления не менее чем на 1/2 диапазона вращения должна быть линейной.**

**A.3.12 Приведенный ко входу уровень собственных шумов в 1/3-октавных полосах должен быть, дБ, не более, для полос с центральными частотами:**

- 400 и 500 Гц — 25;
- 630 Гц — 25;
- 800 Гц — 19;
- от 1000 до 3150 Гц — 15.

**A.3.13 Частотная характеристика ВУЗД<sub>90</sub> не должна отличаться от частотной характеристики насыщения более чем на ±2 дБ.**

**A.3.14 Линейный динамический диапазон работы СА без АРУ, определяемый по совокупности частотных характеристик, должен простираться до входных УЗД 70 дБ на контрольной частоте, 90 дБ на нижней граничной частоте и 60 дБ на верхней граничной частоте.**

**A.4 Требования к эксплуатационной документации**

**A.4.1 В эксплуатационной документации (паспорте или руководстве по эксплуатации) серийно выпускаемых СА должны быть приведены номинальные значения параметров с допустимыми отклонениями из числа указанных в 4.3 и 4.5:**

- частотная характеристика ВУЗД<sub>90</sub> или максимальный ВУЗД<sub>90</sub>;
- частотная характеристика ВУС<sub>90</sub> или максимальный ВУС<sub>90</sub>;
- максимальное акустическое усиление или полное акустическое усиление на контрольной частоте; полный УАМЧ;
- нижняя и верхняя границы номинальной частотной характеристики полного акустического усиления;
- частотные характеристики при различных положениях регуляторов тембра;
- потребляемый ток;
- выходной УЗД при работе СА с индукционной катушкой или чувствительность катушки;
- чувствительность по электрическому входу;
- коэффициент компрессии.

**A.4.2** В эксплуатационной документации или ином сопроводительном документе на СА воздушного звукопроведения, изготовленного по индивидуальному заказу, должны быть приведены параметры этого СА:

- частотная характеристика ВУЗД<sub>90</sub>;
- частотная характеристика полного акустического усиления;
- выходной УЗД при работе СА с индукционной катушкой или чувствительность катушки;
- чувствительность по электрическому входу;
- коэффициент компрессии или амплитудная характеристика;
- коэффициент гармоник.

**A.4.3** В эксплуатационной документации должны быть указаны способы чистки и дезинфекции СА и применяемые для этого средства.

**A.4.4** В эксплуатационной документации должны быть приведены рисунки с указанием расположения неоперативных регуляторов и пояснениями их положений и соответствующих значений параметров.

**A.4.5** Эксплуатационная документация должна содержать наглядное (словесное, графическое и т. п.) описание недопустимых воздействий на СА (климатических, механических, агрессивных веществ и т. п.) и связанных с этим ограничений приема СА на гарантийный ремонт.

#### **A.5 Требования к информационным материалам**

В разделе перечислены требования к информационным материалам, предназначенным для медицинских учреждений и лиц, занимающихся подбором СА.

**A.5.1** В информационных материалах должны быть приведены номинальные значения параметров из числа указанных в 4.4:

- максимальный ВУЗД насыщения;
- частотная характеристика ВУЗД<sub>90</sub>;
- частотная характеристика полного акустического усиления;
- максимальное акустическое усиление;
- полное акустическое усиление с допустимыми отклонениями;
- основная частотная характеристика;
- совокупность частотных характеристик;
- частотные характеристики при различных положениях регуляторов тембра (при их наличии);
- частотные характеристики при различных положениях регулятора усиления;
- регулировочная характеристика регулятора усиления;
- глубина регулировки акустического усиления раздельно для оперативного и неоперативного регуляторов;
- потребляемый ток;
- коэффициент гармоник;
- частотная характеристика выходного УЗД при работе СА с индукционной катушкой (при ее наличии);
- чувствительность по электрическому входу (при его наличии);
- коэффициент компрессии или амплитудная характеристика;
- время срабатывания и восстановления АРУ (при ее наличии).

**A.5.2** Информационные материалы должны содержать сведения о видах, степенях и других характеристиках туюухости, наиболее эффективно протезируемых данной моделью СА.

**A.5.3** В информационных материалах должны быть приведены рисунки с изображением общего вида СА, с указанием расположения неоперативных регуляторов и пояснениями их положений и соответствующих значений параметров.

**A.5.4** Информационные материалы на импортируемые и предназначенные для экспорта СА должны содержать сведения о стандарте МЭК и условиях, в соответствии с которыми определены номинальные значения параметров.

Приложение Б  
(обязательное)

## Требования к конструкции СА

Таблица Б.1 — Маркировка положений регуляторов СА

Регулятор или параметр	Функция или орган регулировки	Знак или символ	Пояснение
1 Различные регуляторы	Индикация «меньше — больше»	или или 	«Больше» соответствует расширению полосы. Допускается нанесение контрольных точек
		или или 	«Больше» соответствует большему числу (или отмечено направлением стрелки)
2 Выключатель питания	Выключение	0	Не распространяется на выключатели, совмещенные с держателем источника питания
3 Переключатель входа	Микрофон	M	
	Индукционная катушка	T	
	Сочетание микрофона и индукционной катушки	MT	
	Внешний электрический вход	E или	
4 Регулятор тембра	Нормально или без подъема частот	N	
	Подъем высоких или ослабление низких частот	H	В случае применения нескольких форм высокочастотного или низкочастотного усиления за указанными буквами должны следовать цифры. Например: H1, H2 и т. д., L1, L2 и т. д. Применяемые цифры должны возрастать с ростом усиления в рассматриваемом диапазоне частот. H и L можно сочетать с символами «меньше — больше»
	Подъем низких или ослабление высоких частот	L	
5 Регулятор усиления	Установка значения усиления		Цифры на ручке регулятора и черта или стрелка на корпусе. Цифра большего значения соответствует большему усилию. Нанесение стрелки и черты не обязательно
		или или 	Расширение полосы соответствует большему усилию
		или или 	Большему числу (направлению стрелки) соответствует большее усиление

Окончание таблицы Б.1

Регулятор или параметр	Функция или орган регулировки	Знак или символ	Пояснение
<b>6 Операции автоматической регулировки усиления (АРУ)</b>			
6.1 Селектор автоматической регулировки усиления	АРУ как таковая, без уточнений	A	Если изменение A, A1, AO обозначено цифрами или символами, то цифра большего значения и символ «больше» обозначают больший выходной УЗД
	АРУ с управлением по входу	A1	
	АРУ с управлением по выходу	AO	
6.2 Коэффициент компрессии	Установка коэффициента компрессии АРУ	CR	Комбинируются с символами «меньше — больше», если используются несколько значений коэффициента компрессии и (или) времени восстановления
6.3 Время восстановления	Установка времени восстановления	RT	
6.4 Регулятор выходного УЗД	Ограничение максимального выходного УЗД	P	Комбинируются с символами «меньше — больше» для обозначения более одного выходного уровня
6.5 Регулятор предварительной установки усиления	Ограничение максимального усиления	G	


Т а б л и ц а Б.2 — Смешанные знаки и обозначения

Описание		Знаки
Обозначения полярности и напряжения на источнике СА		На карманных СА <i>Пример:</i> 1,5 В +  или  1,5 В На миниатюрных СА <i>Пример:</i> + или + 13 В
Модуль полного электрического сопротивления телефонов карманных СА (при необходимости)		Минимальное значение или диапазон значений около телефонного гнезда при использовании ряда Е6 или Е12 [2]
Микрофон	ненаправленный	M
Микрофон	направленный	DM
Бинауральная балансировка		
Обозначение на наружной стороне корпуса аппарата карманных типов для установки и ориентации индукционной катушки		 T
Штекерная розетка для внешнего электрического входа		 или E
Товарный знак, номер СА и обозначение модели		Должны быть указаны на корпусе СА или в другом, удобном для чтения месте
<b>П р и м е ч а н и е</b> — Обозначение напряжения на источнике экспортруемых и импортируемых СА может быть выполнено в соответствии с [11] (например, +1,5 В).		

Цвет маркировки должен контрастировать с цветом корпуса СА. На темных корпусах следует использовать белую краску, на светлых — черную.

### Б.1 Маркировка телефонов карманных слуховых аппаратов

Расположение и состав маркировки должны соответствовать приведенным на рисунке Б.1. Маркировка типа частотной характеристики и номинального модуля полного электрического сопротивления обязательна, товарного знака — обязательна при комплектовании СА для внутреннего рынка, даты изготовления — рекомендуемая. Размер шрифта должен быть от 0,75 до 1,2 мм, толщина линии шрифта, которую выбирают исходя из способа нанесения маркировки, должна быть приблизительно 0,1 мм.



1 — зона расположения обозначения номинального модуля полного электрического сопротивления; 2 — зона расположения обозначения типа частотной характеристики; 3 — зона расположения товарного знака; 4 — зона расположения даты изготовления

Рисунок Б.1

Обозначение номинального модуля полного электрического сопротивления определяют в соответствии с таблицей Б.3.

Т а б л и ц а Б.3 — Обозначение модуля полного электрического сопротивления

Ближайшее значение модуля полного электрического сопротивления, Ом	Обозначение	Ближайшее значение модуля полного электрического сопротивления, Ом	Обозначение
10	10	330	330
15	15	470	470
33	22	680	680
.	.	1000	1K
.	.	1500	1K5
220	220	2200	2K2

Значение модуля полного электрического сопротивления измеряют на частоте 1000 Гц при соединении телефона с камерой малого объема при переменном токе и подведении к телефону мощности 1 мВ · А по ГОСТ 6343. В случае, если частотная характеристика модуля полного электрического сопротивления имеет резонансы и антирезонансы около частоты 1000 Гц, для определения модуля полного электрического сопротивления следует использовать сглаженную характеристику.

Маркировку номинального модуля полного электрического сопротивления костных вибраторов СА карманного типа осуществляют аналогично.

Различают три основных типа частотных характеристик телефонов:

N — характеристика общего назначения, без больших пиков в рабочем частотном диапазоне, верхняя частота среза частотной характеристики около 3—4 кГц;

P — характеристика для достижения наивысшего УЗД в рабочем частотном диапазоне, допускаются значительные пики, верхняя частота среза частотной характеристики около 2—3 кГц;

W — частотная характеристика с широким частотным диапазоном, предпочтительно без больших пиков, верхняя частота среза частотной характеристики выше 4,5 кГц.

Частотную характеристику телефона определяют при соединении его с камерой малого объема как частотную зависимость УЗД в камере малого объема при подведении к телефону переменного тока из расчета, чтобы при номинальном модуле полного электрического сопротивления рассеивалась мощность 1 мВ · А.

**Приложение В**  
**(обязательное)**

**Условия испытаний и требования к испытательной и измерительной аппаратуре**

**B.1** Испытания проводят при следующих климатических условиях, если нет других указаний в технических условиях на СА конкретных типов:

- температура окружающего воздуха при измерении СА воздушного звукопроведения —  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- температура окружающего воздуха при измерении СА костного звукопроведения —  $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха — 40—80 %;
- атмосферное давление — 81,3—106,3 кПа (610—798 мм рт. ст.).

При проведении испытаний в условиях, отличающихся от указанных, необходимо сделать поправку в соответствии с паспортом и калибровочными характеристиками применяемых измерительных приборов.

**B.2 Подготовка СА к испытаниям**

**B.2.1** Электроакустические измерения СА воздушного звукопроведения при соединении СА с камерой малого объема ( $2 \text{ см}^3$ ) проводят с учетом следующих требований:

- телефоны, вставляемые в ушной вкладыш, должны прымывать своим патрубком ко входу трубы диаметром  $(3 \pm 0,03)$  мм и длиной  $(18 \pm 0,18)$  мм, имитирующей ушной вкладыш и соединенной с камерой малого объема (см. приложение Г);

- СА с выходным звукопроводом (например, крючок и трубка заушины и патрубок и трубка слуховых очков) должен быть соединен с камерой малого объема с помощью наконечника, изготовленного из жесткого материала, с отверстием, внутренний диаметр которого равен номинальному внутреннему диаметру выходного звукопровода с погрешностью  $\pm 2\%$ .

Длина трубочного наконечника —  $(5 \pm 0,1)$  мм.

Материал и внутренний диаметр соединительных трубок между СА и наконечником должны быть указаны в технических условиях. Длина трубы от конца крючка заушины до входа в трубку диаметром  $(3 \pm 0,03)$  мм, принадлежащую камере малого объема, должна быть равна  $(25 \pm 1)$  мм (см. приложение Д). В обоснованных случаях допускается изменение указанной величины.

Длину трубы от конца патрубка слуховых очков до входа в трубку диаметром  $(3 \pm 0,03)$  мм, принадлежащую камере малого объема, выбирают в зависимости от конструкции СА (см. приложение Ж);

- СА типа «ушная вставка» должны быть соединены с камерой малого объема в соответствии с приложением Е без дополнительных соединительных трубок.

**B.2.2** Электрические измерения СА воздушного звукопроведения при соединении СА с имитатором закрытого уха [14] проводят с учетом следующих требований:

- телефоны, вставляемые в ушной вкладыш, должны прымывать своим патрубком ко входу трубы длиной  $(18 \pm 0,18)$  мм и диаметром  $(3 \pm 0,03)$  мм, имитирующей ушной вкладыш и соединенной с имитатором закрытого уха (см. приложение И);

- СА, соединяемый с ушным вкладышем посредством звукопровода (например, СА заушного типа или в очковой оправе), должен быть соединен с имитатором закрытого уха с помощью трубы, обеспечивающей расстояние  $(25 \pm 1)$  мм от акустического выхода СА до входа трубы, имитирующей ушной вкладыш. Соединение обеспечивается наконечником, изготовленным из жесткого материала, длиной  $(5 \pm 0,1)$  мм и диаметром  $(2 \pm 0,04)$  мм при номинальном внутреннем диаметре трубы 2 мм. В случае применения соединительной трубы другого диаметра должно быть сделано соответствующее указание в технических условиях, а внутренний диаметр наконечника должен быть соответственно изменен (см. приложение К);

- СА типа «ушная вставка» (модульная конструкция) должен быть соединен с имитатором закрытого уха с помощью трубы, обеспечивающей расстояние от акустического выхода СА до имитатора закрытого уха  $(8 \pm 0,5)$  мм. Соединение обеспечивается наконечником, изготовленным из жесткого материала, длиной  $(5 \pm 0,1)$  мм и диаметром  $(2 \pm 0,04)$  мм при номинальном диаметре трубы 2 мм. В случае применения соединительной трубы другого диаметра должно быть соответствующее указание в технических условиях, а внутренний диаметр должен быть соответственно изменен (см. приложение Л);

- СА с индивидуальными ушными вкладышами должны быть соединены с имитатором закрытого уха с использованием герметичного уплотнения с поддержкой слухового аппарата или ушного вкладыша (см. приложение М).

**B.2.3** Все электроакустические измерения СА костного звукопроведения проводят при соединении СА с механической камерой связи в соответствии с приложениями Н, П, Р, С.

Центр вибрирующей поверхности костного вибратора должен совпадать с центром прокладки механической камеры связи. Вибрационная поверхность должна быть перпендикулярна к оси механической камеры связи. Костный вибратор должен быть прижат к механической камере связи со статической силой  $(2 \pm 0,3)$  Н.

В.2.4 Положение различных регуляторов СА при измерениях, если это не указано особо, должно обеспечивать наиболее широкий диапазон частот и наиболее высокий выходной УЗД. Положение всех регуляторов и диапазон частот при измерениях указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

Регуляторы управления специальными функциями СА должны находиться в нулевом (отключенном) положении.

**В.2.5 Методы измерения электроакустических параметров СА**

**В.2.5.1 Метод замещения**

Контроль звукового поля в точке измерения проводят с помощью рабочего эталона микрофона, градуированного по полю при отсутствии СА с записью электрического напряжения, требуемого для обеспечения необходимых УЗД для данного испытания на входе источника звука.

Точку измерения рекомендуется выбирать на оси источника звука.

**В.2.5.2 Метод сравнения**

При проведении измерений рабочий эталонный микрофон, градуированный по полю, и СА размещают симметрично оси источника звука, при этом точка измерения должна находиться на расстоянии от 6 до 12 см от оси источника звука.

УЗД в точке измерения поддерживают постоянным с помощью регулирующего микрофона, расположенного симметрично точке измерения относительно оси источника звука.

**В.2.5.3 Метод давления**

Возможны два варианта реализации данного метода:

- а) с помощью регулирующего полудиомового микрофона (В.2.5.3.1);
- б) с электронным накоплением данных (В.2.5.3.2).

В.2.5.3.1 Для обеспечения постоянного УЗД в контрольной точке во всем требуемом диапазоне частот расстояние между центром диафрагмы регулирующего микрофона и контрольной точкой СА должно составлять от 5 до 10 мм. СА с направленным микрофоном должны быть ориентированы так, чтобы источник звука находился в направлении максимальной чувствительности микрофона.

УЗД в точке измерения поддерживают постоянным с помощью измерительного микрофона, градуированного по давлению (регулирующий микрофон).

Рекомендуемое расположение СА при испытаниях показано в приложении Т.

В.2.5.3.2 Для обеспечения постоянного УЗД на дискретных частотах на расстоянии от 5 до 10 мм от контрольной точки СА устанавливают микрофон, градуированный по давлению, причем макет или сам испытуемый СА устанавливают в контрольное положение. Подходящим способом, например средствами вычислительной техники, записывают и впоследствии воспроизводят напряжения, требуемые для обеспечения постоянства УЗД в контрольной точке, либо поместив в эту точку макет микрофона, либо оставляя контрольный микрофон на месте, чтобы выполнить условия метода давления.

В.2.5.4 Методы, изложенные в В.2.5.1, В.2.5.2, используют для измерений СА воздушного звукопроведения при соединении их с имитатором уха.

Расстояние между источником звука и точкой измерения рекомендуется устанавливать 0,5—1,5 м для исключения взаимодействия между источником звука и СА.

Точка измерения должна быть выбрана так, чтобы была обеспечена воспроизводимость фиксации СА с погрешностью  $\pm 10$  мм.

Методы, изложенные в В.2.5.3.1, В.2.5.3.2, используют для измерений СА воздушного звукопроведения при соединении их с камерой малого объема.

В.2.5.5 Методы, изложенные в В.2.5.3.1, В.2.5.3.2, могут быть использованы для всех СА костного звукопроведения, методы, изложенные в В.2.5.1, В.2.5.2, могут быть использованы для СА костного звукопроведения, имеющих отдельный от корпуса костный вибратор, при этом механическая камера связи должна быть расположена таким образом, чтобы не влиять на звуковое поле в точке измерения.

В.2.6 Контрольную точку СА, как правило, выбирают в центре акустического входа. При выборе другой контрольной точки СА ее положение указывают в технических условиях на СА конкретных типов. Контрольная точка СА должна совпадать с точкой измерения по В.2.5.

СА устанавливают в звуковом поле без каких-либо перегородок или других приспособлений, имитирующих тело или часть тела человека.

Акустическая камера связи (механическая камера связи) должна быть достаточно удалена от СА, чтобы избежать искажений звукового поля в месте расположения СА.

Рекомендуется электроакустические измерения СА — слуховые очки проводить на заушнике, отделенном от очковой рамки.

Механическая опора СА не должна вызывать значительного искажения звукового поля СА на частотах измерения и не должна вносить паразитных эффектов, возникающих из-за механических резонансов и вибраций, а также каким-либо образом влиять на механические или акустические свойства испытуемого СА.

Размещение СА при испытаниях указывают в технических условиях на СА конкретных типов.

### **В.3 Требования к испытательной аппаратуре**

**В.3.1** Внешние шумы, вибрации и другие источники помех не должны влиять на результаты измерений в диапазоне частот, соответствующем методу измерения, более чем на 0,5 дБ.

**П р и м е ч а н и е** — Это требование считают выполненным, если при выключении источника сигнала выходной УЗД или ВУС снижаются не менее чем на 10 дБ.

**В.3.2** Испытательная камера для измерений СА с имитатором уха должна обеспечивать условия свободного звукового поля. СА и другие препятствия не должны находиться в испытательной камере при градуировке звукового поля.

**В.3.3** Испытательная камера для измерений СА с имитатором уха должна быть оборудована приспособлениями, обеспечивающими точную и воспроизводимую установку СА.

#### **В.3.4 Источник звука**

**В.3.4.1** Источник звука в сочетании с регулирующим микрофоном и аппаратурой, обеспечивающей поддержание заданного УЗД, или средствами электронного накопления данных, например средствами вычислительной техники, должен создавать в точке измерения УЗД от 50 до 90 дБ с погрешностью в пределах:

- при измерении методом замещения  $\pm 1$  дБ в диапазоне частот 200—5000 Гц включительно и  $\pm 1,5$  дБ в диапазоне частот 5000—8000 Гц;

- при измерении методом сравнения  $\pm 1,5$  дБ в диапазоне частот 200—3000 Гц включительно и  $\pm 2,5$  дБ в диапазоне частот 3000—8000 Гц;

- при измерении методом давления  $\pm 1,5$  дБ в диапазоне частот 200—2000 Гц включительно и  $\pm 2,5$  дБ в диапазоне частот 2000—5000 Гц.

**В.3.4.2** Погрешность поддержания частоты источника звука должна быть в пределах  $\pm 2$  % установленного значения.

**В.3.4.3** Коэффициент гармоник испытательного сигнала при входных УЗД от 50 до 70 дБ включительно не должен превышать 1 % для методов по В.2.5.1, В.2.5.2 и 2 % для метода по В.2.5.3, при входных УЗД от 70 до 90 дБ включительно не должен превышать 2 % для методов по В.2.5.1, В.2.5.2 и 3 % для метода по В.2.5.3.

**При измерении коэффициента гармоник СА коэффициент гармоник испытательного сигнала не должен превышать 0,5 % для входных УЗД до 70 дБ включительно.**

**П р и м е ч а н и е** — Коэффициент гармоник СА при проведении квалификационных, периодических и приемо-сдаточных испытаний допускается измерять при коэффициенте гармоник испытательного сигнала, превышающем указанный, если при этом обеспечивается соответствие СА требованиям 5.1.2.

**В.3.5** Камера малого объема должна соответствовать требованиям [12], имитатор закрытого уха должен соответствовать требованиям [14], механическая камера связи должна соответствовать требованиям [13].

#### **В.3.6 Аппаратура для измерения УЗД в камере малого объема и имитаторе уха**

**В.3.6.1** Калибровку системы измерения УЗД, за исключением камеры малого объема и имитатора уха, проводят с погрешностью в пределах  $\pm 0,5$  дБ на заданной частоте.

**В.3.6.2** Отклонение частотной характеристики уровня чувствительности аппаратуры от характеристики, принятой за эталон, при совмещении на частоте 1000 Гц не должно превышать:

- для камеры малого объема  $\pm 1$  дБ в диапазоне частот 200—2000 Гц и  $\pm 1,5$  дБ в диапазоне частот 2000—5000 Гц;

- для имитатора уха  $\pm 1$  дБ в диапазоне частот 200—3000 Гц и  $\pm 2$  дБ в диапазоне частот 3000—8000 Гц.

**В.3.6.3** Коэффициент гармоник измерительной системы должен быть менее 1 % для измерения УЗД до 130 дБ включительно и менее 3 % для измерения УЗД от 130 до 145 дБ включительно.

**В.3.6.4** УЗД, обусловленный фоном переменного тока, тепловым возмущением и другими внутренними источниками помех, должен быть ниже наименьшего УЗД, подлежащего измерению, не менее чем на 10 дБ.

**П р и м е ч а н и е** — Для выполнения этого требования можно применить фильтр, не влияющий на показания на частотах выше 200 Гц.

**В.3.6.5** Показания измерительного прибора должны соответствовать среднему квадратическому значениюю сигнала с погрешностью не более  $\pm 0,5$  дБ при пик-факторе сигнала не менее 3.

#### **В.3.7 Контроль УЗД в свободном поле**

**В.3.7.1** Измеренный УЗД в свободном поле на контрольных частотах не должен отличаться от заданного более чем на  $\pm 0,5$  дБ.

**В.3.7.2** Погрешность градуировки рабочего эталонного микрофона в диапазоне частот 100—8000 Гц не должна превышать  $\pm 0,5$  дБ. Отклонение чувствительности измерительного микрофона по свободному полю относительно чувствительности по свободному полю на заданной частоте не должно превышать  $\pm 1$  дБ в диапазоне частот 200—5000 Гц и  $\pm 1,5$  дБ в диапазоне частот 5000—8000 Гц.

**П р и м е ч а н и е** — При измерении методом сравнения рекомендуется в качестве регулирующего микрофона использовать полудюймовый микрофон.

### B.3.8 Аппаратура для автоматической записи

B.3.8.1 Аппаратура для автоматической записи характеристик СА должна обеспечивать в точке измерения УЗД от 50 до 90 дБ с погрешностью согласно B.3.4.1.

B.3.8.2 Погрешность определения частоты на карте самописца не должна превышать  $\pm 5\%$ .

B.3.8.3 Автоматически записанные значения не должны отличаться более чем на  $\pm 1$  дБ от установленных значений в диапазоне частот 200—5000 Гц и на  $\pm 2$  дБ — в диапазоне частот 5000—8000 Гц.

B.3.8.4 Погрешность самописца или другого регистрирующего прибора, используемого для автоматической записи, в установленном режиме не должна превышать  $\pm 0,6$  дБ в диапазоне частот 200—5000 Гц включительно.

B.3.9 Калибровка электронной измерительной системы, соединяемой с механической камерой связи, должна быть в пределах  $\pm 0,5$  дБ.

### B.3.10 Источник магнитного поля

B.3.10.1 Внешние шумы, фон и поля рассеяния в пространстве для измерения не должны превышать 0,5 дБ и влиять на результаты измерений во всем требуемом частотном диапазоне.

П р и м е ч а н и е — Это требование считают выполненным, если при выключении источника сигнала выходной УЗД снижается не менее чем на 10 дБ.

B.3.10.2 Источник магнитного поля не должен содержать никаких ферромагнитных материалов, механическая опора СА должна быть изготовлена не из металла, пространство для измерений должно быть удалено от каких-либо ферромагнитных или других материалов, в которых могут наводиться вихревые токи, вызывающие возмущение магнитного поля.

B.3.10.3 Источник магнитного поля должен иметь такую форму и размеры, чтобы внутри сферы диаметром 10 см, центр которой является точкой измерения и совпадает с центром витка источника, отклонение магнитного поля по значению и направлению не превышало  $\pm 5$  и  $\pm 10\%$  соответственно.

#### П р и м е ч а н и я

1 Этим требованиям отвечает квадратная петля со сторонами  $a$  более 0,5 м и круглая петля диаметром  $d$ , превышающим 0,56 м.

2 При использовании источников магнитного поля, образующих сферу меньшего диаметра, должна быть обеспечена соответствующая воспроизводимость установки СА в точке измерения.

B.3.10.4 Коэффициент гармоник магнитного поля должен быть не более 1 %.

П р и м е ч а н и е — Это условие выполняется, если искажения входного тока составляют менее 1 %.

B.3.10.5 Напряженность магнитного поля в точке измерения должна поддерживаться с погрешностью  $\pm 1,5$  дБ.

Для сохранения постоянства напряженности магнитного поля в диапазоне частот проверяемого СА необходимо возбуждение источника от звукового генератора, выходной импеданс которого не менее чем в 100 раз превышает импеданс источника магнитного поля.

В случае применения звукового генератора с низким импедансом источник магнитного поля может быть подсоединен к генератору через резистор, сопротивление которого не менее чем в 100 раз превышает импеданс источника.

B.3.10.6 Напряженность магнитного поля, создаваемая источником в точке измерения, должна быть рассчитана в зависимости от его геометрической формы в центре витка квадратной формы по формуле

$$H = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{i}{a},$$

где  $H$  — напряженность магнитного поля, А/м;

$i$  — ток в витке, А;

$a$  — сторона витка квадратной формы, м,

или в центре витка круглой формы по формуле

$$H = \frac{i}{d},$$

где  $d$  — диаметр витка круглой формы, м.

B.3.10.7 СА должен быть расположен в точке измерения в положении, обеспечивающем при подаче сигнала максимальный выходной УЗД. Положение СА должно быть зафиксировано и указано в технических условиях на СА конкретных типов.

B.3.11 Измерение напряжения источника питания должно быть выполнено с погрешностью в пределах  $\pm 50$  мВ от установленного значения.

В случае применения внешнего (стационарного) источника питания, моделирующего реальные источники питания, значения напряжения и внутреннего сопротивления должны быть указаны в технических условиях на СА конкретных типов.


В.3.12 Аппаратура для измерения потребляемого тока должна обеспечивать погрешность в пределах  $\pm 5\%$  значения измеряемого тока.

Сопротивление по постоянному току не должно превышать  $\frac{50}{I}$  Ом, где  $I$  — измеряемый ток, мА.

Сопротивление по переменному току в диапазоне частот 200—5000 Гц не должно превышать 1 Ом. Одним из способов реализации этого требования является шунтирование измерителя тока конденсатором емкостью 8000 мкФ. Конденсатор не должен шунтировать источник питания.

Приложение Г  
(справочное)

**Соединение телефона воздушной проводимости СА карманного типа  
с камерой малого объема**




1 — испытуемый телефон; 2 — капиллярная трубка диаметром 0,6 мм и длиной не менее 12,5 мм, предназначенная для выравнивания статического давления; 3 — провод диаметром 0,5 мм; 4 — эквивалент ушного вкладыша; 5 — полость диаметром 18—21 мм (эффективный объем  $2 \text{ см}^3 \pm 1\%$ ); 6 — микрофон, градуированный по давлению; 7 — герметизирующее уплотнение и опора выступа телефона

Рисунок Г.1

**Приложение Д**  
**(справочное)**

**Соединение заушного СА с камерой малого объема**




1 — звукопровод; 2 — СА; 3 — трубка; 4 — наконечник; 5 — трубчатое соединительное устройство; 6 — капиллярная трубка диаметром 0,6 мм и длиной не менее 12,5 мм; 7 — провод диаметром 0,5 мм; 8 — эквивалент ушного вкладыша; 9 — полость диаметром 18—21 мм (эффективный объем  $2 \text{ см}^3 \pm 1\%$ ); 10 — микрофон, градуированный по давлению; 11 — герметизирующее уплотнение и упор для трубчатого соединительного устройства

Рисунок Д.1

Приложение Е  
(справочное)

**Соединение внутриушного СА с камерой малого объема**




1 — герметизирующее уплотнение для СА; 2 — внутриушной СА; 3 — провод диаметром 0,5 мм; 4 — капиллярная трубка диаметром 0,6 мм и длиной не менее 12,5 мм; 5 — микрофон, градуированный по давлению; 6 — полость диаметром 18—21 мм (эффективный объем  $2 \text{ см}^3 \pm 1\%$ )

Рисунок Е.1

**Приложение Ж**  
(справочное)

**Соединение СА — слуховые очки с камерой малого объема**




1 — заушник; 2 — патрубок; 3 — трубка; 4 — наконечник; 5 — трубчатое соединительное устройство; 6 — капиллярная трубка диаметром 0,6 мм и длиной не менее 12,5 мм, предназначенная для выравнивания статического давления; 7 — провод диаметром 0,5 мм; 8 — эквивалент ушного вкладыша; 9 — полость диаметром 18—21 мм (эффективный объем  $2 \text{ см}^3 \pm 1\%$ ); 10 — микрофон, градуированный по давлению; 11 — герметизирующее уплотнение и упор для трубчатого соединительного устройства

Рисунок Ж.1

Приложение И  
(обязательное)

Соединение телефона воздушной проводимости СА карманного типа с имитатором уха




1 — испытуемый телефон; 2 — эквивалент ушного вкладыша; 3 — опорная плоскость имитатора уха; 4 — имитатор уха;  
5 — герметизирующее уплотнение и опора выступа телефона

Рисунок И.1

**Приложение К  
(обязательное)**

**Соединение заушного СА с имитатором уха**




1 — звукопровод; 2 — СА; 3 — трубка; 4 — наконечник; 5 — герметизирующее уплотнение; 6 — эквивалент ушного вкладыша;  
7 — опорная плоскость имитатора уха; 8 — имитатор уха

Рисунок К.1

Приложение Л  
(обязательное)

**Соединение внутриушного СА модульной конструкции с имитатором уха**




1 — СА; 2 — трубка; 3 — фиксатор; 4 — имитатор уха; 5 — наконечник; 6 — передняя плоскость имитатора уха

Рисунок Л.1


**Приложение М**  
**(обязательное)**

**Соединение СА с индивидуальными ушными вкладышами с имитатором уха**




1 — трубка; 2 — ушной вкладыш; 3 — опорная плоскость имитатора уха; 4 — имитатор уха;  
5 — герметизирующее и фиксирующее уплотнение

Рисунок М.1 — Соединение СА с индивидуальным ушным вкладышем с имитатором уха



1 — СА; 2 — передняя плоскость имитатора уха; 3 — имитатор уха; 4 — ушной вкладыш СА;  
5 — герметизирующее и фиксирующее уплотнение

Рисунок М.2 — Соединение СА типа «ушная вставка» с имитатором уха




1 — телефон СА; 2 — индивидуальный ушной вкладыш; 3 — герметизирующее и фиксирующее уплотнение; 4 — опорная  
плоскость имитатора уха; 5 — имитатор уха

Рисунок М.3 — Соединение телефона СА с индивидуальным ушным вкладышем с имитатором уха

Приложение Н  
(справочное)

**Соединение СА костного звукопроведения в виде дугообразного оголовья с механической камерой связи**




1 — механическая камера связи; 2 — костный вибратор; 3 — электрический провод; 4 — оголовье; 5 — основание механической камеры связи; 6 — демпфер; 7 — контрольная точка СА; 8 — источник звука; 9 — контролльный микрофон; 10 — корпус СА; 11 — опора; 12 — прокладки из пористого материала, обеспечивающие статическую силу прижима 2,0 Н

Рисунок Н.1

**Приложение П  
(справочное)**

**Соединение СА в очковой оправе костного звукопроведения  
с механической камерой связи**




1 — механическая камера связи; 2 — СА; 3 — источник звука; 4 — контрольный микрофон; 5 — регулятор поворота;  
6 — прокладка, обеспечивающая статическую силу прижима 2,0 Н; 7 — изолирующий материал; 8 — контрольная точка СА

Рисунок П.1

Приложение Р  
(справочное)

**Соединение СА в очковой оправе костного звукопроведения  
с механической камерой связи**




1 — механическая камера связи; 2 — СА; 3 — источник звука; 4 — контрольный микрофон; 5 — регулятор упора шарнирного соединения; 6 — регулятор поворота; 7 — прокладка, обеспечивающая статическую силу прижима 2,0 Н; 8 — шарнир; 9 — контрольная точка СА

Рисунок Р.1

Приложение С  
(справочное)

**Соединение карманного СА костного звукопроведения с механической камерой связи**




1 — опора; 2 — механическая камера связи; 3 — костный вибратор; 4 — оголовье для крепления костного вибратора; 5 — демпфер; 6 — основание механической камеры связи; 7 — прокладки из пористого материала, обеспечивающие статическую силу прижима 2,0 Н

Рисунок С.1


Приложение Т  
(рекомендуемое)

**Расположение СА при испытаниях**



1 — контрольный микрофон; 2 — акустический вход СА

Рисунок Т.1 — Расположение СА карманного типа при измерениях методом давления



1 — контрольный микрофон, 2 — акустический вход СА

Рисунок Т.2 — Расположение СА заушного типа при измерениях методом давления

**Приложение У  
(обязательное)**

**Методики испытаний на стойкость к воздействию биологической среды**

Для испытаний используют образцы материалов, детали, сборочные единицы и (или) СА (далее — изделия). Вид изделий для испытаний определяет разработчик изделий. Количество изделий устанавливают в технических условиях, техническом задании или ином документе. При испытании без измерений параметров — критериев годности количество изделий должно быть не менее трех.

Перед началом испытаний проводят внешний осмотр изделий и измерение параметров — критериев годности, устанавливаемых в технических условиях или техническом задании на СА конкретных типов.

**У.1 Испытания на воздействие имитатора пота**

У.1.1 Готовят 1 дм<sup>3</sup> раствора следующего состава:

- натрий хлористый — 5 г;
- мочевина — 1 г;
- аммиак — 0,0003 дм<sup>3</sup>;
- кислота уксусная — 0,003 дм<sup>3</sup>;
- ацетон — 0,001 дм<sup>3</sup>;
- вода дистиллированная — остальное.

Указанный раствор представляет собой имитатор пота.

У.1.2 Решетку с изделиями устанавливают в эксикатор, в который предварительно наливают имитатор пота.

Расстояние от зеркальной поверхности имитатора пота до изделий, установленных на решетке, должно составлять (6 ± 0,5) см. Эксикатор закрывают крышкой, в которую вставлены две стеклянные трубы длиной 15—20 см. Первую стеклянную трубку одним концом погружают в имитатор пота на глубину (2 ± 0,5) см, другой конец стеклянной трубы соединяют с резиновой трубкой, присоединенной к мембранныму насосу. Вторую стеклянную трубку устанавливают так, чтобы она соединяла воздушную среду, находящуюся внутри эксикатора, с воздушной средой вне эксикатора.

У.1.3 Эксикатор с изделиями помещают в климатическую камеру и устанавливают в ней температуру от 37 °С до 40 °С. Начало испытаний отсчитывают от момента достижения заданной температуры. Через каждые 60 мин на период времени в 1 мин включают насос, подающий в имитатор пота воздух. Длительность испытаний 72 ч. При испытаниях образцов длительность может быть увеличена до 120 ч.

У.1.4 По окончании испытаний камеру отключают, через (30 ± 5) мин открывают дверцы камеры. С эксикатора снимают крышку, решетку с изделиями извлекают из эксикатора и оставляют в камере от 30 до 60 мин. Затем проводят внешний осмотр невооруженным глазом и с помощью лупы с увеличением не более 16х.

У.1.5 После осмотра измеряют значения параметров — критериев годности.

**У.2 Испытания на воздействие стафилококка**

У.2.1 Для испытаний используют культуру стафилококка *Staphylococcus epidermidis* в возрасте от 10 до 14 сут.

У.2.2 Все доступные поверхности изделий обрабатывают этиловым спиртом. После обработки изделия подвешивают на решетке и переносят в бокс для работы с микроорганизмами. Изделия заражают супензией стафилококка с помощью пульверизатора. Через 30—60 мин решетку с изделиями помещают в герметичный эксикатор, в который предварительно налито 0,2 дм<sup>3</sup> дистиллированной воды, и закрывают крышку эксикатора.

У.2.3 Эксикатор с зараженными изделиями помещают в климатическую камеру и устанавливают в ней температуру от 37 °С до 40 °С. Начало испытаний отсчитывают от момента достижения заданной температуры. Изделия выдерживают в климатической камере в течение 24 ч. Через 24 ч камеру отключают, через 30 мин эксикатор извлекают из камеры.

У.2.4 Крышку эксикатора открывают и извлекают из него решетку с изделиями. Далее выполняют требования У.1.2—У.1.4.

У.2.5 После осмотра изделия дезинфицируют 70 %-ным раствором спирта или 2 %-ным раствором перекиси водорода и измеряют значения параметров — критериев годности.

У.2.6 Ввиду необходимости особых условий обращения с микроорганизмами и высокой опасности заражения испытания на воздействие стафилококка проводят специализированные организации.

## Библиография

- [1] РД 50-707—91 Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности
- [2] МЭК 60063:1963 Ряды предпочтительных величин для резисторов и конденсаторов
- [3] МЭК 60118-12:1996 Размеры вилок для слуховых аппаратов
- [4] МЭК 60118-0:1983 Аппараты слуховые. Часть 0. Измерение электроакустических характеристик
- [5] МЭК 60118-1:1995 Аппараты слуховые. Часть 1. Слуховые аппараты с индукционной приемной катушкой на входе
- [6] МЭК 60118-2:1983 Аппараты слуховые. Часть 2. Слуховые аппараты с автоматической регулировкой усиления громкости
- [7] МЭК 60118-5:1983 Аппараты слуховые. Часть 5. Ниппели для наушников
- [8] МЭК 60118-6:1999 Аппараты слуховые. Часть 6. Характеристики входных электрических цепей слуховых аппаратов
- [9] МЭК 60118-7:2005 Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для контроля качества при производстве, снабжении и поставках
- [10] МЭК 60118-9:1985 Аппараты слуховые. Часть 9. Методы измерения характеристик слуховых аппаратов по выходу вибратора костной проводимости
- [11] МЭК 60118-11:2001 Аппараты слуховые. Часть 11. Условные обозначения и маркировка слуховых аппаратов и комплектующих устройств
- [12] МЭК 60318-5:2006 Камера эталонная для испытания слуховых аппаратов, в которых используются головные телефоны с ушными вставками
- [13] МЭК 60318-6:2007 Соединители механические для измерения параметров костных вибраторов
- [14] МЭК 60318-4:2010 Имитаторы внутреннего уха для измерения характеристик телефонов, соединенных с ухом посредством ушных вкладышей

УДК 616.28-089.24:006.354

ОКС 17.140.50

Р24

ОКП 94 4480

Ключевые слова: слуховые электронные реабилитационные аппараты, воздушное и костное звукопроведение, технические требования, методы испытаний

---

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Е.В. Беспроозванная*  
Корректор *Р.А. Мэнтова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 06.08.2014. Подписано в печать 27.08.2014. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 6,05. Уч.-изд. л. 4,74. Тираж 41 экз. Зак. 3601.

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)