

Министерство здравоохранения СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

22/I

Москва - 1988

Министерство здравоохранения СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

22/1

Москва - 1988

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны предназначены для санитарно-эпидемиологических стаций и санитарных лабораторий на промышленных предприятиях при осуществлении контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разрабатываются и утверждаются с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны их предельно-допустимым концентрациям (ПДК)-санитарно-гигиеническим нормативам, утверждаемым Министерством здравоохранения СССР, оценки эффективности внедрения санитарно-гигиенических мероприятий, установления необходимости использования средств индивидуально защиты органов дыхания, оценки влияния вредных веществ на состояние здоровья работающих и др.

Включенные в данный выпуск методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования" и ГОСТ 12.1.016-79 "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ" и одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии". Методические указания являются обязательными при осуществлении вышеуказанного контроля.

Ответственные за выпуск: С.И.Муравьева, Г.А.Льякова, К.М.Грачева,  
В.Г.Овечкин.

Настоящие методические указания разрешается размножить в необходимом количестве экземпляров.

## УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государствен


енного санитарного врача СССР

*Г. Веснин* А.И.Заиченко

" 11 " декабря 1987 г.

№ 4461-87

**М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я**  
**ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ И ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕ-**  
**РЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ 1,2,4-ТРИАЗОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**



М.и.69,07

I,2,4-триазол - кристаллическое вещество белого цвета,  $T_{\text{пл}} = 120^{\circ}\text{C}$ . Хорошо растворим в воде, этаноле. Плохо растворим в эфире, в бензоле. Нерастворим в гексане, хлороформе, Н-гептане. В воздухе присутствует в виде аэрозоля.

I,2,4-триазол относится к умеренно-раздражающим веществам.  
 ОБУВ - 5 мг/м<sup>3</sup>.

Метод I. Газохроматографическое измерение концентрации

I,2,4-триазола.

**ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА**

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии с применением термоионного детектора. Отбор проб проводится концентрированием на фильтре АЯ-ВП-20.

Нижний предел измерения в хроматографированном объеме 0,1 мкг.

Нижний предел измерения в воздухе ~ 2,5 мг/м<sup>3</sup> (при отборе 100 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций от 25 до 20 мг/м<sup>3</sup>.

Измерения не мешают 4-амино-1,2,4-триазол; 1-СІ-(4 хлорфено-кси)-3,3-диметилбутанон-2, 1-(4хлорфенокси)-3,3-диметилбутанон-2; пираколин;mono- и дихлорпираколин.

Суммарная погрешность не превышает ± 20%.

Время выполнения измерения (включая отбор проб) около 40 мин.

#### ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА, ПОСУДА

Хроматограф "Цвет-І64" или аналогичный прибор с термоионным детектором.

Колонка стеклянная длиной 1 м и внутренним диаметром 3,5 мм.

Аспирационное устройство.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 10, 5, 2 и 1 мл.

Фильтродержатели.

Пробирки с пришлифованными пробками, вместимостью 10 мл, ГОСТ 10515-75.

Микроприц Ш-10, ГОСТ 8043-74.

Линейка измерительная, ГОСТ 8309-75.

Секундомер, ГОСТ 5072-79.

Водоструйный насос.

#### РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ, МАТЕРИАЛЫ

Этиловый спирт-ректификат, ГОСТ 18300-72, хч.

Твердый носитель: инертон Сирег фракция 0,16-0,20 мм.

Жидкая фаза 0° - 17,3%.

Газообразный азот, ГОСТ 9293-74 из баллона с редуктором.

Водород, ГОСТ 3022-70 из баллона с редуктором.

Воздух из баллона или нагнетаемый компрессором.

Фильтры АФА-ВП-20.

Стандартный раствор триазола № I с концентрацией 1 мг/мл готовят растворением навески 0,100 г в этаноле в мерной колбе вместимостью 100 мл. Раствор устойчив в течение двух месяцев.

Стандартный раствор № 2 с концентрацией 400 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением раствора № I этанолом. Раствор устойчив в течение одного месяца.

#### ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-20. Для определения 1/2 ПДК следует отобрать 100 л воздуха.

Срок хранения проб 5 дней при +4°C.

#### ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Хроматографическую колонку заполняют насадкой с подсоединением слабого вакуума (с помощью водоструйного насоса). Колонку помещают в термостат хроматографа и, не подсоединяя к детектору, кондиционируют при скорости газа-носителя 30 мл/мин и температуре термостата колонок 170°C в течение 12 часов. После завершения кондиционирования, колонку подсоединяют к детектору и обеих подготовку прибора проводят согласно инструкции.

Градуировочные растворы с содержанием определяемого вещества от 100 до 400 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора № 2 растворителем. Растворы устойчивы в течение 7 дней при температуре +4°C.

Градуировочные растворы готовят согласно таблице 20

Таблица 20

<u>Номер стандарта</u>	<u>Стандартный раствор в этиловом спирте</u>	<u>Концентрация, мкг/мл</u>
1	0	0

1	0	0
2	2,5	7,5
3	3,75	6,25
4	5	5
5	6,25	3,75
6	7,5	2,5
7	8,75	1,25
8	10	0

Для количественного определения используют метод абсолютной калибровки. В испаритель хроматографа через самоуплотняющуюся мембрану вводят по 1 мкл каждого из градуировочных растворов, что соответствует 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 мкг. На основании полученных данных строят градуировочный график, выражаящий зависимость площади пика ( $\text{мк}^2$ ) от количества вещества (мкг). Построение графика проводят из 5 параллельных определений для каждой концентрации.

#### Условия хроматографирования градуировочных смесей и анализируемых проб

Температура термостата колонок	145°C
Температура испарителя	200°C
Температура термостата детектора	200°C
Скорость потока газа-носителя	30 мл/мин
Скорость потока водорода	30 мл/мин
Скорость потока воздуха	300 мл/мин
Скорость движения диаграммной ленты	240 мм/час
Время удерживания 1,2,4-триазола	38 сек.

### ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

При определении содержания аэрозоля 1,2,4-триазола фильтр с отобранный пробой переносят в стаканчик и синтезируют этиловым спиртом по 5 мл дважды при помешивании стеклянной палочкой. Фильтр отжимают и удаляют. Экстракт переносят в мерную пробирку, упаривают до объема 2,5 мл и хроматографируют вводя в испаритель хроматографа с помощью микрошприца I чкл. Затем записывают хроматограмму, вычисляют площадь пика и по градуировочному графику находят количество определяемого компонента.

### РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ

Концентрацию 1,2,4-триазола в  $\mu\text{г}/\text{м}^3$  (С) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot b}{b \cdot V}, \text{ где}$$

а - количество 1,2,4-триазола, найденное в анализируемом растворе по градуировочному графику, мкг;

в - общий объем раствора пробы, мл;

б - объем пробы, взятый для анализа, мл;

$\sqrt{V}$  - объем воздуха отобранный для анализа, приведенный к стандартным условиям (см. приложение I).

Метод Б. Измерение концентрации 1,2,4-триазола методом тонкослойной хроматографии

### ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

Метод основан на хроматографическом выделении триазола в тонком слое силикагеля на пластинках "Силуфол" с последующим проявлением хроматограмм раствором бромфенолового синего в азотокислом серебре.

Отбор проб проводится с концентрированием на Фильтр АФА-ВП-20. Низкий предел измерения триазола 2 мкг в анализируемом объеме. Низкий предел измерения вещества в воздухе 2,5 мг/м<sup>3</sup> при отборе 40 л.

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 2,5 до 25 мг/м<sup>3</sup>.

Измерение не мешают пинаколин; моно-, дихлорпинаколин; 4 амино-1,2,4-триазол; 1-(4хлорфенокси)-3,3диметилбутанон-2, ECI-(4хлорфенокси)-3,3диметилбутанон-2.

Суммарная погрешность не превышает ± 25%.

Время выполнения измерения (включая отбор проб) около 30 мин.

#### ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА, ПОСУДА

Аспирационное устройство.

Фильтродержатели.

Камера хроматографическая, ГОСТ 10565-63.

Роторный испаритель ИР-М, ТУ 25-И-917-74.

Пульверизаторы стеклянные.

Колба грушевидная, ГОСТ 10394-72, вместимостью 100 мл.

Изопропипетки, ГОСТ 20292-74, вместимость 0,1 мл.

Фляги медицинские, вместимостью 1 мл.

Колбы мерные, ГОСТ Г770-74, вместимостью 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-75, вместимостью 1; 5 и 10 мл.

Пробирки градуированные с пришлифованными пробками, ГОСТ 10515-75, вместимостью 10 мл.

#### РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

Спирт этиловый, ГОСТ 18300-72, хч.

Ацетон, ГОСТ 2603-79, хч.

Спирт метиловый, ГОСТ 6995-67, хч.

Бромфеноловый синий, ТУ 6-09-1058-75.

Серебро азотнокислое, ГОСТ 1277-75, чда, 0,5% водно-этиловый раствор (1 часть воды и 3 части эфира).

Подвижная фаза: метанол-эфир (2:1).

Проявляющий реагент: 0,05 г бромфенолового синего раствора в черной колбе вместимостью 100 мл в 1 мл эфира и доводят раствор до метки раствором азотнокислого серебра. Хранят в темном месте до 30 дней.

Пластиинки для тонкослойной хроматографии типа "Силуфол" (ЧССР)

Фильтры АФА-ВП-20.

Стандартный раствор № I триазола с концентрацией вещества 1 мг/мл готовят растворением 100 мг триазола в 100 мл этилового спирта. Раствор устойчив в течение 2 месяцев.

Стандартный раствор № 2 с концентрацией триазола 200 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением этиловым спиртом исходного стандартного раствора № I.

#### ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

Воздух с объемным расходом 5 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-20. Для измерения 0,5 ПДК следует отобрать 40 л воздуха.

Срок хранения отобранных проб 5 дней.

#### ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Фильтр с отобранной пробой переносят в небольшой стакан, пропаривают трижды этиловым спиртом, экстракты сливают в грушевидную колбу, растворитель отгоняют до объема 2-3 мл. Раствор коли-

честно переносят в мерную пробирку, сывая стенки колбы этиловым спиртом и присоединяя сивы к раствору в пробирке. Концентрируют объем до 5 мл. Отбирают аликвоту 0,1 мл и количественно наносят его на хроматографическую пластинку с помощью микропипетки или медицинского шприца. Рядом наносят на стартовую линию стандартный раствор № 2 триазола, в количестве 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 мл, что соответствует 2, 4, 8, 12, 16 и 20 мкг. Пластинку помещают в камеру для хроматографирования. Хроматографирование проводят в системе растворителей метанол-ациeton (2:1), после чего пластинку извлекают из хроматографической камеры и сушат при комнатной температуре до полного удаления следов растворителей. Хроматограммы проявляют проявляющим реагентом.

Триазол проявляется в виде желтого пятна на темносинем фоне с  $R_f = 0,80 \pm 0,02$ . В течение суток пятно меняет цвет на голубой. Хроматограмма устойчива в течение 15 суток.

Количественное измерение содержания триазола в пробе проводят путем измерения площади пятен пробы и стандартов с помощью планиметра.

#### ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ

Количество триазола II (в мкг) в анализируемом объеме пробы находят по формуле

$$m = \frac{M \cdot S_x}{S_{ст}} , \text{ где}$$

$m$  - содержание триазола на пятне стандарта, мкг;

$S_x$  - площадь пятна пробы,  $\text{мм}^2$ ;

$S_{ст}$  - площадь пятна стандарта,  $\text{мм}^2$ .

Концентрация триазола "С" в воздухе (в мг/м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле

$$C = \frac{a \cdot v}{b \cdot V}, \text{ где}$$

а - содержание триазола, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

в - общий объем пробы, мл;

б - объем пробы, взятый для анализа, мл;

V - объем воздуха (л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям.

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

## Справочное

Приведение объема воздуха к условиям по ГОСТ 12.1.016-79 (температура 20<sup>0</sup>С, давление 760 мм рт.ст.) проводят по следующей формуле:

$$V_t = \frac{V_t (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^\circ) \cdot 101,33} \quad , \text{ где}$$

$V_t$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л;

$P$  - барометрическое давление, кПа

(101,33 кПа = 760 мм рт.ст.);

$t^\circ$  - температура воздуха в месте отбора пробы, <sup>0</sup>С.

Для удобства расчета  $V_t$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к температуре 20<sup>0</sup>С и к давлению 760 мм рт.ст. надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Справочное

Коэффициент К для приведения объема воздуха к условиям  
по ГОСТ 12.1.016-79

$^{\circ}\text{C}$	Давление Р, кПа (мм рт.ст.)									
	97,33 (730)	97,86 (734)	98,4 (738)	98,93 (742)	99,46 (746)	100 (750)	100,53 (754)	101,06 (758)	101,33 (760)	101,86 (764)
-30	I, 1582	I, 1646	I, 1709	I, 1772	I, 1836	I, 1899	I, 1963	I, 2026	I, 2058	I, 2122
-26	I, 1393	I, 1456	I, 1519	I, 1581	I, 1644	I, 1705	I, 1768	I, 1831	I, 1862	I, 1925
-22	I, 1212	I, 1274	I, 1336	I, 1396	I, 1458	I, 1519	I, 1581	I, 1643	I, 1673	I, 1735
-18	I, 1036	I, 1097	I, 1159	I, 1218	I, 1278	I, 1338	I, 1399	I, 1460	I, 1490	I, 1551
-14	I, 0866	I, 0926	I, 0986	I, 1045	I, 1105	I, 1164	I, 1224	I, 1284	I, 1313	I, 1373
-10	I, 0701	I, 0760	I, 0819	I, 0877	I, 0936	I, 0994	I, 1053	I, 1112	I, 1141	I, 1200
-6	I, 0540	I, 0599	I, 0657	I, 0714	I, 0772	I, 0829	I, 0887	I, 0945	I, 0974	I, 1032
+2	I, 0385	I, 0442	I, 0499	I, 0556	I, 0613	I, 0669	I, 0726	I, 0784	I, 0812	I, 0869
0	I, 0309	I, 0366	I, 0423	I, 0477	I, 0535	I, 0591	I, 0648	I, 0705	I, 0733	I, 0789
-2	I, 0234	I, 0291	I, 0347	I, 0402	I, 0459	I, 0514	I, 0571	I, 0627	I, 0655	I, 0712
-6	I, 0087	I, 0143	I, 0198	I, 0253	I, 0309	I, 0363	I, 0419	I, 0475	I, 0502	I, 0557
+10	0, 9944	0, 999	I, 0054	I, 0108	I, 0162	I, 0216	I, 0272	I, 0326	I, 0353	I, 0407
+14	0, 9806	0, 9860	0, 9914	0, 9967	I, 0027	I, 0074	I, 0128	I, 0183	I, 0209	I, 0263
+18	0, 9671	0, 9725	0, 9778	0, 9880	0, 9884	0, 9936	0, 9989	I, 0043	I, 0069	I, 0122
+20	0, 9605	0, 9658	0, 9711	0, 9783	0, 9816	0, 9868	0, 9921	0, 9974	I, 0000	I, 0053
+22	0, 9539	0, 9592	0, 9645	0, 9696	0, 9749	0, 9800	0, 9853	0, 9906	0, 9932	0, 9985
+24	0, 9475	0, 9527	0, 9579	0, 9631	0, 9683	0, 9735	0, 9787	0, 9839	0, 9865	0, 9917
+26	0, 9412	0, 9464	0, 9516	0, 9566	0, 9618	0, 9669	0, 9721	0, 9773	0, 9799	0, 9851
+28	0, 9349	0, 9401	0, 9453	0, 9503	0, 9655	0, 9605	0, 9657	0, 9708	0, 9734	0, 9785
+30	0, 9288	0, 9339	0, 9891	0, 9440	0, 9432	0, 9542	0, 9594	0, 9645	0, 9670	0, 9723
+34	0, 9167	0, 9218	0, 9268	0, 9318	0, 9368	0, 9418	0, 9468	0, 9519	0, 9544	0, 9595
+38	0, 9049	0, 9099	0, 9149	0, 9198	0, 9248	0, 9297	0, 9347	0, 9397	0, 9421	0, 9471

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  
учреждений, представивших "Методические указания  
по измерению концентраций вредных веществ в  
воздухе."

п/п!	Наименование вещества	Учреждения, представившие Методические указания
I!	2	3
I	апенафтен	НИОПИК, Донецкий медицинский институт
2	3,3-диметилбутанон-2 (пинаколип)	НИИ химии АН УзССР
3	дисульфид	НИИ лекарств
4	I, I-ди(4-хлорбенокси)-3,3-диметилбутанон-2	НИИ химии АН УзССР
5	изобутиронитрил	Волгоградская обл. СССР
6	3-изоцианотолуол	Горьковский НИИ ГТиБЗ
7	красители активные хлортриазиновые	НИОПИК
8	красители винилсульфоновые	НИОПИК
9	красители дисперсные актракционные	НИОПИК
10	красители триарилметановые	НИОПИК
II	красители фталоцианиновые	НИОПИК
I2	крезидин	НИОПИК
I3	натрия гидрокарбонат	Донецкий НИИ ГТиБЗ
I4	натрий монохлоруксусный	Уфимский НИИ ГТиБЗ
I5	натриевая соль полифталоцианина кобальта	Уфимский НИИ ГТиБЗ
I6	рибофлавин	НИИ лекарств
I7	L-сорбоза	НИИ ГТиБЗ АН СССР
I8	сульфазин, сульфалиазин серебра, уросульфан	НИИ лекарств
I9	сульфантрол	НИИ лекарств
20	I, 2, 4-триазол	НИИ химии АН УзССР
21	триэтилfosfат	Львовский медицинский институт

1	2	1	3
22	I-хлор-3,3-диметилбутанон-2	НИИ химии АН УзССР	
23	I,4-хлорфенокси-(3,3-диметилбутанон-2)	НИИ химии АН УзССР	
24	I-хлор(4-хлорфенокси)-3,3-диметил- бутанон-2	НИИ химии АН УзССР	
25	цианамид кальция	Армянский НИИ ГТИВ	

## Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
и опубликованным Методическим указаниям

<u>Наименование веществ</u>	<u>Методические указания</u>
I,I,5-тригидроперфторамилакрилат	ИУ на фотометрическое определение фторогорганических соединений в воздухе, 1., 1981, с. 187 (переизданный сборник ИУ, вып. I-5) коэффициент пересчета с фтора I,88
I,I-дигидроперфторамилакрилат	коэффициент пересчета с фтора I,78
I,I,7-тригидроперфторгептилакрилат	коэффициент пересчета с фтора I,69
I,I-дигидроперфторгептилакрилат	коэффициент пересчета с фтора I,64

Указатель определяемых веществ

**Алкнафти 3**

Гидрокарбонат натрия 7

**3,3-диметилбутанон-2 12**

**6,7-диметил-9-(Д-І-рибитил)изосаллоксазин (рибофлавин) 18**

**Десульфан 22**

**1,1-ди(4-хлорfenокси)-3,3-диметилбутанон-2(дихлорфеноксипинаколин) 26**

**Изобутиронитрил 31**

**3-изоцианотолуол (и-толилизоцианат) 35**

**Красители: активные ринилсульфоновые 48**

активный красно-фиолетовый 2КТ 44

активные хлортиазиновые 65

дисперсные антрахиноновые 40

дисперсный прочный желтый 2Y 44

основные триарилметановые 54

фталоцианиновые 60

**Крезидин 70**

**Моноклоруксусный натрий 76**

**Натриевая соль полигтaloцианина кобальта 81**

**L-сорбоза 86**

**Сульфадиазин серебра 92**

**Сульфазин 92**

**Сульфантрол 97**

**І,2,4-триазол 101**

**Триэтилфосфат 110**

**Уросульфан 92**

**І-хлор-3,3-диметилбутанон-2 115**

**І-(4-хлорfenокси)-3,3-диметилбутанон-2 120**

**І-хлор-(4-хлорfenокси)-3,3-диметилбутанон-2 120**

**Цванамид кальция 126**

## СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аценафтена в воздухе рабочей зоны. . . . .	3
2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций гидрокарбоната натрия в воздухе рабочей зоны. . . . .	7
3. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации 3,3-диметилбутанона-2 в воздухе рабочей зоны. . . . .	12
4. Методические указания по флуориметрическому измерению концентрации 6,7-диметил-9-(Д-І-рибитил)изоаллоксазина (рибофлавина) в воздухе рабочей зоны . . . . .	18
5. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций дисульфана в воздухе рабочей зоны. 22	
6. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1,1-ди(4-хлорбенокси)-3,3-диметилбутанона-2(дихлорбеноксипинаколина) в воздухе рабочей зоны. 26	
7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изобутиронитрила в воздухе рабочей зоны. 31	
8. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 3-изо-шантодулола (и-толитизопианата) в воздухе рабочей зоны . . . . .	35
9. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций дисперсных антрахиноновых красителей в воздухе рабочей зоны. . . . .	40

10. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций красителей актичного красно-фиолетового 2КТ и дисперсного прочного желтого 2К при совместном присутствии в воздухе рабочей зоны . . . . .	44
11. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций винилсульфоновых активных красителей: бордо 4 СТ, желтого 2 КТ, алого 4 ЕТ, желтого светопрочного 2 КТ, красно-фиолетового 2 КТ, красно-коричневого 2 КТ в воздухе рабочей зоны . . . . .	48
12. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций основных триарилметановых красителей (основного фиолетового К, основного синего К, основного ярко-зеленого сульфата, основного ярко-зеленого оксалата) в воздухе рабочей зоны . . . . .	54
13. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций водорастворимых фталоцианиновых красителей в воздухе рабочей зоны . . . . .	60
14. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций активных хлортiazиновых красителей в воздухе рабочей зоны . . . . .	65
15. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации крезидина в воздухе рабочей зоны . . . . .	70
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации монохлоруксусного натрия в воздухе рабочей зоны . . . . .	76
17. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций натриевой соли полифталоцианина кобальта в воздухе рабочей зоны . . . . .	81

18. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций $L$ -сорбозы в воздухе рабочей зоны . . . . .	86
19. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций сульфазина, сульфадиазина серебра, уросульфана в воздухе рабочей зоны . . . . .	92
20. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций сульфантрола в воздухе рабочей зоны. . . . .	97
21. Методические указания по газохроматографическому и хроматографическому измерению концентраций 1,2,4-триазола в воздухе рабочей зоны . . . . .	101
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций триэтилфосфата в воздухе рабочей зоны . . . . .	110
23. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-хлор-3,3-диметилбутанона-2 в воздухе рабочей зоны . . . . .	115
24. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 1-(4-хлорfenокси)-3,3-диметилбутанона-2 и 1-хлор-(4-хлорfenокси)-3,3-диметилбутанона-2 в воздухе рабочей зоны.	120
25. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации пизамида кальция в воздухе рабочей зоны . . . . .	126
Приложение 1 . . . . .	131
Приложение 2 . . . . .	132
Приложение 3 . . . . .	133
Приложение 4 . . . . .	135
Указатель определяемых веществ . . . . .	136

1.-47854 от 23.04.85 п. л. 325 Зак. № 1562 Тип 102  
 Типография Министерства здравоохранения СССР