МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XV

г. Москва 1979

сифмиасп

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XV

г. Москва 1979

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно-санитарной химии при проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

ВЫПУСК XУ

Настоящие методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: Е.Г.Иванюк, М.Д.Бабина, В.Г.Овечкин.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного
Государственного
санитарного врача СССР
А.И.ЗАЙЧЕНКО

" 6 " июня 1979г.

№ 2026 - 79

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ АКРИЛОВОЙ И МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТ В ВОЗДУХЕ

I. Общая часть

1.Определение основано на окислении этилакрилата этилового эфира метакриловой кислоты и этилметакрилата (этилового эфира акриловой кислоты) по месту двойной связи до формальдегида и последующем взаимодействии с хромотроповой кислотой.

2.Чувствительность определения - 2,5 мкг в анализируемом объеме раствора.

3.Определению не мешают сложные эфиры жирных кислот и до 3 мкг метанол.Мешают определению формальдегид,акриловая и метакриловая кислоты и их эфиры.

4.Предельно допустимая концентрация этилакрилата в воздухе - 25 мг/м^3,этилметакрилата - 50 мг/м^3.

II.Реактивы и аппаратура

5.Применяемые реактивы и растворы

Этиловый эфир акриловой кислоты,ТУ-81-126-68.

Этиловый эфир метакриловой кислоты,МРТУ-6-09-4975-68.

Стандартные растворы этиловых эфиров акриловой и метакрило-

вой кислот с содержанием I-2 мг/мл готовятся в растворе уксуснокислого аммония. В мерную колбу на 50 мл наливают 30-40 мл 2% раствора уксуснокислого аммония, взвешивают, вносят I каплю эфира и взвешивают вторично. После тщательного перемешивания объем доводят до метки. Соответствующим разбавлением окислительной смесью готовят растворы с содержанием 25 мкг/мл. В окислительной смеси растворы устойчивы I час. Достаточным является окисление в течение 30 мин.

Серная кислота, ГОСТ 4204-66, плотность I,835, и 5% раствор.

Калий метапериодат (KJO_4), МРТУ-6-09-65-98-70, или иодная кислота (HJO_4) 6-09-275-60, I,5% раствор в 5% H_2SO_4. Растворы сохраняются длительное время.

Калий марганцевокислый, ГОСТ 4527-65, 2% раствор.

Натрий сернистокислый, безводный, ГОСТ I95-66, 20% раствор.

Аммоний уксуснокислый, ГОСТ 3II7-68, 2% раствор.

Окислительная смесь. К I00 мл 2% раствора уксуснокислого аммония приливают по 8 мл растворов периодата калия и перманганата. Готовят окислительную смесь ежедневно.

Хромотроповая кислота или ее динатриевая соль, МРТУ-6-09-4770-67. Растворяют I00 мг хромотроповой кислоты или ее динатриевой соли в 5 мл 5% H_2SO_4 и приливают I25 мл H_2SO_4 плотностью I,835-I,84.

6. Применяемые посуда и приборы.

Пробирки с притертой пробкой высотой I20 мм и диаметром I5 мм.

Пипетки, ГОСТ I770-74, емкостью I, 5 и I0 мл.

Колбы мерные, ГОСТ I770-74, емкостью 50 и I00 мл.

Поглотительные приборы Зайцева или с пористой пластинкой.

Аспирационное устройство.

Фотоэлектроколориметр.

Ш. Отбор пробы воздуха

7. Протягивают 2 л воздуха со скоростью 0,5 л/мин через 2 поглотительных прибора, содержащих по 4 мл окислительной смеси. Для определения этилакрилата и этилметакрилата в присутствии формальдегида, акриловой и метакриловой кислот анализируемый воздух протягивают через систему, состоящую из поглотительного прибора Зайцева, содержащего 5 мл 2% раствора уксуснокислого аммония и приборов с окислительной смесью. После отбора пробы через систему продувают 1-2 л чистого воздуха. Мешающие компоненты останутся в первом поглотительном приборе с раствором уксуснокислого аммония, этилакрилат и этилметакрилат сорбируются окислительной смесью.

Не позднее чем через час после начала отбора пробы (и не ранее чем через 30 мин) в поглотительные приборы добавляют по каплям раствор сульфита до обесцвечивания перманганата и две капли избытка (всего 4-5 капель). Одновременно восстанавливают контрольную пробу. Восстановленные пробы сохраняются сутки.

IУ. Описание определения

8. Содержимое поглотительных приборов сливают вместе. В колориметрические пробирки с притертыми пробками вносят по 2 мл восстановленной пробы, приливают 3,5 мл раствора хромотроповой кислоты и нагревают 30 мин на кипящей водяной бане. После охлаждения доводят объем водой до 9 мл и вновь охлаждают. Пробы фотометрируют при 570-580 нм в кювете 20 мм. Окраска устойчива 2-3 дня.

Шкалы стандартов на оба компонента строятся в указанных в таблице пределах и обрабатываются, как описано выше. Если для анализа необходимо взять менее 2 мл пробы, то объем доводится до 2 мл восстановленной контрольной пробой.

Таблица 13

Шкала стандартов

№ стандарта	Содержание эфира, мкг	Стандартный раствор с содержанием 25 мкг/мл, мл	Окислительная смесь, мл
1	2	3	4

I	2	3	4
I	0	0	2,0
2	2,5	0,I	I.9
3	5	0,2	I,8
4	I0	0,4	I,6
5	I5	0,6	I,4
6	20	0,8	I,2
7	30	I,2	0,8
8	40	I,6	0,4
9	50	2,0	0

Концентрацию этиловых эфиров акриловой и метакриловой кислот в мг/м^3 воздуха (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{\sigma \cdot V_1}{V \cdot V_{20}},$$

где σ - количество вещества, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

V_1 - общий объем пробы, мл;

V - объем пробы, взятый для анализа, мл;

V_{20} - объем воздуха, л, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям по формуле (см. приложение).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям производят согласно газовым законам Бойля-Мариотта и Гей-Люсака по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273+20) \cdot P}{(273+t) \cdot 760}$$

где: V_t - объем воздуха, отобранный для анализа, л

P - барометрическое давление, мм. рт. ст.

t - температура воздуха в месте отбора пробы, ^{o}C

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (см. приложение 2). Для приведения объема воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°С и атмосферное давление 760 мм рт.ст.

°С	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	730	732	734	736	738	740	742
I	2	3	4	5	6	7	8
-30	I,I582	I,I6I4	I,I646	I,I677	I,I709	I,I74I	I,I772
-28	I,I487	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6I3	I,I644	I,I675
-26	I,I393	I,I425	I,I456	I,I487	I,I5I9	I,I550	I,I58I
-24	I,I302	I,I334	I,I364	I,I39I	I,I427	I,I454	I,I488
-22	I,I2I2	I,I243	I,I274	I,I304	I,I356	I,I366	I,I396
-20	I,II23	I,II55	I,II85	I,I2I5	I,I246	I,I276	I,I306
-I8	I,I036	I,I067	I,I097	I,II27	I,II58	I,II88	I,I2I8
-I6	I,0953	I,098I	I,I0II	I,I04I	I,I07I	I,II0I	I,II3I
-I4	I,0866	I,0897	I.0926	I,0955	I,0986	I,I0I5	I,I045
-I2	I,0782	I,08I3	I,0842	I,087I	I,090I	I,093I	I,0959
-I0	I,070I	I,073I	I,0760	I,0789	I,08I9	I,0848	I,0877
- 8	I,0620	I,0650	I,0679	I,0708	I,0737	I,0766	I,0795
- 6	I,0540	I,0570	I,0599	I,0627	I,0657	I,0685	I,07I4
- 4	I,0462	I,049I	I,05I9	I,0548	I,0577	I,0605	I,0634
- 2	I,0385	I,04I4	I,0442	I,0470	I,0499	I,0528	I,0556
0	I,0309	I,0338	I,0366	I,0394	I,0423	I,045I	I,0477
+ 2	I,0234	I,0263	I,029I	I,03I8	I,0347	I,0375	I,0402
+ 4	I,0I60	I,0I89	I,02I6	I,0244	I,0272	I,0299	I,0327
+ 6	I,0087	I,0II5	I,0I43	I,0I70	I,0I98	I,0226	I,0253
+ 8	I,00I5	I,0043	I,0070	I,0097	I,0I26	I,0I53	I,0I79
+I0	0,9944	0,9972	0,9999	I,0026	I,0054	I,008I	I,0I08

	2	3	4	5	6	7	8
·I	0,9875	0,990[illegible]	0,9929	0,9956	0,998[illegible]	I,00II	I,0037
·I4	0,9806	0,9833	0,9860	0,9886	0,99I4	0,9940	0,9967
·I[illegible]	0,9737	0,9765	0,979I	0,98I8	0,9845	0,987I	0,9898
·I	0,967I	0,9698	0,9725	0,975I	0,9778	0,9804	0,9830
·20	0,9605	0,9632	0,9658	0,9684	0,97II	0,9737	0,9763
·2[illegible]	0,9539	0,9566	0,9592	0,9618	0,9645	0,967[illegible]	0,9696
·24	0,947[illegible]	0,9502	0,9527	0,9553	0,9579	0,9605	0,963I
·2[illegible]	0,94I2	0,9438	0,9464	0,9489	0,95I6	0,954I	0,9566
·28	0,9349	0,9376	0,940I	0,9426	0,9453	0,9478	0,9503
·3[illegible]	0,9288	0,93I4	0,9339	0,9364	0,939I	0,94I5	0,9440
·3[illegible]	0,9227	0,9252	0,9277	0,9302	0,[illegible]328	0,9353	0,[illegible]378
·34	0,9I67	0,9I93	0,92I8	0,9242	0,9268	0,9293	0,93I8
·3[illegible]	0,9I07	0,9I33	0,9I58	0,9I82	0,9208	0,[illegible]233	0,9257
·38	0,9049	0,9074	0,9099	0,9I23	0,9I49	0,9I73	0,9I98
·4	0,899I	0,90I7	0,904I	0,9065	0,9090	,9II5	0,9I39

°C	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	744	746	748	750	752	754	756
I	2	3	4	5	6	7	8
-30	I,I803	I,I836	I,I867	I,I899	I,I932	I,I963	I,I994
-28	I,I707	I,I739	I,I770	I,I80I	I,I834	I,I865	I,I896
-26	I,I6I2	I,I644	I,I674	I,I705	I,I737	I,I768	I,I799
-24	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6I2	I,I644	I,I674	I,I705
-22	I,I427	I,I458	I,I488	I,I5I9	I,I550	I,I58I	I,I6II
-20	I,I337	I,I368	I,I398	I,I428	I,I459	I,I489	I,I5I9
-I8	I,I247	I,I278	I,I308	I,I338	I,I369	I,I399	I,I429
-I6	I,II60	I,II9I	I,I22I	I,I250	I,I282	I,I3II	I,I34I
-I4	I,I074	I,II05	I,II34	I,II64	I,II94	I,I224	I,I253
-I2	I,0989	I,I0I9	I,I049	I,I078	I,II08	I,II37	I,II66
-I0	I,0906	I,0936	I,0965	I,0994	I,I024	I,I053	I,I082
- 8	I,0824	I,0853	I,0882	I,09II	I,094I	I,0969	I,0998
- 6	I,0742	I,0772	I,080I	I,0829	I,0858	I,0887	I,09I6
- 4	I,0662	I,069I	I,07I9	I,0748	I,0777	I,0806	I,0834
- 2	I,0584	I,06I3	I,064I	I,0669	I,0698	I,0726	I,0755
0	I,0506	I,0535	I,0563	I,059I	I,062I	I,0648	I,0676
+ 2	I,0430	I,0459	I,0487	I,05I4	I,0543	I,057I	I,0598
+ 4	I,0355	I,0383	I,04II	I,0438	I,0467	I,0494	I,0522
+ 6	I,0280	I,0309	I,0336	I,0363	I,0392	I,04I9	I,0446
+ 8	I,0207	I,0235	I,0262	I,0289	I,03I7	I,0345	I,0372
+I0	I,0I34	I,0I62	I,0I89	I,02I6	I,0244	I,0272	I,0298
+I2	I,0064	I,0092	I,0II8	I,0I45	I,0I73	I,0I99	I,0226
+I4	0,9993	I,002I	I,0048	I,0074	I,0I02	I,0I28	I,0I55
+I6	0,9924	0,995I	0,9978	I,0004	I,0032	I,0058	I,0084
+I8	0,9856	0,9884	0,9909	0,9936	0,9963	0,9989	I,00I0

I	2	3	4	5	6	7	8
+20	0,9789	0,98I6	0,9842	0,9868	0,9895	0,992I	0,9947
+22	0,9723	0,9749	0,9775	0,9800	0,9827	0,9853	0,9879
+24	0,9657	0,9683	0,9709	0,9735	0,9762	0,9787	0,98I3
+26	0,9592	0,96I8	0,9644	0,9669	0,9696	0,972I	0,9747
+28	0,9528	0,9555	0,9580	0,9605	0,9632	0,9657	0,9682
+30	0,9466	0,9492	0,95I7	0,9542	0,9568	0,9594	0,96I8
+32	0,9403	0,9429	0,9454	0,9479	0,9505	0,9530	0,9555
+34	0,9342	0,9368	0,9393	0,94I8	0,9444	0,9468	0,9493
+36	0,9282	0,9308	0,9332	0,9357	0,9382	0,9407	0,9432
+38	0,9222	0,9248	0,9272	0,9297	0,9322	0,9347	0,937I
+40	0,9I63	0,9I89	0,92I3	0,9237	0,9263	0,9287	0,93II

°C	Атмосферное давление мм рт.ст.						
	758	760	762	764	766	768	770
-30	I,2026	I,2058	I,2089	I,2I22	I,2I53	I,2I85	I,22I7
-28	I,I928	I,I959	I,I990	I,2022	I,2053	I,2084	I,2II7
-26	I,I83I	I,I862	I,I893	I,I925	I,I956	I,I986	I,20I8
-24	I,I736	I,I767	I,I797	I,I829	I,I859	I,I89I	I,I922
-22	I,I643	I,I673	I,I703	I,I735	I,I765	I,I795	I,I827
-20	I,I55I	I,I58I	I,I6II	I,I643	I,I673	I,I703	I,I734
-I8	I,I460	I,I490	I,I5I9	I,I55I	I,I58I	I,I[illegible]	I,I642
-I6	I,I372	I,I40I	I,I43I	I,I462	I,I49I	I,I52I	I,I552
-I4	I,I284	I,I3I3	I,I343	I,I373	I,I402	I,I432	I,I463
-I2	I,II97	I,I226	I,I255	I,I285	I,I3I5	I,I344	I,I374
-I0	I,III[illegible]	I,II4I	I,II69	I,I200	I,I229	I,I258	I,I288
- 8	I,I028	I,I057	I,I086	I,III5	I,II44	I,II73	I,I203
- 6	I,0945	I,0974	I,I003	I,I032	I,I06I	I,I089	I,III8
- 4	I,0864	I,0892	I,092I	I,0949	I,0978	I,I006	I,I036
- 2	I,0784	I,08I2	I,084I	I,0869	I,0897	I,0925	I,0955
0	I,0705	I,0733	I,076I	I,0789	I,08I7	I,0846	I,0875
+ 2	I,0627	I,0655	I,0683	I,0[illegible]2	I,0739	I,0767	I,0795
+ 4	I,055I	I,0578	I,0605	I,0634	I,0662	I,0689	I,07I7
+ 6	I,0475	I,0502	I,0529	I,0557	I,0585	I,06I2	I,064I
+ 8	I,0399	I,0427	I,0454	I,0482	I,0509	I,0536	I,0565
+I0	I,0326	I,0353	I,0379	I,0407	I,0435	I,0462	I,0489
+I2	I,0254	I,028I	I,0307	I,0335	I,0362	I,0388	I,04I6
+I4	I,0I83	I,0209	I,0235	I,0263	I,0289	I,03I6	I,0344
+I6	I,0II2	I,0I38	I,0I64	I,0I92	I,02I8	I,0244	I,0272
+I8	I,0043	I,0069	I,0095	I,0I22	I,0I48	I,0I75	I,0202

I	2	3	4	5	6	7	8
+20	0,9974	I,0000	I,0026	I,0053	I,0079	I,0I05	I,0I32
+22	0,9906	0,9932	0,9957	0,9985	I,00II	I,0036	I,0063
+24	0,9839	0,9865	0,989I	0,99I7	0,9943	0,9968	0,9995
+26	0,9773	0,9799	0,9824	0,985I	0,9876	0,9902	0,9928
+28	0,9708	0,9734	0,9759	0,9785	0,98II	0,9836	0,9863
+30	0,9645	0,9670	0,9695	0,9723	0,9746	0,9772	0,9797
+32	0,958I	0,9606	0,963I	0,9657	0,9682	0,9707	0,9733
+34	0,95I9	0,9544	0,9569	0,9595	0,96I9	0,9644	0,9669
+36	0,9457	0,9482	0,9507	0,9532	0,9557	0,9582	0,9607
+38	0,9397	0,942I	0,9445	0,947I	0,9495	0,9520	0,9545
+40	0,9337	0,936I	0,9385	0,94II	00,9435	0,9459	0,9485

Приложение 3

СПИСОК ИНСТИТУТОВ, ПРЕДСТАВИВШИХ МЕТОДИКИ В ДАННЫЙ СБОРНИК

Вещество	Наименование института
5,6-амино-2п-амино-фенилбензамидазол(мягчитель 2)	Ростовский медицинский институт
Ацетон, формальдегид, фенол, фурфурол, фурфуриловый спирт, бензиловый спирт, ксилол, толуол, о-крезол, п-крезол	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота	г.Киев[x]
Бензол сульфохлорид	Уфимский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бендат	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Бромофос	ВНИИГИНТОКС
Валексон	ВНИИГИНТОКС
Витавако(карбоксин)	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний
Водород, окись углерода, метан, этан, двуокись углерода, этилен, ацетилен, пропилен, изопентан, бензол, толуол, стирол, этилбензол.	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Водород, метан, окись углерода, этан, пропан, этилен, пропилен, гексан, циклогексан, бензол	То же
Капролактам	Московский Институт Гигиены труда и профзаболеваний

1	2
Глицидный спирт	Московский институт гигиены труда и профзаболеваний
Дилор	ВНИИГИНТОКС
1,4-Диметилпиперазин	Ростовский медицинский институт
3,5-Динитро-4-хлорбензотрифторид	г.Киев[x]
4,4'-Дифенилметандиизоцианат	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
N-Изопропиланилин	г.Киев[x]
Изопропилцеллозольв (изопропиловый эфир этиленгликоля) бутилцеллозольв (бутиловый эфир этиленгликоля)	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Калиевая и натриевая соль 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты	г.Киев[x]
Моногидрохлоридпиколин, дигидрохлорид-α-пиколин	То же
Моно-, ди- и трихлоруксусная кислота	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Монохлорацетилхлорид	г.Киев[x]
2-Монохлор-п-третбутилтолуол, 2,5-дихлор-п-третбутилтолуол, 2,3,6-трихлор-п-третбутилтолуол, 2,3,6-трихлортолуол	То же
Меркаптаны, сульфиды, дисульфиды	Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
Изомеры нитрохлорбензола	Харьковский институт гигиены труда и профзаболеваний

I	2
Окись иттрия	I-й Московский медицинский институт
Окись триметилэтилена	Институт мономеров для синтетического каучука
Свинец	Новосибирский санитарный институт
Свинец	Донецкий институт гигиены труда и профзаболеваний
п-Третбутилтолуол	г.Киев*
Толуол, хлорбензол, хлорэтан, бромэтан, этиловый и бутиловый спирты	Ангарский институт гигиены труда и профзаболеваний
2,4,4'-триаминобензанилид (таба)	Ростовский медицинский институт
Трихлорбутадиен, тетрахлорбутадиен	ВНИИполимер, г.Ереван
Трихотецин	ВНИИГИНТОКС
Феназон (I-фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6)	Львовский медицинский институт
Хлораминопиколины	г.Киев*
п-Хлорбензотрифторид п-хлорбензотрихлорид	То же
Хлорированные углеводороды	Институт гигиены труда им. Ф.Ф.Эрисмана Московская область
Хлорпиколины	г.Киев*
Цианокс	ВНИИГИНТОКС
Этиловые эфиры акриловой и метакриловой кислот	Горьковский институт гигиены труда и профзаболеваний
Эуларен	ВНИИГИНТОКС
Ялан	Киевский институт гигиены труда и профзаболеваний

Вещество	Институт
Бромофос	ВНИИГИНТОКС
Рамрод	ВНИИГИНТОКС
Диметилтерефталат	Московский институт гигиены труда и профзаболеваний
Хлорит натрия	г.Киев[x]

[x] Точный адрес - в Московском институте гигиены труда и профзаболеваний

Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным и опубликованным Техническим условиям

№№ пп	Наименование вещества	Опубликованные Технические условия
1.	Себациновая кислота	Выпуск III, 1964 г., с. 47 Технические условия на методы определения одноосновных карбоновых кислот.
2.	Жодофенфос	Вып. III, 1964г., с. 34 Технические условия на методы определения фосфорорганических инсектицидов в воздухе.
3.	Диалкилдифенилдитиофосфорная кислота	"
4.	Трифенилфосфит	"
5.	2-этилгексилдифенилфосфит	"
6.	О,О-диметил-(2,4,5-трихлорфенил)фосфат (тройен)	"
7.	Бензонитрил	Вып. УП, 1971г., с. 7 Технические условия на метод определения акрилонитрила в воздухе.
8.	Гидрохинонат меди	Вып. IУ, 1965г., с. 45. Технические условия на метод определения трихлорфенолята меди в воздухе.
9.	Салицилат меди	"
10.	Моноэтаноламин	Вып. УI, 1971г., с. 21 Технические условия на метод определения первичных алифатических аминов.
11.	Моноэтаноламинэтилендиамин	"
12.	Мышьяковистокислый цезий	Вып. IУ, 1965г., с. 3 Технические условия на метод определения мышьяковистого ангидрида и др. соединений мышьяка.
13.	Диацетоновый спирт	Вып. IУ, 1965г., с. 115 Технические условия на метод определения метилпропилкетона и метилгексилкетона в воздухе

I	2
I4.Диэтаноламин	Вып.XI,1976г.,с.3 Технические условия на метод определения первичных и вторичных аминов в воздухе.
I5.Триэтаноламин	Вып.XI,1976 г.,с.7 Технические условия на метод определения третичных аминов в воздухе.
I6.Дибутилсебацинат	Вып.IУ,1965г.,с.98 Технические условия на метод определения сложных эфиров одноосновных кислот в воздухе
I7.Дифтортетрахлорацетон	Вып.IУ,1965 г.,с.139 Технические условия на метод определения фторорганических соединений в воздухе.
8.Трифтортрихлорацетон	"
9.Перфтордиэтилметиламин	"
0.Ильтан	Вып.IУ,1965 г.,с.143 Технические условия на метод определения хлорорганических ядохимикатов в воздухе.
1.Диизоцианидный и полиизоцианидный пресспорошок	Вып.IУ,1965 г.,с.165 Технические условия на метод определения пыли в воздухе производственных помещений.
.Дипрон	"
.Нитрон	"
.Лавсан	"
.Метилбутилметакрилат	"
Низкомолекулярная полиакриловая смола	"
Сополимер марки ВХЕД-40	"
Сополимер бутилакрилата и метакриловой кислоты (акриловый загуститель)	"

I	2
29. Аммониты (механическая смесь ТНТ и NH_4NO_3 в соотношении 79:21)	Вып. IV, 1965 г., с. 155 Технические условия на метод определения пыли в воздухе промышленных помещений.
30. Силикаты стеклообразные вулканического происхождения (туфы, пемза, перлит)	"
31. Аэрозоль сырой нефти	"
32. Ситалл с алмазом	"
33. Люминофор - К-86	"
34. Гидроперекись третичного амила	Вып. X, 1974 г., с. 18 Технические условия на метод определения гидроперекиси изопропилбензола в воздухе.

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания на фотометрические определения 5,6-диамино-2п-аминофенил-бензамидазола (мягчителя-2) в воздухе... 3

Методические указания на хроматографическое определение ацетона, формальдегида, фенола, фурфурола, фурфурилового спирта, бензилового спирта, ксилола, толуола, о-крезола, п-крезола в воздухе 6

Методические указания на потенциометрическое определение 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты в воздухе 10

Методические указания на фотометрическое определение бензосульфохлорида в воздухе. 13

Методические указания на хроматографическое определение бенлата в воздухе. 17

Методические указания на хроматографическое определение бромофоса в воздухе. 21

Методические указания на хроматографическое определение валексона в воздухе. 25

Методические указания на хроматографическое и спектрофотометрическое определение витавакса (карбоксина) в воздухе . . . 29

Методические указания на хроматографическое определение водорода, окиси углерода, метана, этана, двуокиси углерода, этилена, ацетилена, пропилена, изопентана, бензола, толуола, ксилола и этилбензола в воздухе. 34

Методические указания на хроматографическое определение водорода, метана, окиси углерода, этана, пропана, этилена, пропилена, гексана, циклогексана, бензола, толуола, в воздухе . . . 40

Методические указания на фотометрическое определение инсектицидного спирта в воздухе. 44

Методические указания на хроматографическое определение ликвидина в воздухе 48

Методические указания на газохроматографическое определение 4-диметилпиперазина в воздухе. 52

Методические указания на хроматографическое определение диметилтерефталата и диоксана в воздухе. 56

Методические указания на хроматографическое определение 3-нитро-4 хлорбензотрифторида в воздухе. 60

Методические указания на фотометрическое определение 4,4-дифенилметандиизоцианта в воздухе 63
Методические указания на хроматографическое определение N-изопропиланилина в воздухе. 67
Методические указания на фотометрическое определение изопропилцеллозольва (изопропилового эфира этиленгликоля) и бутилцеллозольва (бутилового эфира этиленгликоля) в воздухе. 70
Методические указания на полярографическое определение калиевой и натриевой соли 4-амино-3,5,6-трихлорпиколиновой кислоты в воздухе. 74
Методические указания на хроматографическое определение капролактама. 77
Методические указания на фотометрическое определение моногидрохлоридпиколина и дигидрохлорид-α-пиколина в воздухе 81
Методические указания на фотометрическое определение моно-, ди- и трихлоруксусных кислот в воздухе 84
Методические указания на фотометрическое определение монохлорметилхлорида в воздухе. 88
Методические указания на хроматографическое определение 2-монохлор-п-третбутилтолуола, 2,5-дихлор-п-третбутилтолуола, 2,3,6-трихлор-п-третбутилтолуола, 2,3,6-трихлортолуола в воздухе.. 91
Методические указания на хроматографическое определение меркаптанов, сульфидов и дисульфидов в воздухе 95
Методические указания на хроматографическое определение изомеров нитрохлорбензола в воздухе 99
Методические указания на пламенно-фотометрическое определение окиси иттрия в воздухе. 102
Методические указания на хроматографическое определение окиси триметилэтилена в воздухе 107
Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе 110
Методические указания на фотометрическое определение свинца в воздухе. 114
Методические указания на хроматографическое определение п-третбутил-толуола в воздухе 118
Методические указания на хроматографическое определение толуола, хлорбензола, хлоратана, бромэтана, этилового и бутилового спиртов в воздухе 121

Методические указания на фотометрическое определение ,4,4I -триаминобензанилида (таба) в воздухе 125
Методические указания на газохроматографическое опре- ние трихлорбутадиена и тетрахлорбутадиена в воздухе . . . 128
Методические указания на хроматографическое определе- ие тр.хлоцетина в воздухе 133
Методические указания на спектрофотометрическое опре- ..ение феназона (I-фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6) в оздухе 136
Методические указания на хроматографическое определение ..аминопиколинов в воздухе 139
Методические указания на хроматографическое определение -хлорбензотрифторида и п-хлорбензотрихлорида в воздухе . . . 142
Методические указания на определение хлорированных ..водородов в приборе ЭТП МНИИГ им. Ф.Ф.Эрисмана 146
Методические указания на хроматографическое определе- ..е хлорпиколинов в воздухе 152
Методические указания на хроматографическое определе- ..е цианокса в воздухе 156
Методические указания на фотометрическое определение ..овых эфиров акриловой и метакриловой кислот в воздухе . . 159
Методические указания на фотометрическое определение ..токсидиэтиленгликол ого эфира акриловой кислоты в воздухе. 163
Методические указания на хроматографическое определе- ..е зупарена в воздухе 167
Методические указания на ометрическое определение ..рита натрия в воздухе 172
Методические указания на хроматографическое определе- ..лана в воздухе 174
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Формула для приведения объема воздуха с..андартным условиям 177
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица коэффициентов для приведения ..ема воздуха к стандартным условиям 178
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список институтов, представивших методики 184
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Список веществ, определяемых по ранее ..ированным и опубликованным методикам 188

Перепечатано Министерством электротехнической промышленности СССР

В печать 05.08.87 Тираж 805 экз.

Информэлектро Зак.2383

Л.№ 86766 от.4/IX Объем в л.12,5 Зак. №2108 Тир.1000

Типография Министерства здравоохранения СССР