



**Серия 32**

**Единая система оценки соответствия  
на объектах, подконтрольных Ростехнадзору**

**Выпуск 5**

**ДОКУМЕНТЫ  
ПО АККРЕДИТАЦИИ ИНСПЕКЦИОННЫХ  
ОРГАНОВ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  
ЛАБОРАТОРИЙ**

**2008**

---

**Серия 32**  
**Единая система оценки соответствия**  
**на объектах, подконтрольных Ростехнадзору**

**Выпуск 5**

**ДОКУМЕНТЫ  
ПО АККРЕДИТАЦИИ ИНСПЕКЦИОННЫХ  
ОРГАНОВ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  
ЛАБОРАТОРИЙ**

**Москва**  
**НТЦ «Промышленная безопасность»**  
**2008**

ББК 65.30-3\*67  
Д63

Под общей редакцией Н.Г. Кутынина

Редакционная коллегия:

**М.И. Белов, В.Е. Желтов, Е.В. Кловач, Н.Н. Коновалов, В.С. Котельников,  
О.Н. Кочеткова, Б.А. Красных, Н.А. Матвеева, Н.А. Махутов,  
А.И. Перепелицын, А.С. Печеркин, О.В. Покровская,  
Г.М. Селезнев, В.И. Сидоров, Л.Н. Тютерева, А.А. Шаталов,  
В.П. Шевченко, А.В. Ферапонтов, Е.С. Яковлева**

Д63 **Документы по аккредитации инспекционных органов и испытательных лабораторий. Серия 32. Выпуск 5 / Колл. авт. — Под общ. ред. Н.Г. Кутынина. — М.: Научно-технический центр по безопасности в промышленности, 2008. — 284 с.**

ISBN 978-5-9687-0158-9.

В настоящий Сборник вошли документы, регламентирующие процедуру аккредитации органов оценки соответствия, осуществляющих деятельность на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Документы разработаны с учетом замечаний участников Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Европейской комиссии по аккредитации (EA) и учитывают требования международных стандартов серий ISO 9000, ISO 17000.

ББК 65.30-3\*67

**Научно-технический центр по безопасности в промышленности**

**(НТЦ «Промышленная безопасность») —**

**официальный издатель и распространитель нормативных актов**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
от 20.04.06 № 384)**

ISBN 978-5-9687-0158-9



9 78596 8701589

© Оформление. Научно-технический центр  
по безопасности в промышленности,  
2008

**За содержание нормативных документов, изданных другими издателями,  
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
ответственность несет**

Приняты  
Наблюдательным советом,  
решение от 16.06.08 № 18-БНС

## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий документ устанавливает требования к испытательным лабораториям (ИЛ), которые проходят аккредитацию в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — ЕС ОС Ростехнадзора). Требования изложены в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Документ применим для всех организаций, осуществляющих испытания.

1.2. Аккредитация ИЛ проводится в целях установления и подтверждения их компетентности при оценке готовности к проведению испытаний, для подтверждения, что они технически компетентны и система менеджмента качества позволяет получать технически обоснованные результаты и охватывает деятельность:

лабораторий неразрушающего контроля и лабораторий разрушающих и других видов испытаний при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации, сертифи-

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 1 из 97
---------------------------------------	--	-----------------------------

кации и экспертизе (техническом диагностировании) технических устройств, зданий и сооружений на объектах (далее — объекты), подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор);

аналитических лабораторий;

лабораторий, выполняющих испытания продукции;

электролабораторий.

1.3. ИЛ, выполняющая работы по неразрушающему контролю, должна быть аттестована в соответствии с требованиями Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00).

1.4. Соответствие лаборатории требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 и настоящему документу является основанием для признания результатов испытаний странами, заключившими соглашения о взаимном признании с соответствующими органами по аккредитации других стран.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий документ разработан с учетом требований:

Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других законодательных и иных нормативных правовых актов;

Положения о Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-21-2007) и других нормативных документов Ростехнадзора;

международных стандартов ISO серии 17000, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00);

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15—2008 Стр. 2 из 97
------------------------------------	---	-----------------------------

Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02);

Р 50.4.006-2002 «Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий»;

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;

ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизиионности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизиионности стандартного метода измерений»;

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизия) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике»;

МИ 2335-2003 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа»;

ЕА-4/15 «Аkkредитация органов, осуществляющих неразрушающие испытания»;

Общих требований к аккредитации органов по оценке соответствия (СДА-01-2008);

Правил аттестации (сертификации) персонала испытательных лабораторий (СДА-24—2008).

### 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются термины и определения, указанные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-06—2008 «Термины и определения, используемые в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», а также термины и определения, приведенные ниже:

**Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК)** — орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения неразрушающего контроля.

**Лаборатория разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ)** — орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения разрушающих и других видов испытаний.

**Аналитическая лаборатория (АЛ)** — орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения качественного и количественного анализа различных компонентов в природных и промышленных объектах.

**Электролаборатория (ЭЛ)** — орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения испытаний и (или) измерений параметров электроустановок.

**Лаборатория, осуществляющая испытания продукции (ЛИП)** — орган по оценке соответствия, аккредитованный для проведения испытаний продукции и (или) измерений, результаты которых используются в том числе при сертификации продукции.

**Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ)** — организация, проведение и оценка испытаний одних и тех же объектов

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15—2008 Стр. 4 из 97
------------------------------------	---	-----------------------------

двумя или большим числом лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями.

**Область аккредитации испытательной лаборатории** — совокупность работ по испытаниям, которые компетентна проводить лаборатория в зависимости от видов технических устройств, зданий и сооружений и (или) видов испытаний.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕНЕДЖМЕНТУ

### 4.1. Организация

4.1.1. ИЛ, имеющая статус юридического лица, должна удовлетворять следующим критериям независимости:

должна быть независима от сторон, заинтересованных в результатах испытаний;

не должна участвовать в разработке, изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и эксплуатации или являться покупателем, собственником, арендатором объектов, испытания которых она осуществляет.

4.1.2. ИЛ, являющаяся структурным подразделением организации, должна удовлетворять следующим критериям независимости:

в рамках организационной структуры организации должны быть четко разграничены обязанности и ответственность персонала, осуществляющего испытания, и персонала, выполняющего другие функции, а также установлена отчетность ИЛ перед организацией, структурным подразделением которой она является;

персонал ИЛ не должен испытывать коммерческого, финансового и другого давления, которое может повлиять на результаты испытаний;

ИЛ не должна заниматься работами, которые могут повлиять на независимость ее суждений и беспристрастность ее деятельности по испытаниям.

4.1.3. ИЛ, являющаяся структурным подразделением организации, но выполняющая испытания для сторонних организаций по договорам подряда, должна соответствовать требованиям пп. 4.1.1 и 4.1.2.

## 4.2. Система менеджмента качества

4.2.1. ИЛ должна иметь систему менеджмента качества, соответствующую характеру выполняемых работ. Система менеджмента качества излагается в Руководстве по качеству и утверждается руководителем ИЛ. Руководство по качеству выполняется в виде одного документа или в виде системы документов, включающих основной документ — Руководство по качеству и отдельные приложения к нему.

4.2.2. Руководство ИЛ должно определять и документально оформлять свою политику и цели, а также обязательства в области качества и обеспечивать понимание этой политики, ее осуществление и поддержку на всех уровнях внутри организации, включая следующее:

обязательство руководства сохранять высокое качество испытаний при обслуживании заказчиков;

заявление об уровне обслуживания, осуществляемого ИЛ;

задачи системы менеджмента качества;

требование к персоналу ИЛ ознакомиться с документами системы менеджмента качества и соблюдать их требования;

обязательство руководства ИЛ действовать в соответствии с настоящим документом и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества.

**4.2.3.** Руководство ИЛ должно назначить должностное лицо, непосредственно ему подчиняющееся, ответственное за обеспечение качества в рамках ИЛ.

**4.2.4.** Документы системы менеджмента качества должны быть доступны персоналу ИЛ, а содержание документов доведено до исполнителей работ.

**4.2.5.** Руководство по качеству должно включать или содержать в виде ссылок:

область применения системы менеджмента качества;

краткое описание юридического статуса ИЛ, включая контактную информацию (наименование организации, адрес, телефонные номера и т.д.), а также описание области аккредитации и компетенции ИЛ (со ссылками на устав(ы) ИЛ или организаций, частью которой она является);

описание структуры ИЛ или организации, частью которой она является;

информацию о взаимоотношениях ИЛ с головной или дочерними организациями (если такие имеются);

заявление о политике в области качества, в котором обозначены цели и обязательства ИЛ в области качества;

записи о назначении должностного лица, уполномоченного для разработки, поддержания и развития системы менеджмента качества;

записи, что персонал ИЛ ознакомлен с Руководством по качеству, политикой в области качества;

**Ф.И.О.**, данные о квалификации, практическом опыте работы и полномочиях руководителя и персонала ИЛ, как штатного, так и привлекаемого;

описание системы обучения и повышения квалификации персонала, занятого в проведении испытаний, анализа, измерений;

должностные инструкции персонала, занимающегося испыта-

ниями и оформлением результатов испытаний, определяющие их служебные обязанности и ответственность;

организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение обязанностей персонала;

квалификационные требования к специалистам ИЛ;

порядок назначения специалистов для проведения испытаний, анализа, измерений;

порядок обращения с техническими средствами;

сведения об используемых средствах контроля, испытаний, анализа и технического диагностирования (в том числе средствах измерений);

процедуру организации и проведения поверки и технического обслуживания средств измерения и испытательного оборудования;

процедуру проверки технического состояния оборудования после его транспортировки и доставки на рабочее место;

сведения о занимаемых помещениях;

порядок проведения испытаний в области аккредитации ИЛ, включая оформление результатов испытаний и выдачу заключений и протоколов испытаний;

порядок проведения испытаний при вынужденном отклонении от требований документов, действующих в ИЛ;

процедуру регистрации промежуточных и окончательных результатов испытаний и анализа, мер по защите и восстановлению электронных носителей информации, включая несанкционированный доступ;

подробное изложение документированных процедур, применяемых при проведении испытаний и анализе, и их взаимодействие между собой;

порядок контроля качества работ, выполняемых при проведении испытаний и анализе, оформление их результатов;

Система документов по аккредитации
---------------------------------------

Требования к испытательным лабораториям
--

СДА-15–2008 Стр. 8 из 97
-----------------------------

порядок составления, учета и хранения документов ИЛ;

порядок учета, ведения и хранения документов системы менеджмента качества;

описание системы информационного обеспечения;

процедуру управления документацией, предусматривающую: проверку документов на достаточность до их выпуска; анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;

обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

обеспечение сохранности документов четкими и легко идентифицируемыми;

обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;

перечень подрядных организаций;

процедуру рассмотрения апелляций, претензий, жалоб, спорных вопросов;

порядок внутреннего аудита деятельности ИЛ, порядок разработки плана корректирующих и предупреждающих действий и организации их проведения;

процедуру пересмотра системы менеджмента качества и анализа со стороны руководства;

процедуру приостановки (прекращения) деятельности в случае приостановления (отмены) действия свидетельства об аккредитации;

описание системы обеспечения беспристрастности и независимости при проведении испытаний;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 9 из 97
------------------------------------	---	-----------------------------

процедуру соблюдения конфиденциальности;  
перечень подразделений ИЛ (специалистов) для рассылки Руководства по качеству.

Руководство по качеству должно содержать ссылки на действующие в установленном порядке нормативные технические и методические документы, используемые при проведении испытаний, и должно постоянно актуализироваться (в него должны быть внесены все изменения, происходящие в системе менеджмента качества). Если организация имеет общую систему менеджмента качества, то разработка отдельного Руководства по качеству для ИЛ не требуется при условии его соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 и настоящему документу.

#### 4.3. Управление документацией

ИЛ должна разработать и поддерживать процедуры управления документацией, предусматривающие:

порядок утверждения и выпуска документов;

порядок составления, учета и хранения документов ИЛ;

порядок учета, ведения и хранения документов системы менеджмента качества;

описание системы информационного обеспечения;

перечень имеющейся нормативной технической и методической документации;

проверку полноты требований документов уполномоченным на это сотрудником;

анализ и актуализацию (внесение изменений) по мере необходимости и повторное утверждение документов;

обеспечение персонала соответствующими копиями документов на рабочих местах;

обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми, в том числе при пересмотре документов;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 10 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

обеспечение регистрации внешних документов;  
предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

#### **4.4. Анализ заявок на испытания**

ИЛ должна установить и поддерживать процедуры рассмотрения заявок на испытания, которые гарантируют:

методы и объекты испытаний входят в область аккредитации ИЛ;

ИЛ имеет соответствующие методики проведения испытаний, включая методы отбора проб, удовлетворяющие требованиям заказчика. Применение нестандартизированных методик должно быть согласовано с заказчиком;

ИЛ имеет соответствующие испытательное оборудование и средства испытаний (средства испытаний могут быть предоставлены заказчиком, что должно быть документально оформлено);

всякое изменение договорных условий по испытаниям, выявившееся в процессе работ, согласуется с заказчиком.

#### **4.5. Заключение субподрядов на испытания**

4.5.1. При передаче работ субподрядчику ИЛ должна уведомить об этом заказчика в письменном виде. ИЛ должна заключать договоры на проведение субподрядных работ по испытаниям только с организациями, соответствующими требованиям настоящего документа.

4.5.2. ИЛ должна регистрировать всех субподрядчиков и поставщиков продукции. ИЛ несет ответственность перед заказчиком за работу, выполненную субподрядчиком, за исключением случаев, когда субподрядчика выбирает заказчик.

## 4.6. Приобретение услуг и запасов

4.6.1. В ИЛ должны быть разработаны процедуры по приобретению, получению и хранению средств испытаний, влияющих на качество испытаний.

4.6.2. ИЛ должна обеспечить сохранность полученных средств испытаний. При необходимости перед использованием средства испытаний должны пройти входной контроль на соответствие национальным стандартам, техническим условиям, требованиям методик или других документов, устанавливающих требования к продукции.

4.6.3. В ИЛ должны быть организованы хранение сопроводительной документации на поставленные средства испытаний и ее анализ перед применением поставленных средств для испытаний.

4.6.4. ИЛ должна проводить оценку поставщиков важнейших средств испытаний, влияющих на качество, хранить документы об этой оценке и перечень поставщиков средств испытаний.

## 4.7. Взаимодействие ИЛ с заказчиками

4.7.1. ИЛ должна сотрудничать с заказчиками испытаний (обеспечивая конфиденциальность по отношению к другим заказчикам). Сотрудничество может осуществляться в следующем:

предоставление заказчику возможности наблюдения за испытаниями;

передача заказчику упакованных, маркированных образцов, прошедших испытания;

информирование заказчика о ходе работ по испытаниям.

4.7.2. ИЛ рекомендуется организовать обратную связь с заказчиками (опросы, анкетирование и др.) и обсуждение результатов испытаний для совершенствования испытаний и улучшения системы менеджмента качества.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 12 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

#### **4.8. Рассмотрение претензий**

ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры рассмотрения и регистрации апелляций, претензий, жалоб. Все документы по рассмотрению спорных вопросов, включая записи по корректирующим действиям, должны сохраняться.

#### **4.9. Управление работами по испытаниям, не соответствующими установленным требованиям**

ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры, гарантирующие, что если какой-либо аспект или результат испытаний не соответствует установленным в ИЛ процедурам, требованиям методик или согласованным с заказчиком требованиям, то:

незамедлительно предпринимаются действия по установлению причин несоответствий, а при необходимости приостанавливаются работы по испытаниям и выдача протоколов испытаний;

проводится оценка значимости несоответствия;

проводятся корректирующие действия с принятием решения об использовании результатов испытаний, полученных при работах, не соответствующих установленным требованиям;

при необходимости извещается заказчик и отменяются результаты испытаний;

назначается ответственный исполнитель за принятие решения о возобновлении работ по испытаниям.

#### **4.10. Улучшение системы менеджмента качества**

ИЛ должна постоянно улучшать результативность своей системы менеджмента качества, используя:

политику и цели в области качества;

результаты внутренних и внешних аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, анализа со стороны руководства.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 13 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

#### **4.11. Корректирующие действия**

ИЛ должна иметь политику и разработать процедуры проведения корректирующих действий при выявлении несоответствий или отступления от политики и процедур, предусмотренных системой менеджмента качества или техническими операциями.

Корректирующие действия начинаются с анализа причин несоответствий по всем элементам системы менеджмента качества и технических операций. В их число входят: требования заказчика, персонал, испытательное оборудование, методики испытаний, средства испытаний и другие элементы.

Корректирующие действия должны соответствовать масштабу и опасности несоответствия. Все изменения по корректирующим действиям документируют и организуют контроль за их реализацией.

#### **4.12. Предупреждающие действия**

Если требуется предупреждающее действие, то разрабатывается и реализовывается план действий по снижению вероятности повтора несоответствий технического характера или связанных с системой менеджмента качества.

#### **4.13. Управление записями**

**4.13.1.** ИЛ должна разработать и осуществлять процедуры идентификации, сбора, индексирования, систематизации, доступа, ведения, хранения и изъятия записей по системе менеджмента качества и техническим вопросам. В ИЛ должны быть установлены сроки хранения записей и обеспечено их безопасное и конфиденциальное хранение.

Записи должны быть изложены четким, понятным языком. Для записей на электронных носителях должны быть разработаны процедуры их защиты, в том числе от несанкционированного внесения в них изменений, и восстановления.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 14 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

Записи по системе менеджмента качества включают отчеты о внутренних и внешних проверках, результаты анализа со стороны руководства, записи о корректирующих и предупреждающих действиях.

4.13.2. Технические записи должны содержать сумму сведений и информации, отражающей результаты проведения всех этапов испытаний. Записи должны содержать информацию, достаточную для воспроизведения испытаний, максимально приближенных к первоначально проведенным испытаниям, и при необходимости оценки факторов, влияющих на погрешность испытаний. В записях должны быть сведения о персонале, производящем отбор образцов (проб), проводившем каждый этап испытаний, осуществлявшем контроль результатов испытаний.

При ошибках в записях они исправляются путем зачеркивания ошибочных и нанесения правильных значений, что заверяется подписью лица, внесшего изменения.

Записи должны храниться в ИЛ в течение срока, установленного системой менеджмента качества.

#### **4.14. Внутренний аудит**

ИЛ должна периодически в соответствии с графиком проводить внутренние аудиты действующей системы менеджмента качества. Периодичность внутренних проверок не реже одного раза в год. Программа проверок должна охватывать все элементы системы менеджмента качества, включая деятельность по проведению испытаний. Проверки должны проводиться подготовленным и квалифицированным персоналом.

При выявлении несоответствий в системе менеджмента качества планируются и осуществляются корректирующие мероприятия, и последующие проверки должны подтвердить и документально зафиксировать устранение выявленных несоответствий.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 15 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

#### **4.15. Анализ со стороны руководства**

Руководство ИЛ в соответствии с графиком периодически (как правило, один раз в год) проводит анализ системы менеджмента качества и деятельности по проведению испытаний. Анализ должен учитывать:

актуальность политики и процедур системы менеджмента качества;

результаты внутренних проверок;

предписания руководящих и контролирующих органов;

эффективность корректирующих и предупреждающих действий;

результаты взаимодействия с заказчиками, поставщиками, субподрядчиками, другими организациями, а также анализ жалоб и претензий;

результаты межлабораторных сравнительных испытаний и проверок квалификации персонала.

Результаты анализа документируются и должны включать действия по улучшению системы менеджмента качества, а также потребность в необходимых ресурсах. По результатам анализа разрабатываются мероприятия и осуществляется их реализация в установленные сроки.

Руководство ИЛ должно периодически (как правило, ежегодно) пересматривать систему менеджмента качества для обеспечения ее пригодности и эффективности.

### **5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

#### **5.1. Общие требования**

ИЛ должна разработать, документировать и обеспечивать выполнение требований по испытаниям, входящим в компетент-

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 16 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

ность ИЛ. Если некоторые виды деятельности по испытаниям не осуществляются (например, отбор образцов, разработка методик испытаний), то на эти виды деятельности процедуры не разрабатываются и требования к осуществлению этих видов деятельности на ИЛ не распространяются.

## 5.2. Требования к персоналу

5.2.1. ИЛ должна иметь:

руководителя ИЛ, отвечающего в полном объеме за организацию работ по испытаниям;

технического руководителя ИЛ (заместителя руководителя ИЛ);  
персонал, имеющий соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для выполнения работ по испытаниям.

5.2.2. Руководитель и технический руководитель ИЛ (заместитель руководителя ИЛ) должны быть назначены из числа сотрудников организации, работа для которых в данной организации является основной<sup>1</sup>.

5.2.3. Руководство ИЛ должно гарантировать компетентность персонала, работающего со специальным оборудованием, проводящего испытания, оценивающего результаты и подписывающего документы, содержащие результаты испытаний.

Технический руководитель отвечает в полном объеме за надлежащее техническое обеспечение выполняемых ИЛ технических задач, точность (правильность, прецизионность) результатов испытаний, за выполнение требований правил техники безопасности, промышленной санитарии, за обеспечение качества всех выполняемых работ.

5.2.4. Допускается совмещение одним сотрудником функций различных специалистов (руководителей) ИЛ.

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 17 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

5.2.5. В системе менеджмента качества ИЛ должна быть предусмотрена процедура осуществления контроля за привлекаемыми специалистами и стажировкой при введении в должность.

5.2.6. В ИЛ, осуществляющих неразрушающий контроль, руководитель, технический руководитель ИЛ и специалисты, выполняющие неразрушающий контроль, оценивающие результаты и подписывающие заключения, должны быть аттестованы в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02.

Специалисты аналитических лабораторий, электролабораторий и лабораторий разрушающих и других видов испытаний должны быть аттестованы в соответствии с требованиями СДА-24-2008.

Специалисты электролабораторий, выполняющие измерения и испытания в действующих электроустановках, должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

Аттестация специалистов в совокупности должна включать все виды (методы) испытаний (контроля, измерений, анализа) и типы объектов, которые закреплены за лабораторией и входят в область ее аккредитации.

При отсутствии независимых органов по аттестации персонала на определенные виды (методы) или объекты испытаний при оценке ИЛ проводятся проверка образования, подготовки и оценка опытности (квалификации) персонала.

5.2.7. ИЛ должна обеспечить обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации, мероприятия по оценке опытности и при необходимости аттестацию персонала, вести постоянный учет сведений о квалификации, аттестации, обучении и профессиональном опыте каждого сотрудника, участвующего в испытаниях.

ИЛ должна установить необходимые этапы подготовки каждого сотрудника, включающие:

период официального введения в должность;

период работы под наблюдением опытных сотрудников;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 18 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

постоянную подготовку на протяжении служебной деятельности.

5.2.8. Все сотрудники ИЛ должны иметь должностные инструкции, утвержденные руководителем ИЛ и определяющие их служебные обязанности и связанную с ними ответственность. В случае применения новой техники и технологий, изменений в организации труда, изменения нормативных и правовых актов должностные инструкции пересматриваются в установленном в ИЛ порядке. В ИЛ должны вестись записи, подтверждающие ознакомление персонала с должностными инструкциями.

5.2.9. В ИЛ должны быть назначены лица из числа сотрудников, работа для которых в данной организации является основной<sup>1</sup>, отвечающие за определенные участки работ, в частности за:

хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение средств испытаний (измерений);

функционирование системы менеджмента качества;

ведение фонда нормативной технической и методической документации;

ведение и хранение документации по результатам испытаний;

радиационную безопасность, учет и хранение источников ионизирующих излучений.

### **5.3. Помещения и условия окружающей среды**

5.3.1. Помещения ИЛ и окружающая среда при проведении испытаний вне помещения ИЛ должны соответствовать требованиям методических документов на испытания и требованиям к условиям эксплуатации средств испытаний.

5.3.2. ИЛ, проводящая испытания с применением источников ионизирующего излучения, должна иметь радиационно-гигиенический паспорт (санитарно-эпидемиологическое заключение) и лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения.

<sup>1</sup> В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 19 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

5.3.3. ИЛ, выполняющая работы по испытаниям в полевых условиях, должна иметь возможность надежной доставки средств к объекту (с соблюдением требований радиационной безопасности) и обеспечить проверку средств испытаний перед использованием после транспортировки.

#### **5.4. Методы испытаний, оценка пригодности методов**

5.4.1. ИЛ должна иметь организационные, нормативные технические и методические документы, необходимые в работе ИЛ, в том числе регламентирующие проведение испытаний в области аккредитации.

5.4.2. ИЛ должна иметь следующие документы:

5.4.2.1. Организационные документы:

учредительные документы организации (предприятия);  
паспорт ИЛ;

форма паспорта лабораторий разрушающих и других видов испытаний, лабораторий, выполняющих испытания продукции, и электролабораторий приведена в приложении 1;

паспорт ИЛ, выполняющей работы по неразрушающему контролю, оформляется в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00;

требования к содержанию и оформлению паспорта аналитических лабораторий приведены в приложении 2.

5.4.2.2. Организационно-методические документы:

Руководство по качеству;

регистрационные документы на средства испытаний;

эксплуатационные документы на средства испытаний, которые входят в комплект поставки средств (паспорт, руководство по эксплуатации, документы по техническому обслуживанию, ремонту и т.д.);

документы, подтверждающие компетентность поставщиков средств испытаний и организаций, оказывающих услуги лаборатории;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 20 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

графики поверки и технического обслуживания средств испытаний;

свидетельства о метрологической поверке (калибровке, аттестации).

**5.4.2.3.** Нормативные технические и методические документы на испытания объектов в соответствии с областью аккредитации ИЛ:

нормативные технические документы, регламентирующие технические требования к объектам испытаний и устанавливающие показатели качества (состояния) этих объектов, а также конкретные виды (методы) испытаний этих объектов;

международные и национальные стандарты и методические документы, в которых определены виды испытаний объектов, закрепленных за лабораторией, установлены основные параметры испытаний, даны схемы и общие требования к проведению испытаний;

программы и методики испытаний и иные документы, регламентирующие порядок проведения (технологию) испытаний, отбора проб конкретных объектов конкретными видами испытаний.

**5.4.2.4.** Документация по персоналу лаборатории:

должностные инструкции;

материалы по аттестации сотрудников лаборатории (копии квалификационных удостоверений).

**5.4.2.5.** Документация по архиву:

инструкции по порядку ведения архива;

журнал регистрации архивных документов.

**5.4.3.** Сведения о ремонтах, поверках действующих средств испытаний вносятся в регистрационные документы сразу же после сдачи средств испытаний в ремонт или поверку; сведения о новых средствах испытаний заносятся в регистрационные документы по мере поступления.

**5.4.4.** Не реже одного раза в год паспорт ИЛ должен пересматриваться на предмет внесения возможных изменений, которые оформляются в установленном порядке.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 21 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

5.4.5. ИЛ применяют, как правило, стандартизованные методы испытаний, установленные национальными стандартами или документами, согласованными органами исполнительной власти. При применении нестандартизированных методов испытаний или методов, разработанных лабораторией, должны проводиться оценка пригодности метода и его согласование с заказчиком. Оценка метода может проводиться следующими способами:

калибровкой с использованием апробированных эталонов и стандартных образцов;

сравнением результатов, полученных другими видами (методами) испытаний;

межлабораторными сравнительными испытаниями;

оцениванием каждого фактора, оказывающего влияние на результат испытаний;

теоретическими расчетами, подтверждающими результат испытания и погрешность.

5.4.6. ИЛ должна иметь и применять процедуры оценки погрешности измерений при испытаниях и аналитическом контроле. Методы и процедуры для оценки точности выполнения измерений различных физических величин, характеризующих измеряемые свойства объекта испытаний, изложены в ГОСТ Р ИСО 5725-1—ГОСТ Р ИСО 5725-6.

**Примечание.** При некоторых видах (методах) испытаний (например, не-разрушающем контроле) сложно оценить погрешность измерений ввиду значительного влияния субъективных оценок результатов испытаний. В этом случае рекомендуется применять стандартизованные методики испытаний (контроля), в которых самим методом испытаний установлены пределы значений основных источников неопределенности измерений и форма представления результатов испытаний.

## 5.5. Оборудование

5.5.1. ИЛ должна быть оснащена собственным испытательным и вспомогательным оборудованием, оборудованием для отбора проб, средствами измерения, контроля и испытаний, обеспечивающими возможность выполнения работ по испытаниям в области аккредитации.

Для проведения отдельных видов работ допускается использование оборудования, материалов, принадлежностей и приспособлений, принадлежащих другим предприятиям, организациям или физическим лицам с условием их поверки (для средств измерений) и аттестации (для испытательного оборудования).

5.5.2. Номенклатура оборудования определяется действующей нормативной и методической документацией на испытания, распространяющейся на объекты испытаний и (или) виды испытаний.

5.5.3. Каждая единица оборудования, средств измерений, которые имеются в лаборатории, включая и объекты испытаний (образцы для испытаний), средств контроля, должна быть идентифицирована и зарегистрирована в ИЛ. Сведения об оборудовании и других технических средствах должны быть внесены в паспорт лаборатории и (или) в регистрационный документ (учетный лист, карточку).

5.5.4. Сведения об оборудовании, средствах измерения других организаций и физических лиц, применяемых в лаборатории (арендуемых средствах), должны быть внесены в паспорт (формуляр) лаборатории, в том числе должен быть указан срок, в течение которого ИЛ имеет право использовать не принадлежащее ей техническое средство (заключен договор с владельцем оборудования и средства измерения).

## 5.6. Прослеживаемость измерений

5.6.1. Все средства измерений должны быть поверены или калиброваны, испытательное оборудование аттестовано в установленном порядке.

Для международного признания результатов деятельности ИЛ и обеспечения прослеживаемости измерений поверку и калибровку средств измерений рекомендуется осуществлять в организациях, являющихся подписантами Взаимного признания договоренностей (Mutual Recognition Arrangement).

5.6.2. ИЛ должна иметь документированные процедуры технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств испытаний (включая источники автономного питания), а также график поверки средств измерений и график аттестации испытательного оборудования.

## 5.7. Отбор образцов (проб)

Отбор образцов (определение мест, зон контроля) следует производить в соответствии с требованиями нормативных технических и методических документов на испытания. В лаборатории должны быть план и процедуры отбора образцов. Записи по отбору образцов должны включать идентификацию персонала, проводящего отбор образцов, условия окружающей среды, указание мест отбора и количества отобранных образцов.

Если документами не установлены план и процедура отбора образцов, то они согласовываются с заказчиком и документируются.

## 5.8. Обращение с объектами испытаний

Транспортирование, хранение, обращение и утилизацию образцов следует производить в соответствии с требованиями нормативных и методических документов на испытания.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 24 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

В ИЛ должна быть система идентификации объектов испытаний, обеспечено их хранение без изменения характеристик качества.

## 5.9. Обеспечение качества испытаний

### 5.9.1. Межлабораторные сравнительные испытания.

Для видов (методов) испытаний и объектов испытаний, где это приемлемо, МСИ являются одной из форм экспериментальной проверки деятельности ИЛ в целях определения ее компетентности при аккредитации или подтверждения соответствия ИЛ критериям аккредитации при инспекционном контроле. МСИ рекомендуется проводить для объектов испытаний, для которых можно обеспечить однородность образцов для испытаний.

*Примечание.* Не рекомендуется проводить МСИ твердых материалов, которые не могут быть гомогенизированы, поскольку неоднородность объекта испытаний не позволит выполнить требование идентичности образцов, используемых при проведении МСИ. МСИ рекомендуются для аналитических лабораторий.

5.9.2. При невозможности или нецелесообразности проведения МСИ следует планировать другие процедуры обеспечения качества испытаний:

применение в ИЛ контрольных образцов, калиброванных (аттестованных) по общим в ЕС ОС Ростехнадзора требованиям; для аналитических лабораторий — стандартных и контрольных образцов;

применение в ИЛ общих для ЕС ОС Ростехнадзора нормативных технических и методических документов, устанавливающих методику испытаний и качество продукции; для аналитических лабораторий — метрологически аттестованные методики количественного химического анализа (для неаттестованных методик рассчитывают характеристики погрешности в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725 и МИ 2335–2003);

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 25 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

проведение мероприятий по оценке опытности персонала; оформление по результатам контроля унифицированных заключений и протоколов, позволяющих осуществить прослеживаемость процедур и воспроизводимость результатов контроля;

аттестацию персонала в независимых органах по аттестации ЕС ОС Ростехнадзора, при которой персонал осуществляет контроль идентичных тест-образцов, то есть фактически осуществляется шифрованный эксперимент по определению дефектности или характеристик (свойств) образцов;

дублирование испытаний в ИЛ:

оценку качества образцов и продукции разными видами (методами) контроля;

дублирование испытаний с использованием одних методов и повторные испытания сохраняемых объектов.

5.9.3. Общее руководство работами по организации МСИ осуществляют Орган по аккредитации.

5.9.4. Практическую деятельность по проведению МСИ осуществляют уполномоченные органы: разрабатывают программы МСИ, устанавливают схемы проведения МСИ и способы обработки и представления результатов МСИ, организуют и проводят МСИ в соответствии с требованиями Р 50.4.006.

5.9.5. Положительные результаты МСИ учитываются при принятии решения при аккредитации и инспекционном контроле.

5.9.6. При неудовлетворительных результатах МСИ ИЛ в сроки, согласованные с уполномоченным органом, проводившим МСИ, разрабатывает корректирующие действия, по результатам которых Органом по аккредитации могут быть приняты следующие решения:

при удовлетворительных результатах реализации корректирующих действий, подтвержденных уполномоченным органом, действие свидетельства об аккредитации сохраняется (или продолжа-

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 26 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

ется процедура аккредитации) и ИЛ назначается срок проведения повторных МСИ (как правило, с завершением к очередному инспекционному контролю);

при сомнениях в результатах реализации корректирующих действий, подтвержденных уполномоченным органом, назначаются повторные МСИ с завершением к установленному сроку, но не позже принятия решения об аккредитации или решения по результатам инспекционного контроля;

при неудовлетворительных результатах корректирующих действий в установленные сроки или неудовлетворительных результатах повторных МСИ принимается решение о временной приостановке действия аккредитации ИЛ (до реализации корректирующих действий и проведения инспекционного контроля ИЛ) или отмене аккредитации по видам (методам) испытаний, по которым получены неудовлетворительные результаты МСИ.

*Примечание.* Уполномоченный орган должен обеспечить конфиденциальность информации в отношении ИЛ, продемонстрировавших некомпетентность во время МСИ.

## 5.10. Отчетность о результатах испытаний

Протоколы (заключения) о результатах испытаний должны содержать следующую информацию:

наименование и адрес ИЛ (с указанием места проведения испытаний, если они проведены вне лаборатории);

идентификацию протокола испытаний с проставлением номеров на каждой странице протокола и указанием общего числа страниц;

наименование и адрес заказчика;

идентификацию используемого метода испытаний;

описание и идентификацию объекта испытаний;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 27 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

дату проведения испытаний (при необходимости указывается дата отбора проб или получения объекта испытаний);

ссылку на план и методы отбора проб (если это влияет на погрешность испытаний);

результаты испытаний;

имя, должность и подпись лиц, проводивших испытания и утвердивших протокол испытаний.

Дополнительно протокол испытаний может содержать:

отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методу испытаний или условиям окружающей среды;

указание о соответствии/несоответствии объекта испытаний установленным требованиям;

погрешность измерений;

дополнительные сведения (выполнение условий договора, рекомендации по использованию результатов и улучшению объекта испытаний).

Форма протокола испытаний, как правило, устанавливается методическими документами на проведение испытаний. В протоколах отражаются все отступления от требований методических документов на проведение испытаний и отбор проб (в том числе и произведенные по инициативе заказчика). При отсутствии требований к оформлению результатов испытаний в методических документах форма их представления согласовывается с заказчиком.

При проведении испытаний для собственных нужд организации или при наличии письменного согласия заказчика результаты испытаний могут быть представлены в упрощенном виде.

## 6. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ

6.1. Аккредитация ИЛ проводится в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011–2008 и Общими требованиями к аккредитации

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 28 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

дитации органов по оценке соответствия (СДА-01–2008) в областях аккредитации, утвержденных Наблюдательным советом.

6.2. Заявитель, претендующий на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории, подает заявку (приложение 3) на аккредитацию и анкету о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории (приложение 4).

Результаты оценки организации при аккредитации отражаются в акте (форма акта приведена в приложении 5).

6.3. При аккредитации и инспекционном контроле ИЛ учитываются результаты МСИ, проведенные ИЛ за предшествующий период.

6.4. При аккредитации в ЕС ОС Ростехнадзора ИЛ получает свидетельство об аккредитации, приведенное в приложениях 6 и 7.1–7.5.

6.5. В случае необходимости расширения области аккредитации ИЛ проходит дополнительную процедуру аккредитации в рамках заявленной области.

6.6. В течение срока действия свидетельства об аккредитации проводится инспекционный контроль деятельности ИЛ. Первый инспекционный контроль проводится в течение первого года работы ИЛ, последующие — не позднее чем через 18 месяцев после предыдущего.

6.7. Продление аккредитации ИЛ осуществляется на основании заявки организации. Заявка должна быть подана за 6 месяцев до окончания срока действия свидетельства. В этом случае проведение повторной оценки ИЛ совмещается с инспекционным контролем. При положительном результате повторной оценки и инспекционного контроля Орган по аккредитации продлевает действие свидетельства об аккредитации на срок не более пяти лет.

6.8. По результатам повторной оценки и инспекционного контроля оформляются акты (см. приложение 5).

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 29 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

6.9. Все несоответствия, указанные в актах, должны быть устранины в срок не более трех месяцев. По результатам устранения несоответствий ИЛ должна представить отчет о выполненных корректирующих действиях (приложение 8).

6.10. На основании отчета и сведений о корректирующих действиях ведущий эксперт по аккредитации (члены комиссии при необходимости) определяет достаточность мероприятий по устранению несоответствий, указанных в акте, и необходимость повторного выезда на место. После подтверждения устранения несоответствий ведущий эксперт по аккредитации оформляет заключение о соответствии ИЛ критериям аккредитации и продлении действия свидетельства об аккредитации.

## 7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1. ИЛ обязана своевременно извещать орган, проводивший проверку и оценку ИЛ, о структурных и качественных изменениях, связанных с деятельностью по испытаниям, а также изменениях юридического адреса, платежных реквизитов и контактной информации, рекламациях.

7.2. ИЛ должна выполнять требования к аккредитованным ИЛ, включая участие в МСИ, предоставление возможности проведения инспекционного контроля деятельности ИЛ, наблюдения за ходом проведения испытаний, оплату расходов, связанных с вышеуказанной деятельностью и работами по аккредитации. Аккредитованная ИЛ оформляет с Органом по аккредитации договор на информационное обслуживание, форма которого приведена в приложении 9.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 30 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 1****Форма паспорта лабораторий разрушающих и других видов испытаний, электролабораторий, лабораторий, осуществляющих испытания продукции**

Наименование организации

**УТВЕРЖДАЮ**

---

---

---

Наименование лаборатории

**ПАСПОРТ**

## Содержание

1. Общие данные.
2. Данные о профессиональной квалификации сотрудников лаборатории.
3. Объекты испытаний.
4. Виды испытаний.
5. Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием.
6. Сведения о средствах испытаний.
7. Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и радиометрических средствах измерений (при необходимости).
8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях.
9. Перечень нормативных технических и методических документов.
10. Данные о хранилище источников ионизирующего излучения.
11. Сведения о передвижных лабораториях.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 32 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

## 1. Общие данные

1.1. Наименование ведомства, вышестоящей организации \_\_\_\_\_

1.2. Наименование организации (наименование лаборатории, если лаборатория обладает статусом юридического лица) \_\_\_\_\_

1.3. Место и дата регистрации организации (лаборатории) \_\_\_\_\_

1.4. Почтовый адрес организации (лаборатории<sup>1</sup>) \_\_\_\_\_

1.5. Банковские реквизиты организации (лаборатории) \_\_\_\_\_

1.6. Телефон \_\_\_\_\_ Телетайп \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

1.7. Должность руководителя организации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.8. Должность руководителя лаборатории (в составе организации)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.9. Технический руководитель лаборатории

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.10. Ответственный за функционирование системы качества

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.11. Ответственный за радиационную безопасность, за учет и хранение источников ионизирующего излучения (при необходимости)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.12. Ответственный за хранение, техническое обслуживание, эксплуатацию и метрологическое обеспечение испытательного оборудования и средств испытаний

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Если лаборатория имеет несколько подразделений, то приводятся сведения по всем подразделениям.

1.13. Ответственный за ведение фонда нормативной технической и методической документации

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.14. Ответственный за ведение и хранение документации по результатам испытаний

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

1.15. Орган санитарного надзора, осуществляющий надзор за лабораторией. Наименование, почтовый адрес, телефон, подразделение \_\_\_\_\_

1.16. Общее количество работников лаборатории \_\_\_\_\_

1.17. Краткая характеристика производственных помещений лаборатории (количество и назначение помещений, площадь, местонахождение, телефон) \_\_\_\_\_

1.18. Наличие передвижных средств для проведения испытаний, их характеристика \_\_\_\_\_

## 2. Данные о профессиональной квалификации сотрудников лаборатории

Данные о профессиональной квалификации сотрудников лаборатории приводят по форме 1.

**Форма 1**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, квалификация, вид испытаний, объекты	Сведения об образовании, повышении квалификации, стаже работы по испытаниям	Данные последней аттестации: дата аттестации, номера удостоверений, орган, выдавший удостоверение
1	2	3	4	5

**Примечание.** В форме 1 приводят данные о составе и квалификации персонала согласно штатному расписанию, а также сведения о сотрудниках, работающих по совместительству или договору оказания платных услуг. Для привлекаемых сотрудников в графе 3 указывают место их постоянной работы и сроки, на которые с ними заключены договоры.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 34 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

### 3. Объекты испытаний

Приводится перечень объектов, испытания которых выполняет ИЛ.

### 4. Виды испытаний

Приводят перечень видов испытаний, которые проводятся в лаборатории.

### 5. Сведения об оснащенности лаборатории испытательным оборудованием

Сведения об имеющемся в лаборатории испытательном оборудовании приводят по форме 2.

*Форма 2*

№ п/п	Наименование, тип (обозначение)	Назначение	Изготовитель	Зав. №, год изгото-вления	Владелец оборудования	Дата и срок действия свидетельства о метрологической поверке (аттестации) или отметка о техническом состоянии	
						200...	200...
1	2	3	4	5	6	7	8

*Примечание.* Сведения об имеющемся в лаборатории испытательном оборудовании приводят по каждому виду испытаний отдельно.

Для отметки о техническом состоянии оборудования можно использовать следующие обозначения:

И — исправны (используют в работе);

К — законсервированы (в работе не используют);

Р — подлежат ремонту;

С — подлежат списанию.

## 6. Сведения о средствах испытаний

В разделе 6 по форме 2, указанной в разделе 5, приводят сведения о технических устройствах, веществах и (или) материалах, применяемых при проведении испытаний. Для отметки технического состояния образцов можно использовать обозначения, приведенные в разделе 5. В графе 3 формы 2 следует указать, при испытании каких объектов применяется данное средство испытаний. Необходимо систематизировать применяемые средства испытаний по объектам и видам испытаний.

## 7. Сведения об имеющихся в лаборатории дозиметрических и радиометрических средствах измерений

В разделе 7 по форме 2, указанной в разделе 5, приводят сведения о дозиметрических средствах измерений, используемых в лаборатории. Для отметки о техническом состоянии можно использовать обозначения, приведенные в разделе 5.

## 8. Сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях

В разделе 8 по форме 2, указанной в разделе 5, приводят сведения о вспомогательном оборудовании и принадлежностях, применяемых в лаборатории. Для отметки технического состояния можно использовать обозначения, приведенные в разделе 5. Если вспомогательное оборудование или принадлежности не должны подвергаться метрологической поверке (аттестации, калибровке), то в графах 6, 7 и т.д. формы 2 следует указывать их техническое состояние.

## 9. Перечень нормативных технических и методических документов

Сведения об имеющихся в лаборатории нормативных технических и методических документах приводят по форме 3.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 36 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Форма 3**

№ п/п	Наименование документа	Обозначение	Издательство или разработчик	Место и год издания
1	2	3	4	5

**10. Данные о хранилище источников ионизирующего излучения**

В разделе 10 приводятся следующие сведения:

тип хранилища;

количество мест в хранилище;

год сооружения хранилища;

наличие манипулятора;

организация — разработчик проекта хранилища;

схема (планировка) хранилища;

характеристика помещения хранилища.

**Пример характеристики помещения:** *стены из силикатного кирпича, пол бетонный, имеется электрическая сигнализация, помещение освещается лампами дневного света, имеется три колодца для хранения источников согласно инструкции ... (номер и полное наименование документа).*

**11. Сведения о передвижных лабораториях**

Сведения о передвижных лабораториях приводятся по форме 4.

**Форма 4**

Номер по порядку	Наименование, фирма-изготовитель, год выпуска	Модель или характеристика транспортного средства	Площадь лабораторного помещения, количество отсеков	Наличие вентиляции, отопления	Средства испытаний	Средства измерений	Прочие сведения	Виды (методы) испытаний и определяемые показатели	Степень использования лаборатории	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

К паспорту лаборатории прикладываются следующие документы:

1. Копия радиационно-гигиенического паспорта (санитарно-эпидемиологического заключения).
2. Должностные инструкции на сотрудников лаборатории.
3. Инструкции по охране труда.
4. Копия свидетельства об аккредитации (аттестации) лаборатории (если имеется).
5. Копии квалификационных удостоверений и удостоверений (протоколов) о знании правил безопасности (электробезопасности) (при необходимости).
6. Копии свидетельств о поверке средств измерений.
7. Другие документы, подтверждающие компетентность лаборатории в заявленной области аккредитации.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 38 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 2****Форма паспорта аналитических лабораторий**

Наименование организации

**УТВЕРЖДАЮ**

---

---

---

Наименование лаборатории

**ПАСПОРТ**

## Содержание

1. Информационные данные о лаборатории.
2. Область аккредитации.
3. Перечень нормативных технических и методических документов, используемых в лаборатории.
4. Сведения о нормативах объектов анализа и измерений, нормах погрешности, методиках анализа и измерений.
5. Сведения о средствах измерений.
6. Сведения о нестандартизированных средствах измерений.
7. Сведения о вспомогательном оборудовании, обеспечивающем проведение анализа и измерений.
8. Сведения о применяемых в лаборатории стандартных образцах.
9. Сведения об оборудовании для отбора и хранения проб анализируемой среды.
10. Сведения о транспортных средствах (наземных, водных, воздушных).
11. Сведения о передвижных лабораториях.
12. Сведения о составе и квалификации персонала.
13. Сведения об основных производственных помещениях лаборатории.

**Форма 1**

*На 1 листе, лист 1*

### Информационные данные о лаборатории

1	Наименование лаборатории	
2	Адрес лаборатории, электронный адрес	
3	Телефон, факс	
4	Ф.И.О. руководителя лаборатории и его телефон	
5	Расчетный счет юридического лица и реквизиты банка	

6	Организация, в структуру которой входит лаборатория	
7	Ф.И.О. руководителя организации и его телефон	
8	Данные об утверждении положения о лаборатории	
9	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за систему обеспечения качества, его телефон	
10	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за Руководство по качеству	
11	Дата регистрации и регистрационный номер свидетельства об аккредитации	
12	Срок действия свидетельства об аккредитации	

**Форма 2**

На листах, лист 1

**Область аккредитации**

№ п/п	Объект анализа	Определяемый компонент, единица измерения	Диапазон	Метод анализа, шифр методики
1	2	3	4	5

**Форма 3**

На листах, лист 1

**Перечень нормативных технических и методических документов, используемых в лаборатории**

Регистрационный номер	Обозначение документа	Наименование документа	Издательство или разработчик	Место и год издания
1	2	3	4	5

Система документов по аккредитации

Требования к испытательным лабораториям

СДА-15-2008  
Стр. 41 из 97

**Примечание.** Вся документация, используемая в лаборатории, должна быть разбита на отдельные разделы (законодательные документы, общегосударственные нормативные, методические и т.д., по тематике — вода, промышленные выбросы, отходы и т.д., средства измерения, метрология, оборудование и т.д., внутренние документы — технические условия, инструкции, выписки, рабочие журналы и т.д.). При этом должен соблюдаться статус документов (от общегосударственных, отраслевых, региональных, внутренних). Форма должна быть составлена так, чтобы при внесении нового документа он мог быть поставлен в свой ряд, свою ячейку.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15—2008 Стр. 42 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Форма 4****На листах, лист 1**

**Сведения о нормативах объектов анализа и измерений,  
нормах погрешности, методиках анализа и измерений**

Система документов по аккредитации		Требования к испытательным лабораториям		Методика анализа													
№ п/п	Объект анализа	Компонент	Шифр, наим. НТЛ	Документы, регламентирующие показатели химического состава объекта анализа		Норма погрешности Р (0,95)	Шифр (наименование документа на методику)	Организация, аттестованная методику	Метод	Диапазон определения, мг/дм <sup>3</sup>		Характеристики погрешности Р (0,95)		Средство измерений	Стандартный образец	Примечания	
				ПДК и ПДВ	Диапазон, мг/дм <sup>3</sup>					Погрешн.	Случ. погрешн.	Характеристики погрешности Р (0,95)	Систем. погрешн.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**Примечания.** В графе 2 формы указывают наименование объектов аналитических работ (далее – объекты) в соответствии с документами, устанавливающими требования к объекту. Номера и наименования должны соответствовать указанным в форме 2;

в графе 3 приводят наименование определяемого компонента в объекте в соответствии с документами, устанавливающими требования к объекту; эти наименования должны соответствовать указанным в форме 2;

графы 4 и 5 – обозначения документов, устанавливающих требования к объекту, и значения нормативов (диапазон значений нормативов) в соответствии с указанными документами; если

нет официальных документов, устанавливающих требования к показателям объекта, то в графы 4 и 5 вносят запись «Не установлено»;

в графе 6 указывают обозначения документов, регламентирующих нормы погрешности результатов измерения определяемых показателей, или сведения об их издательстве, если документ не имеет официального обозначения;

в графах 7 и 8 указывают значения диапазонов (поддиапазонов) и норм погрешности (соответственно) для результатов измерения определяемого показателя в объекте; при заполнении этих граф используют форму представления норм погрешности, применяемую в документах;

в случаях, когда в документах представлены поддиапазоны, не попадающие в диапазон определения показателя в соответствии с областью аккредитации, то эти поддиапазоны и соответствующие им нормы погрешности не указывают;

если норма погрешности результатов измерений определяемого показателя в исследуемом объекте не установлена, то в графы 7–8 вносят запись «Не установлена»;

в графе 9 указывают обозначение документов на применяемые методики выполнения измерений. Обозначение документов должно совпадать с обозначением данной методики, приведенной в форме 2; если документ не имеет официального обозначения, указывают официальное наименование документа и сведения о его издании; допустимо указание вместо наименования документа ссылки на позицию формы 2;

в графе 12 указывают диапазон методики или его часть в соответствии с областью аккредитации; диапазон представляют в виде единого диапазона или в виде поддиапазонов в соответствии с представленным в нормативной документации на методику; если для измерения определяемого показателя применяют несколько методик, то приводят сведения по диапазонам каждой методики последовательно;

в графах 13–15 указывают показатели качества методики, соответствующие поддиапазону, указанному в графе 12, в форме, представленной в методике. Если в методике нет сведений о показателях качества методики, то следует оценить их расчетным путем в соответствии с рекомендациями, изложенными в ГОСТ Р ИСО 5725, МИ 2335;

в графе 16 приводят ссылки на позиции форм 5 и 7, в которых указаны сведения о применяемых в данной методике средствах измерений и оборудования, используемых в лаборатории;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 44 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

в графе 17 приводят ссылки на позицию формы 8, в которой указаны сведения о применяемых в данной методике стандартных образцах (средствах контроля).

### **Форма 5**

*На 5 листах, лист 1*

#### **Сведения о средствах измерения**

Метрологическое обеспечение												Техническое обслуживание	
№ п/п	Наименование средства измерения	Тип (модель)	Изготовитель, год изготовления	Заводской номер	Кол-во экз.	Поверяющая организация	Межповер. интервал	Дата поверки, № свид.	Документация	Ответственный сотрудник	Место установки	Место установки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

### **Форма 6**

*На 10 листах, лист 1*

#### **Сведения о нестандартизированных средствах измерений**

Метрологическое обслуживание														Техническое обслуживание		Место установки или хранения	
№ п/п	Наименование	Тип (модель)	Изготовитель	Год изготовления	Зав. номер	Поверяющая организация	Место поверки	Периодичность поверки	Дата поверки, номер свидетельства	Документация	Ответственный сотрудник	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				

**Примечание.** Если лаборатория не имеет нестандартизированных средств измерения, в форме пишут: «Нестандартизированные средства измерения отсутствуют».

**Форма 7**

**На 3 листах, лист 1**

**Сведения о вспомогательном оборудовании, обеспечивающем проведение анализов**

№ п/п	Наименование	Модель	Изготовитель	Заводской номер	Дата ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Назначение	Место установки	Техническое обслуживание		Ответственный за эксплуатацию	Причина
									Документация	Ответственный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008										
		Стр. 46 из 97										

**Форма 8**

На 4 листах, лист 1

**Сведения о применяемых в лаборатории стандартных образцах**

Система аккредитации по аккредитации лабораторий к испытательным лабораториям	Требованияни	№ п/п	Наименование, тип, номер и категория СО	Разработчик СО	Назначение СО	Метрологические характеристики			НД на порядок и условия применения	Срок годности экземпля- ра СО	Дата выпуска экземпляра СО	Степень обеспечения СО	Дата утверждения типа СО	Срок действия типа
						Аттестован. характе- ристика	Аттестованное значение	Погрешн. аттестован- ного значения						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Примечание.** В форме приводят сведения о стандартных образцах (СО), используемых в лаборатории для метрологического обеспечения средств измерений и методик выполнения анализов и измерений.

**Форма 9****На 3 листах, лист 1**

**Сведения об оборудовании для отбора и хранения проб  
анализируемой среды**

№ п/п	Наи- мено- вание, марка	Изгото- витель и год из- готовле- ния	На- значе- ние	Основ- ные ха- ракте- ристики	Документ, регламен- тирующий примене- ние	Документ, устанавлива- ющий усло- вия и поря- док эксплуа- тации	При- ме- чание
1	2	3	4	5	6	7	8

**Примечание.** В форме приводят сведения об оборудовании для отбора и хранения проб объектов аналитических работ, имеющихся и используемых в лаборатории для проведения работ в области аккредитации лаборатории.

**Форма 10****На 2 листах, лист 1**

**Сведения о транспортных средствах  
( наземных, водных, воздушных )**

№ п/п	Наименование, марка	Количество экземпляров, годы выпуска	Состояние	Цель ис- пользования	Приме- чание
1	2	3	4	5	6

**Форма 11***На 3 листах, лист 1***Сведения о передвижных лабораториях**

№ п/п	Наимено- вание, фирма- изготови- тель, год вы- пуска	Модель или ха- ракте- ристика транс- портно- го сред- ства	Лабораторное помещение и оборудование				Анализи- руемые среды и опреде- ляемые показатели	Степень исполь- зования лабора- тории	При- ме- чание		
			Площадь лабора- торно- го поме- щения, кол-во отсеков	Наличие приточ- ной и вы- тяжной вентиля- ции, ото- пления	Комплектность						
					Лабо- ратор- ная ме- бель	СИ	Про- чее				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

**Форма 12***На 2 листах, лист 1***Сведения о составе и квалификации персонала**

№ п/п	Штатный состав		Обра- зова- ние	Стаж работы				Форма по- вышения квалифи- кации	Должн. инструк- ция	При- ме- чание
	Долж- ность	Ф.И.О.		Метро- логия	Анали- тика	Управ- ление	Бухгал- терия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Форма 13**  
**На 1 листе, лист 1**

**Сведения об основных производственных помещениях лаборатории**

Состояние технологических и эргономических характеристик помещений										Нормативные величины	Ответственное лицо по-единому	Лицензийные документы	
Освещенность, лк		Влажность, %		Шум, вибрация, дБ		Температура, °С		Агрессивные среды					
Норма	Факт.	Норма	Факт.	Норма	Факт.	Норма	Факт.	Норма	Факт.	Н/п №	Приемка	М2	Лицензия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Примечание.** В форме 13 после таблицы указывают организацию, проводившую замеры, лицензию организации на право проведения данных работ, нормативный документ, по которому работала организация, периодичность замеров технологических и эргономических характеристик.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 50 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

**Приложение 3****Форма заявки на аккредитацию****Заявка на аккредитацию испытательной лаборатории**

Вид аккредитации	<input type="checkbox"/> Первичная аккредитация
	<input type="checkbox"/> Повторная аккредитация
	<input type="checkbox"/> Расширение области аккредитации

Сведения о заявителе	Наименование организации (полное и краткое):
	Руководитель (Ф.И.О., должность):
	Адрес (юридический и почтовый): индекс, город, улица:
	Телефон (с кодом):
	Телефакс:
	E-mail:
	Расчетный счет
	БИК, КПП, ИНН, ОКАТО
	Кор. счет
	Наименование лаборатории:
	Адрес: индекс, город, улица:
	Телефон (с кодом):
	Телефакс:
	E-mail:
	Контактное лицо (Ф.И.О., должность):
Телефон (с кодом):	
Телефакс:	
E-mail:	
Основные виды деятельности организации: _____	

Просим провести аккредитацию в качестве испытательной лаборатории:

Тип испытательной лаборатории*	<input type="checkbox"/> Лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК)
	<input type="checkbox"/> Лаборатории разрушающих и других видов испытаний (ЛРИ)
	<input type="checkbox"/> Аналитической лаборатории (АЛ)
	<input type="checkbox"/> Электролаборатории (ЭЛ)
	<input type="checkbox"/> Лаборатории, осуществляющей испытания продукции (ЛИП)

\* Выбрать требуемый вариант.

Заявляемая область аккредитации (в виде приложения/й).

Если лаборатория имеет несколько подразделений, то указываются почтовые адреса и области аккредитации каждого подразделения, идентификационные признаки передвижных лабораторий, места проведения испытаний (стационарные, в полевых условиях)

Мы заявляем, что нам известны СДА-01–2008 «Общие требования к аккредитации органов по оценке соответствия», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», СДА-15–2008 «Требования к испытательным лабораториям».

Мы обязуемся добровольно:

соблюдать процедуру аккредитации;

отвечать требованиям, предъявляемым к аккредитованным испытательным лабораториям;

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 52 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

оплатить все расходы, связанные с аккредитацией, независимо от ее результата, в том числе связанные с приемом группы экспертов по аккредитации для проверки и оценки заявителя на месте; принять на себя затраты по информационному обслуживанию и последующему инспекционному контролю.

**Приложения к заявке:**

анкета о готовности организации-заявителя, претендующей на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории;

копия устава и (или) других учредительных документов заявителя;

копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

копия информационного письма Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

Руководство по качеству ИЛ (организации) и другие документы системы менеджмента качества;

сведения о межлабораторных сравнительных испытаниях (при наличии);

паспорт лаборатории в соответствии с требованиями настоящего документа;

другие документы, содержащие информацию о заявителе, необходимую для подтверждения ее соответствия критериям аккредитации.

Руководитель

организации-заявителя

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

**Приложение 4**

**АНКЕТА**  
**о готовности организации-заявителя, претендующей**  
**на аккредитацию в качестве испытательной лаборатории**

№ п/п	Вопросы к испытательной лаборатории	Пункты разделов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006, СДА-15–2008, устанав- ливющие требования		
		3	4	5
1	Является ли ИЛ или организация, в состав которой она входит, самостоятельной правовой единицей с юридической ответственностью?	п. 4.1.1		
2	Входит ли в обязанности ИЛ проведение испытаний таким образом, чтобы выполнялись требования настоящего документа, требования заказчика, нормативных документов и органов испытательной власти?	п. 4.1.2		
3	Охватывает ли система менеджмента качества (СМК) ИЛ работы, выполняемые на основной территории, в удаленных местах, а также на временных и передвижных точках?	п. 4.1.3		

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 54 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

1	2	3	4	5
4	Если ИЛ входит в состав организации, осуществляющей деятельность, отличную от испытаний, четко ли определены обязанности руководящего персонала организации, принимающего участие или имеющего влияние на деятельность ИЛ, в целях идентификации и устранения потенциальных конфликтов интересов?	п. 4.1.4		
5	Располагает ли ИЛ руководящим и техническим персоналом, имеющим полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей и выявления случаев отступления от СМК и от процедур проведения испытаний, для выявления, предупреждения и сокращения таких отступлений?	п. 4.1.5а		
6	Принимает ли ИЛ меры, обеспечивающие свободу руководства и сотрудников от любого неподобающего внутреннего и внешнего коммерческого, финансового и другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы?	п. 4.1.5б		
7	Обеспечивает ли ИЛ защиту конфиденциальной информации и прав собственности ее заказчиков?	п. 4.1.5с		

1	2	3	4	5
8	Какие действия осуществляют ИЛ для подтверждения ее компетентности, беспристрастности суждений и объективности?	п. 4.1.5d		
9	Определена ли организационная и управленческая структура ИЛ, ее место в организации и взаимосвязи?	п. 4.1.5e		
10	Установлены ли ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в управлении, выполнении и контроле работ, влияющих на качество испытаний?	п. 4.1.5f		
11	Обеспечивает ли ИЛ контроль сотрудников, проводящих испытания, включая стажеров, со стороны лиц, уполномоченных выполнять такой контроль?	п. 4.1.5g		
12	Имеется ли в ИЛ техническая администрация, несущая ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работ?	п. 4.1.5h		
13	Назначен ли один из сотрудников ИЛ ответственным за внедрение СМК и ее функционирование?	п. 4.1.5i		
14	Назначен ли заместитель руководителя ИЛ?	п. 4.1.5j		

1	2	3	4	5
15	Разработана ли, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК ИЛ?	п. 4.2.1 п. 4.3.1		
16	Оформлены ли документально политика, системы, программы, процедуры и инструкции, необходимые для обеспечения качества результатов испытаний?	п. 4.2.1		
17	Доведена ли документация СМК ИЛ до сведения персонала и доступна ли ему?	п. 4.2.1		
18	Включает ли заявление о политике в области качества: обязательство руководства сохранять высокое качество испытаний; задачи, стоящие перед СМК; требования к сотрудникам знать документацию СМК и следовать установленной политике; обязательство руководства действовать в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025	п. 4.2.2		
19	Включает ли Руководство по качеству вспомогательные процедуры, включая технические?	п. 4.2.5 п. 5.9.1		
20	Имеется ли структура документации СМК?	п. 4.2.5		
21	Определены ли в Руководстве по качеству функции и ответственность технического, руководящего персонала и уполномоченного по качеству?	п. 4.2.6		

1	2	3	4	5
22	Гарантирует ли процедура управления документацией ИЛ: доступность официальных изданий документов на участках, где осуществляются основные испытания; периодический анализ документов и их пересмотр (при необходимости); оперативное изъятие недействующих или устаревших документов из всех мест использования; идентификацию устаревших документов, сохранных в юридических или информационных целях	п. 4.3.2.1 п. 4.3.2.2		
23	Имеют ли документы СМК, разработанные в ИЛ, уникальную идентификацию с указанием даты выпуска и пересмотра документа, нумерации и общего количества страниц и наименования разработчика?	п. 4.3.2.3		
24	Предусматривает ли процедура внесения изменений: анализ и утверждение изменений теми лицами, которые выпускали первоначальный документ, обеспечение доступа этих лиц к исходной информации; идентификацию измененного текста в документе; определение процедур и полномочий при внесении изменений от руки, четкая отметка изменений, визирование и датирование;	п. 4.3.3		

1	2	3	4	5
	установлена ли процедура внесения и управления изменениями в документах, хранящихся в компьютерах (на электронных носителях)	п. 4.3.3		
25	Гарантируют ли политика и процедуры анализа, ведущего к заключению контракта на проведение испытания в ИЛ, что: требования, включая используемые методики, адекватно определены и документированы; ИЛ имеет возможности и ресурсы, позволяющие выполнить требования; выбрана соответствующая методика испытания, способная удовлетворять требования заказчиков; устранены все различия между запросом и контрактом до начала работ	п. 4.4.1		
26	Сохраняются ли в ИЛ записи по анализу контракта, включая изменения, и обратной связи с заказчиками в ходе выполнения контракта?	п. 4.4.2		
27	Осуществляется ли анализ контракта при выполнении ИЛ субподрядных работ?	п. 4.4.3		
28	Информируются ли заказчики об отклонениях от контракта?	п. 4.4.4 п. 4.7		

1	2	3	4	5
29	Если контракт нуждается в изменении после начала работы, предусмотрен ли повторный процесс анализа изменений в контракте и передачи информации об изменениях персоналу ИЛ, которого это касается?	п. 4.4.5 п. 4.7		
30	Если ИЛ передает выполнение работ подрядной организации, то проверяется ли ее компетентность?	п. 4.5.1		
31	Уведомляет ли ИЛ заказчика о передаче работ подрядной организации в письменном виде?	п. 4.5.2		
32	Несет ли ИЛ ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую подрядной организацией?	п. 4.5.3		
33	Ведет ли ИЛ регистрацию всех подрядных организаций, к услугам которых она прибегает для проведения испытаний?	п. 4.5.4		
34	Установлены ли и реализуются в ИЛ политика и процедуры по выбору и приобретению необходимых услуг, а также процедуры по приобретению, получению и хранению реактивов и материалов, используемых при испытаниях?	п. 4.6.1 п. 4.6.2 п. 4.6.3		

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 60 из 97
------------------------------------	---	------------------------------

1	2	3	4	5
35	Проводит ли ИЛ оценку поставщиков важнейших расходных материалов, материально-технического обеспечения и услуг, оказывающих влияние на качество испытаний, имеет ли утвержденный перечень поставщиков и хранит ли регистрационные данные об этих оценках?	п. 4.6.4		
36	Установлены и реализуются ли в ИЛ политика и процедуры по разрешению претензий со стороны заказчиков или других сторон?	п. 4.8		
37	Обеспечивается ли хранение регистрационных данных по всем рекламациям, анализу их причин и корректирующим действиям?	п. 4.8		
38	Гарантируют ли процедуры управления работами с неудовлетворительными результатами: определение обязанностей и полномочий персонала по управлению несоответствующими работами; соответствующие действия, предпринятые при выявлении несоответствующей работы, включая приостановку работы и приостановку действия протоколов испытаний; оценку значимости несоответствующей работы; извещение заказчика об отмене работы (при необходимости);	п. 4.9.1 п. 4.9.2		

1	2	3	4	5
	определение ответственности за разрешение возобновить работу; принятие незамедлительно корректирующих действий вместе с решением о приемлемости несответствующей работы	п. 4.9.1 п. 4.9.2		
39	Улучшает ли испытательная ИЛ результативность своей СМК?	п. 4.10 п. 4.12.1 п. 4.12.2		
40	Включает ли процедура корректирующих действий следующие этапы: анализ причин возникновения несоответствия (п. 4.11.2); выбор и принятие корректирующего действия с учетом масштаба и опасности проблемы, записи и выполнение требуемых изменений (п. 4.11.3); контроль выполнения корректирующих действий и оценка их эффективности (п. 4.11.4); проведение дополнительных проверок отдельных областей деятельности ИЛ (п. 4.11.5)	п. 4.11		
41	Гарантирует ли управление техническими данными, что записи: хранятся в ИЛ в течение установленного срока; содержат достаточно сведений для воспроизведения условий испытаний;	п. 4.13.1 п. 4.13.2		

1	2	3	4	5
	содержат данные о персонале, обеспечивающем отбор образцов и проведение испытаний; исправление ошибок в записях осуществляется установленным способом с визой лица, внесшего изменение, и датой; такие же меры принимаются во избежание потерь информации при внесении изменений первоначальных данных в электронном виде	п. 4.13.1 п. 4.13.2		
42	Проводит ли ИЛ внутренние проверки (аудиты) всех элементов СМК, включая деятельность по проведению испытаний, в соответствии с графиком и процедурой для оценки соответствия требованиям СМК и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025?	п. 4.14.1 п. 4.14.2		
43	Регистрируются ли при проведении проверок область проверяемой деятельности, результаты проверки и вытекающие из них корректирующие действия?	п. 4.14.3		
44	Осуществляется ли в ходе последующих проверок оценка эффективности предпринятых ранее корректирующих действий?	п. 4.14.4		
45	Проводится ли руководством ИЛ ежегодный анализ СМК в целях обеспечения ее пригодности, эффективности и внедрения необходимых улучшений?	п. 4.15.1		

1	2	3	4	5
46	Регистрируются ли результаты анализа и последующих действий?	п. 4.15.2		
47	Учитываются ли при определении правильности и надежности (точности) результатов испытаний, проводимых лабораторией, следующие факторы: человеческий фактор (п. 5.2); помещения и окружающая среда (п. 5.3); методики испытаний и оценка методик (п. 5.4); оборудование и средства измерений (п. 5.5); прослеживаемость измерений (п. 5.6); отбор образцов (проб) (п. 5.7); обращение с испытываемыми изделиями (образцами) (п. 5.8)	п. 5.1.1		
48	Учитывается ли в ИЛ влияние перечисленных выше факторов на погрешность результатов испытаний при разработке и внедрении методик выполнения измерений (МВИ), при подготовке персонала, при выборе и градуировке СИ?	п. 5.1.2		
49	Гарантирует ли руководство ИЛ: компетентность сотрудников, работающих со специальным оборудованием, проводящих испытания, оценивающих результаты и подписывающих протоколы испытаний; надзор за стажерами;	п. 5.2.1		

1	2	3	4	5
	соответствующую квалификацию персонала, выполняющего специфические задачи, включая работы по оформлению отчетов об испытаниях (протоколов испытаний)	п. 5.2.1		
50	Располагает ли ИЛ процедуру выявления потребностей в подготовке и подготовки персонала в соответствии с поставленными перед ней задачами?	п. 5.2.2		
51	Удостоверяется ли ИЛ, что персонал, нанятый по контракту, является компетентным и работает под контролем в соответствии с требованиями СМК?	п. 5.2.3		
52	Имеет ли ИЛ описание проводимых работ для руководящего и технического персонала, участвующего в проведении испытаний?	п. 5.2.4		
53	Определены ли и документированы полномочия персонала, обеспечивающего проведение отбора образцов (проб), испытаний, оформление протоколов испытаний?	п. 5.2.5		
54	Ведутся ли в ИЛ записи о полномочиях, компетенции, обучении, опыте всего технического персонала и контрактников, включая дату подтверждения полномочий и компетентности?	п. 5.2.5		

1	2	3	4	5
55	Соответствуют ли условия проведения испытаний в ИЛ установленным требованиям к производственной среде? Определены и документированы ли эти требования, включая проведение работ вне помещений ИЛ?	п. 5.3.1		
56	Обеспечивает ли ИЛ регистрацию и контроль параметров производственной среды, включая прекращение проведения испытаний при выходе указанных параметров за рамки нормативов?	п. 5.3.2		
57	Обеспечивает ли ИЛ изоляцию несовместимых работ и контроль доступа к этим участкам?	пп. 5.3.3 и 5.3.4		
58	Обеспечиваются ли меры по соблюдению порядка и чистоты в ИЛ?	п. 5.3.5		
59	Использует ли ИЛ в своей деятельности актуализированные методы и процедуры, соответствующие области ее деятельности, включая отбор проб, обращение с ними, оценку лабораторных составляющих погрешности, статистические методы анализа результатов испытаний?	п. 5.4.1		
60	Использует ли ИЛ методики выполнения измерений (МВИ), отвечающие потребностям заказчиков и пригодные для целей испытаний, уведомляется ли заказчик о выбранных методиках?	п. 5.4.2		

1	2	3	4	5
61	Внедряет ли ИЛ МВИ, разработанные для собственных нужд, включая вопросы планирования, обеспечения ресурсами и квалифицированным персоналом?	п. 5.4.3		
62	Использует ли ИЛ нестандартные методики, согласуется ли применение этих методик с заказчиком, соответствуют ли эти методики требованиям заказчика, имеются ли в наличии записи, подтверждающие их оценку?	п. 5.4.4		
63	Имеет ли ИЛ процедуру и осуществляет ли оценку пригодности МВИ их целевому использованию на этапе внедрения, имеются ли в ИЛ соответствующие записи?	п. 5.4.5		
64	Имеет и осуществляет ли ИЛ процедуры оценки лабораторных составляющих погрешности применительно к МВИ?	п. 5.4.6		
65	Располагает ли ИЛ оборудованием, достаточным для проведения всех видов испытаний?	п. 5.5.1		
66	Обеспечивает ли указанное оборудование требуемую точность?	пп. 5.5.2 и 5.5.9		
67	Осуществляются ли процедуры ввода оборудования в эксплуатацию, включающие поверку или калибровку СИ?	п. 5.5.2		
68	Определен ли статус оборудования по отношению к его метрологической пригодности?	п. 5.5.2		

1	2	3	4	5
69	Работает ли на оборудовании квалифицированный персонал, находятся ли инструкции по эксплуатации оборудования в доступном месте?	п. 5.5.3		
70	Идентифицируется и регистрируется ли в ИЛ оборудование и программное обеспечение? Ведется ли маркировка СИ с указанием дат поверки (калибровки) и аттестации, их периодичности?	пп. 5.5.4 и 5.5.8		
71	Документированы и осуществляются ли в ИЛ процедуры по безопасному обращению, использованию, хранению, плановому обслуживанию, транспортированию оборудования в целях обеспечения его функционирования, в том числе и перед его возвращением в эксплуатацию?	пп. 5.5.6 и 5.5.9		
72	Изолируется и маркируется ли соответствующим образом оборудование, вышедшее из строя или показывающее подозрительные результаты, изучаются и устраняются ли в ИЛ последствия таких дефектов или отклонений параметров?	п. 5.5.7		
73	Имеется и осуществляется ли процедура промежуточных проверок для подтверждения статуса поверки (калибровки), где это необходимо?	п. 5.5.10		

1	2	3	4	5
74	Располагает ли ИЛ процедурами, обеспечивающими актуализацию копий корректировочных коэффициентов при их введении в процессе калибровки (проверки)?	п. 5.5.11		
75	Исключены ли несанкционированная регулировка и другие воздействия на оборудование, программное обеспечение, которые могут сделать недействительными результаты испытаний?	п. 5.5.12		
76	Проходят ли СИ ИЛ поверку (калибровку) до ввода в эксплуатацию?	п. 5.6.1		
77	Осуществляет ли ИЛ входной контроль документов, подтверждающих метрологическую пригодность стандартных образцов (СО) и оборудования: свидетельства и сертификаты на поверку (калибровку) СИ?	п. 5.6.2		
78	Осуществляется ли в ИЛ проверка стандартных образцов для подтверждения их статуса, имеются ли программы проверок?	п. 5.6.3		
79	Имеются ли в ИЛ процедуры и планы отбора образцов?	п. 5.7.1		
80	Регистрируются ли отклонения от процедуры отбора образцов, выполненные по требованию заказчика, в документах, содержащих результаты испытаний, информируется ли об отклонениях заинтересованный персонал?	п. 5.7.2		

1	2	3	4	5
81	Имеются и осуществляются ли в ИЛ процедуры регистрации данных по отбору проб (образцов), включая: методики отбора, ответственных сотрудников, условия окружающей среды, идентификацию места отбора и пр.?	п. 5.7.3		
82	Имеет и осуществляет ли ИЛ процедуру транспортирования, получения, обращения, хранения, утилизации проб?	п. 5.8.1		
83	Имеется и функционирует ли в ИЛ система идентификации испытываемых проб, не допускающая их путаницы и гарантирующая сохранность идентификации во время всего передвижения проб?	п. 5.8.2		
84	Предусматривает ли процедура обращения с пробами ведение записей в случае появления отклонений от установленной процедуры и консультации с заказчиком до начала испытаний при наличии таких отклонений?	п. 5.8.3		
85	Обеспечивает ли ИЛ установленные процедуры хранения, обращения и подготовки проб, гарантирующие их целостность и сохранность?	п. 5.8.4		
86	Регистрируются ли результаты контроля таким образом, чтобы можно было их использовать для анализа при выявлении тенденций и применения статистических методов?	п. 5.9.1		

1	2	3	4	5
87	Включают ли планы проведения контроля и анализ их результатов: регулярное использование стандартных образцов; участие в межлабораторных сравнительных испытаниях; дублирование испытаний, в том числе с применением альтернативных методик; повторные испытания контрольных проб	п. 5.9.1		
88	Содержат ли данные, приведенные в итоговых документах (в том числе в протоколах испытаний), всю информацию, требуемую заказчиком и необходимую для однозначного толкования результатов?	п. 5.10.1		
89	Содержат ли протоколы испытаний ИЛ следующую минимальную информацию: наименование и адрес ИЛ; место проведения испытаний; уникальную идентификацию протокола испытаний, нумерацию каждой страницы и указание общего количества страниц; наименование и адрес заказчика; МВИ, описание и идентификацию проб; результаты испытаний в соответствии с методикой	п. 5.10.2		

Руководитель организации

(Ф.И.О.)

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 71 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 5****Форма акта оценки испытательной лаборатории (ИЛ)**

(город)

(дата)

**АКТ<sup>1</sup>**

(наименование ИЛ и организации-заявителя, юридический адрес,  
фактический адрес, по которому проводилась оценка)

в качестве испытательной лаборатории (ИЛ) (ЛНК, ЛРИ, ЭЛ, АЛ,  
ЛИП)<sup>2</sup> Единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

Комиссия: \_\_\_\_\_  
(наименование проверяющего органа)

в составе: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. члена комиссии — ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и должность члена комиссии)  
проводила оценку заявителя на соответствие требованиям СДА-01–2008,  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 и СДА-15–2008 в заявленных областях аккредитации:

1. Объекты испытаний:
2. Методы испытаний:
3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

\_\_\_\_\_  
(область аккредитации)

<sup>1</sup> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.

<sup>2</sup> Выбрать нужное.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15–2008 Стр. 72 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

При проверке установлено:

№ п/п	Проверяемый критерий	Пункты требова- ний ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025–2006, СДА-15–2008	Коммен- тарии, за- мечания
1	2	3	4
1	Статус лаборатории	4.1.1–4.1.4	
2	Менеджмент качества	4.2, 4.10	
3	Анализ со стороны руководства. Улучшение системы менеджмен- та качества	4.10, 4.15	
4	Внутренние проверки	4.14	
5	Корректирующие и предупрежда- ющие действия	4.11, 4.12	
6	Конфиденциальность работ. Ре- кламации	4.7, 4.8, 4.9	
7	Управление документацией	4.3, 4.4, 4.13	
8	Работа с заказчиками и подрядны- ми организациями	4.4, 4.5, 4.6, 4.7	
9	Кадровое обеспечение	4.1.5, 4.1.6, 4.2.3– 4.2.7, 5.2	
10	Помещения лаборатории. Окру- жающая среда	5.3	
11	Нормативная техническая и мето- дическая документация. Протоко- лы испытаний	4.3, 4.13, 5.4, 5.10	
12	Материально-техническое обе- спечение. Средства испытаний. Прослеживаемость измерений	4.6, 5.5, 5.6	
13	Процедура работы с объектами испытаний. Методы испытаний. Оценка погрешности	5.4, 5.7, 5.8	

1	2	3	4
14	Контроль качества результатов испытаний (измерений, анализа)	4.14, 4.15, 5.9	
15	Использование сертификатов, логотипов и символов аккредитации		

Ф.И.О. и должность сотрудников ИЛ, предоставивших информацию при проверке и оценке ИЛ:

Дополнительная информация, использованная комиссией:  
отзывы организаций-заказчиков;  
отзывы федеральных органов исполнительной власти.

### **Заключение комиссии:**

**Вариант 1 (при установлении невозможности аккредитовать заявителя).**

1. Организация-заявитель не может быть аккредитована в заявляемой области аккредитации<sup>1</sup>.

2. Комиссия рекомендует направить документы ИЛ в Орган по аккредитации для принятия решения о прекращении процедуры аккредитации<sup>2</sup>.

**Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).**

1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения выявленных несоответствий<sup>3</sup>:

(формулировка несоответствий, срок реализации корректирующих действий)

<sup>1</sup> В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Аккредитация ИЛ не может быть подтверждена/продлена.

<sup>2</sup> В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Комиссия рекомендует направить документы ИЛ в Орган по аккредитации для принятия решения о приостановке или отмене аккредитации.

<sup>3</sup> В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Аккредитация ИЛ может быть подтверждена/продлена после устранения несоответствий.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 74 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации<sup>1</sup>:

2.1. Объекты испытаний:

2.2. Методы испытаний:

2.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

(область аккредитации)

Вариант 3 (при установлении возможности аккредитовать заявителя и при отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в следующей области аккредитации<sup>2</sup>:

3.1. Объекты испытаний:

3.2. Методы испытаний:

3.3. Виды деятельности, при которых применяются испытания:

(область аккредитации)

Члены комиссии:

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии — ведущего эксперта по аккредитации)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

<sup>1</sup> В случае инспекционного контроля настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о продлении аккредитации в следующей области аккредитации.

<sup>2</sup> В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в следующей области аккредитации.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 75 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

Представитель проверяемой организации

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)

Ознакомлен:

Представитель  
проверяющего органа

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 76 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 6**

**Форма свидетельства об аккредитации лаборатории  
неразрушающего контроля**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ  
№ ИЛ/(ЛНК, ЛРИ, АЛ, ЭЛ, ЛИП)\*-XXXXX**

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(юридический адрес)

(наименование филиала организации, в состав которой входит лаборатория)<sup>1</sup>

(наименование лаборатории)

(фактический адрес лаборатории)<sup>2</sup>


\* Выбирается требуемый тип испытательной лаборатории.

<sup>1</sup> Заполняется в случае, если лаборатория входит в состав филиала.

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если лаборатория не имеет подразделений; если лаборатория имеет подразделения, то в таблице указываются наименования данных подразделений с фактическими адресами (в случае, если лаборатория стационарная).

аккредитована в качестве испытательной лаборатории: лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 (ISO/IEC 17025:2005/Cor. 1:2006) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА-15–2008 «Требования к испытательным лабораториям».

**Области аккредитации согласно приложению**

Действительно с \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ г.  
до \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_ г.

**Без приложения недействительно  
(приложение на \_\_\_\_ листе(ах))**

М.П.

Руководитель

---

 / 

---

*Приложение 7.1*

**Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
лаборатории неразрушающего контроля**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**от \_\_\_\_ г.**

**к свидетельству об аккредитации**

**№ ИЛ/ЛНК-XXXXX**

**от \_\_\_\_ г.**

**На \_\_\_\_ листе(ах)**

**Лист \_\_\_\_**

**Область аккредитации**

(наименование подразделения лаборатории)<sup>1</sup>

№ п/п	Объекты испытаний	Нормативные документы

<sup>1</sup> Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются (в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение).

№ п/п	Виды (методы) испытаний	Нормативные документы

№ п/п	Виды деятельности

Места проведения испытаний: 1.

Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборатории(й):

2.

3.

М.П.

Руководитель

/ /

<sup>1</sup> Стационарные, в полевых условиях.

<sup>2</sup> При наличии передвижных лабораторий.

<sup>3</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ИЛ/ЛНК(XXX) от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 80 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 7.2**

**Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
лаборатории разрушающих и других видов испытаний**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

к свидетельству об аккредитации

**№ ИЛ/ЛРИ-XXXXX**

от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

На \_\_\_\_ листе(ах)

Лист \_\_\_\_

**Область аккредитации<sup>1</sup>**

(наименование подразделения лаборатории)<sup>2</sup>

№ п/п	Методы испытаний	Нормативные документы

<sup>1</sup> Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_.

<sup>2</sup> Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются (в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение).

Места проведения испытаний: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>.

Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборатории(й): \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

\_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

М.П.

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Стационарные, в полевых условиях.

<sup>2</sup> При наличии передвижных лабораторий.

<sup>3</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ИЛ/  
ЛРИ(XXX) от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккреди-  
тации № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 82 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 7.3**

**Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
аналитической лаборатории**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

**к свидетельству об аккредитации**

**№ ИЛ/АЛ-XXXXX**

от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

**На \_\_\_\_ листе(ах)**

**Лист \_\_\_\_**

**Область аккредитации<sup>1</sup>**

(наименование подразделения лаборатории)<sup>2</sup>

№ п/п	Виды анализа

<sup>1</sup> Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_.

<sup>2</sup> Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются (в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение).

Места проведения анализа и измерений: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>.

Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборатории(й): \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

Перечень определяемых компонентов, токсикологических показателей, характеристик физических факторов на \_\_\_ л.

<sup>3</sup>.

М.П.

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Стационарные, в полевых условиях.

<sup>2</sup> При наличии передвижных лабораторий.

<sup>3</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ИЛ/АЛ(XXX) от \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_ г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации № \_\_ от \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_ г.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 84 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Перечень определяемых компонентов, токсикологических показателей, характеристик физических факторов к свидетельству об аккредитации № ИЛ/АЛ-XXXXX**

(наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(краткое наименование организации, в состав которой входит лаборатория)

(юридический адрес)

(наименование филиала организации, в состав которой входит лаборатория)<sup>1</sup>

(наименование лаборатории)

(фактический адрес лаборатории)<sup>2</sup>


На \_\_ листе(ах)

Лист \_\_

№ п/п	Объект анализа	Определяемый компонент, единица измерения	Диапазон измерения	Метод анализа, шифр методики
1	2	3	4	5
<b>№ п/п. Наименование объекта анализа</b>				
1.1				
1.2				
1.3				

<sup>1</sup> Заполняется в случае, если лаборатория входит в состав филиала.

<sup>2</sup> Заполняется в случае, если лаборатория не имеет подразделений; если лаборатория имеет подразделения, то в таблице указываются наименования данных подразделений с фактическими адресами (в случае, если лаборатория стационарная).

1	2	3	4	5
1.4				
1.5				
1.6				
1.7				
1.8				
1.9				
1.10				

Руководитель

---

**Приложение 7.4**

**Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
электролаборатории**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.

**к свидетельству об аккредитации**

**№ ИЛ/ЭЛ-XXXXX**

от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ г.

**На \_\_\_\_ листе(ах)**

**Лист \_\_\_\_**

**Область аккредитации<sup>1</sup>**

(наименование подразделения лаборатории)<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование оборудования (объектов)	Используемые методы измере- ний, испытаний, проверок (контроля, анализа)	Нормативные документы

<sup>1</sup> Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей аккредитации, принятому решением бюро Наблюдательного совета от \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ № \_\_\_\_.

<sup>2</sup> Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются (в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение).

<b>Система документов по аккредитации</b>	<b>Требования к испытательным лабораториям</b>	<b>СДА-15-2008</b> <b>Стр. 87 из 97</b>
---	--	--

Места проведения испытаний: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>.

Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборатории(й): \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

<sup>3</sup>.

М.П.

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>1</sup> Стационарные, в полевых условиях.

<sup>2</sup> При наличии передвижных лабораторий.

<sup>3</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ИЛ/ЭЛ(XXX) от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации № \_\_\_\_\_. от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 88 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

*Приложение 7.5*

**Форма приложения к свидетельству об аккредитации  
лаборатории, осуществляющей испытания продукции**

**Единая система оценки соответствия на объектах,  
подконтрольных Федеральной службе по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

**Орган по аккредитации — НТЦ «Промышленная безопасность»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
от \_\_\_\_ г.  
к свидетельству об аккредитации  
№ ИЛ/ЛИП-XXXXX

от \_\_\_\_ г.  
На \_\_\_\_ листе(ах)                           Лист \_\_\_\_

**Область аккредитации**

(наименование подразделения лаборатории)<sup>1</sup>

Наименование испытываемой продукции	Код ОКП/ Код ТНВЭД	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)	Нормативные документы на продукцию	Нормативные документы на методы испытаний
1	2	3	4	5

<sup>1</sup> Заполняется, если области аккредитации по подразделениям лаборатории различаются (в этом случае указываются области аккредитации на каждое подразделение).

Места проведения испытаний: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>.

Идентификационные признаки передвижной(ых) лаборатории(й): \_\_\_\_\_<sup>2</sup>.

\_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

М.П.

Руководитель

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>1</sup> Стационарные, в полевых условиях.

<sup>2</sup> При наличии передвижных лабораторий.

<sup>3</sup> Указываются протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-XXX-ИЛ/ЛИП(ХХХ) от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г. или решение Органа по аккредитации о продлении аккредитации № \_\_\_\_\_. от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. г.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 90 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

**Приложение 8****Форма отчета о выполненных корректирующих действиях**

№ п/п	Выявленные несоответствия	Корректирующие действия	Предупреждающие действия
1	2	3	4

Приложения:

- 1.
- 2.

**Приложение 9**

**Форма типового договора на информационное обслуживание  
испытательной лаборатории**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
Д/И – ИЛ (ЛНК, ЛРИ, АЛ, ЭЛ, ЛИП)\***

город

« \_\_\_\_ » 200\_ г.

аккредитованное(ая)

(наименование организации)

в качестве испытательной лаборатории, свидетельство об аккредитации № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – ИЛ) в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя организации)\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании Устава, с  
одной стороны, и \_\_\_\_\_, являющееся  
(наименование Органа по аккредитации)Органом по аккредитации, в лице \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. руководителя Органа по аккредитации)действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, заклю-  
чили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Орган по аккредитации оказывает ИЛ информационные услуги в соответствии с п. 2.1 настоящего договора, при этом ИЛ, аккредитованная в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору (ЕС ОС Ростехнадзора), для выполнения работ в соответствии с областью аккредитации признает на себя обязательства в соответствии с п. 2.2 настоящего договора.

\* Выбирается требуемый тип испытательной лаборатории.

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 92 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

Орган по аккредитации осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-21-2007), СДА-09-2008, СДА-01-2008.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. *Орган по аккредитации* обязуется:

2.1.1. Оказывать аккредитованной ИЛ информационные услуги.

После подписания договора Орган по аккредитации обеспечивает доступ ИЛ к информационному ресурсу,енному на Интернет-сайте [www.safety.ru](http://www.safety.ru).

2.1.2. Своевременно предоставлять ИЛ информацию об изменениях в документах, относящихся к его деятельности в области аккредитации.

2.1.3. Проводить анализ полноты и соответствия установленным требованиям учетных данных, представленных ИЛ.

2.1.4. Осуществлять сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию деятельности в области аккредитации ИЛ.

2.1.5. Осуществлять инспекционный контроль выполнения ИЛ закрепленных за ней функций (по отдельному договору).

2.1.6. Обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в результате сотрудничества с ИЛ.

2.1.7. В течение 10 дней после окончания отчетного квартала составлять акт сдачи-приемки работ и направлять его ИЛ.

### 2.2. *ИЛ* обязуется:

2.2.1. Заявлять о возможности проведения работ и осуществлять деятельность в области оценки соответствия только в своей области аккредитации.

2.2.2. Обеспечивать объективность проведения работ в области аккредитации в соответствии с требованиями документов ЕС ОС Ростехнадзора.

2.2.3. Исключить использование прав, полученных при аккредитации, по истечении срока или приостановке действия, а также аннулировании свидетельства об аккредитации.

2.2.4. Предоставлять сведения обо всех связанных с деятельностью ИЛ структурных и качественных изменениях, изменениях юридического адреса и платежных реквизитов.

2.2.5. В случае необходимости обеспечивать доступ сотрудников и представителей Органа по аккредитации для наблюдения за качеством проведения работ в области аккредитации.

2.2.6. Принимать участие в межлабораторных сравнительных испытаниях, организуемых в ЕС ОС Ростехнадзора.

2.2.7. Вести в соответствии с требованиями документов ЕС ОС Ростехнадзора учет:

нормативных и методических документов в соответствии с областью аккредитации;

всех жалоб и апелляций по результатам деятельности ИЛ.

2.2.8. В течение пяти дней с момента получения подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и направить его в Орган по аккредитации.

В случае непредоставления в указанный срок в Орган по аккредитации подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированного отказа от приемки работ работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми ИЛ.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Испытательная лаборатория ежеквартально оплачивает (с учетом НДС) Органу по аккредитации оказанные по настоящему договору услуги:

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 94 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

в размере

(сумма в зависимости от количества областей аккредитации)

3.2. Оплата по настоящему договору производится в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ обеими сторонами.

#### 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выдачи свидетельства об аккредитации и заканчивается по окончании срока его действия.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по обоснованным причинам со сроком уведомления другой стороны не менее чем за 15 дней до даты расторжения. Уведомление о расторжении настоящего договора направляется инициирующей стороной другой стороне с указанием причин и даты расторжения. Расторжение договора означает одновременное прекращение действия свидетельства об аккредитации. Свидетельство об аккредитации должно быть возвращено в Орган по аккредитации.

#### 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все дополнения и изменения к договору оформляются соглашениями сторон.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 6. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения договора, будут разрешаться путем проведения переговоров.

6.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров все споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде города \_\_\_\_\_ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Орган по аккредитации:

ИНН \_\_\_\_\_  
Р/с \_\_\_\_\_  
К/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_

### Испытательная лаборатория:

ИНН \_\_\_\_\_  
Р/с \_\_\_\_\_  
К/с \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_

*От Органа по аккредитации: От Испытательной лаборатории:*

Система документов по аккредитации	Требования к испытательным лабораториям	СДА-15-2008 Стр. 96 из 97
---------------------------------------	--	------------------------------

## **Лист внесения изменений**

**По вопросам приобретения  
нормативно-технической документации  
обращаться по тел./факсам:  
(495) 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59  
E-mail: ornd@safety.ru**

Подписано в печать 28.11.2008. Формат 60×84 1/16.

Гарнитура Times. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Объем 17,75 печ. л.

Заказ № 238.

Тираж 52 экз.

**Научно-технический центр  
по безопасности в промышленности  
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21**

**Отпечатано в ООО «Полимедиа»  
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 1**