



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для инвалидов»

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 июля 2000 г. № 196-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.

© ИПК Издательство стандартов, 2000  
© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения и сокращения. . . . .	3
4 Общие технические требования. . . . .	4
5 Требования безопасности . . . . .	14
6 Указания по эксплуатации . . . . .	15
7 Методы испытаний . . . . .	17
Приложение А Библиография. . . . .	19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНEDЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие технические требования и методы испытаний

Technical aids for disabled persons.  
General technical requirements and test methods

Дата введения 2001—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования, требования безопасности и методы испытаний технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Стандарт распространяется на технические средства реабилитации (далее — ТСР), относящиеся к классам 03, 06, 09, 12, 18, 21 по ГОСТ Р 51079.

Требования настоящего стандарта, за исключением 4.9.5 и 4.9.6, являются обязательными.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601—95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.602—95 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301—86 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522-1—85, ИСО 4522-2—85, ИСО 4524-3—85, ИСО 4524-5—85, ИСО 8401—86) Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.025—76 Система стандартов безопасности труда. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.4.094—88 Система стандартов безопасности труда. Метод определения динамических характеристик тела человека при воздействии вибрации

ГОСТ 27.002—89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 30.001—83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения

ГОСТ 515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 2228—81 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 2697—83 Пергамин кровельный. Технические условия

# ГОСТ Р 51632—2000

ГОСТ 2930—62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего пользования. Технические условия

ГОСТ 3560—73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 7376—89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 8828—89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 9569—79 Бумага парафинированная. Технические условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15158—78 Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15898—70 Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости

ГОСТ 17308—88 Шлагаты. Технические условия

ГОСТ 18251—87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18510—87 Бумага писчая. Технические условия

ГОСТ 19297—2003 Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия

ГОСТ 19569—89\* Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 20477—86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 20790—93/ГОСТ Р 50444—92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 21753—76 Система «человек—машина». Рычаги управления. Общие эргономические требования

ГОСТ 21829—76 Система «человек—машина». Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования

ГОСТ 22613—77 Система «человек—машина». Выключатели и переключатели поворотные. Общие эргономические требования

ГОСТ 22649—83 Стерилизаторы воздушные медицинские. Общие технические условия

ГОСТ 22902—78 Система «человек—машина». Отсчетные устройства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования

ГОСТ 23216—78. Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке

ГОСТ 23436—83 Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия

ГОСТ 23941—2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

ГОСТ 27570.0—87 (МЭК 335-1—76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 28594—90 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 30324.0—95 (МЭК 601-1—88)/ГОСТ Р 50267.0—92 (МЭК 601-1—88) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности

ГОСТ 30372—95/ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 31273—2003 (ИСО 3745:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных камер

ГОСТ 31274—2004 (ИСО 3741:1999) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер

ГОСТ Р 15.111—97 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов

\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51935—2002.

ГОСТ Р МЭК 878—95 Графические символы, наносимые на медицинские электрические изделия

ГОСТ Р 50267.0.2—95 (МЭК 601-1-2—93) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности. 2. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50810—95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация

ГОСТ Р 50948—2001 Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности

ГОСТ Р 51079—97 (ИСО 9999—92) Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация

ГОСТ Р 51191—98 Узлы протезов нижних конечностей. Общие технические требования

ГОСТ Р 51264—99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия

ГОСТ Р 51317.4.3—99 (МЭК 61000-4-3—95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.11—99 (СИСПР 11—97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых (ПНМБ) высокочастотных установок. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.14.1—99 (СИСПР 14-1—93) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электротехнических инструментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51320—99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех

ГОСТ Р 51400—99 (ИСО 3743-1—94, ИСО 3743-2—94) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах

ГОСТ Р 51401—99 (ИСО 3744—99) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод

ГОСТ Р 51402—99 (ИСО 3746—95) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью

### 3 Определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

**внутренний источник электрического питания:** Встроенный в изделие источник энергии, предназначенный для обеспечения электроэнергией, необходимой для работы изделия.

**гигиенический норматив:** Установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания в отношении его безопасности и (или) безвредности для человека.

**государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:** Нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

**изделие медицинское электрическое:** По ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0.

**изделие:** Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии по конструкторской документации.

**исходные документы на разработку ТСР:** Технические задания, тематические карточки или предложения-заявки (по государственному заказу) на разработку ТСР.

**максимальная допустимая нагрузка:** Предельное значение механической нагрузки на ТСР, установленная в нормативной документации.

**нарушение здоровья:** По ГОСТ Р 51079.

**ограничение жизнедеятельности:** По ГОСТ Р 51079.

**опасность:** Потенциальная возможность вредного воздействия на пользователя, других людей или на окружающую среду, создаваемого непосредственно изделием.

**оценка реабилитационного эффекта:** Способы подтверждения соответствия ТСР требованиям ГОСТ Р 15.111, когда они используются пользователем по назначению. Оценка может включать компиляцию реабилитационных данных, любые научные данные из литературных источников и результаты любых реабилитационных исследований, принимая в расчет относящиеся к данной оценке (по принадлежности) гармонизированные стандарты.

**передвижные ТСР:** ТСР, перемещаемые с места на место при помощи колес или эквивалентных средств между периодами эксплуатации.

**переносные ТСР:** ТСР, перемещаемые с места на место одним или несколькими лицами без применения транспортных средств во время или между периодами эксплуатации.

**пользователь:** Лицо с ограничением жизнедеятельности, использующее ТСР.

**постельные принадлежности:** Предметы, обычно расположенные (размещенные) на матрасе, в том числе покрывала, матрацы, подстилки, специальные простыни и подкладки при нодержании, покрывала, подушки и валики под подушку, наволочки.

**приводной элемент выключателя (переключателя):** По ГОСТ 22613.

**реабилитационные испытания:** По ГОСТ Р 15.111.

**реабилитационный эффект:** По ГОСТ Р 15.111.

**реабилитация людей с ограничениями жизнедеятельности:** По ГОСТ Р 51079.

**ручные ТСР:** ТСР, которые во время нормальной эксплуатации держат в руке, при этом двигатель (при наличии) составляет неотъемлемую часть ТСР.

**санитарные правила:** Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

**санитарно-эпидемиологическое заключение:** Документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства объектов и эксплуатационной документации.

**сопровождающий:** Лицо, оказывающее помощь человеку с ограничением жизнедеятельности.

**П р и м е ч а н и е —** Примеры оказания помощи лицу с ограничением жизнедеятельности:

- толкание кресла-коляски;
- управление подъемным устройством;
- помочь при помещении лица с ограничением жизнедеятельности на сиденье, в кровать, кресло-коляску и обратно.

**специальные испытания:** По ГОСТ Р 15.111.

**техническое средство реабилитации человека с ограничениями жизнедеятельности:** По ГОСТ Р 51079.

**устойчивость к помехам (помехоустойчивость):** По ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397.

**электромагнитная совместимость:** По ГОСТ 30372/ГОСТ Р 50397.

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

ТУ — технические условия.

НД — нормативный документ по стандартизации.

ЭД — эксплуатационная документация.

## 4 Общие технические требования

### 4.1 Общие положения

4.1.1 Технические средства реабилитации инвалидов должны отвечать требованиям настоящего стандарта, а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

4.1.2 Исследования и обоснования разработки, разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ТСР должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111 и [1].

4.1.3 Модификации продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, обладающие реабилитационными свойствами (функциями), обеспечивающими реабилитационный эффект для пользователей-инвалидов, должны соответствовать стандартам на конкретную продукцию или товары с учетом требований ГОСТ Р 15.111, настоящего стандарта и стандартов на однородные группы ТСР.

4.1.4 На ТСР, разработанные не в соответствии с ГОСТ Р 15.111 и предназначенные для поставки, заказчику должны быть предъявлены результаты (протоколы) специальных и реабилитационных испытаний, а также санитарно-эпидемиологические заключения по результатам санитарно-гигиенических и токсикологических испытаний.

4.1.5 Ремонтная документация — в соответствии с требованиями ГОСТ 2.602.

### 4.2 Требования назначения

4.2.1 В стандартах на однородные группы ТСР, а также в исходных документах на разработку или (и) в ТУ на ТСР конкретных типов (видов, моделей) должны быть установлены требования назначения, характеризующие свойства ТСР, в том числе показатели и параметры, обеспечивающие реабилитационный эффект.

4.2.2 Значение механической нагрузки на ТСР, кгс, соответствующей массе пользователя, допускается выбирать из ряда: 15, 25, 35, 45, 60, 80, 100, 125, 150.

Опорные детали ТСР для взрослых пользователей рассчитывают для пользователя массой 150 кг (нормальная нагрузка).

Нагрузки на ТСР от воздействия массы тела пользователя допускается умножать на соответствующий коэффициент для обеспечения гарантии безопасности изделия.

4.2.3 ТСР изготавливают климатического исполнения У1, У1.1, У2, У3, УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

По согласованию с заказчиком допускается изготавливать ТСР других исполнений и категорий по ГОСТ 15150.

#### 4.3 Требования надежности

4.3.1 В исходных документах на разработку ТСР конкретных типов (видов, моделей) устанавливают нормируемые показатели надежности в соответствии с ГОСТ 27.002 и организационно-технические требования, относящиеся к обеспечению и контролю надежности.

#### 4.4 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.4.1 ТСР должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при нормальной эксплуатации при воздействии температуры и влажности, номинальные (рабочие) значения которых приведены в таблицах 1 и 2. Остальные требования — по ГОСТ 15150.

Таблица 1

Исполнение ТСР	Категория ТСР	Номинальное значение температуры воздуха, °С	
		верхнее	нижнее
У	1; 1.1 2 3	+40	-40 -25 +10
УХЛ	4.2	+35	+10

Таблица 2

Исполнение ТСР	Категория ТСР	Номинальное (верхнее) значение относительной влажности при 25 °С, %
У	1; 2	100
УХЛ	1.1; 3 4.2	98 80

Причение — Здесь и далее под «нормальной эксплуатацией ТСР» подразумевается использование ТСР в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4.4.2 В НД на ТСР конкретных типов (видов, моделей) изготовитель указывает диапазон допустимых максимальных температур окружающей среды для нормальной эксплуатации ТСР, исходя из их назначения, с учетом:

а) ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444 — для ТСР, являющихся медицинскими изделиями;

б) ГОСТ Р 51264 — для реабилитационных электронных средств информатики, сигнализации и связи;

в) ГОСТ 15150 — для других однородных групп ТСР.

4.4.3 Если нет других указаний изготовителя, то ТСР в упаковке для транспортирования и хранения должны в течение не менее 15 недель выдерживать воздействие следующих факторов окружающей среды:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 70 °С;

- относительная влажность от 10 % до 100 %, включая конденсацию;

- атмосферное давление от 500 до 1060 гПа.

4.4.4 TCP, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность.

Перепад температур и продолжительность воздействия перепада температур на TCP устанавливают в НД на TCP конкретных типов (видов, моделей).

4.4.5 TCP с питанием от сети переменного тока должны сохранять работоспособность при отклонении напряжения питания  $\pm 10\%$  от номинального значения и отклонении частоты переменного тока  $\pm 0,5$  Гц — при номинальном значении 50 Гц и  $\pm 0,6$  Гц — при номинальном значении 60 Гц.

#### 4.5 Требования радиоэлектронной защиты

4.5.1 Предельно допустимый уровень радиопомех TCP, содержащих электрические или электронные устройства (компоненты) и являющихся электрическими медицинскими изделиями, — по ГОСТ Р 50267.0.2, ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444.

Требования к предельно допустимому уровню радиопомех, создаваемых электронными реабилитационными средствами информатики, сигнализации и связи, — по ГОСТ Р 51264.

Уровень радиопомех других однородных групп TCP, имеющих в своем составе источники радиопомех, не должен превышать значений, установленных:

ГОСТ Р 51318.11 — для TCP с высокочастотными устройствами;

ГОСТ Р 51318.14.1 — для TCP, эксплуатирующихся в жилых зданиях или учреждениях, электрические сети которых подключены к сетям жилых зданий;

[2] — для TCP, эксплуатируемых вне зданий и не связанных с их электрическими сетями.

4.5.2 TCP должны быть устойчивы к электромагнитным полям и помехам в электросети. TCP, содержащие электрические или электронные устройства (компоненты) и являющиеся одновременно электрическими медицинскими изделиями, должны удовлетворять требованиям к помехоустойчивости, установленным в ГОСТ Р 50267.0.2, ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444.

Требования к помехоустойчивости электронных реабилитационных средств информатики, сигнализации и связи — по ГОСТ Р 51264.

Требования к помехоустойчивости других групп TCP устанавливают в стандартах или ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

4.5.3 TCP должны быть пригодны к использованию в условиях окружающей среды, оговоренных (объявленных) изготовителем в качестве условий, пригодных к использованию TCP по назначению.

Если существуют ограничения для использования TCP, изготовитель должен в ЭД четко описать условия, которые необходимо избегать, и последствия воздействия на TCP потенциально опасных для TCP воздействующих факторов.

#### 4.6 Требования эргономики

4.6.1 TCP должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ 30.001, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

4.6.2 При наличии в TCP рабочего места пользователя (например в реабилитационных тренажерах, креслах-колясках и т.п.) в НД на конкретное TCP устанавливают эргономические требования к рабочему месту пользователя.

4.6.3 Если предусмотрено оснащение TCP приборами и устройствами, позволяющими обслуживающему персоналу соответствующих реабилитационных учреждений или специальных служб социального обслуживания инвалидов осуществлять контроль за действиями пользователя в процессе эксплуатации TCP и за процессом реабилитации пользователя, то в НД на конкретные TCP могут быть установлены эргономические требования к рабочим местам вышеназванного обслуживающего персонала.

4.6.4 Органы управления электрическими, электромеханическими и механическими (с ручным приводом) TCP по размерам, конфигурации, характеристикам средств отображения информации, а также по максимально допустимым усилиям, необходимым для приведения в действие этих органов, должны соответствовать физиологическим возможностям пользователя.

В качестве доступных регулирующих и управляющих органов TCP применяют поворотные, клавишиные и кнопочные выключатели и переключатели, а также устройства рычажного типа или устройства, управляемые электронными системами.

4.6.5 Число регулирующих и управляющих органов TCP, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения, должно быть минимальным.

4.6.6 Поворотные выключатели и переключатели органов управления TCP должны удовлетворять следующим требованиям:

4.6.6.1 Типы приводных элементов поворотных выключателей и переключателей — по ГОСТ 22613. При этом в TCP, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения, следует

преимущественно применять приводные элементы типа I по ГОСТ 22613 (в случае использования в системе управления поворотных выключателей и переключателей).

4.6.6.2 Усилие, необходимое для перемещения приводного элемента поворотных выключателей и переключателей TCP, предназначенных для пользователей-инвалидов с нарушением функций рук (кистей рук), должно быть не более 5 Н.

4.6.6.3 Размер  $L$  приводного элемента типа I по ГОСТ 22613 должен быть от 20 до 35 мм, а диаметр приводного элемента типов II и IV — от 50 до 75 мм.

Высота приводных элементов типов I, II и III должна быть не менее 12 мм.

4.6.6.4 Поворот выключателя или переключателя по часовой стрелке должен приводить к включению TCP, увеличению значения его регулируемого параметра, а против часовой стрелки — к уменьшению значения параметра TCP и выключению TCP.

4.6.6.5 Рабочая поверхность приводных элементов поворотных выключателей и переключателей должна иметь удобные для захвата пальцами пользователя выемки, насечку или рифление.

4.6.6.6 Приводные элементы типов I и II по ГОСТ 22613 должны иметь рельефный указатель (стрелку, точку, метку и др.), а также надежную фиксацию положения, позволяющую пользователям-инвалидам, в том числе с нарушением функции зрения, определять позицию переключения.

На панели с переключателями с приводными элементами типов I и II следует наносить рельефные метки деления шкалы, соответствующие фиксированным положениям переключателя. Указатель на приводном элементе располагают в непосредственной близости от неподвижной шкалы.

4.6.7 Клавишиные и кнопочные выключатели и переключатели органов управления TCP должны удовлетворять следующим требованиям:

4.6.7.1 Приводной элемент кнопочных выключателей в сечении горизонтальной плоскости должен иметь круглую или прямоугольную форму со стороны рабочей поверхности.

Приводной элемент клавишиных выключателей должен быть прямоугольной формы.

4.6.7.2 Усилие нажатия приводного элемента кнопочных и клавишиных выключателей и переключателей TCP, предназначенных для пользователей с нарушением функций рук (кистей рук), до срабатывания не должно превышать 5 Н.

Диаметр кнопок и ширина клавиши органов управления TCP должны быть не менее 20 мм.

4.6.7.3 Рабочая поверхность кнопок и клавиши может быть рельефной или гладкой.

4.6.7.4 В момент нажатия на приводной элемент кнопочных или клавишиных выключателей и переключателей подвижная система приводного элемента должна оказывать упругое сопротивление пальцу или кисти руки пользователя, а после срабатывания сигнализировать об этом:

- механически — резким падением упругого сопротивления;
- акустически — щелчком или (и) визуально-световым сигналом.

4.6.7.5 Кнопочные и клавишиные выключатели и переключатели оборудуют индексацией положений «включено» или «выключено», а также дополнительной индикацией со световым сигналом.

Кнопки или клавиши включения или выключения TCP, предназначенных для пользователей-слепых, должны различаться друг от друга, например располагаться на противоположных сторонах панели управления TCP, иметь рельефное обозначение и, при необходимости, различаться по форме.

4.6.7.6 Размер кнопки аварийного отключения электрических и электромеханических TCP (если предусмотрена) должен быть увеличенным по сравнению с размерами других кнопок. В случае применения на электрическом и электромеханическом TCP кнопочного пускового устройства свободный ход кнопки «Пуск» должен быть не менее 4 мм.

4.6.8 Рычажные устройства управления TCP должны соответствовать ГОСТ 21753 и удовлетворять следующим требованиям:

4.6.8.1 Длина свободной части рычага управления (вместе с рукояткой) в любом его положении должна быть не менее 50 мм — для захвата пальцами и 150 мм — для захвата кистью руки пользователя.

4.6.8.2 Форма и размеры рукояток рычагов должны обеспечивать максимальное удобство их захвата, надежное удержание в процессе управления. При этом рекомендуется применять рукоятки с плавными округлыми формами, близкими к шаровидной и удлиненной — цилиндрической, тщательно обработанной гладкой или рифленой поверхностью без острых углов и заусенцев.

4.6.8.3 Усилие воздействия на рычаги:

- не более 60 Н — для переключения одной рукой;
- не более 13 Н — для плавного динамического регулирования в течение значительного времени (например джойстики кресел-колясок);
- не более 60 Н — в направлении «к себе» и 100 в направлении «от себя» — для выполнения переключения ногой.

Усилия воздействия на рычаги, используемые для приведения в действие или разобщения устройств пальцем, не должны превышать 5 Н.

4.6.8.4 Диаметр рукояток рычагов управления, рассчитанных на нагрузку не более 10 Н — от 20 до 40 мм.

4.6.8.5 Рычаги дискретных (ступенчатых) переключений должны иметь надежную фиксацию промежуточных и конечных положений.

В необходимых случаях конечные положения рычага ограничивают специальным стопором (упором).

4.6.9 Взаимное расположение и конструкция органов управления на панели ТСР должны быть такими, чтобы несанкционированное срабатывание при случайном их касании было невозможным.

Интервалы между рукоятками рычагов управления, расположенных в параллельных плоскостях, при перемещениях одной рукой последовательно или в случайном порядке должны быть:

— не менее 50 мм — для ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением статодинамической функции;

— не менее 150 мм — для ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения.

Расстояние между ближайшими точками приводных элементов поворотных, кнопочных и клавишных выключателей и переключателей, размещенных на панели ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения, должно быть не менее 20 мм.

4.6.10 Форма, размер и цвет кодирования приводных элементов органов управления (выключателей и переключателей) ТСР — в соответствии с ГОСТ 21829.

При этом приводной элемент органа управления электрических и электромеханических ТСР, предназначенный для остановки (отключения) ТСР, выполняют из материала красного цвета, а приводной элемент, предназначенный для пуска (включения), — белого. Приводной элемент органа управления, которым попеременно вызывают остановку и пуск ТСР, должен быть белого цвета.

4.6.11 ТСР допускается оборудовать средствами отображения информации с надписями, знаками, символами или пиктограммами, дающими пользователю необходимую для конкретного случая информацию, указывающими на объект управления, назначение или функцию этого объекта, состояние («включено», «отключено», «ход» и т.п.), соответствующее данному положению органа управления, и т.д.

Надписи должны быть краткими и понятными, а сокращения — общепринятыми.

Надписи, знаки и символы располагают в непосредственной близости от приводных элементов органов управления ТСР.

Не рекомендуется располагать надписи на приводных элементах органов управления ТСР.

4.6.12 Требования к визуальным эргономическим параметрам средств отображения информации, размещенным на ТСР, предназначенных для пользователей с остротой зрения не менее 0,5, устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 50948.

4.6.13 Используемые в ТСР приводные элементы шкального типа должны иметь отсчетные устройства с подвижным указателем и неподвижной шкалой по ГОСТ 22902.

Числовые и буквенные обозначения и отметки на шкале отсчетных устройств — по ГОСТ 2930, эргономические требования — по ГОСТ 22902.

4.6.14 В ТСР для пользователей с нарушением функции зрения все надписи, знаки и символы, в том числе указывающие на назначение органов управления и регулирования отдельных компонентов ТСР, маркировка ТСР и т.п., а также знаки и символы на шкалах любых отсчетных устройств выполняют рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита, арабскими цифрами и элементами символов.

Отношение ширины буквы, цифры и знака к высоте должно быть (по возможности) от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к высоте букв или цифр — от 1:5 до 1:10.

Надписи, знаки и символы должны быть контрастными: светлыми на темном фоне или темными на светлом фоне.

4.6.15 В ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения, любые указатели (точки, метки, стрелки и др.) подвижных приводных элементов ступенчатого переключения и включения — выключения ТСР, а также указатели отсчетных устройств шкалы и отметки на стационарных шкалах любых отсчетных устройств должны быть рельефными.

4.6.16 Кнопки, клавиши и другие приводные элементы органов управления ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением функции зрения, снабжают световыми и (или) звуковыми сигнализаторами и (или) световыми и (или) тактильными индикаторами, срабатывающими, когда команда, выданная пользователем исполнительному органу ТСР, зарегистрирована (принята к исполнению) и (или) выполнена.

Габаритные размеры световых элементов квадратной формы (высота × ширина ) или круглой формы (диаметр) сигнализаторов и индикаторов (по возможности) должны быть не менее 20 мм.

4.6.17 Световые и звуковые сигналы органов управления ТСР могут носить прерывистый характер, исходя из конкретного их назначения, которое указывают в инструкции по эксплуатации ТСР.

4.6.18 Высота букв, цифр или знаков, высвечивающихся на световом индикаторе, должна быть (по возможности) не менее 13 мм.

4.6.19 Уровень звукового давления звукового сигнализатора должен быть регулируемым и не превышать 20 дБ при частоте не более 1500 Гц.

Вместо звукового сигнала допускается применять речевой и (или) тактильный информатор.

4.6.20 Высота расположения органов управления и регулирования стационарных, закрепленных и встраиваемых ТСР от уровня пола помещения должна быть, мм:

- от 1000 до 1400 — при управлении ТСР стоя;
- от 600 до 1000 — при управлении ТСР сидя.

4.6.21 Конструкция и расположение органов управления и регулирования стационарных, закрепленных и встраиваемых ТСР, предназначенных для пользователей-инвалидов, сидящих в креслах-колясках, должны обеспечивать удобное и беспрепятственное пользование ТСР в пределах зоны досягаемости пользователей, сидящих в креслах-колясках.

При этом высота расположения приводных элементов органов управления и регулирования ТСР от уровня пола помещения должна быть, мм:

- от 600 до 1000 — для бокового подступа пользователя к ТСР;
- от 800 до 1000 — для фронтального подступа пользователя к ТСР.

4.6.22 Панель светового сигнализатора или индикатора стационарных, закрепленных и встраиваемых ТСР размещают на ТСР так, чтобы ее геометрическая горизонтальная осевая линия находилась над полом жилого помещения на расстоянии, мм:

- от 1200 до 1600 — при управлении ТСР стоя;
- от 800 до 1200 — при управлении ТСР сидя.

4.6.23 Конструкция приводных элементов органов управления и регулирования ТСР, предназначенных для пользователей с нарушением функций верхних конечностей, должна обеспечивать совместимость указанных элементов с техническими реабилитационными средствами помощи и (или) замены функции кисти руки и (или) пальцев, относящимися к подклассу 2418 ГОСТ Р 51079.

4.6.24 Форма (конфигурация) ручек, а также скобяных запирающих устройств (замков, запоров и других) ТСР должна обеспечивать удобное и легкое обращение с ними одной рукой.

4.6.25 Подвижные детали арматуры ТСР должны легко вращаться в ушках и шарнирах без заеданий и выскакиваний (выпаданий) из мест крепления.

4.6.26 Зазоры и качания в неподвижных соединениях отдельных деталей арматуры ТСР не допускаются.

#### 4.7 Требования к конструкции

4.7.1 В стандартах и ТУ на ручные, переносные и передвижные ТСР конкретных групп, типов (видов, моделей) указывают массу ТСР.

4.7.2 Масса переносных ТСР, используемых как в пределах, так и вне жилого помещения, не должна превышать 20 кг на одно место. При этом масса, приходящаяся на одну ручку для переноса ТСР, не должна превышать 10 кг.

По согласованию с заказчиком массу переносных ТСР допускается увеличивать.

4.7.3 Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным.

4.7.4 Если предусмотрена разборка ТСР для хранения или транспортирования, то крепления, ослабляемые (освобождаемые) или удаляемые при разборке, не должны быть одноразового использования.

П р и м е ч а н и е — Крепления одноразового использования включают самонарезные винты и т.п. крепления.

4.7.5 Ручки или рукоятки ТСР (при их наличии) не должны иметь остаточных деформаций, трещин или других свидетельств (признаков) дефектов после испытаний по 7.10.

После испытаний, предусмотренных в 7.10, ТСР должны работать в соответствии со своим назначением, как установлено изготовителем.

4.7.6 Если ТСР предназначены для обеспечения опоры для лиц с ограничением жизнедеятельности и (или) сопровождающих, то после испытаний, предусмотренных в 7.11, опорные детали ТСР не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

После испытаний, предусмотренных в 7.11, ТСР должны работать в соответствии со своим назначением, как установлено изготовителем.

Складывающиеся в процессе транспортирования и(или) хранения ТСР не должны складывать-ся во время испытаний по 7.11.

П р и м е ч а н и е — Требования 4.7.6 не распространяются на ТСР по ГОСТ Р 51191.

4.7.7 Ручные ТСР и части ТСР должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты до 1 м. После испытаний, предусмотренных в 7.12, ТСР должны функционировать в соответствии со своим назначением, как установлено изготовителем.

Удерживаемые в руках приборы управления для ТСР с источником энергии должны выдерживать без повреждений до 50 падений на твердую поверхность с высоты не более 1 м.

4.7.8 Переносные и передвижные ТСР должны выдерживать нагрузки при грубом обращении во время перемещения.

4.7.9 Если ТСР, перемещаемые вручную при использовании их по назначению, имеют массу более 20 кг, то они должны быть оборудованы соответствующими приспособлениями перемещения (например ручками, подъемными ушками и т.п.) или в ЭД должны быть указаны места, за которые ТСР может быть безопасно поднято, либо приведено описание способа удержания ТСР руками при подъеме, сборке и (или) переносе.

4.7.10 Составные части ТСР снабжают этикеткой (биркой) с указанием мест, за которые эти изделия могут быть безопасно подняты, и (или) способа обращения с ними при сборке и (или) переносе.

4.7.11 Переносные ТСР массой более 20 кг должны быть оборудованы удобно расположенной ручкой (ручками) для переноски ТСР двумя или более людьми.

4.7.12 Опорные элементы ТСР выполняют так, чтобы обеспечить (по возможности) равномерное давление на ткани тела пользователя. Должны быть приняты меры (если возможно и предписано) для облегчения давления или рассредоточения нагрузки на тело пользователя (например регулирование положения сидящего пользователя).

4.7.13 Доступные для пользователя кромки, углы и поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов, если иное не требуется, исходя из назначения ТСР.

ТСР не должны иметь выступов (выступающих деталей), если они не требуются, исходя из назначения ТСР.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и (или) повреждения.

4.7.14 Любые движущиеся части ТСР, способные создать опасность и недоступные для пользователя, должны иметь достаточные защитные устройства, которые должны составлять неотъемлемую часть ТСР и могут быть удалены только с использованием инструмента.

4.7.15 Безопасное расстояние между движущимися относительно друг друга и доступными для пользователя деталями (элементами) ТСР, чтобы избежать защемления частей тела пользователя этими деталями (элементами) ТСР, не должно быть более максимально допустимых значений или менее минимально допустимых значений, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 — Безопасное расстояние между движущимися деталями

В миллиметрах

Вид предотвращаемых повреждений (травм)	Безопасное расстояние	
	для взрослых	для детей
Защемление пальцев	Менее 8 или более 25	Менее 4 или более 25
Защемление ступни	» 35 » » 120	» 25 » » 120
Защемление головы	» 120 » » 300	» 60 » » 300
Защемление гениталий (половых органов)	» 8 » » 75	» 8 » » 75

4.7.16 Конструкция ТСР, включающая тросы (канаты), цепи или приводные ремни, должна предусматривать защитные устройства, исключающие опасность для пользователя и других людей в случае соскальзывания или выскакивания элементов привода с направляющих, а также меры по предотвращению самопроизвольного соскальзывания или выскакивания тросов, цепей и ремней во время эксплуатации ТСР.

Снятие или демонтаж указанных элементов привода (при необходимости) может быть осуществлен только с помощью инструмента.

4.7.17 TCP или его части, перемещение которых может вызвать физическую травму у пользователя, оснащают устройством (органом) управления, позволяющим предотвратить эту опасность для пользователя, в том числе автоматическим устройством, предотвращающим опасность защемления частей тела пользователя, например путем экстренного стопорения (торможения) движения TCP или его частей.

4.7.18 Если конструктивные меры, предпринятые изготовителем, не могут полностью устранить опасность для пользователя, то инструкция по эксплуатации должна содержать предостережения и указания по соблюдению мер безопасности во время эксплуатации TCP.

4.7.19 Части TCP, механический износ которых может привести к опасности для пользователя, должны быть доступны для проверки (контроля).

4.7.20 Безопасное расстояние между неподвижными и доступными для пользователей и (или) сопровождающего деталями TCP, чтобы избежать защемления частей тела человека неподвижными деталями TCP, должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4 — Безопасное расстояние между неподвижными деталями

Размеры в миллиметрах

Вид предотвращенных повреждений (травм)	Безопасное расстояние	
	для взрослых	для детей
Зашемление пальцев	Менее 8 или более 25	Менее 5 или более 12
Зашемление ступни	» 35 » 100	» 25 » 45
Зашемление головы	» 120 » 250	» 60 » 250
Зашемление гениталий (половых органов)	» 8 » 75	» 8 » 75

4.7.21 Если приведенные выше значения безопасного расстояния между деталями TCP (таблицы 3 и 4) не могут быть обеспечены без ущерба для использования TCP по назначению, то инструкция изготовителя должна содержать предостережения и указания по безопасной эксплуатации TCP.

4.7.22 Если конструкция TCP предусматривает складывающиеся и (или) регулирующие механизмы, то:

4.7.22.1 Складывающиеся и регулирующие механизмы TCP должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции.

4.7.22.2 Конструкция TCP должна предусматривать устройства для защиты пользователя от опасности прищемления и (или) прижатия деталями или элементами складывающихся и регулирующих механизмов.

4.7.22.3 Зазоры между деталями складывающихся и регулирующих механизмов TCP, движущихся относительно друг друга, должны соответствовать значениям, указанным в таблице 3.

4.7.23 Если требования 4.7.22.2 и 4.7.22.3 не могут быть выполнены без ограничения функций TCP при использовании их по назначению, то инструкция изготовителя должна содержать предостережения и указания о мерах предосторожности для обеспечения безопасной эксплуатации TCP.

4.7.24 Металлические части TCP должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302.

4.7.25 Материалы, контактирующие с телом человека, допускают к применению в TCP при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии с [1].

4.7.26 TCP, изготовленные из материалов животного происхождения, допускают к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии с [1].

Примечание — К типичным материалам и изделиям, которые могут оказывать опасное воздействие на кожу человека, относятся:

- кожаные изделия (обувь, набедренные манжеты, суставные ямки протезов);
- овчина (сиденья TCP);
- свиная щетина (щетки);
- человеческий волос (парики).

4.7.27 TCP должно быть приспособлено (доступно) для чистки и не должно удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы, за исключением случаев, когда TCP предназначено для сохранения таких материалов.

Методы очистки и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в ЭД изготовителя.

4.7.28 TCP, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения TCP.

Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в ЭД изготовителя.

4.7.29 TCP с ярлыком (этикеткой) «СТЕРИЛЬНО» должны соответствовать требованиям ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444.

Процесс стерилизации TCP посредством обработки паром должен соответствовать требованиям ГОСТ 19569.

Процесс воздушной стерилизации TCP должен соответствовать требованиям ГОСТ 22649.

#### 4.8 Комплектность

4.8.1 При необходимости TCP снабжают индивидуальными или групповыми комплектами запасных частей, инструмента и принадлежностей, обеспечивающими техническое обслуживание изделий в течение времени не менее гарантийного срока.

4.8.2 Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей, входящих в комплект TCP или группы TCP, устанавливают в стандартах и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

#### 4.9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.9.1 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению TCP, являющихся одновременно медицинскими изделиями, — по ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 и настоящему стандарту.

4.9.2 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению реабилитационных электронных средств информатики, сигнализации и связи — по ГОСТ 28594.

4.9.3 Требования к хранению, транспортированию и упаковке реабилитационных электрических и электромеханических средств — по ГОСТ 23216.

4.9.4 Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению TCP других групп и видов устанавливают в стандартах и (или) ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей) с учетом требований к упаковке TCP, установленных в 4.9 настоящего стандарта и условий хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов, установленных в ГОСТ 15150.

4.9.5 Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

4.9.6 Упаковка TCP перед стерилизацией должна соответствовать требованиям ГОСТ 19569 и ГОСТ 22649 и следующим требованиям:

4.9.6.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

4.9.6.2 Упаковка TCP, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, стандартов и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей), условиям контракта между предприятием и внешнеэкономической организацией.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846.

4.9.6.3 Временная противокоррозионная защита изделий — в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, а также стандартов и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

Причина — Для изделий климатического исполнения 04.1 по ГОСТ 15150 применяют вариант внутренней упаковки ВУ-6.

4.9.6.4 Составные части TCP и принадлежности к ним должны быть уложены в гнезда футляров или потребительскую тару. Допускается составные части, завернутые в бумагу, крепить внутри или на TCP в зависимости от его конструкции.

При обивке бумагой размеры листов бумаги должны соответствовать размерам щитов ящика; составные листы и повреждение бумаги не допускаются.

Допускается ящики из листовых древесных материалов не обивать и не выкладывать бумагой. Допускается оберывать бумагой каждое изделие.

4.9.6.5 Потребительскую тару с упакованными TCP перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510, ГОСТ 23436 или ГОСТ 2228, kleевой лентой на

бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 так, чтобы тара не могла быть вскрыта без нарушения целостности упаковки.

При упаковывании ТСР, предназначенных для транспортирования и хранения в районах с тропическим климатом, потребительская тара должна быть антисептирована в соответствии с условиями договора между предприятием и внешнеэкономической организацией или предприятием и грузополучателем.

4.9.6.6 ТСР, их составные части и принадлежности к ним, для упаковывания которых не применяют потребительскую тару, должны быть завернуты в бумагу по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и уложены в транспортную тару.

Допускается применять вкладыши и обечайки из гофрированного картона по ГОСТ 7376. В этом случае ТСР или его составные части помещают во вкладыши, заворачивают в бумагу и перевязывают шпагатом.

При упаковывании ТСР, предназначенных для транспортирования и хранения в странах с тропическим климатом, бумагу и картон подвергают обработке по ГОСТ 15158.

4.9.6.7 Транспортная тара должна соответствовать требованиям стандартов, указанных в ТУ на ТСР.

4.9.6.8 Дощатые ящики для упаковывания ТСР должны быть выложены или обиты изнутри бумагой по ГОСТ 515, ГОСТ 8828 или пергамином по ГОСТ 2697.

При выкладывании края бумаги должны быть выше ящика на длину, превышающую половину длины ящика.

В углах ящика листы бумаги должны быть склеены или должны перекрывать друг друга на 50—100 мм.

При обивке бумагой размеры листов бумаги должны соответствовать размерам щитов ящика; составные листы и повреждение бумаги не допускаются.

Допускается ящики из листовых древесных материалов не обивать и не выкладывать бумагой.

Допускается оберывать бумагой каждое изделие.

4.9.6.9 Ящики после упаковывания в них ТСР, предназначенных для экспорта, обтягивают по торцам стальной лентой по ГОСТ 3560 или проволокой по ГОСТ 3282.

По углам поясов ящиков и обрешеток при необходимости прибивают угольники длиной 150—250 мм из стальной ленты по ГОСТ 3560. Каждый конец угольника крепят не менее чем двумя гвоздями. Расстояние между гвоздями при пришивке ленты — не более 100 мм.

Для заклеивания клапанов ящиков из гофрированного картона применяют клеевую ленту по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477. Допускается оклеивать ящики лентой из бумаги по ГОСТ 2228 или 23436.

4.9.6.10 В каждый ящик вкладывают упаковочный лист с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
- наименования или обозначения группы, типа (вида, модели) ТСР;
- числа изделий в упаковке;
- условного номера упаковщика и контролера;
- даты упаковывания.

При упаковывании ТСР в несколько ящиков в упаковочном листе указывают общее число грузовых мест и номер конкретного грузового места.

4.9.6.11 ЭД должна быть вложена в конверт или пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 или завернута в бумагу по ГОСТ 8273, ГОСТ 9569 или ГОСТ 8828, а для ТСР, предназначенных для стран с тропическим климатом, транспортируемых через эти страны или водным путем, завернута в бумагу, подвернутую защитной обработке по ГОСТ 15158, или упакована в два герметично завариваемых пакета из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной от 0,1 до 0,2 мм. При размещении ЭД внутри герметичной упаковки вместе с изделием второй пакет допускается не применять.

ЭД должна быть вложена в футляр, потребительскую или транспортную тару вместе с ТСР.

При упаковывании ТСР в несколько грузовых мест ЭД вкладывают в место № 1.

При отправке ЭД отдельно от ТСР ее упаковка должна обеспечивать сохранность качества документации.

Товаросопроводительная документация ТСР, предназначенных для экспорта, должна быть выполнена в соответствии с условиями контракта между предприятием и внешнеэкономической организацией или предприятием и грузополучателем и помещена в специальный карман, прочно прикрепленный с внешней стороны к одной из торцовых стенок ящика или обрешетки.

При перевозке ТСР в контейнерах товаросопроводительная документация должна быть вложена в контейнер со стороны дверей.

## 5 Требования безопасности

### 5.1 Требования электробезопасности

5.1.1 TCP, являющиеся одновременно электрическими медицинскими изделиями с электрическим приводом (с внешним или внутренним источником электрического питания), снабженные не более чем одним соединением с отдельным питающим средством, должны соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным в ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 (класс защиты I или II).

Электронные реабилитационные средства информатики, сигнализации и связи должны соответствовать требованиям электрической безопасности, установленным в ГОСТ Р 51264.

Другие однородные группы электрических TCP должны соответствовать требованиям электрической безопасности (в части, их касающейся), установленным в ГОСТ 12.2.007.0 (класс защиты I) и ГОСТ 27570.0.

5.1.2 Если безопасность пользователя TCP, приводимого в действие от источника электропитания, зависит от непрерывности подачи энергопитания TCP, то необходимо предусмотреть как минимум:

а) вспомогательный источник электрической энергии и устройство, сигнализирующие о неисправности источника электропитания;

б) неэлектрическое управление, понижающее риск пользователей до приемлемого уровня во время разобщения с TCP или пока не будут восстановлены источник электрической энергии и средство сигнализации о неисправности источника энергии.

5.1.3 В ЭД изготовителя TCP указывают степень защиты от поражения электрическим током и описывают условия внешней среды для работы TCP, а также рекомендации по обеспечению безопасности.

5.1.4 Конструкция отсеков, содержащих аккумуляторные батареи, не должна допускать утечки кислоты и (или) других субстанций из батареи (ей), коротких замыканий батарей при работе в условиях назначения TCP.

Отсеки, содержащие батареи аккумуляторов, из которых во время зарядки или разрядки могут выделяться газы, должны быть оборудованы вентиляцией.

П р и м е ч а н и е — Вентиляция должна сводить к минимуму опасность скопления и воспламенения горючих газов.

5.1.5 Если нарушение требований безопасности может произойти от неправильного присоединения при замене батарей, то TCP оборудуют устройством, исключающим неправильную полярность соединения.

5.1.6 Если безопасность пользователя TCP зависит от энергии батареи, то TCP должно быть оборудовано индикатором, указывающим запас энергии до критического уровня, при котором безопасность не может быть гарантирована. В TCP, предназначенных для слепых, индикатор оснащают тактильным и (или) звуковым сигнализатором.

5.1.7 Для предотвращения перегрузок TCP при использовании по назначению применяют ручные выключатели тока, расположенные внутри доступного для пользователя пространства, или автоматические выключатели.

Если TCP содержит обособленные электрические цепи или группу цепей, то каждая цепь или группа цепей должны иметь отдельную защиту от поражения электрическим током (например отдельные электрические цепи механизма привода и освещения на кресле-коляске).

5.1.8 TCP, являющиеся одновременно электрическими медицинскими изделиями, электроды которых контактируют с кожей пользователя, должны соответствовать требованиям ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 в части длительных токов утечки и допускаемых дополнительных токов в цепи пациента.

### 5.2 Требования пожарной безопасности

5.2.1 Для изготовления TCP применяют пожаробезопасные материалы.

Если TCP не является стойким к возгоранию, то информация изготовителя должна содержать описание мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя и (или) сопровождающего, а TCP (по возможности) маркируют таким образом, чтобы показать, что оно не противостоит возгоранию.

5.2.2 Если обиваемые изделия, матрацы, постели и постельные принадлежности изготавливают из трудновоспламеняемых или огнестойких текстильных материалов (ткани, нетканых полотен), то эти материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50810 и ГОСТ 19297.

5.2.3 Если клинические данные, касающиеся TCP конкретного типа или вида, не позволяют применять в TCP трудновоспламеняемые материалы, в том числе ткани по ГОСТ Р 50810 и ГОСТ 19297, то указанную причину отражают в ТУ, а TCP снабжают:

- предупреждением, что TCP не противостоит возгоранию; предупреждение располагают на изделии (если это возможно) и включают в инструкцию изготовителя;

- описанием мер предосторожности для компенсации повышения риска возгорания.

**П р и м е ч а н и е** — При обеспечении стойкости TCP к возгоранию изготовитель должен иметь в виду, что опасность возгорания может проистекать от:

- изделий, предназначенных для курения;
- печей, плит и других кухонных нагревательных приборов;
- зажигательных приборов с открытым пламенем;
- электростатических заряжающих устройств.

5.3 Температура поверхностей рабочих частей TCP, не предназначенных для передачи тепла пользователю, не должна превышать 41 °С.

Если изготовитель TCP не может обеспечить требование по ограничению температуры поверхности без ущерба эксплуатации TCP по назначению, то TCP должно быть снабжено предупреждением о том, какая поверхность может достичь более высокой температуры, по сравнению с установленной, и описанием мер предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя.

Если изготовитель не может удовлетворить требование по ограничению температуры поверхностей составных частей TCP, то причина должна быть указана в ЭД.

5.4 Субстанции, которые могут подтекать из TCP:

а) оценивают на биологическую совместимость в соответствии с [1].

б) обеспечивают защитой (предохранением), чтобы свести к минимуму возможность биологической опасности от такой субстанции.

**П р и м е ч а н и я**

1 Требования 5.4 применяют только к тем субстанциям, которые являются неотъемлемой частью TCP или необходимы для их функционирования (например смазочным веществам, гидравлическим жидкостям).

2 Пример защиты (предохранения) от опасных субстанций — изготовление батарей, помещенных в контейнер из кислотоупорного материала.

5.5 Если TCP с электрическим источником питания оборудовано резервуаром или камерой для хранения жидкости, которые могут переполняться или через край которых жидкость может переливаться при использовании TCP по назначению, то переливающаяся жидкость не должна смачивать (увлажнять) изоляцию, обеспечивающую электрическую безопасность.

При наклоне TCP на угол до 15° к положению, при котором TCP используется по назначению, не должно создаваться нарушений безопасности, если в маркировке или инструкции по использованию TCP нет других ограничений.

5.6 Конструкцию TCP, требующих использования жидкостей в соответствии с их назначением, выполняют таким образом, чтобы при расплескивании жидкостей было исключено смачивание частей, вызывающих опасность.

5.7 Конструкция TCP должна исключать нарушение безопасности от жидкости, вытекающей в условиях единичного нарушения.

Конструкция TCP, таких как ванны для неоднократного погружения в воду или в другие жидкости, должна выдерживать неоднократное погружение без ущерба для безопасности.

5.8 Опасность от проникания жидкости в TCP, не имеющие источника электрического питания, должна быть устранена.

**П р и м е ч а н и е** — Требования к TCP с электрическим источником — по 5.1.

5.9 Уровень шума, производимого TCP, должен быть сведен к минимуму настолько, насколько это позволяет источник шума.

Если использование TCP по назначению связано с возрастанием опасности для пользователя из-за создаваемого шума, то в ЭД изготовителя TCP должны быть внесены предупреждения и указания о мерах безопасности при воздействии на пользователя высокого уровня шума.

Вибрационная безопасность TCP — в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012.

**П р и м е ч а н и е** — Уровень шума и вибрацию TCP, оказывающие воздействие на среду, в которой TCP используется по назначению, оценивает изготовитель.

Особое внимание уделяют состоянию пользователя от воздействия шума и (или) вибрации.

## 6 Указания по эксплуатации

6.1 TCP должны сопровождаться ЭД, которые следует рассматривать как составную часть TCP.

6.2 Состав и содержание ЭД должны соответствовать ГОСТ 2.601 и следующим требованиям:

6.2.1 ЭД должны включать, как минимум, инструкцию по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя TCP, по которому пользователь может обратиться при необходимости.

6.2.2 Все виды маркировки, если они не нанесены на TCP, воспроизводят в ЭД.

6.2.3 Предупреждающие надписи и объяснения предупреждающих символов, указанные в маркировке на TCP, должны быть приведены в ЭД.

6.2.4 Инструкция по эксплуатации должна содержать сведения, необходимые для обеспечения работы TCP в соответствии с его характеристиками:

- условиями эксплуатации, климатическими факторами внешней среды (4.2.3);

- функциями органов управления (4.6.4), последовательностью управления, порядком подключения и отключения съемных частей и принадлежностей TCP, заменой расходуемых при работе материалов;

- разъяснением знаков и цифр, предупреждающих символов и сокращений, нанесенных на TCP.

6.2.5 ЭД должны содержать данные и (дополнительно) характеристики TCP, а также указания о мерах предосторожности или ограничениях, необходимых для обеспечения гарантии безопасности пользователя, включая:

- предупреждения и указания о мерах предосторожности, относящихся к высокой и низкой температуре поверхности (4.4.2);

- предупреждения и указания о мерах предосторожности, относящихся к безопасному расстоянию между движущимися и неподвижными частями TCP (4.7.15—4.7.20);

- инструкции по складыванию и регулированию TCP, а также предупреждения и указания о мерах предосторожности, необходимых для обеспечения безопасности пользователя (4.7.22);

- указания по безопасным способам поднятия и перемещения TCP вручную (4.7.9);

- степень защиты электрического оборудования от проникания жидкости и указания по обеспечению стойкости TCP к факторам окружающей среды, связанным с использованием TCP по назначению, а также рекомендации в отношении безопасности пользователя (5.1.3);

- информацию об условиях применения TCP в комбинации с другими TCP;

- инструкции по обслуживанию TCP и уходу за ними.

6.2.6 Если прочность и долговечность TCP зависят от массы тела человека с ограничением жизнедеятельности и (или) сопровождающего, то инструкция по эксплуатации и этикетки (ярлыки) должны регламентировать массу тела в качестве лимитирующей величины при использовании TCP по назначению.

6.2.7 Если TCP не противостоит возгоранию и по клиническим показаниям не может быть выполнено из материалов, препятствующих возгоранию, то ЭД изготовителя должны содержать указания о мерах предосторожности для пользователя или сопровождающего, а само TCP (если это возможно) иметь маркировку о том, что оно не противостоит возгоранию (5.2.3).

6.2.8 Если TCP может подвергаться воздействию электромагнитной эмиссии, то ЭД изготовителя должны содержать:

- указания по обеспечению стойкости TCP к воздействию факторов окружающей среды, использования TCP по назначению, сведения о факторах окружающей среды, способных нанести ущерб пользователю (например непосредственной близости к радиопередатчику) и описание возможного ущерба (4.5.3);

- руководство по корректировке некоторых нарушений функций TCP.

6.2.9 Если TCP при использовании по назначению подвергают чистке, то ЭД изготовителя должны содержать данные о методах чистки и (при необходимости) перечень соответствующих очищающих материалов с указанием о мерах предосторожности, необходимых для защиты TCP от коррозии (4.7.27).

6.2.10 Если TCP подвергают дезинфекции, то ЭД изготовителя должны содержать данные о методах дезинфекции и (при необходимости) перечень доступных дезинфицирующих материалов с указанием мер предосторожности для защиты от коррозии (4.7.27).

6.2.11 Если шум, создаваемый TCP при использовании TCP по назначению, может нанести ущерб пользователю, то ЭД изготовителя должны содержать предупреждения, а также указания о мерах безопасности, которые следует предпринимать при воздействии на пользователя высокого уровня звуковой мощности (5.9).

6.2.12 Техническое описание должно содержать данные и (дополнительно) характеристики (или указания, где их найти) для обеспечения безопасного использования TCP.

В дополнение к информации в инструкции по эксплуатации в техническом описании должны быть указаны конкретные меры или условия, которые следует соблюдать при установке изделия и приведении его в действие.

6.3 Информация, содержащаяся в ЭД и предназначенная для пользователей с нарушением функции зрения, должна быть доступной для их восприятия.

Для пользователей-слепых информация должна быть выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля и рельефными буквами русского алфавита, арабскими цифрами и элементами символов.

## 7 Методы испытаний

7.1 Условия испытаний TCP и их компонентов должны соответствовать нормальным климатическим условиям испытаний по ГОСТ 15150 и условиям, установленным настоящим стандартом.

7.2 Методы контроля показателей надежности (4.3.1) — в соответствии с ГОСТ 27.410.

7.3 Методы испытаний TCP на теплостойкость, холостойкость и влагостойкость, а также на устойчивость к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления при эксплуатации (4.4.1) и при транспортировании и хранении (4.4.3) указывают в стандартах и ТУ на TCP конкретной группы, типа (вида, модели).

7.4 Устойчивость TCP к изменению температуры (4.4.4) проверяют:

а) методом двух камер, быстрым изменением температуры — испытание TCP, которые в условиях эксплуатации подвергаются быстрому изменению температуры;

б) методом одной камеры, постепенным изменением температуры — испытание TCP, которые в условиях эксплуатации подвергаются медленным изменениям температуры.

Конкретный метод устанавливают в зависимости от назначения, условий эксплуатации, конструктивных особенностей TCP и указывают в стандартах и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.5 Работоспособность TCP с питанием от сети переменного тока при отклонении напряжения и частоты переменного тока (4.4.5) проверяют соответствующими регулируемыми источниками питания или преобразователями.

Погрешность регулирования не должна превышать 30 % допускаемого отклонения напряжения и частоты переменного тока.

7.6 Уровень радиопомех TCP (4.5.1) — по ГОСТ Р 51318.11, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ Р 51320 и [2].

7.7 Методы испытаний TCP, являющихся одновременно электрическими медицинскими изделиями, содержащими электрические или электронные устройства (компоненты), на помехоустойчивость (4.5.2) — по ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0.2 и ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444.

В дополнение к требованиям, содержащимся в ГОСТ Р 50267.0.2, TCP также испытывают в силовом (электромагнитном) поле с уровнем 10 В/м в полосе частот от 800 МГц до 2 ГГц. Проведение испытаний — в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.3.

Если в результате проведения этого испытания выяснится, что TCP представляет опасность для пользователя, то результаты испытаний считают отрицательными.

П р и м е ч а н и е — Это испытание необходимо для оценки риска, связанного с использованием TCP в непосредственной близости от мобильного телефона (телефонов) или других видов средств связи. В этом случае допускается применять более высокое значение уровня силового поля по сравнению с более широким диапазоном частот.

7.8 Соответствие TCP требованиям эргономики (4.6.1—4.6.26) проверяют визуальным осмотром, измерениями (при необходимости) и соответствующими испытаниями.

Методы испытаний устанавливают в стандартах и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.9 Массу переносных изделий (4.7.1) проверяют взвешиванием на весах с допускаемой погрешностью, указанной в стандартах и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.10 Соответствие ручек или рукояток TCP требованиям 4.7.5 проверяют следующим методом:

7.10.1 Если TCP имеет только одну ручку или рукоятку, или несколько ручек или рукояток, и его удобная переноска возможна только за одну из них, то прикладывают к каждой ручке полное испытательное усилие, равное двукратной массе TCP.

Если TCP имеет несколько ручек или рукояток, то испытательное усилие определяют измерением доли массы TCP, приходящейся на каждую ручку в нормальном положении переноски TCP.

7.10.2 К центральному участку каждой испытываемой ручки или рукоятки длиной  $(70 \pm 5)$  мм равномерно прикладывают соответствующее испытательное усилие с допуском  $+5\%$ , начиная от нуля до максимального значения.

7.10.3 Испытательное усилие выдерживают в течение 60—70 с, после чего усилие снимают и проверяют TCP на наличие повреждений и удовлетворительную прочность крепления ручки или рукоятки.

7.11 Соответствия опорной системы TCP требованиям 4.7.6 проверяют следующим методом:

7.11.1 Устанавливают опорную систему TCP в наименее благоприятную позицию при использовании TCP по назначению.

7.11.2 Подвергают TCP воздействию испытательной статической нагрузкой, равной 1,5 максимально допустимой, назначенной изготовителем (включая любые компоненты) с допуском  $+5\%$ , прикладывая ее к опорной поверхности в наихудшей позиции и способом, который гарантирует незначительную динамическую нагрузку.

7.11.3 Статическую испытательную нагрузку выдерживают в течение 60—70 с, после чего нагрузку снимают и проверяют TCP на наличие повреждений и удовлетворительную работу.

7.12 Соответствие TCP требованиям 4.7.7 проверяют следующим методом:

Предназначенные для испытаний образцы TCP сбрасывают с высоты 1 м по одному разу из трех различных исходных положений на плиту толщиной 50 мм из твердого (например плотностью более 700 кг/м<sup>3</sup>) дерева, установленную на твердом основании (бетонный блок). После испытания TCP должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.

7.13 Соответствие переносного TCP требованиям 4.7.8 проверяют следующим методом:

7.13.1 Переносное TCP массой до 10 кг поднимают на высоту 5 см, а TCP массой выше 10 до 50 кг — на высоту 3 см над плитой из твердого дерева толщиной 50 мм (7.12).

Размеры плиты должны превышать габариты TCP не менее чем в 1,5 раза. Плита должна лежать на твердом (бетонном) основании.

7.13.2 TCP сбрасывают три раза из положений, в которых оно может находиться при нормальной эксплуатации.

После испытания TCP должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.

7.14 Соответствие передвижных TCP требованиям 4.7.8 проверяют следующим методом:

7.14.1 TCP перемещают с помощью силы, приложенной возможно ближе к полу, в его обычном направлении движения со скоростью  $(0,4 \pm 0,1)$  м/с или, в случае самостоятельно перемещающегося изделия, с наибольшей для TCP скоростью через ступеньку (выступ) на плоском полу высотой 20 мм.

7.14.2 Испытания повторяют 20 раз, после чего TCP должно соответствовать требованиям настоящего стандарта.

7.15 Соответствие TCP требованиям 4.7.9—4.7.11 проверяют взвешиванием и переносом TCP (при необходимости), а также визуальным осмотром TCP.

7.16 Соответствие TCP требованиям 4.7.13, 4.7.14, 4.7.16, 4.7.17, 4.7.19, 4.7.22 проверяют осмотром и контролем наличия защитных устройств.

7.17 Соответствие TCP требованиям 4.7.15, 4.7.20, 4.7.22.3 проверяют измерением.

7.18 Соответствие TCP требованиям 4.7.18, 4.7.23 проверяют осмотром ЭД.

7.19 Качество защитно-декоративных покрытий (4.7.24) проверяют по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.302.

7.20 Соответствие TCP требованиям 4.7.25, 4.7.26 проверяют контролем наличия санитарно-эпидемиологических заключений, оформленных в установленном порядке в соответствии с [I].

7.21 Устойчивость TCP к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации (4.7.27) проверяют пятикратной обработкой изделия или его частей агентами и методами, указанными в стандартах или ТУ на TCP конкретной группы, типа (вида, моделей).

Результаты испытаний считают положительными, если по их окончании все подвергнутые испытанию части TCP соответствуют требованиям стандартов или ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.22 Соответствие TCP требованиям электробезопасности (5.1.1—5.1.8) проверяют визуальным осмотром и проведением соответствующих испытаний методами, устанавливаемыми в стандартах и ТУ на TCP конкретных групп, типов (видов, моделей).

7.23 Сопротивляемость текстильных материалов, используемых в TCP, воспламенению и устойчивому горению (5.2.2) проверяют по ГОСТ Р 50810. Проверка огнезащитных свойств хлопчатобумажных тканей с огнезащитной отделкой — по ГОСТ 19297, огнестойкости льняных и полульняных тканей — по ГОСТ 15898.

7.24 Измерение температуры поверхностей рабочих частей TCP, являющихся одновременно медицинскими изделиями (5.3), — по методике в соответствии с ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0.

7.25 Соответствие TCP требованиям 5.5 проверяют следующим методом:

7.25.1 Наполняют резервуар TCP до максимального уровня, установленного изготовителем, и (если возможно) добавляют жидкость в количестве до 15 % емкости резервуара или до тех пор, пока резервуар не будет полностью заполнен.

7.25.2 Наклоняют TCP на угол  $15^{\circ} + 2^{\circ}$  в каждом наименее благоприятном направлении, начиная с позиции, в которой TCP должно использоваться по назначению или с максимального угла наклона, при котором TCP должно использоваться по назначению.

7.25.3 Если необходимо, резервуар между испытаниями опорожняют и заполняют повторно. После заполнения резервуара не должно быть смоченных частей TCP, способных стать причиной опасности, в особенности видимых следов смачивания неизолированных, находящихся под напряжением частей или электрических изолированных деталей. В случае сомнения электроизоляцию TCP подвергают испытаниям на электрическую прочность по ГОСТ 30324.0/ ГОСТ Р 50267.0.

7.26 Соответствие TCP требованию 5.6 проверяют следующим методом:

Располагают изделие в соответствии с использованием его по назначению. Равномерно наливают  $200^{+5}$  см<sup>3</sup> воды на произвольную точку (отметку) на верхней поверхности TCP.

После испытания TCP должно функционировать в соответствии с требованиями изготовителя.

7.27 Шумовые характеристики TCP, а также требования вибрационной безопасности (5.9) — по ГОСТ 31273, ГОСТ 31274, ГОСТ 12.4.094, ГОСТ 23941, ГОСТ Р 51400 — ГОСТ Р 51402.

7.28 Соответствие требованиям 6.1—6.3 — по ЭД.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

#### Библиография

- [1] Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ
- [2] Нормы 8-72 «Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех»

Ключевые слова: технические средства реабилитации, общие технические требования, требования назначения, надежность, стойкость к внешним воздействиям, радиоэлектронная защита, эргономика, конструктивные требования, комплектность, маркировка, упаковка, требования безопасности, методы испытаний

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 14.04.2006. Формат 60x84<sup>1</sup>/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл.печ.л. 2,79.  
Уч.-изд.л. 2,57. Тираж 21 экз. Зак. 134. С 2725.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано и отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»