

**УГЛЕВОДОРОДЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ  
БЕНЗОЛЬНОГО РЯДА**

**Метод определения бромного числа**

Benzene hydrocarbons and allied products.  
Method of determination of bromine value

**ГОСТ**

**2706.11-74\***

Взамен  
ГОСТ 2706—63  
в части разд. 5

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 ноября 1974 г. № 2593 срок введения установлен

с 01.07 1975 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен

до 01.07 1987 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону** 01.07.94  
(ст. 155-87)

Настоящий стандарт распространяется на ароматические углеводороды бензольного ряда и устанавливает метод определения бромного числа.

Метод основан на взаимодействии брома с примесями, содержащимися в анализируемом продукте, с последующим определением расхода брома титрованием.

**1. АППАРАТУРА, ПОСУДА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Мешалка механическая типа ММК.

Цилиндр измерительный со шлифом по ГОСТ 1770—74, вместимостью 50 см<sup>3</sup> или колба коническая со шлифом по ГОСТ 10394—72, той же вместимости.

Бюretки по ГОСТ 20292—74, вместимостью 2 и 5 см<sup>3</sup>.

Пипетки по ГОСТ 20292—74, вместимостью 2 и 5 см<sup>3</sup>.

Колба мерная по ГОСТ 1770—74, вместимостью 1 дм<sup>3</sup>.

Часы песочные по ГОСТ 10576—74 на 1 и 5 мин или секундомер.

Груша резиновая.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч. и раствор 1:5.

Калий бромистый по ГОСТ 4160—74, ч. д. а.

Калий бромноватокислый по ГОСТ 4457—74, х. ч. или ч. д. а.

Бромид-бромат калия, 0,1 н. раствор, готовят следующим образом: в мерной колбе с небольшим количеством воды растворяют 9,9167 г бромистого калия и 2,7833 г бромноватокислого калия. Затем объем раствора доводят водой до метки и проверяют его титр точно 0,1 н. раствором серноватистокислого натрия.

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, х. ч. или ч. д. а. 25%-ный раствор.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1980 г. (ИУС 10—80 г.).

Натрий серноватистокислый, ч. д. а., 0,1 н. раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, 0,5-ный раствор.

## 2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

2.1. В цилиндр или коническую колбу помещают 10 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, 5 см<sup>3</sup> анализируемого продукта и из бюретки добавляют раствор бромид-бромата калия в таком количестве, чтобы избыток его составлял от 0,2 (для бромных чисел до 0,2 г/100 см<sup>3</sup>) до 0,5 см<sup>3</sup>. Избыток раствора бромид-бромата калия устанавливают предварительно в отдельной пробе продукта. Цилиндр или колбу оберывают темной тканью или черной бумагой для защиты от действия света, закрывают пробкой, содержимое тщательно взбалтывают вручную или с помощью мешалки в течение 5 мин и оставляют в покое на 1 мин. При этом верхний углеводородный слой должен окраситься в желтый цвет. К содержимому цилиндра или колбы приливают 2 см<sup>3</sup> раствора йодистого калия и смесь энергично встряхивают, при этом желтая окраска углеводородного слоя переходит в красно-фиолетовую. Выделившийся свободный йод в количестве, эквивалентном избыточному брому, оттитровывают 0,1 н. раствором серноватистокислого натрия. При этом основной объем добавляют в один прием, а затем по 0,01 см<sup>3</sup> до обесцвечивания раствора.

Допускается применение индикатора раствора крахмала.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Бромное число ( $X$ ) в граммах брома на 100 см<sup>3</sup> продукта вычисляют по формуле

$$X = \frac{(V - V_1) \cdot 0,008 \cdot 100}{5},$$

где  $V$  — объем точно 0,1 н. раствора бромид-бромата калия, взятый для анализа, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем точно 0,1 н. раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

0,008 — масса брома, соответствующая 1 см<sup>3</sup> точно 0,1 н. раствора бромид-бромата калия, г;

5 — объем продукта, взятый для анализа, см<sup>3</sup>.

3.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать:

для бромного числа

до 0,12 г/100 см <sup>3</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,01 г/100 см <sup>3</sup> ,
св. 0,12 до 0,2 г/100 см <sup>3</sup>	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0,02 г/100 см <sup>3</sup> ,
св. 0,2 до 0,6 г/100 см <sup>3</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,03 г/100 см <sup>3</sup> .

**Изменение № 2 ГОСТ 2706.11—74 Углеводороды ароматические бензольного ряда. Метод определения бромного числа**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.02.87 № 200**

**Дата введения 01.07.87**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2409.

Наименование стандарта. Заменить слово: «Метод» на «Методы», «Method» на «Methods».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ароматические углеводороды бензольного ряда и устанавливает гитриметрический и фотометрический методы определения числа.

Методы основаны на взаимодействии брома с примесями, содержащимися в анализируемом продукте, с последующим определением его избытка титрованием либо с помощью фотоэлектроколориметра (спектрофотометра).

Методы позволяют определять бромные числа от 0,01 до 0,5 г брома на 100 см<sup>3</sup> продукта».

Раздел 1. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82;

шестой абзац. Исключить ссылку: «по ГОСТ 10576—74»;

девятый, десятый абзацы исключить;

одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «Калий бромноватокислый (калий бромид-бромат), растворы концентраций  $c$  ( $\text{KBrO}_3$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.) и  $c$  ( $\text{KBrO}_3$ ) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н.) готовят по ГОСТ 25794.2—83; двенадцатый абзац. Заменить слова: «25%-ный раствор» на «раствор массовой концентрации 0,25 г/см<sup>3</sup>»;

тринадцатый абзац изложить в новой редакции: «натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия), 5-водный, по ГОСТ 27068—86, ч. д. а., раствор концентрации  $c$  ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.) готовят по ГОСТ 25794.2—83»;

последний абзац. Заменить слова: «0,5-ный раствор» на «раствор массовой концентрации 0,005 г/см<sup>3</sup>»;

дополнить абзацами: «Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М или спектрофотометр СФ-18 или аналогичные приборы, позволяющие проводить измерения при длине волны 410—420 нм.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 1-го или 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие с аналогичными характеристиками.

Допускается для титрования использовать автоматический титратор типа «Титрополь» или аналогичный».

Пункт 2.1 перед словами «В цилиндр» дополнить словами: «Титриметрический метод»; после слов «бромид-бромата калия» дополнить словами: «концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.)» (2 раза); исключить значение: 0,1 н.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Фотометрический метод (для бензола и толуола)

*(Продолжение см. с. 132)*

Анализ проводят с двумя одинаковыми объемами анализируемого продукта, добавляя разные объемы раствора бромид-бромата калия концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н.). Для этого в цилиндр или колбу помещают 10 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, добавляют 5 см<sup>3</sup> продукта. Затем туда же добавляют раствор бромид-бромата калия, объем которого в зависимости от предполагаемого бромного числа приведен в таблице.

Бромное число г/100 см <sup>3</sup>	Объем раствора бромид-бромата калия, см <sup>3</sup>
0,01—0,03	0,2—0,5
0,04—0,06	0,6—1,0
0,07—0,09	1,1—1,5
0,1—0,15	1,6—2,0
0,15—0,5	2,0—3,0

Цилиндр или колбу оберывают темной тканью или черной бумагой для защиты от действия света, закрывают пробкой, содержимое тщательно взбалтывают 5 мин и оставляют в покое на 1 мин. После этого верхний слой сливают в кювету, накрывают крышкой и измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре, используя светофильтр № 3, или на спектрофотометре при длине волны 415 нм. Измерения проводят в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения чистый бензол или толуол. Аналогичные операции проводят с другой порцией продукта, при этом объем раствора бромид-бромата калия должен быть на 0,2—0,4 см<sup>3</sup> больше, чем для первой порции».

Пункт 3.1. Первый абзац после слова «продукта» дополнить словами: «определяемое титриметрическим методом»; формула. Экспликация. Заменить слова: «точно 0,1 н. раствора бромид-бромата калия» на «раствора бромид-бромата калия концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.)» (2 раза); «точно 0,1 н. раствора серноватистокислого натрия» на «раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.)».

Пункт 3.2 исключить.

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.3, 3.4:

«3.3. Бромное число ( $X$ ) в граммах брома на 100 см<sup>3</sup> продукта, определяемое фотометрическим методом, вычисляют по формуле

$$X = \frac{V_x \cdot 0,004 \cdot 100}{5},$$

где  $V_x$  — объем раствора бромид-бромата калия концентрации точно 0,05 моль/дм<sup>3</sup> (0,05 н.), пошедший на бромирование непредельных соединений и вычисляемый по формуле

(Продолжение см. с. 133)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2706.11—74)*

$$V_x = V_2 - \frac{V_3 - V_2}{D_1 - D} D,$$

где  $V_2$  и  $V_3$  — объемы раствора бромид-бромата калия, взятые для анализа,  $\text{см}^3$ ;

$D$  и  $D_1$  — оптические плотности растворов брома, не вступившего в реакцию бромирования.

3.4. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать (при доверительной вероятности  $P=0,95$ ):

*(Продолжение см. с. 134)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2706.11—74)*

для бромного числа  
от 0,01 до 0,05 г/100 см<sup>3</sup> . . . . . 0,005 г/100 см<sup>3</sup>  
св. 0,05 до 0,15 г/100 см<sup>3</sup> . . . . . 0,01 г/100 см<sup>3</sup>  
св. 0,15 г/100 см<sup>3</sup> . . . . . 0,03 г/100 см<sup>3</sup>».

(ИУС № 5 1987 г.)