

САХАР-ПЕСОК И САХАР-РАФИНАД

Метод определения цветности сахара

Granulated and refined sugar.
Method of sugar colour determination

ОКСТУ 9109

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 27 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 14.08.84 № 2865
срок действия продлен

до 01.01.90

ГОСТ

12572-67*

Взамен
ГОСТ 23-57
в части метода опре-
деления цветности

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. (Исключен, Изм. № 2).

2. Для проведения определения применяются следующие аппа-
ратура и материалы:

рефрактометр;

колориметр;

колбы конические по ГОСТ 25336—82;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

весы лабораторные по ГОСТ 24104—80, 3-го класса точности,
предел взвешивания до 200 г;

фильтр обеззоленный.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

3. 200 г сахара растворяют в 215 см³ горячей дистиллирован-
ной воды и фильтруют через бумажный фильтр.

В профильтрованном и охлажденном до 20°C растворе рефрак-
тометром определяют содержание сухих веществ; по таблице, в
зависимости от содержания сухих веществ, находят значение про-
изведения сухих веществ сахарного раствора на плотность.

Цветность раствора определяют колориметром, пользуясь лам-
пой дневного света для освещения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными
в июне 1980 г., августе 1984 г. (ИУС 9—80, 11—84).

4. Цветность (I_1) выражают в условных единицах на 100 частей сухих веществ в 100 см³ раствора и вычисляют по формулам:

а) при пользовании полуформальным стеклом

$$I_1 = \frac{100 \cdot 100 \cdot K}{2M \cdot CB \cdot d};$$

б) при пользовании четвертьформальным стеклом:

$$I_1 = \frac{100 \cdot 100 \cdot K}{4M \cdot CB \cdot d},$$

где CB — сухие вещества раствора, выраженные в процентах;

M — число делений, отсчитанное по шкале колориметра
(среднее из пяти отсчетов);

d — плотность сахарного раствора в г/см³;

K — поправочный коэффициент колориметрического стекла,
который устанавливается после его изготовления.

5. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать $\pm 10\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).