

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
16000-6—
2007

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Часть 6

**Определение летучих органических соединений
в воздухе замкнутых помещений и испытательной
камеры путем активного отбора проб на сорбент
Tenax TA с последующей термической десорбцией
и газохроматографическим анализом
с использованием МСД/ПИД**

ISO 16000-6:2004

Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test
chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas
chromatography using MS/FID
(IDT)

Издание официальное

Б3 2-2007/414



Москва
Стандартинформ
2007

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (ОАО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 «Качество воздуха»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2007 г. № 55-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 16000-6:2004 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенакс ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД» (ISO 16000-4:2004 «Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении С

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а тексты изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и определения | 2 |
| 4 Сущность метода | 2 |
| 5 Реактивы и материалы | 3 |
| 6 Аппаратура | 4 |
| 7 Подготовка и хранение сорбционных трубок | 5 |
| 8 Калибровка насоса | 6 |
| 9 Отбор проб | 6 |
| 10 Анализ | 7 |
| 11 Идентификация отдельных летучих органических соединений | 8 |
| 12 Содержание анализируемых веществ в отобранном воздухе | 8 |
| 13 Характеристики | 10 |
| 14 Протокол измерений | 11 |
| 15 Контроль качества результатов измерений | 11 |
| Приложение А (справочное) Примеры веществ, обнаруживаемых в воздухе замкнутых помещений и выделяемых строительными материалами в испытательных камерах | 12 |
| Приложение В (справочное) Гарантированные объемы проб для паров некоторых органических соединений, отобранных на Тенах ТА | 17 |
| Приложение С (справочное) Стойкость при хранении извлеченных веществ в сорбционных трубках с Тенах ТА | 19 |
| Приложение Д (справочное) Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным стандартам | 21 |
| Библиография | 22 |

Введение

В ИСО 16000-1 установлены общие требования к измерению содержания загрязняющих веществ в воздухе замкнутых помещений, а также условия, которые необходимо соблюдать при подготовке к отбору и во время отбора проб отдельных загрязняющих веществ или групп загрязняющих веществ. В других частях комплекса стандартов ИСО 16000 установлены требования к отбору проб и анализу конкретных загрязняющих веществ или групп загрязняющих веществ, которые следует учитывать при разработке методики проведения отбора проб.

В настоящее время разрабатывается ИСО 16000-5, устанавливающий методику проведения отбора проб летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе замкнутых помещений, который является связующим звеном между ИСО 16000-1 и методиками анализа, установленными в настоящем стандарте.

к ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Предисловие. Пункт 4 | (ISO 16000-4:2004) | (ISO 16000-6:2004) |

(ИУС № 8 2007 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗДУХ ЗАМКНУТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Часть 6

Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД

Indoor air. Part 6. Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID

Дата введения — 2007—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе замкнутых помещений, а также в воздухе, отобранном для определения выделения ЛОС строительными материалами, с использованием испытательных камер и ячеек. Метод основан на использовании сорбента Тенах ТА¹⁾ с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом [1].

Метод применяют при измерениях неполярных и слабополярных ЛОС в диапазоне массовой концентрации от нескольких микрограммов на кубический метр до нескольких миллиграммов на кубический метр. С использованием основных положений этого метода также может быть проведен анализ некоторых высоколетучих соединений и среднелетучих органических соединений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ИСО 16000-1:2004 Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения

ИСО 16017-1:2000 Воздух замкнутых помещений, атмосферный и рабочей зоны. Отбор проб и анализ летучих органических соединений с помощью сорбционной трубы с последующей термической десорбцией и капиллярной газовой хроматографией. Часть 1. Отбор проб методом прокачки

ИСО 16000-9:2006 Воздух замкнутых помещений. Часть 9. Определение содержания летучих органических соединений, выделяемых строительными материалами и мебелью. Метод с применением эмиссий в испытательной камере

ИСО 16000-10:2006 Воздух замкнутых помещений. Часть 10. Определение содержания летучих органических соединений, выделяемых строительными материалами и мебелью. Метод испытания с применением эмиссий в ячейке

¹⁾ Тенах ТА торговое наименование продукции выпускаемой Supelco, Inc. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО данной продукции. Допускается использовать другую продукцию, если с ее помощью можно получить аналогичные результаты.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 среднелетучее органическое соединение; СЛОС (semi-volatile organic compound; SVOC):

Органическое соединение, температура кипения которого находится в диапазоне от (240—260) °С до (380—400) °С.

П р и м е ч а н и я

1 Классификация летучих органических соединений установлена Всемирной организацией здравоохранения.

2 Температуру кипения некоторых СЛОС трудно или невозможно определить из-за того, что они разлагаются до начала кипения при атмосферном давлении. Давление насыщенного пара также является критерием классификации летучести соединений, который может быть использован для классификации органических веществ [2]. СЛОС при температуре 25 °С имеют давление насыщенного пара от 10^{-2} до 10^{-8} кПа.

3.2 летучее органическое соединение; ЛОС (volatile organic compound; VOC):

Органическое соединение, температура кипения которого находится в диапазоне от (50—100) °С до (240—260) °С.

П р и м е ч а н и я — Температуру кипения некоторых ЛОС трудно или невозможно определить из-за того, что они разлагаются до начала кипения при атмосферном давлении. Давление насыщенного пара также является критерием летучести органических соединений, который может быть использован для классификации органических веществ [2]. Обычно ЛОС при температуре 25 °С имеют давление насыщенного пара более 10^2 кПа.

3.3 высоколетучее органическое соединение; ВЛОС (very volatile organic compound; VVOC):

Органическое соединение, температура кипения которого находится в диапазоне от менее 0 °С до (50—100) °С.

П р и м е ч а н и я — Температуру кипения некоторых ВЛОС трудно или невозможно определить из-за того, что они разлагаются до начала кипения при атмосферном давлении. Давление насыщенного пара также является критерием классификации летучести соединений, который может быть использован для классификации органических веществ [2]. Обычно ВЛОС при температуре 25 °С имеют давление насыщенного пара более 15 кПа [2].

3.4 общие летучие органические соединения; ОЛОС (total volatile organic compound; TVOC):

Сумма органических соединений, отобранных на Тенах ТА, которые элюируются на хроматограмме между пиками *n*-Гексана и *n*-Гексадекана включительно, обнаруживаются пламенно-ионизационным детектором или масс-спектрометрическим детектором и количественно определяются путем пересчета суммы площадей всех хроматографических пиков на толуол.

П р и м е ч а н и я — Несмотря на то, что настоящий стандарт устанавливает метод определения индивидуальных ЛОС, на практике обычно определяют единичное значение массовой концентрации, характеризующее общее количество ЛОС, присутствующих в воздухе. Это значение называют значением ОЛОС (см. 12.2 и раздел 14). Следует подчеркнуть, что полученное данным методом значение массовой концентрации ОЛОС зависит от используемых методов отбора и анализа проб, поэтому оно должно быть приведено с учетом характеристик этих методов.

4 Сущность метода

Определенный объем воздуха отбирают в помещении для оценки качества воздуха или для оценки выделений из испытательной камеры (см. ИСО 16000-9) или испытательной ячейки для определения загрязняющих веществ (см. ИСО 16000-10) путем прокачивания через одну (или более) трубку, содержащую сорбент Тенах ТА. Летучие органические соединения удерживаются сорбционной трубкой и впоследствии анализируются в лаборатории. Собранные ЛОС десорбируются при нагревании и переносятся в атмосферу инертного газа-носителя через охлаждаемую/сорбционную ловушку на вход в газовый хроматограф (далее — ГХ), оснащенный одной или несколькими капиллярными колонками и пламенно-ионизационным и/или масс-спектрометрическим детектором. Основные принципы отбора и анализа проб приведены в ИСО 16017-1.

5 Реактивы и материалы

5.1 ЛОС, используемые для калибровки¹⁾.

5.2 Растворитель для приготовления градиуровочного раствора для ввода в сорбент.

Используют растворитель для хроматографии. Он не должен содержать соединений, которые элюируются вместе с определяемым(и) соединением(ями) (см. 5.1).

П р и м е ч а н и е — В большинстве случаев выгоднее использовать более летучий растворитель по сравнению с анализируемыми ЛОС. Чаще всего этим критериям соответствует метанол. Данные по безопасности и влиянию органических соединений на здоровье людей приведены, например, в международных данных по химической безопасности (ICSCs).

5.3 Тенах ТА с размером частиц от 0,18 до 0,25 мм (от 60 до 80 меш).

Тенах ТА представляет собой пористый полимер на основе 2,6-Дифениленоксида. Промышленный Тенах ТА содержит некоторое количество примесей, которые должны быть удалены перед его использованием для отбора проб ЛОС. Очистку Тенах ТА проводят путем тепловой обработки в потоке чистого газа-носителя. Условия очистки должны быть такими, чтобы не происходило деструкции полимера, например, в течение не менее 18 ч при температуре 330 °С и расходе газа-носителя 100 мл/мин для заполненных сорбционных трубок. Заполняют сорбционные трубы предварительно очищенным Тенах ТА, плотно закрывают и хранят в закрытом герметичном контейнере. Качество очистки проверяют, проводя анализ очищенного сорбента.

5.4 Градиуровочные газовые смеси

Приготавливают градиуровочные газовые смеси с известным содержанием анализируемого соединения(ий) с использованием известных методик, в том числе приведенных в ИСО 6141 и соответствующей части комплекса стандартов ИСО 6145. Приготавливают стандартные газовые смеси с массовой концентрацией, эквивалентной 100 мкг/м³. Если методика приготовления не применяется в условиях, которые позволяют установить непрерывную прослеживаемость получаемых значений массовой концентрации к первичным эталонам массы и/или объема или если не может быть гарантирована химическая инертность системы, используемой для приготовления, то значения массовой концентрации должны быть подтверждены независимым методом.

5.5 Сорбционные трубы для градиуровки, в которые градиуровочная газовая смесь (5.4) введена путем прокачивания

Сорбционные трубы для градиуровки подготавливают путем прокачивания через них точно известного объема градиуровочной газовой смеси, например, с помощью насоса. При этом объем отобранного воздуха не должен превышать объем «проска» для системы аналит — сорбент. После отбора градиуровочной газовой смеси в сорбционные трубы их отсоединяют и герметично закрывают. Для каждой серии проб готовят новые трубы для градиуровки. Для воздуха замкнутых помещений или испытательной камеры сорбционные трубы подготавливают путем прокачивания, например 100 мл, 200 мл, 400 мл, 1 л, 2 л, 4 л или 10 л выбранной градиуровочной газовой смеси концентрацией 100 мкг/м³.

5.6 Градиуровочные растворы для введения в сорбент

Должны быть установлены срок безопасного хранения градиуровочных растворов, приготовленных в соответствии с 5.6.1—5.6.5, и время, в течение которого они остаются стабильными. В соответствии с этими данными или при обнаружении ухудшения качества, например, в случае взаимодействия спиртов с кетонами, готовят свежие градиуровочные растворы.

5.6.1 Раствор, содержащий приблизительно 10 мг/мл каждого органического компонента

Наливают 50 мл растворителя в мерную колбу вместимостью 100 мл. В эту же колбу отвешивают приблизительно 1 г анализируемого вещества или веществ, начиная с наименее летучего. В раствор добавляют растворитель до метки 100 мл, затем колбу закрывают и встряхивают для перемешивания.

5.6.2 Раствор, содержащий приблизительно 1000 мкг/мл каждого жидкого компонента

Наливают 50 мл растворителя в мерную колбу вместимостью 100 мл. В эту же колбу добавляют 10 мл раствора по 5.6.1. В раствор добавляют растворитель до метки 100 мл, затем колбу закрывают и встряхивают для перемешивания.

5.6.3 Раствор, содержащий приблизительно 100 мкг/мл каждого жидкого компонента

Наливают 50 мл растворителя в мерную колбу вместимостью 100 мл. В эту же колбу добавляют 10 мл раствора по 5.6.2. В раствор добавляют растворитель до метки 100 мл, затем колбу закрывают и встряхивают для перемешивания.

¹⁾ В Российской Федерации калибровку в данном случае называют градиуровкой.

5.6.4 Раствор, содержащий приблизительно 10 мкг/мл каждого жидкого компонента

Наливают 50 мл растворителя в мерную колбу вместимостью 100 мл. В эту же колбу добавляют 10 мл раствора по 5.6.3. В раствор добавляют растворитель до метки 100 мл, затем колбу закрывают и встряхивают для перемешивания.

5.6.5 Раствор, содержащий приблизительно 1 мкг/мл каждого жидкого компонента

Наливают 50 мл растворителя в мерную колбу вместимостью 100 мл. В эту же колбу добавляют 10 мл раствора по 5.6.4. В раствор добавляют растворитель до метки 100 мл, затем колбу закрывают и встряхивают для перемешивания.

5.7 Сорбционные трубы для градуировки, приготовленные путем введения градуировочного раствора в сорбент с помощью шприца

Сорбционные трубы для градуировки подготавливают путем введения аликвот растворов в чистые сорбционные трубы с помощью шприца. Сорбционную трубку подсоединяют к устройству ввода газового хроматографа (6.10), через который пропускают чистый инертный газ со скоростью 100 мл/мин, а затем через мембранные с помощью шприца для хроматографии вводят от 1 до 5 мкл соответствующего градуировочного раствора. Через 5 мин трубку отсоединяют и герметично закрывают. Для каждой серии проб подготавливают свежие трубы для градуировки.

Методика ввода градуировочных растворов в сорбционные трубы с помощью устройства ввода жидких проб хроматографа считается оптимальной, поскольку компоненты достигают сорбента в паровой фазе. Градуировочные растворы также допускается вводить в сорбент напрямую с помощью микрощипца (см. 6.3).

Причина — Градуировочные смеси должны подготавливаться в условиях с контролируемой окружающей температурой. Перед использованием градуировочные растворы выдерживают до установления равновесия с окружающей температурой.

5.8 Серийно изготавливаемые заполненные трубы для градуировки

Серийно изготавливаемые сертифицированные заполненные трубы для градуировки допускается использовать для регулярной проверки качества анализа и калибровки хроматографа.

5.9 Инертные газы-носители, например He, Ar, N₂

Чистота газа-носителя должна быть такой, чтобы при проведении анализа в пробе можно было обнаружить введение 0,5 нг толуола.

Причина — Качество газа-носителя имеет большое значение, так как загрязняющие вещества, которые могут содержаться в газах, оказываются в охлаждаемой ловушке вместе с анализируемыми веществами.

6 Аппаратура

При определении ЛОС используют лабораторную аппаратуру, а также аппаратуру, указанную в 6.1—6.10.

6.1 Сорбционные трубы, из нержавеющей стали или стекла, содержащие не менее 200 мг сорбента Тепах ТА (5.3), с металлическими завинчивающимися крышками и уплотнительными прокладками из политетрафторэтилена (далее — ПТФЭ).

Трубы с внешним диаметром 6 мм, внутренним диаметром 5 мм и длиной 90 мм соответствуют требованиям настоящего стандарта и используются во многих серийно изготавляемых устройствах для термической десорбции. Для удержания сорбента в трубке используют дезактивированное стекловолокно или другой подходящий материал, например фильтр из нержавеющей стали.

Используют серийно изготавливаемые и предварительно очищенные сорбционные трубы с Тепах ТА, либо в лабораторных условиях заполняют трубы сорбентом следующим образом.

Взвешивают соответствующее количество сорбента из расчета не менее 200 мг сорбента на трубку, необходимое для обеспечения достаточной сорбционной емкости. В один конец трубы вставляют пробку из дезактивированного стекловолокна или сетки из нержавеющей стали. Заполняют трубку сорбентом, применяя при необходимости метод просасывания. Затем другой конец трубы закрывают.

Причина — Описание определения объема «проскока» приведено в приложении В ИСО 16017-1. Объемы «проскока» должны быть пропорциональны размерам трубы для отбора проб и количеству сорбента. Приблизительное удвоение сорбента в трубке с постоянным диаметром приводит к удвоению гарантированного объема пробы.

6.2 Соединение сорбционных трубок

Допускается последовательно соединять две трубы с помощью металлических навинчивающихся муфт с уплотнительными прокладками из ПТФЭ.

6.3 Микрошприц с ценой деления не более 0,1 мкл.

6.4 Насос для отбора проб

Насос должен соответствовать требованиям [5] или [6].

6.5 Трубки

Для герметичного соединения насоса и трубы для отбора проб используют трубы из полиэтилена (далее — ПЭ) или ПТФЭ соответствующего диаметра. Пластиковые трубы не допускается устанавливать перед сорбентом при отборе проб, так как они могут привнести загрязняющие вещества.

6.6 Расходомер

Пузырьковый расходомер или другое устройство для калибровки газового потока.

6.7 Газохроматографическая система (далее — ГХС) с пламенно-ионизационным и/или масс-спектрометрическим детектором(ами), способным(и) обнаружить введение не более 1 нг толуола, при соотношении сигнал — шум не менее 5:1.

6.8 Капиллярная колонка

Для разделения анализируемых веществ пробы выбирают соответствующую газохроматографическую капиллярную колонку. Колонки с фазой из 100 %-ного смешанного диметилполисилоксана длиной от 30 до 60 м, внутренним диаметром от 0,25 до 0,32 мм и толщиной нанесенной пленки от 0,25 до 0,33 мкм используют для анализа ЛОС в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры.

П р и м е ч а н и е — Колонка из диметилполисилоксана, например колонка HP-1¹⁾, при определенном режиме работы термостата не разделяет d-3-Карен и 2-Этил-1-гексанол, а также м- и п-Ксиолы.

6.9 Устройство для термической десорбции для проведения двухстадийной термической десорбции ЛОС из сорбционных трубок и переноса десорбированных паров с помощью потока инертного газа в ГХС

В состав данного устройства входит держатель для фиксации сорбционных трубок во время их нагрева и одновременной отдувки с помощью инертного газа-носителя. Температура и время десорбции, а также расход газа-носителя регулируются. Устройство может включать в себя дополнительные элементы, такие, как устройства автоматической загрузки трубок для отбора проб и проверки утечек, охлаждающей ловушки и других устройств для концентрирования десорбированной пробы. Десорбированную пробу с потоком газа-носителя направляют в капиллярную колонку газового хроматографа через подогреваемую линию передачи.

6.10 Устройство ввода жидкых проб газового хроматографа, используемое для подготовления сорбционных трубок для градуировки (необязательно)

Для подготовки сорбционных трубок для градуировки допускается использовать обычное устройство ввода газового хроматографа, которое может быть составной частью газового хроматографа или быть смонтировано отдельно. Линия газа-носителя должна оставаться подсоединеной к устройству ввода. Конструкцией устройства ввода должна быть предусмотрена возможность подсоединения к нему, при необходимости, трубы для отбора проб, что может быть выполнено путем уплотнения соединения с помощью кольцевого зажима.

7 Подготовка и хранение сорбционных трубок

7.1 Подготовка

Перед каждым отбором проб предварительно очищенные сорбционные трубы выдерживают при температуре 300 °C в течение 10 мин в потоке инертного газа-носителя при его расходе от 50 до 100 мл/мин для удаления следов ЛОС, которые могли быть уловлены трубкой. Анализируют необходимое число подготовленных трубок для получения холостого показания, используя при этом обычные аналитические характеристики, с целью подтверждения того, что термическая десорбция при холостом опыте незначительна. Уровень холостых показаний для сорбционной трубы считают приемлемым, если пики для искусственных средств идентификации составляют не более 10 % площадей, характерных для анализируемых веществ. Если уровень холостых показаний не приемлем, то повторяют процедуру подготовки трубок. Если после повторной подготовки уровень холостых показаний остается неприемлемым, трубы заново заполняют сорбентом (см. 6.1).

¹⁾ HP-1 является торговым названием продукта, выпускаемого Agilent, Inc. Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является рекламой ИСО названного продукта. Возможно использование других колонок, если может быть доказано, что они позволяют получить аналогичные результаты.

7.2 Хранение подготовленных трубок с сорбентом до отбора проб

Герметично закрывают подготовленные сорбционные трубки с помощью металлических завинчивающихся крышек с прокладками из ПТФЭ и хранят в чистом, свободном от выделений контейнере при комнатной температуре. Подготовленные трубки для отбора проб должны быть использованы в течение четырех недель. При хранении трубок более четырех недель перед отбором проб проводят их повторную подготовку.

8 Калибровка насоса

Насос калибруют вместе с подсоединенными сорбционной трубкой с использованием соответствующего откалиброванного измерительного прибора.

9 Отбор проб

9.1 Отбор проб воздуха замкнутых помещений

Собирают линию отбора проб. Если во избежание «проскока» для отбора одной пробы используют несколько трубок, то их последовательно соединяют с помощью муфт (см. 6.2.) К трубке или последовательности сорбционных трубок присоединяют насос с помощью системы трубок из ПЭ или ПТФЭ. Включают насос, отмечают и записывают значение расхода воздуха при отборе проб или регистрируют показание, отмечают время начала отбора проб, температуру и, при необходимости, барометрическое давление. Приемлемым считают расход воздуха в диапазоне от 50 до 200 мл/мин. В конце периода отбора проб отмечают и записывают значение расхода или регистрируют показание, выключают насос, отмечают и записывают время, температуру и, при необходимости, барометрическое давление. Трубку для отбора проб отсоединяют от линии отбора проб и герметично закрывают оба ее конца с помощью завинчивающихся крышек с прокладками из ПТФЭ.

Если расход воздуха при отборе проб определяют с помощью встроенного расходомера, например массового расходомера, трубку для отбора проб подсоединяют к линии отбора проб, включают насос, отмечают и записывают время, значение расхода воздуха или регистрируют показание. Отмечают и записывают температуру и, при необходимости, барометрическое давление. Приемлемым считают расход воздуха в диапазоне от 50 до 200 мл/мин. В конце периода отбора проб отмечают и записывают значение расхода воздуха или регистрируют показание, выключают насос, отмечают и записывают время, когда насос был выключен. Трубку для отбора проб отсоединяют от линии отбора проб и герметично закрывают оба ее конца с помощью завинчивающихся крышек с прокладками из ПТФЭ.

Отбор проб воздуха замкнутых помещений проводят с учетом требований ИСО 16000-1.

По усмотрению оператора допускается отбор проб при расходе менее 50 мл/мин, например, чтобы отбор проб проходил в течение более продолжительного периода времени.

9.2 Отбор проб воздуха испытательной камеры

Собирают линию отбора проб. Включают насос. Если расход воздуха при отборе проб определяют с помощью расходомера, то отмечают и записывают значение расхода воздуха. Приемлемым считают расход воздуха в диапазоне от 50 до 200 мл/мин. При отборе проб воздуха из испытательной камеры поток не должен превышать 80 % расхода воздуха в камере. Трубку для отбора проб подсоединяют к выходному отверстию или отверстию для отбора проб испытательной камеры, отмечают и записывают время подсоединения трубы. Отмечают и записывают температуру в испытательной камере и, при необходимости, барометрическое давление. В конце периода отбора проб отсоединяют трубку для отбора проб от выходного отверстия испытательной камеры, отмечают и записывают время отсоединения, повторно определяют скорость потока воздуха при отборе проб и выключают насос. Трубку для отбора проб отсоединяют от линии отбора проб и герметично закрывают оба ее конца с помощью завинчивающихся крышек с прокладками из ПТФЭ.

Если расход воздуха при отборе проб определяют с помощью встроенного расходомера, например массового расходомера, трубку для отбора проб подсоединяют к линии отбора проб, а затем к выходному отверстию испытательной камеры, включают насос, отмечают и записывают время, значение расхода воздуха или регистрируют показание. Отмечают и записывают температуру и, при необходимости, барометрическое давление. Приемлемым считают расход воздуха в диапазоне от 50 до 200 мл/мин. В конце периода отбора проб отмечают и записывают значение расхода воздуха или регистрируют показание, выключают насос, отмечают и записывают время выключения насоса. Трубку для отбора проб отсоединяют от линии отбора проб и герметично закрывают оба ее конца с помощью завинчивающихся крышек с прокладками из ПТФЭ.

9.3 Объемы проб

Гарантированный объем пробы (далее — ГОП) — объем анализируемого воздуха, который может быть отобран без «проскока» ЛОС (значения ГОП приведены в приложении В). Обычно объем пробы при отборе проб ЛОС в воздухе непромышленных помещений составляет от 1 до 5 л для трубок, содержащих 200 мг сорбента Тенах ТА. При анализе загрязняющих веществ, выделяемых материалами, подходящий объем пробы определяется типом и сроком эксплуатации материала, коэффициентом загрузки и скоростью воздухообмена в испытательной камере. Рекомендуемый объем пробы — не более 5 л.

Объем пробы должен быть приведен в соответствие с ожидаемыми концентрациями. Если концентрации неизвестны, рекомендуется отбирать не менее трех параллельных проб различного объема. Если результат анализа не зависит от объема пробы, то «проскок» анализируемых веществ не влияет на результат анализа.

9.4 Хранение отобранных проб

Сорбционные трубки с пробами герметично закрывают и хранят в чистом, свободном от выделений контейнере при комнатной температуре. Влияние срока и условий хранения ЛОС, отобранных в воздухе замкнутых помещений или испытательной камеры, неизвестно, однако опыт показывает (см. приложение С), что пробы могут оставаться стабильными при комнатной температуре в течение нескольких месяцев. Во избежание возможных изменений анализ пробы должен быть проведен как можно быстрее, но не позднее, чем через четырех недели после отбора.

9.5 Холостые пробы

Холостые пробы отбирают с помощью сорбционных трубок с Тенах ТА для отбора проб, идентичных трубкам, используемым для отбора ЛОС. На месте отбора с этими трубками обращаются также, как с трубками для отбора проб, за исключением самого процесса отбора проб. Холостые пробы маркируют, хранят, а затем проводят их анализ последовательно с пробами определяемых ЛОС. При проведении большого числа измерений около 10 % анализируемых проб должны быть холостыми. При проведении небольшого числа измерений отбирают и проводят анализ не менее одной холостой пробы.

10 Анализ

10.1 Общие положения

ЛОС извлекают из трубок для отбора проб методом термической десорбции. Отдельные ЛОС разделяют на капиллярных колонках газового хроматографа и определяют с помощью пламенно-ионизационного детектора (далее — ПИД) и масс-спектрометрического детектора (далее — МСД) или только с помощью МСД. МСД может быть использован как для идентификации, так и для количественного определения соединений, в то время как сигналы ПИД используют только для количественного определения соединения.

Если МСД и ПИД используют совместно, то детекторы могут быть установлены как на одном, так и на разных газовых хроматографах. В последнем случае необходимо обеспечить идентичные ввод пробы и параметры разделения обоих газовых хроматографов для получения сопоставимых хроматограмм.

Если количественное определение проводят с помощью ПИД, для каждой серии проб должен быть проведен анализ градуировочных газовых смесей различных концентраций или, по крайней мере, одной такой смеси для проверки характеристик системы.

Когда ЛОС количественно определяют с помощью МСД, для проверки калибровки для каждой серии проб проводят анализ градуировочных смесей не менее трех (лучше пяти — семи) различных концентраций.

Внутренние стандарты, например помеченные изотопами соединения, допускается использовать для контроля отбора и анализа проб.

10.2 Термическая десорбция

Для термической десорбции выбирают такие время экспозиции и расход газа-носителя, чтобы эффективность десорбции для октадекана была не менее 95 %. Методика определения эффективности десорбции приведена в ИСО 16017-1.

Типичные условия десорбции для анализа ЛОС с использованием вторичной охлаждаемой ловушки и трубки для отбора проб, содержащей от 200 до 250 мг Тенах ТА:

| | |
|--|----------------------|
| температура десорбции | от 260 °C до 280 °C; |
| время десорбции | от 5 до 15 мин; |
| расход газа при десорбции | от 30 до 50 мл/мин; |
| максимальная температура в охлаждаемой ловушке | 280 °C; |

минимальная температура в охлаждаемой ловушке минус 30 °С;
сорбент в охлаждаемой ловушке Тенах ТА;
температура линии передачи 220 °С.

Коэффициенты разделения ЛОС между трубкой для отбора проб и вторичной ловушкой и между вторичной ловушкой и аналитической колонкой (если применяется) выбирают в зависимости от ожидаемого их содержания в воздухе в соответствии с инструкцией изготовителя устройств для термической десорбции).

При мечани — Наиболее летучие из ВЛОС при этих условиях могут «прокочить» через охлаждаемую ловушку и при анализе количественно определяться не будут.

10.3 Температурный режим

Для достижения хорошего разделения ЛОС за минимальное время при анализе смесей веществ с сильно различающимися температурой кипения и полярностями необходимо соответствующее программирование температурного режима термостата.

10.4 Анализ проб

Пробы ЛОС должны быть проанализированы в течение четырех недель с момента отбора. Последовательно проводят анализ холостых проб и соответствующих стандартных образцов с пробами определяемых веществ. Идентифицируют ЛОС с помощью МСД и количественно определяют их на основе хроматограмм, полученных с помощью ПИД или МСД.

11 Идентификация отдельных летучих органических соединений

Для идентификации отдельных ЛОС, не являющихся объектом данного анализа, проводят анализ проб с помощью МСД в режиме сканирования. Идентифицируют отдельные ЛОС, обнаруженные в пробе, используя хроматограмму по полному ионному току, полученную с помощью МСД, и времени удерживания соединения. Сравнивают хроматограмму с масс-спектрами чистых веществ либо с доступными для приобретения сокращениями (библиотеками) масс-спектров. Также могут быть использованы библиотеки, созданные пользователем. Соответствие времени удерживания, полученного при анализе и градировке по известному соединению, используемому для калибровки отдельной колонки, не должно быть единственным критерием идентификации.

Проводят идентификацию максимально возможного числа соединений, особенно тех, которые соответствуют 10 наибольшим пикам и массовая концентрация которых более 2 мкг/м³. Перечень ЛОС, которые в соответствии с имеющимся опытом наиболее часто присутствуют в воздухе замкнутых помещений и выделяются материалами, приведен в приложении А. Идентификацию считают удовлетворительной, если на хроматограмме суммарная площадь пиков идентифицированных ЛОС соответствует 2/3 общей площади всех пиков соединений, которые элюируются в диапазоне от C₆ до C₁₆ включительно.

При работе с МСД также может быть использован режим селективного мониторинга ионов (далее — СМИ). Выбор режима делает оператор, который должен знать о различиях режима СМИ и режима сканирования.

12 Содержание анализируемых веществ в отобранном воздухе

12.1 Общие положения

Количественно определяют идентифицированные компоненты пробы с использованием их индивидуальных коэффициентов отклика, если для них имеется стандартный образец. В других случаях количественное определение проводят на основе коэффициента отклика толуола. Неидентифицированные компоненты количественно определяют с использованием коэффициента отклика толуола.

12.2 Летучие органические соединения

Коэффициенты отклика отдельных соединений и линейность ПИД и МС по отношению к анализируемым соединениям определяют с помощью калибровки аналитической системы по градиуровочным растворам (5.5, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5 или 5.9). Строят градиуровочный график по не менее чем трем градиуровочным растворам, значения массовой концентрации которых равномерно распределены по диапазону при линейной градиуровочной характеристике (рекомендуется использовать 5 или 7 различных градиуровочных растворов). Наименьшее значение массовой концентрации градиуровочного раствора не должно превышать наименьшее значение массовой концентрации в пробе.

Площади пиков на хроматограмме отдельного ЛОС пропорциональны массе введенного компонента пробы. Для каждого соединения определяют соотношение между массой введенного аналита и соответствующей площадью пика. Угол наклона градуировочного графика в области линейного диапазона является коэффициентом отклика анализируемого ЛОС

$$A_{St} = b_{St} m_{St} + c_{St}, \quad (1)$$

где A_{St} — площадь пика анализируемого вещества на хроматограмме градуировочного раствора в соответствующих единицах физических величин;

b_{St} — тангенс угла наклона градуировочного графика в соответствующих единицах физических величин/нг;

m_{St} — масса анализируемого вещества в градуировочном растворе, нг;

c_{St} — длина отрезка, отсекаемого градуировочным графиком на оси ординат, в соответствующих единицах физических величин. Если градуировочный график проходит через начало координат, то c_{St} принимают равным 0.

Массу анализируемого вещества в пробе вычисляют по площади пика, полученного с помощью детектора с использованием коэффициента отклика анализируемого вещества по формуле

$$m_A = \frac{A_A}{b_{St}} - c_{St}, \quad (2)$$

где m_A — масса анализируемого вещества в пробе, нг;

A_A — площадь пика анализируемого вещества на хроматограмме пробы в соответствующих единицах физических величин;

b_{St} — тангенс угла наклона градуировочного графика в соответствующих единицах физических величин/нг;

c_A — длина отрезка, отсекаемого градуировочным графиком на оси ординат, нг. Если градуировочный график проходит через начало координат, то c_A принимают равным 0.

Массовую концентрацию идентифицированных ЛОС в пробе воздуха вычисляют по формуле

$$\rho_A = \frac{m_A - m_{A0}}{V}, \quad (3)$$

где ρ_A — массовая концентрация анализируемого вещества в пробе воздуха, мкг/м³;

m_A — масса анализируемого вещества в трубке для отбора проб, нг;

m_{A0} — масса анализируемого вещества в трубке для холостой пробы, нг;

V — объем пробы, л.

При необходимости, значение массовой концентрации приводят к 20 °С и 101,3 кПа по формуле

$$\rho_{A,101,3;293} = \rho_A = \frac{1013}{\rho} \times \frac{(t + 273)}{293}, \quad (4)$$

где ρ — реальное давление отбиравшего воздуха, кПа;

t — реальная температура отбиравшего воздуха, °С.

Неидентифицированные соединения в пробе определяют количественно с использованием полученного при калибровке коэффициента отклика для толуола.

12.3 Общие летучие органические соединения (ОЛОС)

Содержание ОЛОС определяют следующим образом.

Учитывают всю площадь хроматограммы между пиками *n*-Гексана и *n*-Гексадекана. Используя коэффициент отклика для толуола, пересчитывают площадь в единицы массы по толуолу. По формуле (3) вычисляют массовую концентрацию ОЛОС в отобранном воздухе.

При использовании МСД для этой цели должны быть установлены параметры «настройки стандартных спектров» или эквивалентные параметры МСД. В противном случае отдают предпочтение использованию ПИД.

П р и м е ч а н и я

1 Данные рекомендации приведены для улучшения сопоставимости результатов по ОЛОС.

2 Определение ОЛОС в пересчете на эквиваленты толуола является полукачественным, так как индивидуальные соединения в смеси могут иметь коэффициенты отклика, сильно отличающиеся от коэффициента отклика толуола.

12.4 Высоко- и среднелетучие органические соединения, не входящие в состав общих летучих органических соединений

Для получения информации о дополнительных органических соединениях, присутствующих в воздухе замкнутых помещений или выделяемых материалами в испытательной камере, необходимо не только определить содержание ЛОС, но и получить информацию о ВЛОС и СЛОС, то есть органических соединениях, элюирующихся до C_8 и после C_{16} . Для этого общую площадь пиков соединений, обнаруженных за пределами диапазона от C_6 до C_{16} , пересчитывают на эквиваленты толуола по формулам (2) и (3) с использованием коэффициента отклика толуола. Индивидуальные соединения, элюирующиеся до гексана и после гексадекана, должны быть, по возможности, идентифицированы, а их суммарное содержание приписываются ВЛОС и СЛОС соответственно. Качество результатов, полученных таким образом, будет ниже, чем качество результатов анализа ЛОС, так как используемые методики отбора и анализа проб могут не подходить для определения ВЛОС и СЛОС.

Причина — Для количественного определения ЛОС, не попавших в диапазон ОЛОС, могут быть использованы другие сорбенты и условия анализа (см. ИСО 16017-1).

13 Характеристики

Перед использованием метода, установленного в настоящем стандарте, следует определить его характеристики по [7]. Это определение должно включать в себя, как минимум, оценку составляющих неопределенности, источниками которой являются:

отбор проб:

- поток,
- время,
- температура,
- давление,
- эффективность отбора проб;

целостность отбора проб:

- измерение и стабильность,
- стабильность холостых показаний;
- эффективность десорбции;

калибровка:

- эталоны,
- несоответствие градуировочной функции;

анализ:

- повторяемость,
- уровень холостых показаний;

влияния окружающей среды:

- температура при отборе проб,
- влажность при отборе проб,
- мешающие вещества;

- повторяемость в условиях применения;

технические средства камеры:

- воздухообмен,
- подготовка образцов для испытаний.

Точность и повторяемость (сходимость) метода измерений являются важными факторами, которые должны быть определены для оценки результатов измерений и применимости метода для поставленных целей. Точность метода измерений ЛОС может быть определена, если могут быть созданы среды с известным уровнем массовой концентрации в микрограммах на кубический метр. Поскольку сделать это довольно трудно, большинство исследователей определяют только повторяемость (сходимость) метода измерений путем повторного отбора и анализа проб одной и той же газовой смеси.

При исследовании хлорированных бутадиенов в воздухе замкнутых помещений оценка неопределенности результатов измерений была проведена по [7]. Суммарная относительная неопределенность измерения гексахлорбутадиена с объемной долей $0,6 \times 10^{-3}$ составила $\pm 12\%$, а расширенная относительная неопределенность (при доверительной вероятности 95 %) — $\pm 23\%$ [8].

Сходимость отбора проб неполярных углеводородов из баллона с градуированной газовой смесью, содержащей шесть ЛОС, приведена в [9]. Для проб объемом 2 л сходимость на сорбенте Тенах ТА составила менее 10 %, а для проб объемом 0,5 л — 12 %.

П р и м е ч а н и е — Для оценки согласованности работы испытательных лабораторий по определению ЛОС, выделяемых строительными материалами и предметами мебели, были проведены межлабораторные сличения, результаты которых приведены в [10] и [11].

14 Протокол измерений

Протокол измерений¹⁾ должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- a) цель измерений;
 - b) описание места отбора проб;
 - c) время и дату отбора проб;
 - d) условия отбора проб (температура, относительная влажность);
 - e) ссылку на настоящий стандарт;
 - f) полное описание методики отбора проб;
 - g) полное описание методики анализа;
 - h) предел обнаружения метода анализа;
 - i) результаты измерений массовой концентрации (или содержания), включая вычисления и использованные методы калибровки;
 - j) неопределенность полученных результатов измерений.
- В результатах измерений должны быть указаны следующие значения:
- массовая концентрация ОЛОС, определенная с помощью ПИД или МСД, выраженная в эквивалентах толуола;
 - общая массовая концентрация ВЛОС и СЛОС (обнаруженных до C_6 и после C_{16}), определенная с помощью ПИД или МСД.

15 Контроль качества результатов измерений

При проведении контроля качества результатов измерений необходимо поддерживать соответствующий уровень контроля, включающий в себя проверку того, что:

- холостые пробы приготовлены в соответствии с 9.5;
- уровень холостых показаний для сорбционной трубки является приемлемым, если пики примесей составляют не более 10 % типичных площадей пиков для определяемых веществ;
- эффективность десорбции ЛОС может быть проверена с использованием внутренних стандартов по ИСО 16017-1. Для контроля коэффициентов отклика последовательно с реальными пробами анализируют градиуровочную смесь выбранных представительных веществ;
- сорбционная емкость может быть проверена с использованием резервных трубок либо путем отбора проб различного объема, меньшего, чем гарантированный объем пробы;
- определение повторяемости метода измерений было проведено, например, с помощью отбора и анализа идентичных проб. При этом относительное стандартное отклонение должно быть не более 15 %;
- степень извлечения углеводородов от C_6 до C_{16} составляет 95 %.

¹⁾ Кроме требований, приведенных в данном разделе, протокол измерений должен также соответствовать требованиям ИСО/МЭК 17025:2005 [12].

Приложение А
(справочное)**Примеры веществ, обнаруживаемых в воздухе замкнутых помещений и выделяемых строительными материалами в испытательных камерах**

Таблица А.1 — Примеры веществ, обнаруживаемых в воздухе замкнутых помещений и выделяемых строительными материалами в испытательной камере по [13], [14]

| Химическое соединение | Номер по CAS | Температура кипения, °C |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Ароматические углеводороды | | |
| 1,2,3-Триметилбензол | 526-73-8 | 176 |
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол | 95-93-2 | 197 |
| 1,2,4-Триметилбензол | 95-63-6 | 169 |
| 1,3,5-Триметилбензол | 108-67-8 | 165 |
| 1,3-Дизопропилбензол | 99-62-7 | 203 |
| 1,4-Дизопропилбензол | 100-18-5 | 203 |
| 1-Метил-2-пропилбензол | 1074-17-5 | — |
| 1-Метил-3-пропилбензол | 1074-43-7 | 175 |
| 1-Пропенилбензол | 637-50-3 | 175 |
| 2-Этилтолуол | 611-14-3 | 165 |
| 3-Этилтолуол/4-этилтолуол | 620-14-4/622-96-8 | 162 |
| 2-Фенилоктан | 777-22-0 | 123 |
| 4-Фенилциклогексен | 4994-16-5 | 251 ^a |
| 5-Фенилдекан | 4537-11-5 | — |
| 5-Фенилундекан | 4537-15-9 | — |
| α-Метилстирол | 98-83-9 | 165 |
| Бензол | 71-43-2 | 80 |
| Этилбензол | 100-41-4 | 136 |
| Этилилбензол/этинилбензол | 536-74-3 | 144 |
| Изопропилбензол | 98-82-8 | 152 |
| м/п-Метилстирол | 100-80-1/622-97-9 | 168/169 |
| м/п-Ксиол | 108-38-3/106-42-3 | 139/138 |
| Наftалин | 91-20-3 | 218 |
| н-Бутилбензол | 104-51-8 | 183 |
| н-Пропилбензол | 103-65-1 | 159 |
| о-Метилстирол | 611-15-4 | 171 |
| о-Ксиол | 95-47-6 | 144 |
| Стирол | 100-42-5 | 145 |
| Толуол | 108-88-3 | 111 |

Продолжение таблицы А.1

| Химическое соединение | Номер по CAS | Температура кипения, °C |
|---|---------------------|-------------------------|
| Алифатические углеводороды от C ₆ до C ₁₆ | | |
| 1-Децен | 872-05-9 | 171 |
| 1-Октен | 111-66-0 | 121 |
| 2,2,4,6,6-Пентаметилгептан | 13475-82-6 | 178 |
| 2,4,6-Триметилоктан | 62016-37-9 | |
| 2-Метилгексан | 591-76-4 | 90 |
| 2-Метилнонан | 871-83-0 | 167 |
| 2-Метилоктан | 3221-61-2 | 143 |
| 2-Метилпентан | 107-83-5 | 60 ^b |
| 3,5-Диметилоктан | 15869-93-9 | 159 |
| 3-Метилгексан | 589-34-4 | 92 |
| 3-Метилоктан | 2216-33-3 | 143 |
| 3-Метилпентан | 96-14-0 | 63 ^b |
| 4-Метилдекан | 2847-72-5 | 189 |
| Изододекан | 31807-55-3 | 216 |
| н-Декан | 124-18-5 | 174 |
| н-Додекан | 112-40-3 | 216 |
| н-Гептан | 142-82-5 | 98 |
| н-Гексадекан | 544-76-3 | 287 |
| н-Гексан | 110-54-3 | 69 |
| н-Нонан | 111-84-2 | 151 |
| н-Октан | 111-65-9 | 125 |
| н-Пентадекан | 629-62-9 | 271 |
| н-Тетрадекан | 629-59-4 | 254 |
| н-Тридекан | 629-50-5 | 235 |
| н-Ундекан | 1120-21-4 | 196 |
| Циклоалканы | | |
| 1,4-Диметилциклогексан | 589-90-2 | 124 |
| 1-Метил-4-метилэтилциклогексан (цис /транс) | 6069-98-3/1678-82-6 | 167 |
| Циклогексан | 110-82-7 | 81 |
| Метилциклогексан | 108-87-2 | 101 |
| Метилцикlopентан | 96-37-7 | 72 |
| Терпены | | |
| β-Карифиллен | 87-44-5 | 129 |
| α-Пинен | 80-56-8 | 156 |
| β-Пинен | 18172-67-3 | 164 |
| 3-Карен | 13466-78-9 | 167 |
| α-Цедрен | 469-61-4 | 262 |
| Камfen | 79-92-5 | 158 |
| Лимонен | 138-86-3 | 176 |
| Лонгифолен | 475-20-7 | 254 |
| Терпентин | 8006-64-2 | От 150 до 180 |

ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007

Продолжение таблицы А.1

| Химическое соединение | Номер по CAS | Температура кипения, °C |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| Спирты | | |
| 1-Бутанол | 71-36-3 | 118 |
| 1-Гексанол | 111-27-3 | 158 |
| 1-Октанол | 111-87-5 | 194 |
| 1-Пентанол | 71-41-0 | 137 |
| 1-Пропанол | 71-23-8 | 97 |
| 2-Этил-1-гексанол | 104-76-7 | 182 |
| 2-Метил-1-пропанол (изобутанол) | 78-83-1 | 108 |
| 2-Метил-2-пропанол | 75-65-0 | 82 |
| 2-Пропанол | 67-63-0 | 82 |
| ВНТ ¹⁾ (2,6-Дитретбутил-4-метилфенол) | 128-37-0 | 265 |
| Циклогексанол | 108-93-0 | 161 |
| Фенол | 108-95-2 | 182 |
| 2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол-изобутират | 25265-77-4 | 244 |
| Гликоли/эфиры гликолов | | |
| 1-Метокси-2-пропанол | 107-98-2 | 118 |
| 2-Бутоксиэтанол | 111-76-2 | 171 |
| 2-Бутоксизотоксиэтанол | 112-34-5 | 231 |
| 2-Этосизэтанол | 110-80-5 | 136 |
| 2-Метоксизэтанол | 109-86-4 | 125 |
| 2-Феноксизэтанол | 122-99-6 | 245 |
| 3-Фенил-1-пропанол | 6180-61-6 | 235 |
| 2-(2-Бутоксизтокси)этанол | 112-34-5 | 230 |
| Диметоксизтан | 110-71-4 | 85 |
| Диметоксиметан | 109-87-5 | 42 ^b |
| Пропиленгликоль | 57-55-6 | 189 |
| Альдегиды | | |
| 2-Бутеналь | 123-73-9 | 104 |
| 2-Дециналь | 2497-25-8 | |
| 2-Этилгексаналь | 123-05-7 | 163 |
| 2-Фуранкарбоксиальдегид | 98-01-1 | 162 |
| 2-Гептеналь (цис/транс) | 57266-86-1/18829-55-5 | От 90 до 91 при 50 мм рт. ст. |
| 2-Ноненаль | 2463-53-8 | От 100 до 102 при 16 мм рт. ст. |
| 2-Пентеналь | 1576-87-0 | От 115 до 125 |
| 2-Ундеценал | 1337-83-3 | |
| Ацетальдегид | 75-07-0 | 21 ^b |
| Бензальдегид | 100-52-7 | 179 |
| Бутаналь | 123-72-8 | 76 |
| Деканаль | 112-31-2 | 208 |

¹⁾ ВНТ (butylated hydroxytoluene) — бутилированный гидрокситолуол.

Продолжение таблицы А.1

| Химическое соединение | Номер по CAS | Температура кипения, °C |
|---|--------------|-------------------------|
| Гептанааль | 111-71-7 | 153 |
| Гексанааль | 66-25-1 | 129 |
| Нонанааль | 124-19-6 | 190 |
| Октианааль | 124-13-0 | 171 |
| Пентанааль | 110-62-3 | 103 |
| Пропанааль | 123-38-6 | 49 ^b |
| Кетоны | | |
| 2-Бутанон | 78-93-3 | 80 |
| 2-Метилциклогексанон | 583-60-8 | 163 |
| 2-Метилцикlopентанон | 1120-72-5 | 139 |
| 3-Метил-2-бутанон | 563-80-4 | 95 |
| 4-Метил-2-пентанон | 108-10-1 | 117 |
| 3,5,5-Триметилциклогекс-2-енон | 78-59-1 | 214 |
| Ацетон | 67-64-1 | 56 ^b |
| Ацетофенон | 98-86-2 | 202 |
| Циклогексанон | 108-94-1 | 155 |
| Цикlopентанон | 120-92-3 | 130 |
| Метилэтилкетон | 78-93-3 | 80 |
| Метилизобутилкетон | 108-10-1 | 118 |
| Галоидированные углеводороды | | |
| 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | 630-20-6 | 130 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 79-34-5 | 146 |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 71-55-6 | 74 |
| 1,1,2-Трихлорэтан | 79-00-5 | 114 |
| 1,2-Дихлорэтан | 107-06-2 | 84 |
| 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | 173 |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 56-23-5 | 76 |
| Хлорбензол | 108-90-7 | 131 |
| Дихлорметан | 75-09-2 | 40 ^b |
| Тетрахлорэтен | 127-18-4 | 121 |
| Трихлорэтен | 79-01-6 | 87 |
| Кислоты | | |
| 2,2-Диметилпропановая кислота | 75-98-9 | 164 |
| Уксусная кислота | 64-19-7 | 118 |
| Бутановая кислота | 107-92-6 | 163 |
| Гептановая кислота | 111-14-8 | 223 |
| Гексадекановая кислота | 57-10-3 | 350 |
| Гексановая кислота | 142-62-1 | 202 |
| Изобутановая кислота | 79-31-2 | 153 |

ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007

Окончание таблицы А.1

| Химическое соединение | Номер по CAS | Температура кипения, °C |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Октановая кислота | 124-07-2 | 240 |
| Пентановая кислота | 109-52-4 | 186 |
| Пропановая кислота | 79-09-4 | 141 |
| Эфиры | | |
| 2-Этоксизтилацетат | 111-15-9 | 156 |
| 2-Этилгексилацетат | 103-09-3 | 198 |
| 2-Метоксизтилацетат | 110-49-6 | 145 |
| Бутоксизтилацетат | 112-07-2 | 192 |
| Бутилацетат | 123-86-4 | 126 |
| Бутилформиат | 592-84-7 | 107 |
| Этилацетат | 141-78-6 | 77 |
| Этилакрилат | 140-88-5 | 100 |
| Изобутилацетат | 110-19-0 | 118 |
| Изопропилацетат | 108-21-4 | 90 |
| Линалоолацетат | 115-95-7 | 220 |
| Метилакрилат | 96-33-3 | 81 |
| Метилметакрилат | 80-62-6 | 100 |
| Пропилацетат | 109-60-4 | 102 |
| 2,2,4-Триметилпентандиолдизо-бутират | 6846-50-0 | 424 |
| Винилацетат | 108-05-4 | 72 ^b |
| Фталаты | | |
| Алкилфталаты | | |
| Дибутилфталат | 84-74-2 | 340 |
| Диметилфталат | 131-11-3 | 284 |
| Другие | | |
| 1,4-Диоксан | 123-91-1 | 101 |
| 1-Метил-2-пирролидинон | 872-50-4 | 202 |
| 2-Пентилфуран | 3777-69-3 | > 120 |
| Анилин | 62-53-3 | 184 |
| Капролактам | 105-60-2 | 267 |
| Инден | 95-13-6 | 182 |
| Нитробензол | 98-95-3 | 211 |
| Пиридин | 110-86-1 | 116 |
| Тетрагидрофуран | 109-99-9 | 67 ^b |

^a Значение для 1-Фенилциклогексена.

^b Вещества с температурой кипения ниже температуры кипения гексана количественно не удерживаются Техах ТА, если используются размер трубки и объемы проб, установленные в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и я

1 Гарантированные объемы проб для паров органических веществ приведены в приложении В.

2 При анализе ЛОС, элюирующихся до *n*-Гексана, могут быть использованы дополнительные сорбенты, приведенные в ИСО 16017-1.

Приложение В
(справочное)

Гарантированные объемы проб для паров некоторых органических соединений, отобранных на Тенах ТА

Данные по экстраполяции объемов удерживания и гарантированных объемов проб для органических паров, отобранных при температуре 20 °С в трубку, содержащую 200 мг Тенах ТА по [2], [15], [16], [17] приведены в таблице В.1. Номера соединений по CAS — по таблице А.1.

Таблица В.1 — Гарантированные объемы проб для паровой фазы ЛОС, отобранный на Тенах ТА

| Органическое соединение | Температура кипения, °С | Давление пара, кПа (25 °С) | Удерживаемый объем, л | ГП | | Температура десорбции, °С |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | л | л/г | |
| Углеводороды | | | | | | |
| Гексан | 69 | 16 | 6,4 | 3,2 | 16 | 110 |
| Гептан | 98 | 4,7 | 34 | 17 | 85 | 130 |
| Октан | 125 | 1,4 | 160 | 80 | 390 | 140 |
| Нонан | 151 | 0,5 | 1400 | 700 | 3500 | 150 |
| Декан | 174 | 0,13 | 4200 | 2100 | $1,0 \times 10^4$ | 160 |
| Ундекан | 196 | 0,14 | $2,5 \times 10^4$ | $1,2 \times 10^4$ | $6,0 \times 10^4$ | 170 |
| Додекан | 216 | 0,04 | $1,26 \times 10^5$ | $6,3 \times 10^4$ | $3,0 \times 10^5$ | 180 |
| Бензол | 80 | 10,1 | 13 | 6,2 | 31 | 120 |
| Толуол | 111 | 2,9 | 76 | 38 | 190 | 140 |
| Ксиол | От 138 до 144 | От 0,67 до 0,87 | 600 | 300 | 1500 | 140 |
| Этилбензол | 136 | 0,93 | 360 | 180 | 900 | 145 |
| Пропилбензол | 159 | 0,3 | 1700 | 850 | 4000 | 160 |
| Изопропилбензол | 152 | 0,4 | 960 | 480 | 2400 | 160 |
| Этилтолуол | 162 | — | 2000 | 1000 | 5000 | 160 |
| Триметилбензол | От 165 до 176 | От 0,15 до 0,2 | 3600 | 1800 | 8900 | 170 |
| Стирол | 145 | 0,88 | 600 | 300 | 1500 | 160 |
| Метилстирол | 167 | 0,3 | 2400 | 1200 | 6000 | 170 |
| Хлорированные углеводороды | | | | | | |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) | 76 | 12 | 12 | 6,2 | 31 | 120 |
| 1,2-Дихлорэтан | 84 | 8,4 | 11 | 5,4 | 27 | 120 |
| 1,1,1-Трихлорэтан | 74 | 2,7 | Не рекомендуется Тенах ТА | | | |
| 1,1,2-Трихлорэтан | 114 | 2,5 | 68 | 34 | 170 | 120 |
| 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | 130 | От 0,6 до 0,7 | 160 | 78 | 390 | 150 |
| 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 146 | 0,67 | 340 | 170 | 850 | 150 |
| Трихлорэтилен | 87 | 2,7 | 11,2 | 5,6 | 28 | 120 |
| Тетрахлорэтилен | 121 | 1,87 | 96 | 48 | 240 | 150 |
| Хлорбензол | 131 | 1,2 | 52 | 26 | 130 | 140 |

ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007

Окончание таблицы В.1

| Органическое соединение | Температура кипения, °C | Давление пара, кПа (25 °C) | Удерживаемый объем, л | ГПП | | Температура десорбции, °C |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | л | л/г | |
| Эфиры и эфиры гликолей | | | | | | |
| Этилацетат | 71 | 9,7 | 7,2 | 3,6 | 18 | 120 |
| Пропилацетат | 102 | 3,3 | 36 | 18 | 92 | 140 |
| Изопропилацетат | 90 | 6,3 | 12 | 6 | 31 | 120 |
| Бутилацетат | 126 | 1,9 | 170 | 85 | 420 | 150 |
| Изобутилацетат | 115 | 2,7 | 265 | 130 | 650 | 130 |
| трет-Бутилацетат | 98 | — | | Не рекомендуется Тенах ТА | | |
| Метилакрилат | 81 | От 9 до 11 | 13 | 6,5 | 32 | 120 |
| Этилакрилат | 100 | 3,9 | 48 | 24 | 120 | 120 |
| Метилметакрилат | 100 | 3,7 | 55 | 27 | 130 | 120 |
| Метоксизтанол | 125 | 0,8 | 6 | 3 | 15 | 120 |
| Этоксизтанол | 136 | 0,51 | 10 | 5 | 25 | 130 |
| Бутоксизтанол | 170 | 0,1 | 70 | 35 | 170 | 140 |
| Метоксипропанол | 118 | 1,2 (при 20 °C) | 27 | 13 | 65 | 115 |
| Метоксизтилацетат | 145 | 0,27 | 16 | 8 | 40 | 120 |
| Этоксизтилацетат | 156 | 0,16 | 30 | 15 | 75 | 140 |
| Бутоксизтилацетат | 192 | 0,04 | 300 | 150 | 750 | 160 |
| Альдегиды и кетоны | | | | | | |
| Метилэтилкетон | 80 | 10,3 | 6,4 | 3,2 | 16 | 120 |
| Метилизобутилкетон | 118 | 0,8 | 52 | 26 | 130 | 140 |
| Циклогексанон | 155 | 0,45 | 340 | 170 | 850 | 150 |
| 3,5,5-Триметилциклогекс-2-енон | 214 | 0,05 | 11000 | 5600 | 28000 | 90 |
| Фурфураль | 162 | 0,5 | 600 | 300 | 1500 | 200 |
| Спирты | | | | | | |
| н-Бутанол | 118 | 0,67 | 10 | 5 | 25 | 120 |
| Изобутанол | 108 | 1,6 | 5,6 | 2,8 | 14 | 120 |
| трет-Бутанол | 83 | 1,17 | | Не рекомендуется Тенах ТА | | |
| Октанол | 180 | < 0,1 | 2800 | 1400 | 7000 | 160 |
| Фенол | 182 | 0,03 | 480 | 240 | 1200 | 190 |
| Другие | | | | | | |
| Пиридин | 116 | 16 | 8 | 40 | 150 | — |
| Анилин | 184 | 0,09 | 440 | 220 | 1100 | 190 |
| Нитробензол | 211 | 0,02 | 28000 | 14000 | 70000 | 200 |

Приложение С
(справочное)

Стойкость при хранении извлеченных веществ в сорбционных трубках с Тенах ТА

Данные о стойкости при хранении извлеченных веществ в сорбционных трубках с Тенах ТА (ИСО 16017-1) приведены в таблице С.1. Номера соединений по CAS — по таблице А.1.

Т а б л и ц а С.1 — Эффективность извлечения органических растворителей после хранения на сорбенте Тенах ТА в трубках

| Органическое соединение | Количество вещества, введенного в сорбционную трубку, мкг | Время хранения 5 мес | | Время хранения 11 мес | |
|-------------------------|---|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | | Средняя эффективность извлечения ^a , % | Коэффициент вариации, % | Средняя эффективность извлечения ^a , % | Коэффициент вариации, % |
| Углеводороды | | | | | |
| Гексан | 7,8 | 93,6 | 17,9 | 100,8 | 26,1 |
| Гептан | 8,4 | 99,5 | 2,1 | 100,0 | 1,3 |
| Октан | 8,6 | 100,1 | 1,8 | 100,0 | 0,5 |
| Нонан | 12,0 | Нет данных | Нет данных | 101,0 | 0,4 |
| Декан | 9,2 | 100,4 | 1,5 | 100,2 | 0,5 |
| Ундекан | 9,1 | 100,7 | 1,5 | 100,2 | 0,2 |
| Додекан | 9,9 | 101,8 | 1,5 | 101,5 | 0,4 |
| Бензол | 11,0 | 98,7 | 2,0 | 98,6 | 0,8 |
| Толуол | 10,9 | (100,0) | 1,8 | (100,0) | 0,6 |
| п-Ксиол | 5,3 | 99,9 | 1,7 | 99,8 | 0,7 |
| о-Ксиол | 11,0 | 100,0 | 1,7 | 99,8 | 0,7 |
| Этилбензол | 10,0 | 99,6 | 0,4 | 97,9 | 1,3 |
| Пропилбензол | 10,5 | 99,7 | 1,5 | 98,5 | 0,7 |
| Изопропилбензол | 10,9 | 98,9 | 1,8 | 97,2 | 1,3 |
| м+п-Этилтолуол | 10,5 | 98,8 | 1,7 | 96,9 | 1,2 |
| о-Этилтолуол | 5,4 | 100,1 | 1,6 | 98,9 | 0,7 |
| 1,2,4-Триметилбензол | 10,8 | 100,1 | 1,3 | 99,1 | 0,5 |
| 1,3,5-Триметилбензол | 10,7 | 100,0 | 1,5 | 99,1 | 0,5 |
| Триметилбензол | 10,2 | 101,6 | 0,5 | 101,3 | 0,8 |
| Эфиры и эфиры гликолей | | | | | |
| Этилацетат | 10,3 | 97,6 | 1,0 | 100,0 | 2,5 |
| Пропилацетат | 10,9 | 100,5 | 1,7 | 99,1 | 0,8 |
| Изопропилацетат | 9,4 | 97,0 | 0,4 | 100,0 | 1,4 |
| Бутилацетат | 10,8 | 100,3 | 1,6 | 99,9 | 0,6 |
| Изобутилацетат | 10,7 | 100,2 | 1,4 | 99,8 | 0,7 |
| Метоксизтанол | 8,9 | 87,3 | 5,7 | 93,1 | 1,6 |
| Этоксизтанол | 10,4 | 97,6 | 2,5 | 97,2 | 3,3 |
| Бутоксизтанол | 10,0 | 100,6 | 4,1 | 100,1 | 3,0 |
| Метоксипропанол | 10,4 | 95,3 | 3,6 | 99,0 | 1,2 |

ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007

Окончание таблицы С.1

| Органическое соединение | Количество вещества, введенного в сорбционную трубку, мкг | Время хранения 5 мес | | Время хранения 11 мес | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------|---|-------------------------|
| | | Средняя эффективность извлечения ^a , % | Коэффициент вариации, % | Средняя эффективность извлечения ^a , % | Коэффициент вариации, % |
| Метоксизтилацетат | 12,5 | 100,6 | 1,4 | 98,9 | 1,4 |
| Этоксизтилацетат | 11,4 | 99,8 | 2,2 | 98,7 | 2,6 |
| Бутоксизтилацетат | 11,5 | 101,3 | 1,3 | 99,9 | 1,1 |
| Альдегиды и кетоны | | | | | |
| Метилэтилкетон | 9,2 | 97,4 | 0,8 | 99,1 | 0,6 |
| Метилизобутилкетон | 9,3 | 100,7 | 0,6 | 100,7 | 0,5 |
| Циклогексанон | 10,9 | 102,4 | 1,2 | 100,7 | 0,6 |
| 2-Метилциклогексанон | 10,7 | 101,1 | 0,5 | 101,1 | 1,3 |
| 3-Метилциклогексанон | 10,5 | 103,6 | 1,0 | 103,0 | 0,7 |
| 4-Метилциклогексанон | 10,6 | 103,6 | 1,4 | 102,7 | 0,6 |
| 3,5,5-Триметилциклогекс-2-енон | 10,6 | 101,4 | 0,9 | 97,7 | 1,2 |
| Спирты | | | | | |
| Бутанол | 9,0 | 94,8 | 3,0 | 96,9 | 1,2 |
| Изобутанол | 8,9 | 93,6 | 3,5 | 96,4 | 1,0 |

^a При нормализации по толуолу средняя эффективность извлечения равна 100.

Приложение D
(справочное)

**Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации
ссылочным международным стандартам**

Таблица D.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|---|---|
| ИСО 16000-1:2004 | ГОСТ Р ИСО 16000-1—2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения» |
| ИСО 16000-9:2006 | * |
| ИСО 16000-10:2006 | * |
| ИСО 16017-1:2001 | * |
| ИСО 16017-2:2001 | * |
| ИСО/МЭК 17025:2005 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» |

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Библиография

- [1] Tirkkonen, T., Mroueh, U-M., Orko, I. Tenax as a Collection Medium for Volatile Organic Compounds. NKB Committee and Work Reports 1995:06 E, Helsinki, 1995, 53 p
- [2] Lewis, R.G. & Gordon, S.M. Sampling of organic Chemicals in Air. In: Keith, L.H. (ed.) Principles of Environmental Sampling, 2nd Ed. ACS Professional Reference Book, American Chemical Society, Washington DC, 1996, pp. 401—470
- [3] ISO 6141, Gas analysis — Requirements for certificates for calibration gases and gas mixtures
- [4] ISO 6145 (all parts), Gas analysis — Preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods
- [5] EN 1232, Workplace atmospheres — Pumps for personal sampling of chemical agents — Requirements and test methods
- [6] ASTM B 3686—95 (2001)e1, Standard practice for sampling atmospheres to collect organic compound vapors (activated charcoal tube adsorption method)
- [7] Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1995¹⁾
- [8] Hafkenscheid, T. & Wilkinson, G. Assessment of the uncertainty of measurement results of hexachlorobutadiene in indoor air. In: Proceedings of Indoor Air 2002, June 30 — July 5, 2002, Monterey, California
- [9] De Bortoli, M., Knoppe, H., Pecchio, E., Schauenburg, H. & Vissers, H. 1992. Comparison of Tenax and Carbotrap for VOC sampling in indoor air. Indoor Air, Vol. 2, pp. 216—224
- [10] ECA Report No 13 1993. Determination of VOCs emitted from indoor materials and products. Interlaboratory comparison of small chamber measurements. Commission of the European Communities, Luxembourg, 1993, 90 p
- [11] ECA Report No 16 1995. Determination of VOCs emitted from indoor materials and products. Second interlaboratory comparison of small chamber measurements. Commission of the European Communities, Luxembourg, 1995, 76 p
- [12] ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- [13] ECA Report No 18 1997. Evaluation of VOC Emissions from Building Materials. Commission of the European Communities, Luxembourg, 1997, 108 p
- [14] ECA Report No 19 1997. Total volatile organic compounds (TVOC) in indoor air quality investigations. Commission of the European Communities, Luxembourg, 1997, 56 p
- [15] UK Health and Safety Executive. Methods for the Determination of Hazardous Substances. Volatile organic compounds in air — Laboratory Method using pumped solid sorbent tubes, thermal desorption and gas chromatography. MDHS 72. HSE, London, 1992
- [16] Verschueren, K. 2001. Handbook of environmental data on organic chemicals. John Wiley — Interscience, New York
- [17] Johnson, P.C., Kembowski, M.W. and Colthart, R.L. 1988. Practical screening models for soil venting applications. In: Proc. NWWA/API, Conference on petroleum hydrocarbons and organic chemicals in groundwater. Houston, TX
World Health Organization (WHO): Indoor air quality: Organic pollutants. EURO Reports and Studies No. 111. Copenhagen
ISO 16017-2, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube / thermal desorption / capillary gas chromatography — Part 2: Diffusive sampling

¹⁾ Наименование соответствующего национального документа — Руководство по выражению неопределенности измерения / Под ред. проф. Слаева В.А.; СПб.: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1999.

УДК 504.3:006.354

OKC 13.040.20

T58

Ключевые слова: воздух, замкнутое помещение, летучие органические соединения, отбор проб, активный, сорбент, сорбционная трубка, термическая десорбция, анализ газохроматический

Редактор Т.А. Леонова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор В.И. Варенцова
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной

Сдано в набор 17.04.2007. Подписано в печать 22.05.2007. Формат 60 × 84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,70. Тираж 324 экз. Зак. 416. С 4027

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

к ГОСТ Р ИСО 16000-6—2007 Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тенах ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Предисловие. Пункт 4 | (ISO 16000-4:2004) | (ISO 16000-6:2004) |

(ИУС № 8 2007 г.)