



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСТ 4.363—85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством медицинской промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**В. П. Сатин (руководитель темы), С. М. Шаринкова, А. Ф. Фомин,
Н. И. Лычакова**

ВНЕСЕН Министерством медицинской промышленности

Зам. министра А. Г. Сорокин

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1985 г.
№ 4170**

УДК 614.48.002.5:006.354

Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ

Номенклатура показателей

Product-quality index system.
Disinfection equipment. Index nomenclature

ОКП 94 5110

ГОСТ

4.363-85

с 01.01.87

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества дезинфекционного оборудования, включаемых в технические задания на научно-исследовательские работы (ТЗ на НИР) по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на дезинфекционное оборудование, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ) и эксплуатационные документы (ЭД).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства дезинфекционного оборудования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение по- казателя качества	Наименование характеризуе- мого свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функциональные и технической эффективности		
1.1.1. Время нагрева дезинфекционной камеры (ГОСТ 20509—75), мин	$\tau_{\text{н}}$	Готовность к работе
1.1.2. Площадь пола дезинфекционной камеры, м ²	F	—
1.1.3. Рабочий объем дезинфекционной камеры (ГОСТ 20509—75), см ³	$V_{\text{н}}$	—
1.1.4. Условная длина корпуса кипятильника (ГОСТ 20509—75), см	L_y	—
1.1.5. Температура дезинфекции, °C	—	Режим дезинфекции
1.1.6. Производительность, л/мин (кг/мин)	P	—
1.1.7. Объем распыливаемого вещества за один ход поршня, л/ход	V	—
1.1.8. Дисперсность факела распыла, мкм	D	—
1.1.9. Время дезинфекционной выдержки (ГОСТ 20509—75), мин	$\tau_{\text{д}}$	Режим дезинфекции
1.1.10. Автоматическое обеспечение параметров режима дезинфекции	—	—
1.1.11. Длина факела распыла, м	—	—
1.1.12. Диаметр факела распыла, м	—	—
1.2. Конструктивные показатели		
1.2.1. Потребляемая мощность, В·А	W	—
1.2.2. Габаритные размеры, мм	—	—
1.2.3. Масса, кг	m	—

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ		
2.1. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.002—83), ч	T_y	—
2.2. Установленный полный срок службы (ГОСТ 27.002—83), лет	$T_{сл. у}$	—
2.3. Среднее время восстановления работоспособного состояния (ГОСТ 27.002—83), ч	T_v	—
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА, МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ		
3.1. Удельный расход энергии, кВт·ч/дм ³	—	Экономичность энергопотребления
3.2. Удельный расход топлива	—	Экономичность расхода топлива
3.3. Удельная масса, кг/дм ³ год (кг/л/мин·год, кг/кг/мин·год)	—	—
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
4.1. Удобство управления и пользования, баллы	—	Совершенство конструкции
4.2. Усилия, необходимые для открывания дверей, прикладываемые к рукояткам	--	Соответствие силовым возможностям человека
5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
5.1. Показатель информационной выразительности, баллы	--	Информационная выразительность
5.2. Показатель рациональной формы, баллы	—	Рациональность формы
5.3. Показатель целостности композиций, баллы	—	Целостность композиций
5.4. Показатель совершенства производственного исполнения, баллы	—	Совершенство производственного исполнения
6. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ		
6.1. Коеффициент использования материалов, %	$K_{и. м}$	Приспособленность
6.2. Трудоемкость изготовления, нормо-ч	—	То же
6.3. Энергоемкость, кВт·ч	--	Расход электроэнергии на изготовление единицы изделия

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
7. ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ		
7.1. Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации (ГОСТ 20790—82)	$Ус_{к. з}$	Обеспечение надежности
7.2. Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении (ГОСТ 20790—82)	$Ус_{т. х}$	То же
7.3. Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании (ГОСТ 20790—82)	$Ус_{м. т}$	»
8. ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ		
8.1. Коэффициент использования средства транспортирования	—	Приспособленность к транспортированию
8.2. Средняя трудоемкость подготовки продукции к транспортированию, нормо-ч	—	То же
9. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ		
9.1. Коэффициент повторяемости, %	$K_{пов.}$	Насыщение оборудования стандартными, унифицированными и оригинальными частями
9.2. Коэффициент унификации деталей, %	$K_{у. д}$	То же
10. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ		
10.1. Показатель патентной числоты	$P_{п. ч}$	Возможность реализации за рубежом
11. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ		
11.1. Корректированный уровень звуковой мощности	L_{PA}	Охрана здоровья персонала
11.2. Электрическая прочность изоляции токоведущего элемента	—	Электробезопасность
11.3. Электрическое сопротивление изоляции токоведущего элемента, МОм	—	То же

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризуемого свойства
11.4. Превышение температуры наружных частей оборудования, доступных для прикасания, над температурой окружающей среды, °С	—	Охрана здоровья персонала
11.5. Герметичность	—	То же

П р и м е ч а н и я:

1. Жирным шрифтом выделены основные показатели качества.
2. Обозначение стандарта, в соответствии с которым приведено наименование показателя качества, указано в скобках.

1.2. Алфавитный перечень показателей качества дезинфекционного оборудования и пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочных приложениях 1 и 2 соответственно.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Основные показатели качества: время нагрева дезинфекционной камеры, автоматическое обеспечение параметров режима дезинфекции, установленная безотказная наработка, удельный расход энергии, удельный расход топлива, удельная масса.

2.2. Применимость показателей качества дезинфекционного оборудования по подгруппам однородной продукции приведена в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Номер показателя по табл. 1	Применимость по подгруппам однородной продукции					
	Камеры дезинфекционные. Код ОКП 94 5111	Установки дезинфекционные. Код ОКП 94 5112	Распылители и опрыскиватели дезинфекционные. Код ОКП 94 5113	Кипятильники дезинфекционные. Код ОКП 94 5115		
				электрические	огневые	
1.1.1	+	+	—	—	—	—
1.1.2	+	—	—	—	—	—
1.1.3	+	+	—	—	—	—
1.1.4	—	—	—	+	—	+
1.1.5	+	+	—	+	—	+
1.1.6	+	+	—	+	—	—
1.1.7	—	—	±	—	—	—
1.1.8	—	—	±	—	—	—
1.1.9	+	+	—	+	—	+

Продолжение табл. 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции				
	Камеры дез-инфекционные. Код ОКП 94 5111	Установки дезинфекционные. Код ОКП 94 5112	Распылители и опрыскиватели дезинфекционные. Код ОКП 94 5113	Кипятильники дезинфекционные. Код ОКП 94 5115	
				электрические	огневые
1.1.10	+	+	—	—	—
1.1.11	—	—	±	—	—
1.1.12	—	—	±	—	—
1.2.1	±	±	±	+	—
1.2.2	+	+	+	+	+
1.2.3	+	+	+	+	+
2.1	±	±	±	+	—
2.2	+	+	+	+	+
2.3	±	±	±	±	—
3.1	±	±	±	+	—
3.2	—	±	—	—	+
3.3	+	+	+	+	+
4.1	+	+	+	+	+
4.2	+	+	+	+	+
5.1	+	+	+	+	+
5.2	+	+	+	+	+
5.3	±	+	+	+	+
5.4	+	+	+	+	+
6.1	+	+	+	+	+
6.2	+	+	+	+	+
6.3	+	+	+	+	+
7.1	+	+	+	+	+
7.2	+	+	+	+	+
7.3	+	+	+	+	+
8.1	—	—	+	+	+
8.2	+	+	+	+	+
9.1	+	+	+	+	+
9.2	+	+	+	+	+
10.1	+	+	+	+	+
11.1	±	±	±	—	—
11.2	±	±	±	+	—
11.3	±	±	±	+	—
11.4	±	±	±	+	+
11.5	+	+	+	+	+

2.3. Применяемость показателей качества дезинфекционного оборудования, подлежащих включению в документы различных видов, приведена в табл. 3.

Таблица 3

Номер показателя по табл. 1	Применимость в НТД					
	ТЗ на НИР ГОСТ ОТТ	Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ)	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ	Эд
1.1.1	+	+	+	+	+	+
1.1.2	-	+	+	+	±	+
1.1.3	-	+	+	+	+	+
1.1.4	-	+	+	+	+	+
1.1.5	-	+	+	+	+	+
1.1.6	-	+	+	+	+	+
1.1.7	-	+	+	+	+	+
1.1.8	-	+	+	+	+	+
1.1.9	-	+	+	+	+	+
1.1.10	-	+	+	+	+	+
1.1.11	-	+	+	+	+	+
1.1.12	-	+	+	+	+	+
2.1	-	+	+	+	+	+
2.2	-	+	+	+	+	+
1.2.3	-	+	+	+	+	+
2.1	-	+	+	+	+	+
2.2	-	+	+	+	+	+
2.3	-	+	+	+	+	+
3.1	-	+	+	+	+	+
3.2	-	+	+	+	+	+
3.3	-	+	+	+	+	+
4.1	-	-	-	-	-	-
4.2	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-
5.2	-	-	-	-	-	-
5.3	-	-	-	-	-	-
5.4	-	-	-	-	-	-
6.1	-	-	-	-	-	-
6.2	-	-	-	-	-	-
6.3	-	-	-	-	-	-
7.1	-	+	+	+	+	+
7.2	-	+	+	+	+	+
7.3	-	+	+	+	+	+
8.1	-	-	-	-	-	-
8.2	-	-	-	-	-	-
9.1	-	-	-	-	-	-
9.2	-	-	-	-	-	-
10.1	-	-	-	-	-	-
11.1	-	-	-	-	-	-
11.2	-	-	-	-	-	-
11.3	-	-	-	-	-	-
11.4	-	-	-	-	-	-
11.5	-	-	-	-	-	-

Приложение. В табл. 2 и 3 знак «+» означает применимость; знак «—» — неприменимость соответствующих показателей качества продукции; знак «±» применение показателей устанавливается разработчиком по согласованию с потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

**АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Время дезинфекционной выдержки	1.1.9
Время нагрева дезинфекционной камеры	1.1.1
Время восстановления работоспособного состояния среднее	2.3
Герметичность	11.5
Дисперсность факела распыла	1.1.8
Длина корпуса кипятильника условная	1.1.4
Длина факела распыла	1.1.11
Диаметр факела распыла	1.1.12
Коэффициент использования материалов	6.1
Коэффициент использования средства транспортирования	8.1
Коэффициент повторяемости	9.1
Коэффициент унификации деталей	9.2
Масса	1.2.3
Масса удельная	3.3
Мощность потребляемая	1.2.1
Наработка безотказная установленная	2.1
Объем распыливаемого вещества за один ход поршня	1.1.7
Объем дезинфекционной камеры рабочий	1.1.3
Обеспечение параметров режима дезинфекции автоматическое	1.1.10
Площадь пола дезинфекционной камеры	1.1.2
Показатель информационной выразительности	5.1
Показатель патентной чистоты	10.1
Показатель рациональной формы	5.2
Показатель совершенства производственного исполнения	5.4
Показатель целостности композиции	5.3
Превышение температуры наружных частей оборудования, доступных для прикасания, над температурой окружающей среды	11.4
Производительность	1.1.6
Прочность изоляции токоведущего элемента электрическая	11.2
Размеры габаритные	1.2.2
Расход топлива удельный	3.2
Расход энергии удельный	3.1
Сопротивление изоляции токоведущего элемента электрическое	11.3
Срок службы установленный полный	2.2
Температура дезинфекции	1.1.5
Трудоемкость изготовления	6.2
Трудоемкость подготовки продукции к транспортированию средняя	8.2
Удобство управления и пользования	4.1
Уровень звуковой мощности корректированный	11.1
Усилия, необходимые для открывания дверей, прикладываемые к рукояткам	4.2
Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении	7.2

Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации	7.1
Устойчивость к механическим воздействиям при транспортировании	7.3
Энергоемкость	6.3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2*Справочное***ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ,
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ**

Наименование показателя по табл. 1	Номер показателя по табл. 1	Пояснение
Коэффициент использования материалов	6.1	Отношение массы металла составных частей изделия к массе металла, израсходованного на изготовление составных частей
Коэффициент унификации деталей	9.2	Отношение унифицированных деталей к общему числу деталей в изделии
Удельный расход энергии	3.1	Отношение расхода энергии к рабочему объему дезинфекционной камеры (объему корпуса кипятильника) или к производительности распылителя (опрыскивателя)
Удельный расход топлива	3.2	Отношение топлива к рабочему объему дезинфекционной камеры (объему корпуса кипятильника) или к производительности распылителя (опрыскивателя)

Редактор *О. К. Абашкова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 07.01.86 Подп. в печ. 07.03.86 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,70 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 77