ГОСТ 7851—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ

ГОРЛОВИНЫ

ВНУТРЕННИЕ ДИАМЕТРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2011

УДК 542.26:006.354 Группа П66

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Посуда стеклянная химико-лабораторная

ГОРЛОВИНЫ

Внутренние диаметры

Laboratory and chemist glassware.
Necks. Internal diameters

ГОСТ 7851—74

Взамен ГОСТ 7851—61

МКС 71.040.20

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 января 1974 г. № 197 дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

1. Настоящий стандарт распространяется на стеклянную химико-лабораторную посуду и устанавливает внутренние диаметры горловин с конусами взаимозаменяемыми и невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью*.

2. Внутренние диаметры и конусность горловин с конусами взаимозаменяемыми — по ГОСТ 8682—93.

3. Внутренние диаметры горловин с конусами невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью должны выбираться из следующих рядов:

5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 14,5; 19,0; 21,5; 24,0; 29,0; 34,5; 40,0 мм с предельными отклонениями ±1 мм;

45; 50; 60; 85; 100 мм с предельными отклонениями ±2 мм.

4. Конусность горловин с конусами невзаимозаменяемыми с нешлифованной поверхностью (1±0,3):10.

1, 2, 3, 4. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

* В части типов, основных параметров и размеров заменен на ГОСТ 25336—82.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Издание (март 2011 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 2—80).

© Издательство стандартов, 1974
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011