
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52940—
2008

МЕД

Метод определения
частоты встречаемости пыльцевых зерен

Издание официальное



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой, состоящей из представителей Общества с ограниченной ответственностью «Тенториум» и Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и сертификации «Федерал» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 432 «Пчеловодство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 июля 2008 г. № 142-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта DIN 10760:2002 «Анализ меда. Определение относительной частоты пыльцы» (DIN 10760:2002 «Analysis of honey — Determination of the relative frequency of pollen»)

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2008

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Отбор и подготовка пробы	2
5	Сущность метода	2
6	Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы	2
7	Реактивы	3
8	Проведение испытаний	3
9	Обработка и представление результатов испытаний	4
10	Характеристика погрешности испытаний	5
Приложение А (справочное) Перечень растений, не выделяющих нектар		6
Приложение Б (справочное) Пример определения частоты встречаемости пыльцевых зерен в меде		8
Приложение В (справочное) Примеры расчета повторяемости, воспроизводимости и представления результатов определения частоты встречаемости пыльцевых зерен		9
Библиография		11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕД

Метод определения
частоты встречаемости пыльцевых зерен

Honey.
Determination of the relative frequency of pollen

Дата введения — 2009—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен в меде.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ Р 51568—99 (ИСО 3310-1—90) Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия

ГОСТ Р 52451—2005 Меды монофлорные. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензуры, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 6259—75 Реактивы. Глицерин. Технические условия

ГОСТ 6672—75 Стекла покровные для микропрепараторов. Технические условия

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 9284—75 Стекла предметные для микропрепараторов. Технические условия

ГОСТ 11293—89 Желатин. Технические условия

ГОСТ 19792—2001 Мед натуральный. Технические условия

ГОСТ 23519—93 Фенол синтетический технический. Технические условия

ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

Причина — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

ГОСТ Р 52940—2008

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 5725-1, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 частота встречаемости пыльцевых зерен (relative frequencies of the pollen): Доля пыльцевых зерен отдельного вида, выраженная в процентах от общего числа учитываемых пыльцевых зерен.

П р и м е ч а н и е — Допускается определение принадлежности пыльцевых зерен к группе видов с морфологически сходными пыльцевыми зернами; совокупностям неопределенных (деформированных) и неопределенных пыльцевых зерен; совокупности пыльцевых зерен, не принадлежащих к определенному(ым) виду(ам).

4 Отбор и подготовка пробы

Репрезентативную пробу меда массой не менее 200 г отбирают по ГОСТ Р 52451, ГОСТ 19792.

Закристаллизованный мед размягчают в термостате по 6.8 или на термостатируемой водяной бане по [1].

Мед с примесями процеживают через сито по ГОСТ Р 51568. Крупные механические частицы удаляют вручную.

Сотовый мед (без перговых ячеек) отделяют от сот при помощи сита без нагревания.

Пробу интенсивно и тщательно перемешивают не менее 3 мин.

5 Сущность метода

Пыльцевые зерна концентрируют из раствора меда центрифугированием, готовят препарат для световой микроскопии, идентифицируют определенное количество пыльцевых зерен и вычисляют процентную долю пыльцевых зерен отдельных видов от общего числа учтенных пыльцевых зерен.

6 Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы

Обычная лабораторная аппаратура, а также указанная в 6.1—6.12.

6.1 Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более 0,01 г.

6.2 Дозатор пипеточный по [2] или механический одноканальный с объемом дозирования до 1 см³ или пипетка стеклянная градуированная номинальной вместимостью 1,0 см³ по ГОСТ 29227.

6.3 Цилиндр мерный стеклянный вместимостью 50—100 см³ по ГОСТ 1770.

6.4 Микроскоп световой общего назначения, микроскоп биологический с увеличением 300—1000×.

6.5 Центрифуга, позволяющая получать центростремительное ускорение 1000 г.

П р и м е ч а н и е — Центростремительное ускорение a_n при измерении в единицах г (9,8 м·с⁻²) рассчитывают по формуле

$$a_n = 1,118 \cdot 10^{-5} \pi r^2, \quad (1)$$

где r — расстояние от оси вращения до точки осаждения (дно центрифужной пробирки в рабочем положении), см;
 f — частота вращения (число оборотов), мин⁻¹.

Необходимую частоту вращения f при работе на центрифуге конкретной модели вычисляют по формуле

$$f = 9457,56 r^{0.5}. \quad (2)$$

6.6 Сито из нержавеющей стали, диаметр отверстий 0,5 мм по ГОСТ Р 51568.

6.7 Водяная баня по [1].

6.8 Термостат или другое устройство, позволяющее производить равномерный нагрев до 40 °C.

6.9 Пробирки стеклянные центрифужные вместимостью не менее 40 см³ по ГОСТ 25336.

6.10 Стекло предметное по ГОСТ 9284.

6.11 Стекло покровное по ГОСТ 6672.

6.12 Стакан стеклянный номинальной вместимостью 50—100 см³ по ГОСТ 25336.

Допускается использование других средств измерений и лабораторного оборудования по метрологическим, техническим характеристикам и качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

7 Реактивы

7.1 Глицериновый желатин для микроскопии по [3] или глицериновый желатин, приготовленный по 8.1.1.

П р и м е ч а н и е — Рекомендуется использовать глицериновый желатин указанной марки, так как осмотические свойства среды заключения влияют на морфологию и достоверность идентификации пыльцевых зерен.

7.2 Глицерин по ГОСТ 6259, ч.

7.3 Желатин пищевой по ГОСТ 11293.

7.4 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

7.5 Фенол по ГОСТ 23519.

Допускается использование других реагентов по качеству и чистоте не ниже указанных в настоящем стандарте.

8 Проведение испытаний

8.1 Подготовка к испытаниям

8.1.1 Глицериновый желатин по [4] готовят следующим образом: 10 г желатина по ГОСТ 11293 заливают 60 см³ дистиллированной воды по ГОСТ 6709 и выдерживают 2—3 ч для набухания (смесь 1); в 70 см³ глицерина по ГОСТ 6259 растворяют 0,1 г фенола по ГОСТ 23519, вливают в смесь 1 и, перемешивая, нагревают на водяной бане до образования однородной массы. При этом следует избегать попадания в глицериновый желатин пузырьков воздуха.

8.2 Приготовление препарата меда

8.2.1 В стакане по ГОСТ 25336 взвешивают (10,0 ± 0,1) г меда, подготовленного по разделу 4, растворяют в 20 см³ дистиллированной воды, нагретой до температуры не выше 40 °С, и переносят в центрифужную пробирку по ГОСТ 25336. Раствор центрифигируют в течение 10 мин при ускорении 1000 г.

8.2.2 Надосадочную жидкость осторожно сливают, к осадку добавляют 20 см³ дистиллированной воды и перемешивают. Полученную суспензию центрифигируют 5 мин при 1000 г. Надосадочную жидкость декантируют, центрифужную пробирку помещают на фильтровальную бумагу под углом 45° для удаления остатков жидкости.

8.2.3 Осадок тщательно перемешивают микробиологической петлей или с помощью дозатора по [2] со сменным наконечником¹⁾, переносят на предварительно прогретое до 40 °С предметное стекло по ГОСТ 9284 и равномерно распределяют по площади 22 × 22 мм микрошпателем или гранью покровного стекла по ГОСТ 6672. Стекло с осадком прогревают при температуре не выше 40 °С до полного высыпания осадка.

8.2.4 Глицериновый желатин по 8.1.1 расплавляют на водяной бане при температуре не выше 40 °С. На предварительно прогретое до температуры 40 °С покровное стекло наносят каплю глицеринового желатина и распределяют крестообразно по диагоналям. Покровное стекло медленно (во избежание появления воздушных пузырьков) опускают на подсущенный осадок. Для равномерного распределения глицеринового желатина и оптимального набухания пыльцы препарат прогревают в течение 5 мин при температуре не выше 40 °С. Глицериновый желатин нельзя наносить непосредственно на высохший осадок.

Просмотр препарата под микроскопом проводят после застывания глицеринового желатина.

8.2.5 Если в препарате обнаружена низкая плотность пыльцевых зерен, то его готовят вновь из большего количества меда, сохраняя при этом пропорции, указанные в 8.2.1. В случае высокого содержания пыльцы препарат готовят из части осадка, полученного по 8.2.2. Для этого пипеткой по ГОСТ 29227 или дозатором перемешивают осадок в центрифужной пробирке с 0,5—1,0 см³ воды. Необходимое количество суспензии равномерно распределяют по предметному стеклу и высушивают, как описано в 8.2.3.

¹⁾ Рекомендуется применять дозатор со сменным наконечником, чтобы избежать попадания в препарат пыльцы из других образцов меда.

8.3 Подсчет пыльцевых зерен

8.3.1 При предварительном просмотре под микроскопом по 6.4 оценивают плотность и разнообразие пыльцевых зерен в препарате, проводят идентификацию присутствующих морфологических типов пыльцевых зерен. Увеличение микроскопа должно быть достаточным для достоверной идентификации.

8.3.2 При подсчете пыльцевых зерен подбирают такое увеличение микроскопа, чтобы их число в каждом поле зрения было счетным. Скопления пыльцевых зерен, которые относятся к перегородкам, не учитывают.

8.3.3 Поля зрения, в которых проводят подсчет (счетные поля), должны быть, по возможности, равномерно распределены по рядам. При смене счетного поля, во избежание субъективного выбора, препарат рекомендуется перемещать без наблюдения в окуляр микроскопа. Интервал между счетными полями зависит от плотности пыльцевых зерен в препарате. В случае анализа меда с низким содержанием пыльцы следует подсчитывать одну непрерывную линию.

8.3.4 По каждому ряду подсчитывают не менее 100 пыльцевых зерен. Первые пять рядов распределяют равномерно по площади препарата, как изображено на рисунке 1. Таким образом, сумма подсчитанных пыльцевых зерен должна составлять не менее 500.

8.3.5 В каждом счетном поле подсчитывают количество пыльцевых зерен искомого(ых) вида(ов) растений A_i , а также общее количество пыльцевых зерен n_i , принадлежащих:

- всем видам растений;
- видам растений, выделяющих некстар, без подсчета пыльцевых зерен видов, не выделяющих некстар (перечень не выделяющих некстар растений приведен в приложении А);
- видов растений, выделяющих некстар, без подсчета пыльцевых зерен отдельного(ых) вида(ов).




Рисунок 1 — Схема расположения счетных полей при подсчете пыльцевых зерен под микроскопом

Вариант подсчета числа пыльцевых зерен выбирает исполнитель в зависимости от целей исследования.

8.3.6 Если для интерпретации результатов недостаточно 500 учтенных пыльцевых зерен, следует подсчитывать не менее 1000 пыльцевых зерен. Для этого дополнительные пять рядов счетных полей размещают между первыми пятью рядами, как изображено на рисунке 1.

9 Обработка и представление результатов испытаний

9.1 Частоту встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений X_p , %, рассчитывают по формуле

$$X_p = A \cdot 100 \text{ } n^{-1}, \quad (3)$$

где $A = \sum A_i$ — число пыльцевых зерен отдельного вида во всех счетных полях;

$n = \sum n_i$ — общее количество подсчитанных пыльцевых зерен во всех счетных полях;

100 — коэффициент пересчета относительных долей в процентах.

9.2 При представлении результатов испытаний относительно пыльцевых зерен видов растений, выделяющих нектар, следует указать частоту встречаемости этих пыльцевых зерен относительно общего количества пыльцевых зерен всех видов.

9.3 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, полученных в условиях повторяемости, если расхождение между ними не превышает предела повторяемости r по ГОСТ Р ИСО 5725-6. Значение предела повторяемости r приведено в таблице 1.

При превышении предела повторяемости r целесообразно произвести дополнительное определение частоты встречаемости пыльцевых зерен и получить еще один результат. Если при этом расхождение $(X_{p,\max} - X_{p,\min})$ результатов трех определений не превосходит значения критического диапазона $CR_{0,95}$ (3), то в качестве окончательного результата принимают среднеарифметическое значение результатов трех определений. Значение критического диапазона $CR_{0,95}$ (3) приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Общее количество подсчитанных пыльцевых зерен n	Предел повторяемости r	Критический диапазон для трех результатов $CR_{0,95}$ (3)	Предел воспроизводимости R
500 и более	$0,15 \bar{X}_p$	$0,18 \bar{X}_p$	$0,30 \bar{X}_p$

При невыполнении этого условия проводят повторные испытания.

9.4 Расхождение между результатами испытаний, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости R по ГОСТ Р ИСО 5725-6. При выполнении этого условия приемлемы оба результата испытания и в качестве окончательного результата может быть использовано их среднеарифметическое значение. Значение предела воспроизводимости R приведено в таблице 1.

9.5 Результат испытаний представляют в виде значения, округленного до сотых долей в диапазоне частоты встречаемости от 0,1 % до 1,0 %; десятых долей — от 1,0 % до 10,0 %; целых чисел — от 10,0 % до 100,0 %.

9.6 Пример определения числа пыльцевых зерен, частоты встречаемости пыльцевых зерен отдельных видов представлен в приложении Б; примеры расчета повторяемости и воспроизводимости при определении частоты встречаемости пыльцевых зерен — в приложении В.

10 Характеристика погрешности испытаний

10.1 Погрешность результатов испытаний, получаемых согласно данному методу, не превышает $0,21\bar{X}_p$ при доверительной вероятности $P = 0,95$.

10.2 Результаты испытания оформляют протоколом в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.

Приложение А
(справочное)

Перечень растений, не выделяющих нектар

В приложении приводится систематическая принадлежность по [5] ветроопыляемых и безнектарных насекомоопыляемых по [6] растений, пыльца которых встречается в меде.

Отдел Покрытосеменные — Magnoliophyta (Angiospermatophyta)

Класс Однодольные — Monocotyledones (Liliopsida)

Семейство Осоковые — Cyperaceae Juss.

Род Осока — Carex L.

Род Камыш — Scirpus L.

Род Пушица — Eriophorum L.

Род Болотница (Ситняг) — Eleocharis R. Br.

Семейство Ситниковые Juncaceae Juss.

Род Ситник — Juncus L.

Род Ожига — Luzula DC.

Семейство Злаковые (Мятликовые) — Poaceae (R. Br.) Barnh. (Gramineae Juss.)

Класс Двудольные — Magnoliopsida (Dicotyledones)

Семейство Амарантовые (Щирицовые)¹⁾ — Amaranthaceae Juss.

Род Амарант (Щирица) — Amaranthus L.

Семейство Бересковые — Betulaceae S. F. Gray

Род Береза — Betula L.

Род Граб — Carpinus L.

Род Ольха — Alnus Mill.

Род Лещина (Орешник)¹⁾ — Corylus L.

Семейство Коноплевые — Cannabaceae Endl.

Род Конопля — Cannabis L.

Семейство Маревые — Chenopodiaceae Vent.

Род Марь — Chenopodium L.

Род Лебеда — Atriplex L.

Семейство Сложноцветные (Астровые) — Compositae Giseke (Asteraceae Dumort.)

Род Амброзия — Ambrosia L.

Род Полынь — Artemisia L.

Семейство Буковые¹⁾ — Fagaceae Dumort.

Род Бук — Fagus L.

Семейство Маковые — Papaveraceae Adans.

Род Маки — Papaver L.

Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae Juss.

Род Подорожник — Plantago L.

Семейство Гречишные¹⁾ — Polygonaceae Juss.

Род Щавель — Rumex L.

Семейство Лютиковые — Ranunculaceae Adans.

Род Василистник — Thalictrum L.

Семейство Ивовые¹⁾ — Salicaceae Mirb.

Род Тополь — Populus L.

Семейство Рогозовые — Typhaceae Juss.

Род Рогоз — Typha L.

Семейство Крапивные — Urticaceae Juss.

Род Крапива — Urtica L.

¹⁾ Семейства и роды, содержащие виды растений, выделяющие нектар.

Отдел Голосеменные — Gymnospermae (Pinophyta)

Класс Хвойные — Pinopsida (Coniferopsida)

Семейство Кипарисовые — Cupressaceae Bartl.

Род Можжевельник — Juniperus L.

Семейство Сосновые — Pinaceae Lindl.

Род Сосна — Pinus L.

Род Пихта — Abies L.

Род Ель — Picea A. Dietr.

Род Лиственница — Larix Mill.

Приложение Б
(справочное)

Пример определения частоты встречаемости пыльцевых зерен в меде

При учете более 1000 пыльцевых зерен в препарате меда подсчитано 1044 пыльцевых зерна 22 идентифицированных морфологических типов и 41 пыльцевое зерно неопределенной принадлежности. Общее количество подсчитанных пыльцевых зерен n составило 1085. Число пыльцевых зерен отдельных видов A и результаты расчета по 9.1 частоты встречаемости пыльцевых зерен X_p представлены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Морфологические типы пыльцевых зерен	Число пыльцевых зерен A	Частота встречаемости X_p
Лабазник вязолистный — <i>Filipendula ulmaria</i> L.	231	21,29
Гвоздичные — <i>Caryophyllaceae</i> Juss.	176	16,22
Клевер белый — <i>Trifolium repens</i> L.	117	10,78
Клевер луговой — <i>Trifolium pratense</i> L.	98	9,03
Рябина обыкновенная — <i>Sorbus aucuparia</i> L.	81	7,47
Малина обыкновенная — <i>Rubus idaeus</i> L.	75	6,91
Ива — <i>Salix</i> L.	56	5,16
Зонтичные — <i>Araliaceae</i> Lindl.	43	3,96
Неопределенные	41	3,78
Астра — <i>Aster</i> L. — тип	35	3,23
Брусника — <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	30	2,76
Клевер гибридный — <i>Trifolium hybridum</i> L.	24	2,21
Одуванчик — <i>Taraxacum Wigg.</i> — тип	16	1,47
Донник — <i>Melilotus</i> L.	12	1,11
Розоцветные — <i>Rosaceae</i> Adans.	10	0,92
Злаки — <i>Gramineae</i> Juss.	9	0,83
Иван-чай узколистный — <i>Chamaenerion angustifolium</i> L.	7	0,65
Василек шероховатый — <i>Centaurea scabiosa</i> L.	7	0,65
Крестоцветные — <i>Cruciferae</i> Juss.	6	0,55
Бодяк полевой — <i>Cirsium arvense</i> L.	5	0,46
Синяк обыкновенный — <i>Echium vulgare</i> L.	4	0,37
Горошек — <i>Vicia</i> L. — тип	1	0,09
Лилейные — <i>Liliaceae</i> Juss.	1	0,09

Приложение В
(справочное)

Примеры расчета повторяемости, воспроизводимости и представления результатов определения частоты встречаемости пыльцевых зерен

B.1 Контроль повторяемости

Условиями повторяемости по ГОСТ Р ИСО 5725-1 являются условия, при которых независимые результаты испытаний получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени.

По 9.3 за результат испытаний принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных определений, если разность между максимальным и минимальным результатами, полученными в условиях повторяемости, $r_k = X_{p, \max} - X_{p, \min}$ не превышает заданное значение предела повторяемости r :

$$r_k \leq r.$$

Например, при определении частоты встречаемости пыльцевых зерен малины в двух параллельных образцах, приготовленных из одной пробы меда, оператор получил два результата:

$$X_{p, \max} = 7,28\%; X_{p, \min} = 6,42\%.$$

Разность между результатами:

$$r_k = X_{p, \max} - X_{p, \min} = (7,28 - 6,42) = 0,86\%.$$

Среднеарифметическое значение двух результатов:

$$\bar{X}_p = \frac{X_{p, \max} + X_{p, \min}}{2} = \frac{7,28 + 6,42}{2} = 6,85\%.$$

В соответствии с таблицей 1 заданное значение предела повторяемости:

$$r = 0,15 \quad \bar{X}_p = 0,15 \cdot 6,85 = 1,03\%.$$

Так как разность между результатами r_k меньше заданного значения предела повторяемости r :

$$0,86 < 1,03\%,$$

то значение $\bar{X}_p = 6,85\%$ является результатом, полученным в условиях повторяемости.

Погрешность измерения по 10.1:

$$\pm \Delta = \pm 0,21 \bar{X}_p = \pm 0,21 \cdot 6,85 = 1,44\%.$$

После округления по 9.5 результат представляют в следующем виде:

$$\bar{X}_p = (6,9 \pm 1,4)\%.$$

B.2 Контроль воспроизводимости

Условиями воспроизводимости по ГОСТ Р ИСО 5725-1 являются условия, при которых результаты испытаний получаются одним и тем же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования.

По 9.4 за результат испытаний принимают среднеарифметическое значение результатов, полученных в условиях воспроизводимости, если абсолютная величина разности между результатами $R_k = \bar{X}'_p - \bar{X}_p$ не превышает заданное значение предела воспроизводимости R :

$$R_k \leq R.$$

Например, при определении частоты встречаемости пыльцевых зерен малины в одной пробе меда в разных лабораториях получены два результата:

$$\bar{X}_p = 6,9\%; \bar{X}'_p = 7,5\%.$$

Абсолютное значение разности между результатами:

$$R_k = \bar{X}'_p - \bar{X}_p = 7,5 - 6,9 = 0,6\%.$$

Среднеарифметическое значение результатов:

$$\bar{X}_p = \frac{\bar{X}_p + \bar{X}'_p}{2} = \frac{6,9 + 7,5}{2} = 7,2\%.$$

ГОСТ Р 52940—2008

В соответствии с таблицей 1 заданное значение предела воспроизводимости:

$$R = 0,30; \bar{X}_p = 0,30 \cdot 7,2 = 2,2 \text{ %}.$$

Так как абсолютное значение разности между результатами меньше заданного значения предела воспроизводимости:

$$0,6 < 2,2 \text{ %},$$

то значение $\bar{X}_p = 7,2 \text{ %}$ является результатом, полученным в условиях воспроизводимости.

Погрешность измерения рассчитывают по 10.1:

$$\pm \Delta = \pm 0,21 \bar{X}_p = \pm 0,21 \cdot 7,2 = \pm 1,5 \text{ %}.$$

Результат представляют в виде:

$$\bar{X}_p = (7,5 \pm 1,5) \text{ %.}$$

Библиография

- [1] ТУ 64-1.2850—80
 - [2] ТУ 64-13329—81
 - [3] Merck Cat. No. 1.09242
 - [4] Барыкина Р. П. и др.
 - [5] Маевский П. Ф.
 - [6] Louveaux J., Maurizio A., Vorwohl G.
- Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом
Дозаторы пипеточные
Kaiser's glycerol gelatine for microscopy
Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. — М.:
Изд-во МГУ, 2004, 312 с.
Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006, 600 с.
Methods of melissopalynology. Bee World, v. 59 (1978), p. 139—57

УДК 638.16.006.354

ОКС 67.180.10

С52

Ключевые слова: мед, растения, пыльцевые зерна, частота встречаемости пыльцевых зерен, микроскопия, метрологические характеристики

Редактор *Л.В. Коротникова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *Е.Д. Дульнева*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.08.2008. Подписано в печать 03.09.2008. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,20. Тираж 278 экз. Зак. 1095.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.