

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
53762—  
2009

---

## ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ

**Определение температуры точки росы  
по углеводородам**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром ВНИИГАЗ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 52 «Природный и сжиженные газы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1256-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2019 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартинформ, оформление, 2010, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Требования безопасности . . . . .	3
5 Требования охраны окружающей среды . . . . .	3
6 Требования к квалификации персонала . . . . .	3
7 Условия выполнения измерений . . . . .	3
8 Общие требования к методам и средствам измерений, материалам и реактивам . . . . .	4
9 Конденсационные методы . . . . .	4
9.1 Сущность методов . . . . .	4
9.2 Назначение методов . . . . .	4
9.3 Визуальный метод . . . . .	4
9.4 Автоматический метод . . . . .	6
10 Нормы погрешности . . . . .	7
11 Обработка и оформление результатов измерений . . . . .	7
11.1 Обработка и оформление результатов измерений $TTP_{yb}$ визуальными анализаторами . . . . .	7
11.2 Обработка и оформление результатов измерений $TTP_{yb}$ переносными автоматическими анализаторами . . . . .	8
12 Контроль точности измерений . . . . .	9
Библиография . . . . .	10



ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ

Определение температуры точки росы по углеводородам

Natural combustible gases. Determination of hydrocarbon dew point temperature

Дата введения — 2011—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению измерений температуры точки росы по углеводородам ( $T_{DP_{yb}}$ ) визуальным и автоматическим конденсационными методами в газах горючих природных (ГГП), поступающих с промысловых установок подготовки, подземных хранилищ газа и газоперерабатывающих заводов в магистральные газопроводы, транспортируемых по ним и поставляемых потребителям.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.004 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.044 (ISO 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапорометры. Общие технические условия

ГОСТ 5556 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 8050 Двуокись углерода газообразная и жидккая. Технические условия

ГОСТ 13045 Ротаметры. Общие технические условия

ГОСТ 14162 Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 20448 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

# ГОСТ Р 53762—2009

ГОСТ 21443 Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия

ГОСТ 27578 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

ГОСТ 30852.1 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»

ГОСТ 30852.4 (МЭК 60079-4:1975) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

ГОСТ 30852.10 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь *i*

ГОСТ 31370—2008 (ИСО 10715:1997) Газ природный. Руководство по отбору проб

ГОСТ Р 51104 Газы Российского региона углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия

ГОСТ Р 52087 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия

ГОСТ Р 55878 Спирт этиловый технический ректифицированный гидролизный. Технические условия

ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов

**П р и м е ч а н и е** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ :** Средство измерений  $TTP_{yb}$ , в котором реализован визуальный или автоматический конденсационный метод измерений.

**3.2 визуальный конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ :** Конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ , при выполнении измерений которым наличие росы на конденсационной поверхности фиксирует лицо, выполняющее измерение.

**3.3 автоматический конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ :** Конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ , при выполнении измерений которым наличие росы на конденсационной поверхности фиксирует оптическая система.

### П р и м е ч а н и я

1 Оптическая система состоит из источника и приемника электромагнитного излучения, которое в зависимости от модели гигрометра может находиться в диапазоне от видимого до радиочастотного.

2 В некоторых типах автоматических конденсационных анализаторов  $TTP_{yb}$  предусмотрена функция визуального контроля процесса образования росы на конденсационной поверхности.

**3.4 переносной конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ :** Конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ , предназначенный для проведения измерений в различных точках отбора пробы.

**3.5 потоковый конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ :** Конденсационный анализатор  $TTP_{yb}$ , стационарно располагающийся в непосредственной близости от точки отбора пробы, который осуществляет измерения в автоматическом непрерывном режиме.

## 4 Требования безопасности

4.1 ГГП является газообразным малотоксичным пожаровзрывоопасным продуктом. По токсикологической характеристике ГГП относят к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

4.2 При работе с ГГП учитывают предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ ГГП в воздухе рабочей зоны, установленные в ГОСТ 12.1.005 и в гигиенических нормативах [1]. Для алифатических предельных углеводородов  $C_2$ — $C_{10}$  среднесменная ПДК в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) — 300 мг/м<sup>3</sup>. Максимальные разовые ПДК составляют: для метана — 7000 мг/м<sup>3</sup>, для алифатических предельных углеводородов  $C_2$ — $C_{10}$  — 900 мг/м<sup>3</sup>. Для сероводорода максимальная разовая ПДК в воздухе рабочей зоны — 10 мг/м<sup>3</sup>, максимальная разовая ПДК сероводорода в смеси с алифатическими предельными углеводородами  $C_1$ — $C_5$  в воздухе рабочей зоны — 3,0 мг/м<sup>3</sup>.

4.3 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны при работе с ГГП определяют газоанализаторами, отвечающими требованиям ГОСТ 12.1.005.

4.4 ГГП образует с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения ГГП в смеси с воздухом, выраженные в процентах объемной доли метана: нижний — 4,4, верхний — 17,0. Для ГГП конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют по ГОСТ 12.1.044. Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей для смеси ГГП с воздухом — IIA и T1 по ГОСТ 30852.5.

4.5 Требования безопасности должны быть не ниже требований ГОСТ 12.1.004 и правил безопасности [2]—[5].

4.6 При отборе проб ГГП и проведении испытаний соблюдают требования правил безопасности [2] и правила электробезопасности по ГОСТ 12.1.019.

4.7 Работающие с ГГП должны выполнять требования правил безопасности [6] и быть обучены правилам безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

4.8 Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.005.

4.9 Все здания и помещения, в которых проводят операции с ГГП, должны быть обеспечены вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021, соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. Искусственное освещение и электрооборудование зданий и помещений должно отвечать требованиям взрывобезопасности ГОСТ 30852.0, а также в них должен быть предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий в соответствии с правилами пожарной безопасности [5], строительными нормами и правилами [7], [8], нормами пожарной безопасности [9].

## 5 Требования охраны окружающей среды

5.1 Правила установления допустимых выбросов ГГП в атмосферу — по ГОСТ Р 58577.

5.2 Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест регламентируются санитарными правилами и нормами [10].

## 6 Требования к квалификации персонала

6.1 Операции, предшествующие выполнению измерений в соответствии с настоящим стандартом, проводят лица, имеющие квалификацию не ниже оператора 3-го разряда по справочнику [11].

6.2 Выполнение измерений и обработку результатов проводят лица, имеющие квалификацию не ниже лаборанта химического анализа 4-го разряда по справочнику [12], изучившие руководство по эксплуатации используемого конденсационного анализатора ТТР<sub>ув</sub> (далее — анализатора) и требования настоящего стандарта.

6.3 Лица, указанные в 6.1 и 6.2, должны пройти обучение методам, изложенным в настоящем стандарте, и обязательный инструктаж по технике безопасности, а также иметь допуск к работе с горючими газами и газами, находящимися под давлением.

## 7 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды, атмосферное давление, механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работу применяемых средств измерений (СИ), не должны превышать допустимых пределов, указанных в руководстве по эксплуатации СИ;

- показатели микроклимата, содержание вредных веществ, а также уровни электромагнитных излучений не должны превышать санитарных норм.

## 8 Общие требования к методам и средствам измерений, материалам и реагентам

8.1 Отбор проб ГГП проводят по ГОСТ 31370 с учетом требований руководства по эксплуатации анализатора непосредственно в его измерительную камеру.

8.1.1 Пробоотборные линии должны быть по возможности короткими и изготовлены из нержавеющей стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т по ГОСТ 14162 или любых других, аналогичных им по свойствам.

8.1.2 Температура ГГП на входе в измерительную камеру анализатора должна быть не ниже его температуры в точке отбора пробы ГГП (далее — точке отбора). Если температура пробоотборной линии (окружающей среды) ниже температуры ГГП в точке отбора, пробоотборную линию подогревают электронаагревательными элементами, удовлетворяющими требованиям ГОСТ 31370.

8.2 Измерения ТТР<sub>ув</sub> проводят потоковыми или переносными анализаторами, которые внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, прошли поверку в аккредитованных в установленном порядке организациях и отвечают следующим требованиям:

- климатическое исполнение для соответствующего условия эксплуатации макроклиматического района — по ГОСТ 15150;
- защитная оболочка корпуса — по ГОСТ 14254;
- корпус (или первичный преобразователь) анализатора, находящийся во взрывоопасной зоне, должен быть во взрывобезопасном исполнении по ГОСТ 30852.1, ГОСТ 30852.10, ГОСТ 30852.0.

8.3 Операции по выполнению измерений ТТР<sub>ув</sub>, а также используемые при этом СИ, материалы и реагенты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и руководства по эксплуатации СИ.

## 9 Конденсационные методы

### 9.1 Сущность методов

9.1.1 Сущность конденсационных методов заключается в прямом определении ТТР<sub>ув</sub> с использованием конденсационного анализатора, чувствительный элемент которого представляет собой контактирующую с испытуемым газом конденсационную поверхность (зеркало) с встроенным СИ температуры.

9.1.2 В зависимости от способа фиксации момента начала конденсации углеводородов на зеркале различают визуальный и автоматический методы.

### 9.2 Назначение методов

9.2.1 Методы предназначены для проведения текущих измерений ТТР<sub>ув</sub> природного газа.

9.2.2 Анализаторы, реализующие визуальный метод, используют также для контроля точности результатов измерений автоматических анализаторов.

### 9.3 Визуальный метод

#### 9.3.1 Средства измерений, материалы и реагенты

При измерениях используют следующие СИ, материалы и реагенты:

- визуальный анализатор, удовлетворяющий требованиям 8.2, а также по своим характеристикам не уступающий приведенным ниже:

1) диапазон измерений ТТР<sub>ув</sub> — от минус 20,0 °С до плюс 30,0 °С при рабочем давлении (избыточном давлении ГГП в точке отбора);

2) погрешность измерений ТТР<sub>ув</sub> должна быть в пределах значений, указанных в таблице 1;

3) возможность эксплуатации и транспортирования при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 20,0 °С до плюс 40,0 °С;

- СИ давления с допускаемой погрешностью в пределах: ± 0,05 МПа — при измерении рабочего давления более 1,0 МПа; ± 0,005 МПа — при измерении рабочего давления не более 1,0 МПа.

**Пример — Манометр по ГОСТ 2405;**

- СИ расхода ГГП с допускаемой погрешностью в пределах  $\pm 10\%$  верхнего предела измерений, обеспечивающие измерение расхода, указанного в руководстве по эксплуатации анализатора.

**Пример — Ротаметр по ГОСТ 13045;**

- СИ температуры, обеспечивающие измерение температуры окружающего воздуха и ГГП в точке отбора в диапазоне от минус 20,0 °С до плюс 40,0 °С с допускаемой погрешностью в пределах  $\pm 0,5\%$ .

**Пример — Ртутные стеклянные термометры I класса по ГОСТ 28498;**

- средства охлаждения зеркала:

1) элементы Пельтье;

2) вихревую трубку Ранка;

3) сжиженный диоксид углерода по ГОСТ 8050;

4) сжиженный пропан или пропан-бутановую смесь по ГОСТ 20448, ГОСТ 21443, ГОСТ 27578, ГОСТ Р 51104, ГОСТ Р 52087;

- секундомер;

- фильтр-сепаратор;

- фильтр-патрон с хлорнокислым безводным магнием (ангидроном), предназначенный для поглощения паров воды.

**П р и м е ч а н и я**

1 Фильтр-сепаратор состоит из камеры высокого давления, входного и выходного подсоединительных фитингов, дренажного вентиля для слива конденсата. В качестве фильтра-сепаратора можно использовать, например, газовый сепаратор тонкой очистки ФТ-2 производства НПФ «Прибор-Центр» (Украина).

2 Фильтр-патрон представляет собой картридж из полой жесткой пластиковой трубы, заполненный ангидроном, вставленный в металлический корпус. Примером фильтра-патрона является гликоловый фильтр, входящий в состав анализаторов «Dew Point Tester» и «Chanscope».

3 Для предотвращения увлажнения ангидрона парами воды, находящимися в воздухе, заполнение картриджей проводят непосредственно перед проведением измерений либо хранят предварительно заполненные картриджи в плотно закрытой сухой посуде;

- медицинскую гигроскопическую вату по ГОСТ 5556 или любую ткань, не оставляющую ворсинок и царапин на зеркале;

- этиловый ректифицированный технический спирт по ГОСТ Р 55878 или этиловый ректифицированный спирт из пищевого сырья по ГОСТ 5962;

- СИ, материалы и реактивы, входящие в комплект анализатора.

**П р и м е ч а н и я**

1 Допускается использовать другие СИ, материалы и реактивы, не уступающие по своим характеристикам СИ, материалам и реактивам, перечисленным выше.

2 Тампоны из медицинской гигроскопической ваты по ГОСТ 5556 или ткань используют для очистки зеркала анализатора в случае отсутствия в его комплектации специальных принадлежностей.

**9.3.2 Подготовка к выполнению измерений**

9.3.2.1 При необходимости зеркало анализатора тщательно протирают ватой или тканью, смоченной спиртом или другим растворителем, указанным в руководстве по эксплуатации анализатора, а затем сухой тканью до полного устранения разводов и подтеков.

9.3.2.2 Пробоотборное устройство, выполненное с учетом требований раздела 8 ГОСТ 31370—2008, продувают испытуемым ГГП, для чего полностью открывают запорный вентиль на несколько секунд, затем подсоединяют пробоотборную линию.

**П р и м е ч а н и я**

1 При наличии в испытуемом ГГП механических примесей (капельной жидкости или твердых частиц) в пробоотборную линию включают фильтр-сепаратор.

2 Если в составе анализатора отсутствует СИ давления, то необходимое СИ устанавливают на пробоотборной линии, по возможности ближе к измерительной камере анализатора.

3 Если в составе анализатора отсутствует СИ расхода, то необходимое СИ устанавливают после выходного вентиля анализатора.

9.3.2.3 Пробоотборную линию продувают испытуемым ГГП, полностью открывая запорный вентиль на несколько секунд, и затем подсоединяют анализатор.

9.3.2.4 При закрытых входном и выходном вентилях анализатора приоткрывают запорный вентиль пробоотборного устройства для заполнения пробоотборной линии испытуемым ГГП. Приоткрывают

входной вентиль анализатора. После установления в измерительной камере анализатора рабочего давления закрывают запорный вентиль пробоотборного устройства. При проверке герметичности пробоотборной линии и измерительной камеры анализатора падение давления не должно быть более 0,5 % полной шкалы манометра в течение 5 мин.

9.3.2.5 В случае негерметичности место утечки определяют обмыливанием соединений. Устраняют негерметичность, предварительно сбросив давление путем постепенного открытия выходного вентиля анализатора. Далее — по 9.3.2.4.

**П р и м е ч а н и е** — Для удаления из испытуемого ГГП механических примесей устанавливают расход ГГП через дренажный вентиль фильтра-сепаратора, не превышающий 2 дм<sup>3</sup>/мин. При этом давление ГГП в измерительной камере анализатора должно быть равным рабочему давлению.

9.3.2.6 Полностью открывают запорный вентиль пробоотборного устройства и входной вентиль анализатора. Используя выходной вентиль анализатора, устанавливают максимальный расход испытуемого ГГП, не вызывающий снижения давления в измерительной камере анализатора, и продувают пробоотборную линию и измерительную камеру не менее 10 мин.

### 9.3.3 Выполнение измерений

9.3.3.1 Расход испытуемого ГГП через измерительную камеру анализатора устанавливают выходным вентилем анализатора. Значение расхода — в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора. При этом давление ГГП в измерительной камере должно быть равным рабочему давлению.

9.3.3.2 Охлаждение зеркала проводят способом, указанным в руководстве по эксплуатации анализатора, со скоростью от 4,0 °С/мин до 6,0 °С/мин и определяют температуру начала конденсации углеводородов  $T_{TP_{yb}}$ . Скорость охлаждения зеркала определяют секундомером, наблюдая за изменением температуры.

#### П р и м е ч а н и я

1 Начало конденсации углеводородов на зеркале наблюдают в виде радужной пленки. В отдельных случаях (для газов, поступающих с установок низкотемпературной подготовки к транспортированию) начало конденсации углеводородов наблюдают в виде прозрачных капель.

2 В случае конденсации на зеркале при его охлаждении паров воды в виде белого или серого пятна с четкими границами на пробоотборной линии между фильтром-сепаратором и измерительной камерой прибора после сброса давления путем закрытия запорного вентиля пробоотборного устройства устанавливают фильтр-патрон с ангидроном, очищают зеркало анализатора по 9.3.2.1, проверяют герметичность по 9.3.2.4, далее — по 9.3.2.6—9.3.3.2. При первичной установке или замене фильтра-патрона время продувки пробоотборной линии и измерительной камеры анализатора, установленное в 9.3.2.6, увеличивают на 5 мин.

3 Если при использовании фильтра-патрона происходит конденсация паров воды на зеркале анализатора, то устанавливают новый фильтр-патрон.

4 Насыщенный водой ангидрон утилизируют. Повторное его использование не допускается.

#### 9.3.3.3 Нагревают зеркало до температуры испытуемого ГГП.

9.3.3.4 Очищают зеркало по 9.3.2.1, предварительно сбросив давление путем закрытия запорного вентиля пробоотборного устройства. После очистки зеркала проверяют герметичность по 9.3.2.4, последовательно полностью открывают запорный вентиль пробоотборного устройства и входной вентиль анализатора и устанавливают расход испытуемого ГГП через измерительную камеру анализатора по 9.3.3.1.

9.3.3.5 Охлаждают зеркало до температуры, превышающей значение  $T_{TP_{yb}}$ , определенное по 9.3.3.2, не менее чем на 4,0 °С.

9.3.3.6 Продолжают охлаждение зеркала с возможно меньшей скоростью, но не выше 1,0 °С/мин. Определяют температуру начала конденсации углеводородов  $t_{yb1}$  (°С).

9.3.3.7 Температура  $t_{yb1}$ , определенная по 9.3.3.6, является результатом первого измерения.

9.3.3.8 Проводят второе измерение в соответствии с 9.3.3.3—9.3.3.6 и получают результат второго измерения  $t_{yb2}$  (°С).

**П р и м е ч а н и е** — Допускается измерять  $T_{TP_{yb}}$  с использованием других алгоритмов охлаждения зеркала анализатора, при этом скорость изменения температуры зеркала в момент фиксации  $T_{TP_{yb}}$  не должна превышать 1,0 °С/мин.

9.3.3.9 Обработку и оформление полученных результатов измерений проводят по разделу 11.

### 9.4 Автоматический метод

#### 9.4.1 Средства измерений, материалы и реактивы

При измерении используют следующие СИ, материалы и реактивы:

- автоматический анализатор, удовлетворяющий требованиям 8.2, а также по своим характеристикам не уступающий приведенным ниже:

- 1) диапазон измерений  $TTP_{yb}$  при рабочем давлении — от минус 20,0 °C до плюс 30,0 °C;
- 2) погрешность измерений  $TTP_{yb}$  должна быть в пределах  $\pm 3,0$  °C;
- 3) возможность эксплуатации и транспортирования анализатора при температуре окружающей среды в диапазоне от минус 20,0 °C до плюс 40,0 °C;
  - СИ температуры, обеспечивающие измерение температуры окружающего воздуха и ГГП в точке отбора в диапазоне от минус 20,0 °C до плюс 40,0 °C с допускаемой погрешностью в пределах  $\pm 0,5$  °C.

**Пример — Ртутные стеклянные термометры I класса по ГОСТ 28498;**

- СИ, материалы и реактивы, входящие в комплект анализатора.

**Примечание** — Допускается использовать другие СИ, материалы и реактивы, не уступающие по своим характеристикам СИ, материалам и реактивам, перечисленным выше.

#### 9.4.2 Подготовка и выполнение измерений

9.4.2.1 Подготовку к измерениям проводят согласно руководству по эксплуатации анализатора.

**Примечание** — Подготовку к измерениям переносным анализатором осуществляют с учетом требований 9.3.2.2, 9.3.2.3.

9.4.2.2 Выполнение измерений проводят согласно руководству по эксплуатации анализатора.

9.4.2.3 Обработку и оформление результатов измерений проводят по разделу 11.

9.4.2.4 Контроль точности измерений автоматическим анализатором проводят по разделу 12.

## 10 Нормы погрешности

10.1 Погрешность результатов измерений  $TTP_{yb}$  визуальным конденсационным методом и ее со-ставляющие приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Нормы погрешности результатов измерений  $TTP_{yb}$  визуальным конденсационным методом  
В градусах Цельсия

Диапазон измерений $TTP_{yb}$	Доверительные границы погрешности $\pm \Delta_k, P = 0,95$	Среднеквадратическое отклонение повторяемости $\sigma_r$	Предел повторяемости $r, P = 0,95, n = 2$
От – 40,0 до – 20,0 включ.	3,0	0,7	2,0
От – 20,0 до 0,0 включ.	2,0	0,55	1,5
От 0,0 до 30,0 включ.	1,5	0,35	1,0

10.2 Доверительные границы погрешности результатов измерений  $TTP_{yb}$  автоматическим анализатором  $\pm \Delta_n$  в градусах Цельсия — в соответствии с руководством по эксплуатации.

## 11 Обработка и оформление результатов измерений

### 11.1 Обработка и оформление результатов измерений $TTP_{yb}$ визуальными анализаторами

11.1.1 За результат измерения  $TTP_{yb}$  принимают округленное до первого десятичного знака среднеарифметическое значение результатов двух последовательных измерений, полученных в условиях повторяемости, если выполняется условие приемлемости, выражаемое соотношением

$$|t_{yb1} - t_{yb2}| \leq r, \quad (1)$$

где  $t_{yb1}, t_{yb2}$  — результаты последовательных измерений  $TTP_{yb}$ , °C;

$r$  — значение предела повторяемости (раздел 10), °C.

11.1.2 Если условие (1) не выполняется, проводят еще одно измерение в условиях повторяемости по 9.3.3.3—9.3.3.6. За результат измерения  $TTP_{yb}$  принимают среднеарифметическое значение результатов трех измерений, округленное до первого десятичного знака, если выполняется условие, выражаемое соотношением

$$t_{\text{yb},\max} - t_{\text{yb},\min} \leq CR_{0,95}, \quad (2)$$

где  $t_{\text{yb},\max}$ ,  $t_{\text{yb},\min}$  — максимальное и минимальное значения из полученных трех результатов измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ ;  
 $CR_{0,95}$  — значение критического диапазона для уровня вероятности  $P = 0,95$ , которое вычисляют по формуле

$$CR_{0,95} = 3,3 \sigma_r, \quad (3)$$

где 3,3 — коэффициент критического диапазона для трех результатов измерений;

$\sigma_r$  — среднеквадратическое отклонение повторяемости (раздел 10),  $^{\circ}\text{C}$ .

11.1.3 Абсолютное давление  $P$ , МПа, вычисляют по формуле

$$P = P_{\text{раб}} + 0,10, \quad (4)$$

где  $P_{\text{раб}}$  — рабочее давление, МПа;

0,10 — принятое атмосферное давление, МПа.

11.1.4 Результат измерения  $\text{TTP}_{\text{yb}}$   $t_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , при абсолютном давлении  $P$ , МПа, представляют в виде формулы

$$t_{\text{yb}}(P) = (t_{\text{yb},\text{ср}} \pm \Delta_k), P = 0,95, \quad (5)$$

где  $t_{\text{yb},\text{ср}}$  — среднеарифметическое значение результатов измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$ , признанных приемлемыми по 11.1.1 или 11.1.2,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$\pm \Delta_k$  — доверительные границы погрешности результата измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$  в соответствии с таблицей 1,  $^{\circ}\text{C}$ .

11.1.5 В случае невыполнения условия (2) результат измерения  $\text{TTP}_{\text{yb}}$   $t_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , представляют в виде формулы

$$t_{\text{yb}}(P) = (t_{\text{yb}(2)} \pm \Delta_k), P = 0,95, \quad (6)$$

где  $t_{\text{yb}(2)}$  — второй наименьший из трех результатов измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ .

## 11.2 Обработка и оформление результатов измерений $\text{TTP}_{\text{yb}}$ переносными автоматическими анализаторами

11.2.1 Обработку результатов измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$  переносными автоматическими анализаторами проводят в соответствии с руководством по эксплуатации.

11.2.2 Результат измерения  $\text{TTP}_{\text{yb}}$   $t_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , при абсолютном давлении  $P$ , МПа, представляют в виде

$$t_{\text{yb}}(P) = (t_{\text{yb},\text{р}} \pm \Delta_n), \quad (7)$$

где  $t_{\text{yb},\text{р}}$  — результат измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$\pm \Delta_n$  — доверительные границы погрешности результата измерений  $\text{TTP}_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ .

11.3 Результат измерения  $\text{TTP}_{\text{yb}}$   $t_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , потоковыми анализаторами при абсолютном давлении  $P$ , МПа, представляют в виде формулы (7).

11.4 Результат измерения  $\text{TTP}_{\text{yb}}$  и значение границ погрешности результата измерений округляют до первого десятичного знака.

11.5 Значение давления в мегапаскалях округляют до второго десятичного знака.

11.6 Если фактическое значение  $\text{TTP}_{\text{yb}}$  выходит за предел нижней границы диапазона измерений анализатора, то результат измерения при абсолютном давлении  $P$ , МПа, представляют в виде

$$t_{\text{yb}}(P) < (t_{\text{min}}). \quad (8)$$

где  $t_{\text{min}}$  — нижняя граница диапазона измерений анализатора,  $^{\circ}\text{C}$ .

11.7 В случае если измеренное значение  $\text{TTP}_{\text{yb}}$   $t_{\text{yb}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , выше температуры ГГП в точке отбора  $t_{\text{ГГП}}$ ,  $^{\circ}\text{C}$ , то результат измерения при абсолютном давлении представляют в виде формулы

$$t_{\text{yb}}(P) = (t_{\text{ГГП}}). \quad (9)$$

## 12 Контроль точности измерений

12.1 Контроль точности измерений  $TTP_{yb}$  проводят путем сравнения результатов параллельных измерений, полученных контрольным (визуальным) и проверяемым (автоматическим) анализаторами.

**П р и м е ч а н и е** — Допускается применять в качестве контрольных автоматические анализаторы, в которых предусмотрен визуальный контроль процесса конденсации углеводородов, при условии что скорость изменения температуры зеркала в момент фиксации  $TTP_{yb}$  не превышает 1,0 °С/мин.

12.2 Измерения  $TTP_{yb}$  визуальным анализатором проводят по 9.3.

12.3 Измерения  $TTP_{yb}$  автоматическим анализатором проводят по 9.4.

12.4 Расхождение между результатами измерений контрольным и проверяемым анализаторами не должно превышать значения допускаемого расхождения  $\Delta_d$ , °С, которое вычисляют по формуле

$$\Delta_d = \Delta_k \pm \Delta_n, \quad (10)$$

где  $\Delta_k$ ,  $\Delta_n$  — границы погрешности контрольного и проверяемого анализаторов в соответствии с разделом 10, °С.

12.5 В случае если расхождение между результатами измерений превышает значение  $\Delta_d$ , вычисленное по формуле (10), проводят повторный контроль точности измерений проверяемым анализатором по 12.2—12.4.

12.6 В случае повторного превышения значения допускаемого расхождения  $\Delta_d$  результаты измерений проверяемым анализатором признают недостоверными и проводят мероприятия по выявлению и устранению причин недостоверности результатов измерений проверяемым анализатором.

## Библиография

- |      |  |  |
|------|--|--|
| [1]  | Гигиенические нормативы<br>Министерства здравоохранения РФ<br>ГН 2.2.5.1313—03   | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны   |
| [2]  | Правила безопасности<br>Госгортехнадзора России<br>ПБ 8-622—03   | Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств  |
| [3]  | Правила безопасности<br>Госгортехнадзора России<br>ПБ 08-624—03  | Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности   |
| [4]  | Правила пожарной безопасности<br>МЧС России ППБ 01—03  | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации   |
| [5]  | Ведомственные правила пожарной<br>безопасности ОАО «Газпром»<br>ВППБ 01-04—98  | Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности   |
| [6]  | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» | «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»   |
| [7]  | Строительные нормы и правила<br>Министерства строительства РФ<br>СНиП 2.04.01—85   | Внутренний водопровод и канализация зданий   |
| [8]  | Строительные нормы и правила<br>Министерства строительства РФ<br>СНиП 2.04.02—84   | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  |
| [9]  | Нормы пожарной безопасности<br>Министерства РФ по делам гражданской обороны,<br>чрезвычайным ситуациям<br>и ликвидации последствий стихийных бедствий НПБ 110—03   | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией                                 |
| [10] | Санитарные правила<br>и нормы Минздрава России<br>СанПиН 2.1.6.1032—01   | Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест   |
| [11] | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 6. Утвержден совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30                         | «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 6. Утвержден совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30» |
| [12] | Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Утвержден совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30                         | «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Утвержден совместным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3-30» |

---

УДК 543.27.001.4:006.354

ОКС 75.060

Ключевые слова: газ горючий природный (ГГП), выполнение измерений, температура точки росы по углеводородам, визуальный конденсационный анализатор, автоматический конденсационный анализатор

---

Редактор *Е.И. Мосур*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.И. Рычкова*  
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 21.09.2019. Подписано в печать 25.11.2019. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,30.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)