
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54637—
2011

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Метод определения витамина D₃

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Учреждением Российской академии медицинских наук Научно-исследовательским институтом питания РАМН

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 36 «Функциональные пищевые продукты»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2011 г. № 786-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2013, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1
2 Нормативные ссылки1
3 Термины и определения2
4 Сущность метода2
5 Требования безопасности3
6 Условия выполнения испытания3
7 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы4
8 Подготовка к выполнению измерений5
9 Выполнение измерений8
10 Обработка и оформление результатов8
11 Метрологические характеристики метода9
Библиография	11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Метод определения витамина D₃

Functional food products.
Method of vitamin D₃ determination

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на функциональные пищевые продукты и устанавливает метод определения массовой доли витамина D₃ (холекальциферола) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (далее — ВЭЖХ).

Диапазон измерений массовой доли витамина D₃ составляет от 0,1 до 1,0 млн⁻¹.

Примечание — Настоящий стандарт допускается распространять на пищевые продукты при условии соблюдения диапазона измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4166 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4517 Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реагентов и растворов, применяемых при анализе

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 8981 Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия

ГОСТ 9293 Азот газообразный и жидккий. Технические условия

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13496.0 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб

ГОСТ 14919 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 16317 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18300¹⁾ Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия
ГОСТ 19627 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия
ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 26809.1 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
ГОСТ 27025 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 51652²⁾ Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия
ГОСТ Р 52062 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ Р 52179 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля
ГОСТ Р 52349 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения
ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52349, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 содержание витамина D₃: Массовая доля холекальциферола, определенная в соответствии с настоящим стандартом и выраженная в миллионных долях (млн⁻¹).

4 Сущность метода

Витамин D₃ экстрагируют после омыления анализируемой пробы с использованием раствора гидроксида калия. Полученный экстракт используют для выделения методом полупрепартивной нормально-фазной (далее — НФ) ВЭЖХ фракции, содержащей витамин D₃, и затем проводят анализ с использованием аналитической обращенно-фазной (далее — ОФ) ВЭЖХ. Витамин D₃ детектируют по поглощению в ультрафиолетовой области спектра, пики идентифицируют по их времени удерживания и спектру.

¹⁾ Действует ГОСТ Р 55878—2013.

²⁾ Действует ГОСТ 5962—2013.

Количественный анализ проводят с помощью метода внутреннего стандарта, используя площадь или высоту пиков. В качестве внутреннего стандарта для определения витамина D₃ используется витамин D₂.

5 Требования безопасности

5.1 Условия безопасного проведения работ

При выполнении испытаний необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, установленные ГОСТ 12.1.004, электробезопасности — ГОСТ 12.1.019, техники безопасности при работе с реактивами — ГОСТ 12.1.007, а также требования, изложенные в технической документации на спектрофотометр, хроматограф, другие приборы и оборудование.

Помещение, в котором проводят испытания, должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

При работе с газовыми баллонами необходимо руководствоваться [1].

5.2 Требования к квалификации оператора

К выполнению испытаний и обработке результатов допускаются лица с высшим или средним специальным образованием по профессиям химик, инженер-химик, техник, лаборант, имеющие опыт работы в химической лаборатории. Первое применение метода в лаборатории следует проводить под наблюдением квалифицированного специалиста в области ВЭЖХ.

6 Условия выполнения испытания

6.1 Общие условия

Испытания проводят в нормальных лабораторных условиях: температура окружающей среды — (25 ± 5) °С; относительная влажность — (65 ± 15) %; частота переменного тока — (50 ± 5) Гц; напряжение в сети — (220 ± 10) В.

Хранение стандартных веществ проводят в защищенном от света месте и при температуре не выше 4 °С.

При приготовлении и хранении растворов следует выполнять требования ГОСТ 27025, ГОСТ 4517.

Для предотвращения разрушения витамина D₃ анализируемой пробы и стандартов проводят в присутствии антиоксиданта (L-аскорбиновой кислоты, гидрохинона, пирогаллола), предохраняя пробы от попадания на них прямого солнечного света.

6.2 Условия хроматографического анализа

Температура колонки: 25 °С или температура окружающей среды.

Объемная скорость подачи подвижной фазы для НФ и ОФ ВЭЖХ: 0,7 — 1,0 см³ /мин.

Объем вводимой пробы для проведения полупрепартивной НФ ВЭЖХ: 0,20 — 0,25 см³.

Объем вводимой пробы для проведения аналитической ОФ ВЭЖХ: 0,1 см³.

Подвижная фаза для проведения полупрепартивной НФ ВЭЖХ (в объемном соотношении): н-гексан : 2-пропанол (98:2) или н-гексан : 2-пропанол : тетрагидрофуран (98:1:1).

Подвижная фаза для проведения аналитической ОФ ВЭЖХ (в объемном соотношении): ацетонитрил : метиловый спирт (80:20) или ацетонитрил : метиловый спирт : метилен хлористый (50:45:5).

Проверку оптимальности условий хроматографического разделения в условиях полупрепартивной НФ ВЭЖХ осуществляют путем хроматографического анализа раствора анализируемой пробы по 8.2.5. Эффективность хроматографического разделения признается удовлетворительной, если коэффициент разделения пика витамина D от пиков токоферолов матрицы составляет не менее 1,3. В противном случае для достижения требуемой эффективности разделения экспериментальным путем подбирают скорость потока подвижной фазы или проводят испытания других подвижных фаз и колонок.

Проверку оптимальности условий хроматографического разделения в условиях аналитической ОФ ВЭЖХ осуществляют путем хроматографического анализа смешанного раствора витаминов D₂ и D₃ с массовой концентрацией каждого вещества не менее 0,5 мкг/см³. Данный раствор готовят из

основных растворов по аналогии с методикой приготовления рабочих растворов по 8.1.2.1 и 8.1.2.2. Эффективность хроматографического разделения признается удовлетворительной, если коэффициент разделения соседних пиков витаминов D₂ и D₃ составляет не менее 1,3. В противном случае для достижения требуемой эффективности разделения экспериментальным путем подбирают скорость потока подвижной фазы или проводят испытания других подвижных фаз и колонок.

7 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и материалы

7.1 Для определения массовой доли витамина D₃ применяют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование и материалы:

- весы по ГОСТ Р 53228 с пределами допускаемой абсолютной погрешности $\pm 0,1$ мг;
- спектрофотометр со спектральным рабочим диапазоном от 190 до 1100 нм, основной погрешностью измерений коэффициента пропускания не более 1 %;
- кюветы кварцевые с длиной оптического пути 1 см;
- хроматограф для проведения анализа методом полупрепартивной ВЭЖХ, включающий следующие элементы: насос; устройство для ввода пробы; колонку для проведения анализа методом полупрепартивной НФ ВЭЖХ диаметром 0,4—0,46 см, длиной 25—30 см, заполненную силикагелем или силикагелем, модифицированным CN- или NH₂-группами с размером частиц 5 мкм; спектрофотометрический (длина волны детектирования 265 нм) или диодно-матричный детектор с погрешностью измерений не более 10 % отн., устройство для сбора фракций, регистрирующее устройство (самописец или интегратор), позволяющее проводить измерение площади (или высоты) пика с погрешностью не более 1 %; программное обеспечение для обработки полученных результатов измерений;
- хроматограф для проведения анализа методом аналитической ВЭЖХ, включающий следующие элементы: насос; устройство для ввода проб; колонку для проведения анализа методом аналитической ОФ ВЭЖХ диаметром 0,40—0,46 см, длиной 25—30 см, заполненную октадецилсиликагелем, с размером частиц 5 мкм; спектрофотометрический (длина волны детектирования 265 нм) или диодно-матричный детектор с погрешностью измерений не более 10 % отн., регистрирующее устройство (самописец или интегратор), позволяющее проводить измерение площади (или высоты) пика с погрешностью не более 1 %; программное обеспечение для обработки полученных результатов измерений;
- фильтры для фильтрования подвижной фазы и анализируемых растворов (например, с размером пор 0,45 мкм);
- микрошприцы типа «Гамильтон» вместимостью 0,2 см³ и 0,5 см³ для ввода проб в жидкостный хроматограф;
- пипетки градуированные 1(2,3)-1(2)-1-0,5(1,2,5,10,25) по ГОСТ 29227 или дозаторы автоматические с аналогичными или изменяемыми объемами доз с относительной погрешностью дозирования не более $\pm 1\%$;
- цилиндры 1-50(100,250)-1(2) по ГОСТ 1770;
- колбы мерные 2-50(100,250,500,1000)-2 по ГОСТ 1770;
- пробирки мерные с притертными пробками П-2-5(10,15,20,25)-0,1(0,2)ХС по ГОСТ 1770;
- стаканы В(Н)-1-50(100,150,250)ХС по ГОСТ 25336;
- колбы круглодонные К-1-100(250,500)-29/32ХС по ГОСТ 25336;
- воронки В-36(56)-80ХС, В-75-110(140)ХС, В-100-150ХС по ГОСТ 25336;
- линейка металлическая с ценой деления 1 мм по ГОСТ 427;
- встрихиватель для колб и пробирок с диапазоном частот колебаний платформ 100—150 колебаний в минуту;
- центрифуга, обеспечивающая 4—6 тыс. об/мин;
- баня водяная с регулятором нагрева, поддерживающая температуру от 30 °С до 100 °С;
- баня ультразвуковая лабораторная рабочим объемом не менее 2 дм³;
- испаритель ротационный с диапазоном рабочего давления от 7 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (от $9 \cdot 10^2$ Па до $10 \cdot 10^4$ Па) или насос водоструйный по ГОСТ 25336;
- холодильники стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336;
- термометр лабораторный жидкостный с диапазоном температур от 0 до 100 °С, ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498;
- баллон с газообразным азотом по ГОСТ 9293, ос.ч. и [1];

- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026;
- плитка электрическая закрытого типа по ГОСТ 14919;
- мельница лабораторная электрическая;
- холодильник бытовой по ГОСТ 16317.

7.2 При выполнении измерений применяют следующие реактивы и материалы:

- абсолютный этиловый спирт (C_2H_5OH) массовой долей основного вещества не менее 99,9 %;
- ректифицированный этиловый спирт (C_2H_5OH) массовой долей основного вещества не менее 96 % или по ГОСТ Р 51652, ГОСТ 18300;

- метиловый спирт (CH_3OH), массовой долей основного вещества не менее 99,9 %;
- ацетонитрил (CH_3CN), массовой долей основного вещества не менее 99,8 %;
- метилен хлористый (CH_2Cl_2), массовой долей основного вещества не менее 99,8 %;
- *n*-гексан (C_6H_{14}), массовой долей основного вещества не менее 99,5 %;
- этилацетат ($C_4H_8O_2$), массовой долей основного вещества не менее 99 % или по ГОСТ 8981;
- 2-пропанол (C_3H_8O), массовой долей основного вещества не менее 99,5 %;
- тетрагидрофуран (C_4H_8O), массовой долей основного вещества не менее 99,5 %;
- петролейный эфир, перегнанный при температуре $(50 \pm 10)^\circ C$, очищенный от перекисей;
- диэтиловый эфир, очищенный от перекисей, содержащий 0,1 % пирогаллола по [2];
- калия гидроокись (КОН) по ГОСТ 24363, х.ч. или ч.д.а., раствор КОН массовой долей 50 %;
- натрий сернокислый (Na_2SO_4) безводный, массовой долей основного вещества не менее 99,5 % или по ГОСТ 4166, х.ч.:

- дистиллированную воду по ГОСТ 6709;
- кислоту аскорбиновую ($C_6H_8O_6$) по [3] или [4], х.ч.:
- гидрохинон ($C_6H_6O_2$), массовой долей основного вещества не менее 99 % или по ГОСТ 19627;
- пирогаллол ($C_6H_8O_3$), массовой долей основного вещества не менее 99 %;
- бутилгидрокситолуол — БГТ ($C_{15}H_{24}O$), массовой долей основного вещества не менее 99 %, раствор БГТ в *n*-гексане массовой концентрацией 2 мг/см³;
- эргокальциферол (витамин D₂), М ($C_{28}H_{44}O$) = 396,7 г/моль, массовой долей основного вещества не менее 98 %;
- холекальциферол (витамин D₃), М ($C_{27}H_{44}O$) = 384,6 г/моль, массовой долей основного вещества не менее 98 %.

7.3 Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необходимую точность измерений, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Приготовление растворов

8.1.1 Исходные растворы стандартов

8.1.1.1 Для приготовления исходного раствора витамина D₂ в мерную колбу объемом 100 см³ помещают около 100 мг витамина D₂, растворяют в этиловом ректифицированном спирте и доводят до метки спиртом. Этот раствор содержит около 1 мг/см³ витамина D₂. Массовую концентрацию исходного раствора витамина D₂ уточняют по 8.1.2.1.

8.1.1.2 Для приготовления исходного раствора витамина D₃ в мерную колбу объемом 100 см³ помещают около 100 мг витамина D₃, растворяют в этиловом ректифицированном спирте и доводят до метки спиртом. Этот раствор содержит около 1 мг/см³ витамина D₃. Массовую концентрацию исходного раствора витамина D₃ уточняют по 8.1.2.2.

Приготовленные растворы хранят в темноте при температуре не выше 4 °C.

8.1.2 Рабочие растворы стандартов

8.1.2.1 1 см³ исходного раствора витамина D₂, приготовленного по 8.1.1.1, с помощью пипетки переносят в мерную колбу объемом 100 см³ и доводят до метки этиловым ректифицированным спиртом. Раствор готовят непосредственно перед проведением анализа. Массовая концентрация рабочего раствора витамина D₂ составляет 10 мкг/см³.

Измерение оптической плотности стандартного раствора витамина D₂ проводят в кварцевой ювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при 265 нм, используя в качестве раствора сравнения спирт

этиловый ректифицированный. Для расчета массовой концентрации раствора витамина D₂ (C_{D_2} , мкг/см³) используют уравнение:

$$C_{D_2} = \frac{A_{265} \cdot 10^6}{100 \cdot 475}, \quad (1)$$

где A_{265} — значение оптической плотности рабочего раствора витамина D₂ при 265 нм;

475 — значение оптической плотности раствора витамина D₂ массовой концентрации 1 г в 100 см³ при 265 нм в спирте этиловом при толщине поглощающего слоя 1 см ($E_{1\text{cm}}^{1\%}$);

10⁶ — коэффициент пересчета граммов в микрограммы;

100 — коэффициент пересчета на 1 см³.

8.1.2.2 1 см³ исходного раствора витамина D₃, приготовленного по 8.1.1.2, с помощью пипетки переносят в мерную колбу объемом 100 см³ и доводят до метки спиртом этиловым ректифицированным. Раствор готовят непосредственно перед проведением анализа. Массовая концентрация рабочего раствора витамина D₃ составляет 10 мкг/см³.

Измерение оптической плотности стандартного раствора витамина D₃ проводят в кварцевой ювете с толщиной поглощающего слоя 1 см при 265 нм, используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый ректифицированный. Для расчета массовой концентрации раствора витамина D₃ (C_{D_3} , мкг/см³) используют уравнение:

$$C_{D_3} = \frac{A_{265} \cdot 10^6}{100 \cdot 485}, \quad (2)$$

где A_{265} — значение оптической плотности рабочего раствора витамина D₃ при 265 нм;

485 — значение оптической плотности раствора витамина D₃ массовой концентрации 1 г в 100 см³ при 265 нм в спирте этиловом при толщине поглощающего слоя 1 см ($E_{1\text{cm}}^{1\%}$);

10⁶ — коэффициент пересчета граммов в микрограммы;

100 — коэффициент пересчета на 1 см³.

8.1.2.3 Для приготовления рабочего раствора внутреннего стандарта витамина D₂ 10 см³ стандартного раствора витамина D₂ по 8.1.1.1 с помощью пипетки помещают в мерную колбу объемом 100 см³ и доводят до метки спиртом этиловым ректифицированным. Раствор готовят непосредственно перед использованием. Массовая концентрация рабочего раствора витамина D₂ составляет 1 мкг/см³.

8.1.2.4 Для приготовления рабочего раствора смеси витаминов D₂ и D₃, необходимого для проведения полупрепартивной НФ ВЭЖХ, помещают 5 см³ рабочего раствора витамина D₂ по 8.1.2.1 и 5 см³ рабочего раствора витамина D₃ по 8.1.2.2 в колбу роторного испарителя. Растворитель тщательно упаривают на водяной бане при температуре не выше 40 °C. Сухой остаток перерастворяют в 50 см³ н-гексана или подвижной фазы, используемой для проведения полупрепартивной НФ ВЭЖХ. Массовая концентрация витамина D₂ (D₃) в растворе составляет 1 мкг/см³.

8.1.2.5 Из исходных растворов готовят не менее четырех рабочих растворов витамина D₃ в диапазоне концентраций 0,1—10,0 мкг/см³, используемых для построения градуировочного графика по 8.4. Для этого 1,0 см³ и 10,0 см³ рабочего раствора витамина D₃ по 8.1.2.2 с помощью пипетки помещают в мерную колбу на 100 см³ и растворы доводят до метки спиртом этиловым абсолютным (массовая концентрация полученных растворов витамина D₃ составляет 0,1 мкг/см³ и 1,0 мкг/см³), а также 0,5 см³ и 1,0 см³ исходного раствора витамина D₃ по 8.1.2.2 помещают в мерную колбу на 100 см³ и растворы доводят до метки спиртом этиловым абсолютным (массовая концентрация полученных растворов витамина D₃ составляет 5,0 мкг/см³ и 10,0 мкг/см³).

8.2 Отбор и подготовка проб

8.2.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 13496.0, ГОСТ 26809.1, ГОСТ Р 52062, ГОСТ Р 52179.

8.2.2 Крупные частицы средней пробы, выделенной методом квартования из лабораторной пробы, измельчают с использованием подходящего оборудования (например, лабораторной мельницы) до такого состояния, чтобы весь продукт проходил через сито с отверстиями диаметром 1 мм. Размолотую пробу тщательно перемешивают.

Анализируемые пробы гомогенизируют, избегая воздействия повышенной температуры.

8.2.3 Для омыления испытуемой пробы, содержащей менее 30 % жира, 5—20 г исследуемого материала помещают в плоскодонную колбу вместимостью 100—500 см³, добавляют 90—100 см³ этилового ректифицированного спирта, 1 г аскорбиновой кислоты (или 1 г пирогаллола), 50 см³ 50 %-ного раствора гидроокиси калия. Перед омылением в колбу вносят соответствующее количество раствора внутреннего стандарта. Количество витамина D₂ должно быть близким к ожидаемому количеству витамина D₃ в анализируемом образце. Омыление проводят в течение 30 мин на водяной бане с обратным холодильником (желательно в токе азота) при температуре 70 °С—80 °С.

При проведении щелочного гидролиза при комнатной температуре в течение не менее 16 ч используют вышеуказанные соотношения материала и реагентов.

8.2.4 Для омыления испытуемой пробы, содержащей более 30 % жира, в колбу для омыления вносят 5—20 г исследуемого материала, добавляют 90—100 см³ спирта этилового, примерно 1 г аскорбиновой кислоты (или 1 г пирогаллола), 50 см³ 50 %-ного раствора гидроокиси калия. Перед омылением в колбу вносят соответствующее количество раствора внутреннего стандарта витамина D₂, количество которого должно быть близким к ожидаемому количеству витамина D₃ в анализируемом образце. Омыление проводят на водяной бане в течение 30—45 мин (желательно в токе азота) при температуре 95 °С—100 °С.

Рекомендуемое добавляемое количество внутреннего стандарта приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Количество добавляемого внутреннего стандарта витамина D₂

Заявленное содержание витамина D ₃ , млн ⁻¹	Навеска пробы, г	Количество вносимого раствора внутреннего стандарта, см ³
От 0,1 до 0,3 включ.	20	3
Св. 0,3 до 0,6 включ.	10	3
Св. 0,6 до 1,0 включ.	5	2

Если после омыления и охлаждения жир или масло остаются на поверхности омыляемой смеси, то вновь приливают 50 см³ 50 %-ного раствора KOH и омыление повторяют.

После окончания гидролиза, проведенного по 8.2.3 (8.2.4), содержимое колбы быстро охлаждают до (20 ± 5) °С и количественно переносят в делительную воронку. Витамин D экстрагируют 100 см³ n-гексана (этилацетата, петролейного или диэтилового эфира).

Для удаления воды экстракт фильтруют через фильтр с 2—5 г безводного сульфата натрия. Фильтр промывают 20 см³ n-гексана, затем добавляют в фильтрат 1 см³ раствора (2 мг/см³) БГТ в n-гексане. Экстракт промывают 3—5 раз порциями воды по 50—100 см³ до исчезновения щелочной реакции промывных вод (по универсальной индикаторной бумаге) и затем упаривают с помощью роторного испарителя при пониженном давлении и при температуре не выше 40 °С.

8.2.5 Для приготовления раствора исследуемого образца для анализа с помощью полупрепартивной НФ ВЭЖХ к сухому остатку после упаривания экстракта приливают 2 см³ n-гексана (или другого растворителя, или смеси растворителей, которые используются в качестве подвижной фазы в системе полупрепартивной ВЭЖХ).

8.2.6 Для выделения фракции, содержащей витамин D, 0,2—0,5 см³ раствора по 8.2.5 элюируют в условиях полупрепартивной ВЭЖХ и собирают элюат, содержащий смесь витаминов D₂ и D₃ (в условиях НФ ВЭЖХ эти соединения элюируются одновременно), предварительно определив время удерживания этих соединений по 8.3. Время удерживания витамина D зависит от используемых подвижных и неподвижных фаз и обычно составляет 10—15 мин. Общее время хроматографического разделения составляет 25—30 мин.

8.2.7 Фракцию элюата, полученную по 8.2.6, упаривают на роторном испарителе при пониженном давлении и температуре не более 40 °С и сухой остаток перерастворяют в 0,5 см³ подвижной фазы для аналитической ОФ ВЭЖХ.

8.3 Подготовка жидкостных хроматографов

Подготовку жидкостных хроматографов к работе осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. Перед началом работы колонки промывают элюентом.

Раствор смеси витаминов D₂ и D₃ по 8.1.2.4 несколько раз вводят в хроматограф для полупре-

паративного анализа и проверяют повторяемость времени удерживания витамина D (в варианте НФ ВЭЖХ витамины D₂ и D₃ элюируются одновременно). Хроматографические условия оптимизируют для оптимального разделения пика витамина D от пиков токоферолов и других соединений матрицы.

Раствор смеси витаминов D₂ и D₃ по 8.1.2.6 несколько раз вводят в хроматограф для варианта аналитической ОФ ВЭЖХ и проверяют повторяемость полного разделения пиков витаминов D₂ и D₃ (степень разделения пиков должна быть не менее 1,0). Условия хроматографирования также должны обеспечивать оптимальное отделение пиков витаминов D₂ и D₃ от пиков других соединений матрицы.

8.4 Построение градуировочной зависимости

Процедуры построения градуировочной зависимости выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования и руководством пользователя по программному обеспечению.

Градуировочный график строят в координатах «аналитический сигнал, mAU·с (AU·с) или мм» — «массовая концентрация витамина в градуировочном растворе, мкг/см³». Для каждого анализируемого градуировочного раствора проводят два параллельных измерения и находят среднеарифметическое значение. Различие между измеренными значениями аналитических сигналов и времени удерживания не должно превышать 5 % средних значений. Линейные участки градуировочного графика должны соответствовать всему диапазону определяемых концентраций витамина D₃. Коэффициент градуировочного графика k_{tr} определяют как среднеарифметическое значение коэффициентов k_i , вычисляемых по формуле

$$k_i = \frac{C_i}{S_i}, \quad (3)$$

где C_i — массовая концентрация микронутриентов в i -м градуировочном растворе, мкг/см³;
 S_i — площадь пика i -го градуировочного раствора, mAU·с (AU·с) или высота, мм.

Проводят хроматографический анализ не менее четырех рабочих стандартных растворов витамина D₃, приготовленных по 8.1.2.5.

Правильность построения градуировочной зависимости контролируется значением достоверной аппроксимации $R^2 \geq 0,997$.

Градуировка проводится в следующих случаях: на этапе освоения метода, при изменении условий хроматографического анализа или при выявлении несоответствия метрологическим требованиям результатов оперативного контроля или внутреннего аудита.

9 Выполнение измерений

В колонку хроматографа для проведения аналитической ОФ ВЭЖХ последовательно вводят равные объемы испытуемого раствора по 8.2.7 и одного из градуировочных растворов по 8.1.2.5.

Идентификацию пиков проводят, сопоставляя время удерживания, спектры в УФ-диапазоне длин волн или соотношения интенсивности сигнала детектора при различных длинах волн для соответствующих пиков стандартов и определяемых соединений.

10 Обработка и оформление результатов

Поправочный коэффициент k рассчитывают с помощью метода внутреннего стандарта по формуле

$$k = \frac{S_{\text{вн.ст}} \cdot C_x}{S_x \cdot C_{\text{вн.ст}}}, \quad (4)$$

где $S_{\text{вн.ст}}$ — площадь (mAU · с или AU · с) или высота (мм) пика внутреннего стандарта витамина D₂;
 S_x — площадь (mAU · с или AU · с) или высота (мм) пика определяемого витамина D₃;
 $C_{\text{вн.ст}}$ — массовая концентрация внутреннего стандарта витамина D₂ по 8.1.2.3, мкг/см³;
 C_x — массовая концентрация определяемого витамина D₃, мкг/см³.

Массовую долю витамина D₃ в анализируемом образце X , млн^{-1} , рассчитывают по формуле

$$X = k \cdot \frac{m_{\text{вн.ст}} \cdot S_x}{m_{\text{пр}} \cdot C_{\text{вн.ст}}}, \quad (5)$$

где $m_{\text{вн.ст}}$ — масса внутреннего стандарта (витамина D₂), добавленного к навеске пробы анализируемого образца, мг;

$m_{\text{пр}}$ — масса пробы, взятой для омыления, кг;

$C_{\text{вн.ст}}$ — площадь (mAU·с или AU·с) или высота (мм) пика внутреннего стандарта витамина D₂;

S_x — площадь (mAU·с или AU·с) или высота (мм) пика определяемого витамина D₃;

k — поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле 4.

Результат вычисляют до третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака.

Каждую пробу анализируют дважды, начиная со взятия навески испытуемой пробы. Расхождение между результатами двух параллельных измерений X_1 , X_2 (в процентах от среднего значения $X_{\text{ср}}$), выполненных одним оператором с использованием идентичных реагентов и оборудования и в минимально возможный промежуток времени, не должно превышать норматива контроля сходимости r с доверительной вероятностью 95 %.

При соблюдении этого условия за окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение $X_{\text{ср}}$.

Границы относительной погрешности определения массовой доли витамина D₃ $\pm \delta$, в процентах от результата испытания, и при доверительной вероятности 95 % не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Результат определения витамина D₃ представляют в следующем виде:

$$X_{\text{ср}} \pm \Delta, \text{ млн}^{-1} \text{ при } P = 95 \%, \quad (6)$$

где $X_{\text{ср}}$ — среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, млн^{-1} ;

Δ — значение границы абсолютной погрешности определений, млн^{-1} , рассчитанное по формуле

$$\Delta = \frac{\delta \cdot X_{\text{ср}}}{100}, \quad (7)$$

где δ — значение границы относительной погрешности измерений, % (таблица 2).

11 Метрологические характеристики метода

11.1 Повторяемость

Каждую пробу анализируют дважды, начиная со взятия навески испытуемой пробы. Расхождение между результатами двух параллельных измерений (X_1 , X_2), выполненными одним оператором с использованием идентичных реагентов и оборудования и в минимально возможный промежуток времени, считают удовлетворительным, если $|X_1 - X_2| \leq 0,01 \cdot r \cdot X_{\text{ср}}$, где $X_{\text{ср}}$ — среднеарифметическое значение. Значение r (предел повторяемости) приведено в таблице 2.

При превышении r испытание повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

11.2 Воспроизводимость

Пробу делят на две равные части. Расхождение между результатами двух определений (X_1 , X_2), выполненными разными операторами в разное время с использованием различных реагентов и оборудования, считают удовлетворительным, если $|X_1 - X_2| \leq 0,01 \cdot R \cdot X$, где X — среднеарифметическое значение. Значение R (предел воспроизводимости) приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Основные метрологические характеристики метода

Метрологическая характеристика ($P = 0,95$)	Диапазон измерений, млн^{-1}	
	от 0,1 до 0,5 включ.	св. 0,5 до 1,0 включ.
Стандартное отклонение повторяемости s_r , %	8,8	7,1
Предел повторяемости r , %	25	20
Стандартное отклонение воспроизводимости s_R , %	10,6	8,8
Предел воспроизводимости R , %	30	25
Границы относительной погрешности ($\pm\delta$), %	25	20
Предел обнаружения, млн^{-1}		0,03

При превышении R испытание повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

11.3 Контроль погрешности результатов испытаний

Контроль погрешности (точности) результатов испытаний проводят методом добавок. Пробу делят на две равные части. В одну из них добавляют стандарт витамина D_3 в количестве, составляющем 50—150 % от исходного содержания компонента в пробе, и проводят испытания в соответствии с настоящим стандартом.

Результаты испытаний признают удовлетворительными, если погрешность определения массовой доли витамина D_3 в добавке не превышает норматива оперативного контроля погрешности $K_{\text{доб}}$, млн^{-1} :

$$|X_{\text{доб}} - X_{\text{ср}} - c_{\text{доб}}| \leq K_{\text{доб}}, \quad (8)$$

где $X_{\text{доб}}$ — среднеарифметическое значение результатов двух испытаний пробы с добавкой, млн^{-1} ;

$X_{\text{ср}}$ — среднеарифметическое значение результатов двух испытаний пробы без внесения добавки, млн^{-1} ;

$c_{\text{доб}}$ — массовая доля добавки, млн^{-1} .

При проведении внутрилабораторного контроля значение $K_{\text{доб}}$ рассчитывают (при доверительной вероятности 90 %) по формуле

$$K_{\text{доб}} = 0,84 \cdot \frac{\delta}{100} \cdot \sqrt{X_{\text{доб}}^2 + X_{\text{ср}}^2}, \quad (9)$$

где δ — значение границы относительной погрешности определения массовой доли витамина D_3 , указанное в таблице 2.

При проведении межлабораторного контроля значение $K_{\text{доб}}$ рассчитывают (при доверительной вероятности 95 %) по формуле

$$K_{\text{доб}} = \frac{\delta}{100} \cdot \sqrt{X_{\text{доб}}^2 + X_{\text{ср}}^2}. \quad (10)$$

11.4 Контроль стабильности результатов при реализации методики в лаборатории

Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6, используя метод контроля стабильности стандартного отклонения промежуточной прецизионности по ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 (пункт 6.2.3) с применением контрольных карт Шухарта. Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов измерений должны быть предусмотрены в руководстве по качеству лаборатории в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2006 (подраздел 4.2) и ГОСТ Р 8.563—2009 (пункт 7.1.1).

Библиография

- [1] ПВ 10-115—96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
- [2] ГФ СССР X, ст. 34 Эфир медицинский
- [3] ГФ СССР X, ст. 6 Кислота аскорбиновая (витамин С)
- [4] ФС 42-2668—95 Кислота аскорбиновая (витамин С)

Ключевые слова: продукты пищевые функциональные, витамин D₃, холекальциферол, определение содержания, высокозэффективная жидкостная хроматография

Редактор *В.Н. Разузина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *М.В. Лебедевой*

Сдано в набор 20.11.2019. Подписано в печать 02.12.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,68.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru