
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
54650—
2011

ПОЧВЫ

**Определение подвижных соединений фосфора
и калия по методу Кирсанова
в модификации ЦИНАО**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ «ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова» Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 25 «Качество почв, грунтов и органических удобрений»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 799-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2013, 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Сущность метода	2
5 Метрологические характеристики метода	2
6 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, посуда	2
7 Отбор и подготовка проб к анализу	4
8 Подготовка к анализу	4
9 Проведение анализа	5
10 Обработка и оформление результатов	6
11 Контроль погрешности результатов измерений	6

ПОЧВЫ**Определение подвижных соединений фосфора и калия
по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО**

Soils.

Determination of mobile phosphorus and potassium compounds by Kirsanov method modified by CINAO

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны и устанавливает метод Кирсанова в модификации ЦИНАО определения подвижных соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O).

Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие карбонаты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 1770 (ISO 1042—83, ISO 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3765 Реактивы. Аммоний молибденокислый. Технические условия

ГОСТ 4198 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4234 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия¹⁾

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 19908 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27593 Почвы. Термины и определения

ГОСТ 28168 Почвы. Отбор проб

ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29169 (ISO 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29251 (ISO 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

¹⁾ Действует ГОСТ Р 58144—2018.

ГОСТ 29269 Почвы. Общие требования к проведению анализов

ГОСТ Р 8.563 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

ГОСТ Р 51652 Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 8.563, ГОСТ 28168, ГОСТ 27593, а также следующий термин с соответствующим определением.

3.1 характеристика почвы агрохимическая: Совокупность химических и физико-химических показателей плодородия почв.

4 Сущность метода

Метод основан на извлечении подвижных соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) из почвы раствором соляной кислоты (экстрагирующим раствором) молярной концентрацией 0,2 моль/дм³ и последующем количественном определении подвижных соединений фосфора (P_2O_5) на фотоэлектроколориметре и калия (K_2O) — на пламенном фотометре.

5 Метрологические характеристики метода

5.1 Пределы относительной погрешности результатов измерений подвижных соединений фосфора (P_2O_5) в почве по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО:

- ± 35 % при массовой доле P_2O_5 до 30 млн⁻¹ включ.;
- ± 20 % при массовой доле P_2O_5 св. 30 млн⁻¹.

5.2 Пределы относительной погрешности результатов измерений подвижных соединений калия (K_2O) в почве по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО:

- ± 20 % при массовой доле K_2O до 80 млн⁻¹ включ.;
- ± 15 % при массовой доле K_2O св. 80 млн⁻¹.

6 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы, посуда

6.1 Спектрофотоколориметр (фотоэлектроколориметр) для колориметрирования в видимой области спектра с максимумом поглощения (пропускания) 600—750 нм.

6.2 Фотометр пламенный с использованием газовой смеси состава пропан-бутан-воздух, сетевой газ — воздух и светофильтр с максимумом пропускания 766—770 нм.

6.3 pH-метр, обеспечивающий измерения от 0 до 10 ед. pH, пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений ± 0,1 ед. pH.

6.4 Весы со значением среднего квадратического отклонения (СКО), не превышающим 0,3 мг и с погрешностью от нелинейности не более ± 0,6 мг по документации изготовителя.

6.5 Емкости технологические вместимостью не менее 100 см³, установленные в 10-позиционные кассеты; для оторванных горизонтов почв — колбы конические Кн-1—100—29/32 ТС, Кн-1—250—29/32 ТС, Кн-2—100—34 ТХС или Кн-2—250—34 ТХС по ГОСТ 25336.

6.6 Мешалка 20-позиционная с вращающимися лопастями (для минеральных почв), погружаемые одновременно в 20 технологических емкостей по 6.5, установленных в 10-позиционные кассеты, с частотой вращения лопастей не менее 700 об/мин и с автоматической остановкой через 1 мин.

6.7 Взбалтыватель с возвратно-поступательным движением и частотой колебаний не менее 75 мин⁻¹ (только для оторфованных горизонтов почв).

6.8 Дозатор лабораторный по ГОСТ 28311.

6.9 Цилиндр 1—50—1 или 3—50—1 по ГОСТ 1770.

6.10 Воронки 56 или 71 по ГОСТ 19908, В-56—110 ХС или В-75—110 ХС по ГОСТ 25336.

6.11 Пипетка 1—2—2 по ГОСТ 29169 или шприц-дозатор вместимостью 2 см³.

6.12 Таймер (часы) с возможностью установки автоматического звукового сигнала.

6.13 Колбы мерные 2—250, 500, 1000—2 по ГОСТ 1770.

6.14 Бюретки I-1(или 2)—2—25, 100—0,1 по ГОСТ 29251.

6.15 Коробки для хранения лабораторных проб почв вместимостью 200—500 г.

6.16 Поддоны для установки коробок для хранения проб.

Примечание — Площадь поддона должна соответствовать десятикратному размеру коробок (иметь прямоугольную или квадратную форму).

6.17 Аммоний молибденовокислый 4-водный [аммония молибдат 4-водный, $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$] массовой долей основного вещества не менее 99 % по ГОСТ 3765, ч. д. а.

6.18 Кислота аскорбиновая (гамма-лактон 2,3-дегидро-L-гулоновой кислоты, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$) массовой долей основного вещества не менее 99 %, ч. д. а.

6.19 Калий сурьмяновинокислый 0,5-водный [калия антимонилтартрат 0,5-водный, $\text{K}(\text{SbO})\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$ или $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{K}_2\text{O}_{15}\text{Sb}_2$] массовой долей основного вещества не менее 99 %, ч. д. а.

6.20 Калий фосфорокислый однозамещенный (калия дигидрофосфат, KH_2PO_4) массовой долей основного вещества не менее 99 % по ГОСТ 4198, ч. д. а.

6.21 Калий хлористый (калия хлорид, KCl) массовой долей основного вещества не менее 99,8 % по ГОСТ 4234, ч. д. а.

6.22 Натрия гидроксид (NaOH) массовой долей основного вещества не менее 98 % по ГОСТ 4328, ч. д. а.

6.23 Натрия гидроксид по 6.22, титрованный раствор массовой долей основного вещества не менее 98 %, молярной концентрацией $c(\text{NaOH}) = 0,1$ моль/дм³.

6.24 Кислота серная (H_2SO_4) массовой долей основного вещества 93,6 % — 95,6 % по ГОСТ 4204, ч. д. а.

6.25 Кислота серная молярной концентрацией $c(1/2 \text{H}_2\text{SO}_4) = 5$ моль/дм³ по ГОСТ 4204, ч. д. а.

6.26 Кислота соляная (HCl) массовой долей основного вещества не менее 35 % по ГОСТ 3118, ч. д. а.

6.27 Фенолфталеин [4,4'-диоксифталоферон или 3,3-бис-(4-гидроксифенил) фталид, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$] по ГОСТ 4919.1.

6.28 Спирт этиловый ректифицированный (этанол $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) объемной долей основного вещества не менее 96 % по ГОСТ Р 51652.

6.29 Вода дистиллированная массовой концентрацией остатка после выпаривания не более 5 мг/дм³ по ГОСТ 6709.

6.30 Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026, не содержащая фосфора и калия.

6.31 Государственные стандартные образцы составов водных растворов:

- ионов калия — ГСО 8092—94 — 8094—94 МСО 0019:1998;

- фосфат ионов — ГСО 7018—93 — 7020—93 МСО 0026:1998;

- массовой концентрацией 0,1; 0,5 и 1,0 г/дм³ с относительной погрешностью аттестованного значения $\pm 1\%$.

6.32 Государственные стандартные образцы (ГСО) состава агрохимических показателей — соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) типов почв (раздел 1) с погрешностью аттестованного значения не более одной трети от характеристики погрешности результатов анализа (раздел 5).

6.33 Стакан В-1—1000 ТХС по ГОСТ 25336.

6.34 Термометр лабораторный типа Б по ГОСТ 28498 с диапазоном измерений от 0 °C до 100 °C и ценой деления 1 °C.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудованием с техническими характеристиками, а также реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

7 Отбор и подготовка проб к анализу

7.1 Отбор объединенных проб в поле при проведении мониторинга плодородия почв проводят по ГОСТ 28168, при проведении экологических исследований — по ГОСТ 17.4.3.01.

7.2 Подготовка лабораторных проб

Лабораторные пробы почвы доводят до воздушно-сухого состояния путем высушивания на воздухе в затененном от солнца месте, в помещении при комнатной температуре или в постоянном потоке воздуха в сушильной камере при температуре, не превышающей 30 °С. Высушеннную почву измельчают, пропуская через сито с круглыми отверстиями диаметром 2 мм.

Перед измельчением из лабораторной пробы отбирают посторонние включения (крупные корни, камни, растительные остатки). При наличии значительного количества посторонних включений (каменистые почвы) отобранные от лабораторной пробы включения взвешивают, одновременно определяют массу оставшейся пробы и рассчитывают долю посторонних включений в процентах от общей массы пробы.

Высушенные и измельченные лабораторные пробы хранят в коробках или пакетах в помещениях для хранения почвенных проб.

7.3 Отбор анализируемой пробы

Анализируемую пробу отбирают ложкой или шпателем из предварительно перемешанной на всю глубину лабораторной пробы, хранившейся в коробке.

Лабораторную пробу, хранившуюся в пакете, высыпают на ровную поверхность, на кальку, перемешивают, распределяют слоем не более 1 см и отбирают анализируемую пробу не менее чем из пяти мест.

Масса анализируемой пробы составляет $(10,0 \pm 0,1)$ г для минеральных горизонтов почв, $(1,0 \pm 0,1)$ г — для оторфованных горизонтов почв.

8 Подготовка к анализу

8.1 Приготовление 1 дм³ экстрагирующего раствора соляной кислоты молярной концентрации c (HCl) = 0,2 моль/дм³

Для приготовления 1 дм³ раствора 16 см³ соляной кислоты постепенно, при помешивании, вливают в химический стакан с дистиллированной водой (~ 500 см³). Перемешанный раствор переливают в мерную колбу на 1 дм³ и доводят до метки дистиллированной водой, дополнительно перемешивают.

Концентрацию экстрагирующего раствора проверяют титрованием, для чего 5 см³ приготовленного раствора помещают в коническую колбу емкостью 250 см³, приливают 50 см³ дистиллированной воды и 2 капли фенолфталеина и оттитровывают раствором натрия гидроксида концентрацией 0,1 моль/дм³ по 6.23 до появления слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.

Концентрацию раствора соляной кислоты x , моль/дм³, вычисляют по формуле

$$x = \frac{c \cdot V}{V_1}, \quad (1)$$

где c — молярная концентрация раствора гидроокиси натрия, моль/дм³;

V — объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, см³;

V_1 — объем раствора соляной кислоты, взятой для титрования, 5 см³.

Допускается использование экстрагирующего раствора соляной кислоты молярной концентрацией от 0,18 до 0,21 моль/дм³.

Срок хранения раствора — 1 мес.

8.2 Приготовление окрашивающего реагента

8.2.1 Приготовление реагента А

$(6,0 \pm 0,1)$ г молибденовокислого аммония по 6.17 растворяют в 200 см³ дистиллированной воды, $(0,15 \pm 0,01)$ г сурьмяновинокислого калия по 6.19 растворяют соответственно в 100 см³ дистиллированной воды. Оба раствора готовят при слабом нагревании до полного растворения и объединяют. Охлажденный раствор приливают к 500 см³ раствора серной кислоты $c = 5$ моль/дм³ по 6.25, тщательно перемешивают, доводят объем в мерной колбе дистиллированной водой до 1 дм³ и снова перемешивают.

Раствор хранят в темной, плотно закрытой посуде в защищенном от света месте — 1 мес.

8.2.2 Приготовление реагента Б

($1,00 \pm 0,01$) г аскорбиновой кислоты по 6.18 растворяют в 170 см^3 реагента А, доводят объем раствора в мерной колбе дистиллированной водой до 1 дм^3 и тщательно перемешивают.

Раствор готовят в день проведения анализа и используют для окрашивания почвенных вытяжек и градуировочных растворов.

8.3 Приготовление растворов массовой концентрацией фосфора (P_2O_5) $1 \text{ г}/\text{дм}^3$ калия (K_2O) $2 \text{ г}/\text{дм}^3$

($1,918 \pm 0,001$) г однозамещенного фосфорнокислого калия по 6.20 и ($2,113 \pm 0,001$) г хлористого калия по 6.21 помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм^3 и растворяют в экстрагирующим растворе по 8.1, доводят объем до метки экстрагирующим раствором, тщательно перемешивают.

Срок хранения раствора — 1 мес.

8.4 Приготовление градуировочных растворов

Градуировку фотоэлектропирометра и пламенного фотометра проводят в день проведения анализов.

Для градуировки используют стандартные образцы растворов по 6.31. Шкалы градуировочных растворов готовят разбавлением исходных стандартных растворов в соответствии с инструкцией к паспорту государственных стандартных образцов по 6.31.

При отсутствии стандартных образцов допускается приготовление растворов для градуировки фотоэлектропирометра и пламенного фотометра из особо чистых солей фосфора и калия по следующей методике.

В мерные колбы вместимостью 500 см^3 помещают указанные в таблице 1 объемы раствора, приготовленного по 8.3. Объемы доводят до метки экстрагирующим раствором и тщательно перемешивают.

Срок хранения — 1 мес.

Построение градуировочного графика и проверка градуировки приборов — по ГОСТ 29269. Градуировочный график может быть построен вручную на миллиметровой бумаге или с использованием компьютера с распечаткой результатов анализа.

Таблица 1

Характеристика раствора	Номер градуировочного раствора							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Объем раствора, приготовленного по 8.3, см^3	0	2,5	5,0	7,5	10	15,0	20,0	25,0
Массовая концентрация P_2O_5 в растворе, $\text{мг}/\text{дм}^3$	0	5,0	10,0	15,0	20,0	30,0	40,0	50,0
В пересчете на массовую долю P_2O_5 в почве (для минеральных горизонтов), млн^{-1}	0	25	50	75	100	150	200	250
В пересчете на массовую долю P_2O_5 в почве (для торфяных и органических горизонтов), млн^{-1}	0	250	500	750	1000	Не применяют		
Массовая концентрация K_2O в растворе, $\text{мг}/\text{дм}^3$	0	10,0	20,0	30,0	40,0	60,0	80,0	100
В пересчете на массовую долю K_2O в почве (для минеральных горизонтов), млн^{-1}	0	50	100	150	200	300	400	500
В пересчете на массовую долю K_2O в почве (для торфяных и органических горизонтов), млн^{-1}	0	500	1000	Не применяют				

Примечание — Шкала для градуировки средств измерений обеспечивает пересчет массовых концентраций градуировочных растворов на массовые доли соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) в почве.

9 Проведение анализа**9.1 Приготовление вытяжки из почвы****9.1.1 Приготовление вытяжки из проб минеральных горизонтов почв**

Анализируемые пробы почвы массой ($10,0 \pm 0,1$) г помещают в технологические емкости по 6.5. К пробам приливают по 50 см^3 экстрагирующего раствора по 8.1. Температура экстрагирующего

раствора должна быть в пределах $(18 \pm 3) ^\circ\text{C}$ [(контролируется термометром) в день использования экстрагирующего раствора].

Почву с раствором перемешивают на мешалке по 6.6 в течение 1 мин и оставляют для отстаивания на 15 мин. Затем кассеты с суспензиями встряхивают вручную и фильтруют через бумажные фильтры.

9.1.2 Приготовление вытяжки из торфяных и органических горизонтов почв

Анализируемые пробы оторфованной почвы массой $(1,0 \pm 0,1)$ г помещают в конические колбы или технологические емкости по 6.5. К пробам приливают по 50 cm^3 экстрагирующего раствора по 8.1. Почву с экстрагирующим раствором перемешивают на взбалтывателе по 6.7 в течение 15 мин. Затем суспензии фильтруют через бумажные фильтры.

9.2 Определение соединений фосфора (P_2O_5)

Отбирают по 2 cm^3 градуировочных растворов по 8.4, фильтратов вытяжек по 9.1.1 или 9.1.2 в технологические емкости по 6.5 и прибавляют по 38 cm^3 реактива Б. Окрашенные растворы фотометрируют не ранее чем через 10 мин после прибавления реактива Б. Фотометрирование проводят в кювете с базой просвечиваемого слоя $0,5$ — $1,0$ см относительно холостого раствора 2.1 (таблица 1), при длине волны 710 нм или используя красный светофильтр с максимумом пропускания в области 600—750 нм.

9.3 Определение соединений калия (K_2O)

Калий определяют на пламенном фотометре, используя светофильтр с максимумом пропускания в области 766—770 нм.

10 Обработка и оформление результатов

Массовые доли соединений фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O) в анализируемой пробе почвы определяют по градуировочному графику (с учетом примечания к таблице 1).

Анализ пробы почвы проводят без повторностей.

Результаты анализа заносят в протокол испытаний, в котором указывают:

- ссылку на настоящий стандарт;
- полное описание пробы;
- результат единичного определения;
- подробное описание всех процедур, отсутствующих в настоящем стандарте или необязательных, а также все факторы, которые могут влиять на результаты определения (например, температура экстрагирующего раствора).

11 Контроль погрешности результатов измерений

При соблюдении требований настоящего стандарта рекомендуется в ходе анализа каждой серии образцов почвы с использованием стандартной процедуры пробоподготовки по 9.1 проводить анализ стандартных образцов по 6.32, адекватных анализируемым образцам почвы.

При реализации контрольной процедуры получают результат контрольного измерения аттестованной характеристики стандартного образца и сравнивают его с аттестованным значением.

Результаты измерений признают удовлетворительными при выполнении неравенства (2)

$$|X - C| \leq X \cdot \frac{\delta}{100}, \quad (2)$$

где X — контрольное измерение массовой доли соединений фосфора (P_2O_5) или калия (K_2O) при анализе стандартного образца, млн^{-1} ;

C — аттестованное значение массовой доли соединений фосфора (P_2O_5) или калия (K_2O) в стандартном образце, млн^{-1} ;

δ — значения пределов относительной погрешности результатов измерений подвижных соединений фосфора (P_2O_5) или калия (K_2O) в почве по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО, приведенные в разделе 5, %.

УДК 631.423:631.811.2'3:006.354

ОКС 13.080.05

Ключевые слова: почвы лесной зоны, химический анализ, подвижные соединения фосфора (P_2O_5) и калия (K_2O), контроль точности результатов анализа, внутрилабораторный и межлабораторный контроли

*Редактор Г.Н. Симоноев
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Е.И. Рычкова
Компьютерная верстка Ю.В. Половой*

Сдано в набор 07.06.2019. Подписано в печать 29.07.2019. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,90.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru