
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33462—
2015

ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

**Определение натрия, калия, кальция и магния
методом атомно-абсорбционной спектрометрии**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Некоммерческой организацией «Российский союз производителей соков» (РСПС)
- 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
- 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 октября 2015 г. № 81-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2015 г. № 1993-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33462—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВВЕДЕНИЕ ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Сущность метода	2
4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы	3
5 Отбор и подготовка проб	3
6 Условия проведения измерений	4
7 Подготовка к проведению измерений	4
8 Проведение измерений	5
9 Обработка и оформление результатов измерений	9
10 Требования безопасности	11
Приложение А (справочное) Градуировка в виде модели квадратического полинома	12
Приложение Б (рекомендуемое) Оценка мешающего влияния компонентов (матрицы)	14

ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ

Определение натрия, калия, кальция и магния методом атомно-абсорбционной спектрометрии

Juice products. Determination of sodium, potassium, calcium and magnesium by atomic absorption spectrometry method

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фруктовые и овощные соки, нектары, сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы (далее — соковая продукция) и устанавливает метод определения (измерения) массовых концентраций натрия, калия, кальция и магния в них с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии с атомизацией в пламени.

Диапазоны измерений массовой концентрации:

- натрия — от 5 до 2000 мг/дм³;
- калия — от 5 до 5000 мг/дм³;
- кальция — от 5 до 1000 мг/дм³;
- магния — от 5 до 500 мг/дм³.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.315 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения¹⁾

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ ОИМЛ R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.753—2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения».

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы контроля¹⁾
ГОСТ 5457 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия
ГОСТ ИСО 5725-1—2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения²⁾
ГОСТ ИСО 5725-6—2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике³⁾
ГОСТ 11125 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий⁴⁾
ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы. Основные параметры и размеры
ГОСТ 26313 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 26671 Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов
ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
ГОСТ 28311 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 29169 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29227 (ИСО 835-1—81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31671 (EN 13805:2002) Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Метод основан на предварительной минерализации пробы с добавкой химического окислителя (азотной кислоты) и измерении поглощения излучения резонансной длины волны атомным паром натрия, калия, кальция и магния, образующимся в результате атомизации в ацетилен-кислородном пламени горелки атомно-абсорбционного спектрометра, в которую для предотвращения частичной ионизации металлов в пламени при измерении натрия и калия (с целью видоизменения матрицы⁵⁾) добавлен хлорид цезия, а при измерении кальция и магния — хлорид лантана.

¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 52501—2005 (ИСО 3696:1987) «Вода для лабораторного анализа. Технические условия».

²⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002.

³⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002.

⁴⁾ Действует ГОСТ ISO/IEC 17025—2019.

⁵⁾ Матрица — компонент или совокупность компонентов, входящих в состав пробы соковой продукции и являющихся ее основой.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда, реактивы и материалы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 специального класса точности с наибольшим пределом взвешивания 210 г и поверочным интервалом весов $\pm 0,001$.

Спектрометр атомно-абсорбционный, укомплектованный горелкой для пламени ацетилен-воздух, корректором фонового поглощения и источниками резонансного излучения (лампами с полым катодом) с рабочим диапазоном длин волн от 190 до 900 нм.

Система СВЧ-минерализации проб под давлением с комплектом реакционных емкостей или печь двухкамерная программируемая с диапазоном рабочих температур от 200 °C до 700 °C.

Дозаторы пипеточные переменной вместимости дозирования 0,200—1,000 см³ с метрологическими характеристиками по ГОСТ 28311.

Колбы мерные пластиковые 2—10—2, 2—25—2, 2—50—2, 2—100—2, 2—100, 2—500—2 по ГОСТ 1770.

Цилиндры пластиковые 1—50—2, 1—100—2 по ГОСТ 1770.

Стаканы В-1—50, В-1—100 по ГОСТ 25336.

Стаканы из кварцевого стекла подходящей вместимости для минерализации проб в печи.

Пипетки с одной отметкой 1—2—2, 2—2—5, 2—2—10, 2—2—20, 2—2—25 по ГОСТ 29169.

Пипетка градуированная 2—2—2—10 по ГОСТ 29227.

Центрифуга лабораторная, обеспечивающая фактор разделения не менее 300 г, в комплекте с центрифужными пробирками вместимостью 50 см³ или более.

Государственные стандартные образцы (ГСО) или межгосударственные стандартные образцы (МСО) состава водных растворов катионов калия, кальция, магния, натрия с аттестованным значением массовой концентрации 1 г/дм³ и допускаемой относительной погрешностью $\pm 1\%$ при доверительной вероятности $P = 0,95$ по ГОСТ 8.315¹⁾.

Примечание — Вместо ГСО (МСО) состава водных растворов индивидуальных калия, натрия, кальция и магния допускается использовать многокомпонентные ГСО (МСО) состава водных растворов калия, натрия, кальция и магния.

Цезий хлористый CsCl, оптически чистый, с массовой долей основного вещества не менее 99,5 %.

Лантан (III) хлористый 7-водный LaCl₃ · 7H₂O (хлорид лантана), с массовой долей основного вещества не менее 99,9 % и остаточным содержанием ионов кальция и магния менее 0,001 %.

Кислота азотная по ГОСТ 11125, ос. ч. 27—4.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч.

Ацетилен растворенный марки «А» по ГОСТ 5457, в баллоне, снабженном редуктором.

Воздух сжатый класса «0» по ГОСТ 17433. Допускается использовать компрессоры любого типа, обеспечивающие необходимое давление и чистоту воздуха.

Вода по ГОСТ ISO 3696, 1-й степени чистоты.

Допускается применение других средств измерений, вспомогательного оборудования, не уступающих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам, а также посуды, реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных.

5 Отбор и подготовка проб

5.1 Отбор проб — по ГОСТ 26313, подготовка лабораторных проб — по ГОСТ 26671.

5.2 Общие указания по проведению минерализации — по ГОСТ 31671 и ГОСТ 26929 и в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования для пробоподготовки.

5.3 Рекомендуемый объем пробы соковой продукции для минерализации — от 1 до 5 см³.

¹⁾ Например, натрий (17К-1) — ГСО 8062—94 (МСО 0018:1998), калий (18К-1) — ГСО 8092—94 (МСО 0019:1998), кальций (19К-1) — ГСО 8065—94 (МСО 0020:1998), магний (20К-1) — ГСО 7190—95 (МСО 0085:1999).

6 Условия проведения измерений

При подготовке к проведению измерений и проведении измерений соблюдаются следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С (20 ± 5) ;
- атмосферное давление, кПа от 84,0 до 106,7;
- влажность воздуха, % не более 80;
- напряжение в питающей сети, В (220 ± 22) ;
- частота переменного тока в питающей сети, Гц (50 ± 1) .

В помещениях, предназначенных для проведения измерений, не допускаются загрязненность воздуха рабочей зоны пылью, агрессивными веществами, вибрация, электромагнитные помехи или другие факторы, влияющие на оптические измерения.

7 Подготовка к проведению измерений

7.1 Подготовка атомно-абсорбционного спектрометра к работе

Включение атомно-абсорбционного спектрометра, настройку высоты пламени над горелкой, расходов воздуха и ацетилена, его вывод на рабочий режим и выключение по окончании работы осуществляют в соответствии с руководством по эксплуатации и таблицей 1.

Таблица 1 — Условия проведения измерений на атомно-абсорбционном спектрометре с атомизацией в пламени

Элемент	Длина волны, нм	Ширина щели, нм	Тип пламени
Натрий	589,0	0,2—0,5	$\text{C}_2\text{H}_2/\text{воздух}$
Кальций	422,7	0,2—0,5	$\text{C}_2\text{H}_2/\text{воздух}$
Калий	766,5	1,0	$\text{C}_2\text{H}_2/\text{воздух}$
Магний	285,2	0,5	$\text{C}_2\text{H}_2/\text{воздух}$

7.2 Подготовка посуды и реагентов

Всю используемую для отбора, хранения и измерения проб посуду промывают азотной кислотой, разбавленной водой по ГОСТ ISO 3696 в соотношении 1:1, затем большим количеством водопроводной воды и в заключение ополаскивают три-четыре раза водой по ГОСТ ISO 3696. Для приготовления растворов проб соковой продукции, градуировочных и других растворов, используемых при проведении измерений, применяют воду одной и той же партии.

7.3 Приготовление исходного раствора хлорида цезия с массовой концентрацией ионов цезия 40 г/дм³

$(4,00 \pm 0,01)$ г хлорида цезия растворяют в стакане в небольшом количестве воды, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят объем содержимого водой до метки.

Срок годности раствора при комнатной температуре в полимерной посуде — не более 3 мес.

7.4 Приготовление исходного раствора хлорида лантана с массовой концентрацией ионов лантана 50 г/дм³

$(13,40 \pm 0,01)$ г семиводного хлорида лантана растворяют в стакане в небольшом количестве воды, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят объем содержимого водой до метки.

Срок годности раствора при комнатной температуре в полимерной посуде — не более 3 мес.

7.5 Приготовление растворов для компенсации фонового сигнала атомно-абсорбционного спектрометра (модификаторов матрицы)

При измерении калия и натрия для установления нулевого значения абсорбции используют раствор хлорида цезия массовой концентрации 4,0 г/дм³, который готовят точным разведением исходного

раствора в десять раз. При измерении кальция и магния для установления нулевого значения абсорбции используют раствор хлорида лантана массовой концентрации 5,0 г/дм³, который готовят точным разведением исходного раствора в десять раз.

Срок годности раствора при комнатной температуре в полимерной посуде — не более 3 мес.

8 Проведение измерений

8.1 Приготовление градуировочных растворов

8.1.1 Основной градуировочный раствор ионов калия, кальция, магния, натрия в варианте без применения модификаторов

В мерную колбу вместимостью 500 см³ помещают 25,00 см³ стандартного раствора калия (1 г/дм³), 10,00 см³ стандартного раствора кальция (1 г/дм³), 10,00 см³ стандартного раствора магния (1 г/дм³), 10,00 см³ стандартного раствора натрия (1 г/дм³), доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

8.1.2 Градуировочные растворы ионов калия, кальция, магния, натрия в варианте без применения модификаторов

Готовят градуировочные растворы в концентрациях согласно таблице 2.

Таблица 2 — Состав градуировочных растворов в варианте без применения модификатора

Компоненты градуировочного раствора	Концентрации компонентов в градуировочном растворе				
	Основной по 8.1.1	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
Разведение, раз	—	2	4	10	20
Калий, мг/дм ³	50	25	12,5	5	2,5
Кальций, мг/дм ³	20	10	5	2	1
Магний, мг/дм ³	20	10	5	2	1
Натрий, мг/дм ³	20	10	5	2	1

Градуировочный раствор № 1. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 50 см³ основного градуировочного раствора, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 2. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 50 см³ градуировочного раствора № 1, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 3. В мерную колбу объемом 50 см³ помещают 5,00 см³ основного градуировочного раствора, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 4. В мерную колбу объемом 50 см³ помещают 5,00 см³ градуировочного раствора № 1, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

8.1.3 Основные градуировочные растворы ионов калия, кальция, магния, натрия в варианте с применением модификаторов

Основной градуировочный раствор ионов калия и натрия. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 50 см³ стандартного раствора калия (1 г/дм³), 20,00 см³ стандартного раствора натрия (1 г/дм³), 10,00 см³ исходного раствора хлорида цезия, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Основной градуировочный раствор ионов кальция и магния. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 10,00 см³ стандартного раствора кальция (1 г/дм³), 10,00 см³ стандартного раствора магния (1 г/дм³), 10,00 см³ исходного раствора хлорида лантана, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

8.1.4 Градуировочные растворы ионов натрия, калия, кальция, магния в варианте с применением модификаторов

Готовят градуировочные растворы в концентрациях согласно таблице 3.

Таблица 3 — Состав градуировочных растворов в варианте с применением модификатора

Компоненты градуировочного раствора	Концентрации компонентов в градуировочном растворе				
	Основной по 8.1.3	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
Разведение, раз	—	5	10	20	50
Натрий, мг/дм ³	200	40	20	10	4
Калий, мг/дм ³	500	100	50	25	10
Кальций, мг/дм ³	100	20	10	5	2
Магний, мг/дм ³	100	20	10	5	2

Градуировочный раствор № 1 калия и натрия. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 20,00 см³ основного градуировочного раствора калия и натрия, 8,00 см³ исходного раствора хлорида цезия, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 2 калия и натрия. В мерную колбу вместимостью 50 см³ помещают 25,00 см³ градуировочного раствора № 1 калия и натрия, 1,00 см³ исходного раствора хлорида цезия, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 3 калия и натрия. В мерную колбу вместимостью 50 см³ помещают 25,00 см³ градуировочного раствора № 2 калия и натрия, 2,50 см³ исходного раствора хлорида цезия, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 4 калия и натрия. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 2,00 см³ основного градуировочного раствора калия и натрия, 9,80 см³ исходного раствора хлорида цезия, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 1 кальция и магния. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 20,00 см³ основного градуировочного раствора кальция и магния, 8,00 см³ исходного раствора хлорида лантана, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 2 кальция и магния. В мерную колбу вместимостью 50 см³ помещают 25,00 см³ градуировочного раствора № 1 кальция и магния, 2,50 см³ исходного раствора хлорида лантана, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 3 кальция и магния. В мерную колбу вместимостью 50 см³ помещают 25,00 см³ градуировочного раствора № 2 кальция и магния, 2,50 см³ исходного раствора хлорида лантана, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Градуировочный раствор № 4 кальция и магния. В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 2,00 см³ основного градуировочного раствора кальция и магния, 9,80 см³ исходного раствора хлорида лантана, доводят объем колбы водой до метки, раствор перемешивают.

Относительная погрешность приготовленных рабочих градуировочных растворов не превышает $\pm 2\%$, $P = 0,95$.

Градуировочные растворы хранят в холодильнике при температуре от 4 °C до 10 °C.

Срок годности основных градуировочных растворов в полимерной посуде — не более 3 мес.

Срок годности градуировочных растворов № 1 — № 4 — не более двух недель.

8.2 Установление градуировочной характеристики

8.2.1 Анализ градуировочных растворов и оценку градуировочной характеристики проводят перед каждой серией измерений. Для этого анализируют фоновый раствор и градуировочные растворы по двум параллельным измерениям и на основе полученных данных методом наименьших квадратов находят функциональную зависимость сигнала от концентрации.

Процедуры установления градуировочной зависимости проводят в соответствии с руководством пользователя программным обеспечением.

8.2.2 Для установления градуировочной характеристики¹⁾ измеряют отклики сигналов два раза в условиях повторяемости [A_{0i} для фонового раствора, приготовленного по 7.5²⁾, и затем A_i для градуировочных растворов натрия, калия, кальция и магния (см. таблицы 2 или 3) в порядке возрастания их концентрации].

¹⁾ Используется градуировка в виде модели квадратического полинома (см. приложение А).

²⁾ Для измерений, выполненных без применения модификаторов, в качестве фонового раствора используют воду.

Компенсируют измеренные сигналы прибора по фоновому раствору

$$A'_i = A_i - A_0, \quad (1)$$

где A'_i — исправленный отклик сигнала на фоновый раствор;

A_i — отклик сигнала;

A_0 — отклик сигнала фонового раствора.

Используют наиболее чувствительные линии поглощения натрия, калия, кальция и магния со следующими длинами волн:

Na — 589,0 нм;

K — 766,5 или 769,9 нм;

Ca — 422,7 нм;

Mg — 285,2 нм.

8.2.3 Вычисляют средние значения аналитических (выходных) сигналов и проверяют приемлемость аналитических сигналов с показателем повторяемости по условию

$$\frac{|A_1 - A_2|}{\bar{A}} \cdot 100 \leq r_{\text{отн}}, \quad (2)$$

где A_1 — величина абсорбции при первом измерении, е. о. п.;

A_2 — величина абсорбции при втором измерении, е. о. п.;

\bar{A} — среднее значение абсорбции, е. о. п.;

100 — коэффициент перехода от абсолютных величин к процентам;

$r_{\text{отн}}$ — предел повторяемости измерения, %.

При превышении предела повторяемости необходимо повторить измерение, устранив причину неудовлетворительных результатов.

8.2.4 Для каждого из измеряемых натрия, калия, кальция и магния строят градуировочный график в виде линейной зависимости величины абсорбции¹⁾ от массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния в градуировочных растворах с помощью программного обеспечения прибора.

Допускается применять линейную, кусочно-линейную или слаженную нелинейную аппроксимацию градуировочной функции. Для каждой малой серии измерений при построении графика используют среднеарифметические значения абсорбции стандартных растворов сравнения, полученные в двух градуировках (до и после измерений абсорбции анализируемых растворов) и исправленные на значение абсорбции фонового раствора, приготовленного по 7.5²⁾.

8.3 Контроль стабильности градуировочной характеристики

8.3.1 Стабильность градуировочной характеристики контролируют не реже чем через каждые 15 проб.

8.3.2 Для этого проводят по два параллельных измерения градуировочных растворов, приготовленных по разделу 8, вычисляют относительное отклонение средней концентрации, найденной по градуировочной характеристике от номинального значения концентрации градуировочного раствора. Используют не менее двух градуировочных растворов натрия, калия, кальция и магния металлов с массовой концентрацией, близкой к началу и концу градуировочной характеристики.

8.3.3 Градуировочная зависимость признается стабильной, если для обоих градуировочных растворов выполняется условие

$$100 \cdot |C - C_k| \leq 0,84 \cdot \delta \cdot C_k, \quad (3)$$

где C — результат контрольного измерения массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния в этом же градуировочном растворе, мг/дм³;

C_k — действительное значение массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния в градуировочном растворе, мг/дм³;

δ — относительная погрешность построения градуировочной характеристики, $\delta_{\text{Ca}} = 11\%$, $\delta_{\text{Mg}} = \delta_{\text{Na}} = \delta_{\text{K}} = 6\%$.

В случае невыполнения условия (3) для обоих градуировочных растворов проводят повторную градуировку прибора. Если условие (3) не выполняется только для одного градуировочного раствора,

¹⁾ Возможно применение метода эмиссии вместо метода абсорбции.

²⁾ Для измерений, выполненных без применения модификаторов, в качестве фонового раствора используют воду.

то этот раствор измеряют повторно. Если при повторном измерении условие (3) выполняется, то градуировочная характеристика считается стабильной, если условие (3) не выполняется, то проводят повторную градуировку прибора.

При использовании программного обеспечения атомно-абсорбционного спектрометра проводят проверку линейности градуировочной характеристики по коэффициенту корреляции.

Градуировочная характеристика должна в таком случае соответствовать линейной зависимости с коэффициентом корреляции не менее 0,995.

8.4 Подготовка проб

8.4.1 Концентрированные пробы разводят до концентрации готовых продуктов водой. Далее подготовленные таким образом пробы или пробы готовых продуктов разводят в зависимости от применения модификатора по 8.4.2 или 8.4.3.

8.4.2 При использовании градуировки без добавления модификаторов пробу готовят разведением водой готовых продуктов весовым способом в 10 раз, а для измерения ионов калия — в 100 раз.

Для отделения твердых частиц используют центрифугирование пробы на центрифуге в течение 10 мин при факторе разделения не менее 300 г.

Для анализа используют надосадочную жидкость.

8.4.3 При использовании градуировки с добавлением модификаторов пробу готовят разведением раствором модификатора (вода/исходный раствор хлорида цезия-9/1 для определения калия и натрия) или (вода/исходный раствор хлорида лантана-9/1 для определение кальция и магния) готовых продуктов весовым способом в 10 раз, а для измерения ионов калия — в 100 раз.

Для отделения твердых частиц используют центрифугирование пробы на центрифуге в течение 10 мин при факторе разделения не менее 300 г.

Для анализа используют надосадочную жидкость.

8.4.4 Пробы, содержащие мякоть, альтернативно можно приготовить по ГОСТ 26929—94 (подраздел 3.4).

Разложение и последующие операции проводят для двух одинаковых объемов лабораторной пробы (далее — параллельные измерения), подготовленной по разделу 5.

Минерализацию пробы массой 5 г и ее последующее разбавление в 10 раз проводят по ГОСТ 26929—94 (пункт 4.4.1). Полученную золу растворяют раствором соответствующего модификатора (см. 8.4.3), количественно перенося в мерную колбу вместимостью 50 см³ и доведя раствором модификатора до метки.

8.4.5 Перед доведением раствора пробы или ее минерализата до заданного объема при измерении калия и натрия в одну мерную колбу вносят основной раствор хлорида цезия в таком количестве, чтобы массовая концентрация хлорида цезия в растворе пробы составляла 4,0 г/дм³, а при измерении кальция и магния — в другую колбу вносят основной раствор хлорида лантана в таком количестве, чтобы массовая концентрация лантана в растворе пробы составляла 5,0 г/дм³.

Оценку мешающего влияния компонентов (матрицы) проводят в соответствии с приложением Б.

8.5 Выполнение измерений

8.5.1 Подготовленную пробу и фоновый раствор попеременно анализируют, измеряя аналитический сигнал в условиях повторяемости. Компенсируют фоновый сигнал прибора по фоновому раствору.

8.5.2 По градуировочной характеристике находят значение массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния в анализируемых и фоновом растворах. Значение полученных концентраций корректируют на величину концентраций этих элементов в фоновом растворе. За окончательный результат принимают среднее от параллельных измерений.

Значение массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния в растворах при использовании программного обеспечения прибора вычисляется автоматически.

8.5.3 Если массовая концентрация натрия, калия, магния и кальция в приготовленном растворе выходит за пределы градуировочной характеристики, увеличивают разбавление раствора минерализата по 8.4 (но не более чем в 100 раз) фоновым раствором и повторяют измерения.

Массовую концентрацию элемента C , г/дм³, вычисляют по формуле

$$C = \frac{C_1 \cdot V_2}{V_1}, \quad (4)$$

где C_1 — массовая концентрация элемента в пробе, найденная по градуировочной зависимости, мг/см³;

V_2 — вместимость мерной колбы, взятой для разбавления раствора пробы, см³;

V_1 — объем неразбавленной пробы, см³.

8.6 Контроль матрицы модификатора

Данный вид контроля проводят при использовании в анализе модификаторов пробы. Готовят растворы хлорида цезия массовой концентрации 4,0 г/дм³ и хлорида лантана массовой концентрации 5,0 г/дм³, которые готовят точным разведением исходного раствора в десять раз фоновым раствором воды.

Проводят измерения полученных растворов модификаторов в соответствии с 8.5. Значения откликов сигнала на выбранных волнах измеряемых элементов не должны превышать 20 % от отклика сигнала этих элементов градуировочного раствора № 4.

В случае отклонения от данного требования заново готовят растворы модификаторов, при этом возможна смена партий реагентов для устранения влияния матрицы модификаторов. После устранения причин, вызвавших появление значимого сигнала матрицы, проводят новую градировку.

8.7 Контроль кислотной минерализации

Данный вид контроля проводят при использовании в анализе кислотной минерализации для выявления фонового содержания анализируемых элементов в кислотах. Проводят минерализацию по ГОСТ 26929—94 (пункт 4.4.1), взяв за пробу продукцию фоновый раствор воды массой 5 г. При проведении минерализации для этого вида контроля объемы кислот, участвующих в минерализации, увеличивают в два раза. Полученную золу растворяют раствором соответствующего модификатора (см. 8.4.3), количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см³ и доведя объем раствора раствором модификатора до метки.

Значения откликов сигнала на выбранных волнах измеряемых элементов не должны превышать 20 % от отклика сигнала этих элементов градуировочного раствора № 4.

В случае отклонения от данного требования проводят смену партий кислот. После устранения причин, вызвавших появление значимого сигнала матрицы раствора после кислотной минерализации холостой пробы, проводят кислотную минерализацию пробы и анализ.

9 Обработка и оформление результатов измерений

9.1 Для соковой продукции, подготовка проб которой проводилась без минерализации, массовую концентрацию натрия, калия, магния и кальция в пробе $C_{\text{пр},i}$ мг/дм³, вычисляют по формуле

$$C_{\text{пр},i} = \frac{(C_{\text{пр},i} - C_0) \cdot V_1}{V_2}, \quad (5)$$

где $C_{\text{пр},i}$ — массовая концентрация натрия, калия, кальция и магния в растворе анализируемой пробы, найденная по градуировочной характеристике (по среднеарифметическому значению аналитического сигнала), мг/дм³;

C_0 — массовая концентрация натрия, калия, кальция и магния, найденная по градуировочной характеристике при контрольном измерении, мг/дм³;

V_1 — вместимость мерной колбы, взятой для разбавления пробы соковой продукции, см³,

V_2 — объем пробы соковой продукции, см³.

9.2 Для соковой продукции, подготовка проб которой проводилась с минерализацией, массовую концентрацию натрия, калия, магния и кальция в пробе $C_{\text{мин},i}$ мг/дм³, вычисляют по формуле

$$C_{\text{мин},i} = \frac{(C_{\text{пр},i} - C_0) \cdot V_3}{V_4}, \quad (6)$$

где V_3 — вместимость мерной колбы, взятой для разбавления раствора минерализата по 8.4.2, см³;

V_4 — объем пробы соковой продукции, взятый на минерализацию, см³.

Вычисления проводят до второго десятичного знака. Окончательный результат округляют до первого десятичного знака.

Метод измерений обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4 — Диапазоны измерений, значения показателей повторяемости, воспроизводимости, правильности и точности результатов измерений

Диапазоны измерений массовой концентрации калия, натрия, кальция и магния, мг/дм ³	Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости) $r_{\text{отн}}$	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) $\sigma_{R,\text{отн}}$	Показатель правильности (границы относительной систематической погрешности при доверительной вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta_c$	Показатель точности (границы относительной погрешности при доверительной вероятности $P = 0,95$) $\pm \delta$
Натрий				
От 5 до $2 \cdot 10^3$ включ.	2,5	3,5	2,5	7,0
Калий				
От 5 до $5 \cdot 10^3$ включ.	4	6	3	12
Кальций				
От 5 до $1 \cdot 10^2$ включ.	3,5	6,0	5,0	13,0
Магний				
От 5 до $5 \cdot 10^2$ включ.	2	3	2	6

Примечание — Верхняя граница диапазона измерений массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния указана с учетом возможного разбавления раствора анализируемой пробы, но не более чем в 100 раз.

9.3 За результат измерений принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений, если относительное расхождение между ними не превышает предела повторяемости $r_{\text{отн}}$, приведенного в таблице 4, при доверительной вероятности $P = 0,95$

$$200 \cdot \frac{|C_1 - C_2|}{(C_1 + C_2)} \leq r_{\text{отн}}, \quad (7)$$

где C_1, C_2 — результаты параллельных измерений, мг/дм³;

$r_{\text{отн}}$ — значение предела повторяемости, указанное в таблице 5.

Таблица 5 — Значения пределов повторяемости, воспроизводимости и критического диапазона $CR_{0,95}(4)$ при доверительной вероятности $P = 0,95$

Диапазоны измерений массовой концентрации калия, натрия, кальция и магния, мг/дм ³	Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений) $r_{\text{отн}} \cdot \%$	Критический диапазон (относительное значение допускаемого расхождения между четырьмя результатами параллельных измерений) $CR_{0,95}(4)_{\text{отн}} \cdot \%$	Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами, полученными в условиях воспроизводимости) $R_{\text{отн}} \cdot \%$
Натрий			
От 5 до $2 \cdot 10^3$ включ.	7	8	10
Калий			
От 5 до $5 \cdot 10^3$ включ.	11	13	17
Кальций			
От 5 до $1 \cdot 10^2$ включ.	10	12	17
Магний			
От 5 до $5 \cdot 10^2$ включ.	6	7	8

Примечание — Верхняя граница диапазона измерений массовой концентрации натрия, калия, кальция и магния указана с учетом возможного разбавления раствора анализируемой пробы, но не более чем в 100 раз.

9.4 Если условие (7) не выполняется, проводят еще два параллельных измерения пробы, сравнивают размах выборки из четырех результатов измерения с допустимым расхождением $CR_{0,95}$.

За окончательный результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов четырех параллельных измерений, если расхождение между ними при соблюдении условий согласно ГОСТ ИСО 5725-6—2003 (раздел 5) не превышает значения критического диапазона $CR_{0,95}(4)$ для четырех результатов параллельных измерений (см. таблицу 5) при доверительной вероятности $P = 0,95$.

9.5 Если расхождение полученных четырех результатов параллельных измерений больше значения $CR_{0,95}(4)$, измерения приостанавливают и выясняют причины превышения критического диапазона, устраняют их и повторяют выполнение единичных измерений в соответствии с разделом 8.

9.6 Расхождение между двумя результатами измерений, полученными в двух лабораториях при соблюдении условий воспроизводимости [ГОСТ ИСО 5725-1—2003 (подраздел 3.18)], относительно их среднеарифметического значения не должно превышать предела воспроизводимости $R_{\text{отн}}$ (см. таблицу 5).

При выполнении этого условия приемлемы оба результата, и в качестве окончательного может быть использовано их общее среднее значение.

При превышении предела воспроизводимости выполняют процедуры в соответствии с ГОСТ 5725-6—2003 (пункты 5.3.3, 5.3.4).

9.7 Результаты измерений в документах, предусматривающих их использование, представляют в виде

$$\bar{C}_i^{\text{AAC}} \pm 0,01 \cdot \delta \cdot \bar{C}_i^{\text{AAC}}, \text{ при } P = 0,95, \quad (8)$$

где \bar{C}_i^{AAC} — среднеарифметические значения двух параллельных измерений натрия, калия, кальция или магния, выполненных в условиях повторяемости, $\text{мг}/\text{дм}^3$;

δ — границы относительной погрешности (см. таблицу 4), %.

Числовое значение результата измерения должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и значение границы абсолютной погрешности. Значение границ абсолютной погрешности выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр.

Если массовая концентрация натрия, калия, магния и кальция выходит за пределы границы диапазона измерений, проводят следующую запись в журнале: «Массовая концентрация натрия, калия, магния и кальция менее 5 $\text{мг}/\text{дм}^3$ ».

9.8 Результаты измерений регистрируют в протоколе испытаний согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2009 (подраздел 5.10).

10 Требования безопасности

10.1 Условия безопасного проведения работ

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реагентами по ГОСТ 12.1.007, требования пожарной безопасности — по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.018.

Требования электробезопасности при работе с приборами — по ГОСТ 12.1.019 и в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

Остатки проб соковой продукции утилизируют в порядке, установленном в руководстве по качеству в лаборатории.

10.2 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений, обработке и оформлению результатов допускаются специалисты, имеющие соответствующее образование, опыт работы с данным оборудованием и изучившие настоящий метод.

Приложение А
(справочное)

Градуировка в виде модели квадратического полинома

А.1 Градуировка в виде модели квадратического полинома с весовыми коэффициентами, пропорциональными квадрату концентрации, устанавливают по формулам:

$$w_i = x_i^{-2}, \quad (A.1)$$

где w_i — весовой коэффициент i -го градуировочного уровня;

x_i — концентрация i -го градуировочного раствора (см. таблицы 2 или 3), мг/дм³;

$$\hat{y}_w = \bar{y}_w + b_{1w} (x - \bar{x}_w) + b_{2w} (x^2 - \bar{x}_w^2), \quad (A.2)$$

где \hat{y}_w — прогнозируемый отклик сигнала по регрессионной зависимости;

\bar{y}_w — средневзвешенный отклик сигнала;

b_{1w} — взвешенный линейный коэффициент регрессии;

x — концентрация пробы, мг/дм³;

\bar{x}_w — средняя взвешенная концентрация, мг/дм³;

b_{2w} — взвешенный квадратический коэффициент регрессии;

x^2 — квадрат концентрации градуировочного раствора, (мг/дм³)²;

\bar{x}_w^2 — средневзвешенный квадрат концентрации, (мг/дм³)².

Градуировочные коэффициенты из уравнения А.2 находят по уравнениям:

$$b_{1w} = \frac{s_{ff} s_{xy} - s_{fx} s_{fy}}{s_{xx} s_{ff} - s_{fx}^2}, \quad (A.3)$$

$$b_{2w} = \frac{s_{xx} s_{fy} - s_{fx} s_{xy}}{s_{xx} s_{ff} - s_{fx}^2}, \quad (A.4)$$

где функции s_{xx} , s_{fx} , s_{ff} , s_{fy} , s_{xy} находят по уравнениям:

$$s_{xx} = \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) \bar{x}_w^2 \right), \quad (A.5)$$

$$s_{fx} = \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^3 - \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) \bar{x}_w \bar{x}_w^2 \right), \quad (A.6)$$

$$s_{ff} = \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^4 - \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) (\bar{x}_w^2)^2 \right), \quad (A.7)$$

$$s_{xy} = \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i^2 y_i - \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) (\bar{x}_w^2 \bar{y}_w) \right), \quad (A.8)$$

$$s_{fy} = \left(\sum_{i=1}^n w_i x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n w_i \right) (\bar{x}_w \bar{y}_w) \right), \quad (A.9)$$

где y_i — отклик сигнала i -го градуировочного раствора;

x_i — концентрация i -го градуировочного раствора, мг/дм³.

Средние величины вычисляют по уравнениям:

$$\bar{X}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad (A.10)$$

$$\bar{Y}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i y_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad (A.11)$$

$$\bar{X}_w^2 = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n w_i}. \quad (A.12)$$

Приложение Б
(рекомендуемое)

Оценка мешающего влияния компонентов (матрицы)

Б.1 Для оценки мешающего влияния матрицы из подготовленной пробы отбирают аликовтную часть и разбавляют ее в пять — десять раз раствором азотной кислоты молярной концентрации 0,5 моль/дм³. Исходную и разбавленную пробы измеряют по 8.5.1.

Допускается проводить разбавление автоматически при комплектации прибора соответствующим устройством.

Б.2 Мешающие влияния считают незначимыми, если выполняется условие

$$|K_p C_p - C| \leq \sqrt{(0,01 \cdot \delta \cdot K_p C_p)^2 + (0,01 \cdot \delta \cdot C)^2}. \quad (Б.1)$$

где K_p — кратность разбавления исходной пробы;

C_p — массовая концентрация металла в разбавленной пробе, мг/дм³;

C — значение массовой концентрации металла в растворе неразбавленной пробы, мг/дм³;

0,01 — коэффициент перехода от процентов к абсолютным величинам;

δ — относительная погрешность для соответствующего значения C_p и C , % (см. таблицу 4).

Б.3 Если условие (Б.1) не выполняется, увеличивают объемы используемых при минерализации по ГОСТ 26929—94 (пункт 4.4.1) кислот в два раза.

УДК 664.863.001.4:006.354

МКС 67.080.01

Ключевые слова: соковая продукция, натрий, калий, кальций, магний, спектрометрия, абсорбция, минерализация, измерение, массовая концентрация

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Аронян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 25.11.2019. Подписано в печать 29.11.2019. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,33. Уч.-изд. л. 2,10.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru