
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33550—
2015

**ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТЯНЫЕ
И ОЛЕФИНЫ АЛИФАТИЧЕСКИЕ ТОВАРНЫЕ**

**Определение бромного числа
электрометрическим титрованием**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (от 27 октября 2015 г. протокол № 81-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 февраля 2016 г. № 77-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33550—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

5 Настоящий стандарт идентичен стандарту ASTM D 1159—07(2012) «Стандартный метод определения бромных чисел в нефтяных дистиллятах и товарных алифатических олефинах» («Standard test method for bromine numbers of petroleum distillates and commercial aliphatic olefins by electrometric titration», IDT).

Стандарт разработан комитетом ASTM D02 «Нефтепродукты и смазочные материалы», и непосредственную ответственность за метод несет подкомитет D02.04.0D по физическим методам анализа.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	2
4 Сущность метода	2
5 Назначение и применение	2
6 Аппаратура	2
7 Реактивы	3
8 Процедура проверки	5
9 Проведение испытаний	6
10 Вычисления	7
11 Прецизионность и смещение	7
Приложение А1 (обязательное) Бромное число различных соединений, определенное электрометрическим титрованием	9
Приложение А2 (обязательное) Вычисление содержания олефинов	15
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных стандартов межгосударственным стандартам	18

ДИСТИЛЛЯТЫ НЕФТЯНЫЕ И ОЛЕФИНЫ АЛИФАТИЧЕСКИЕ ТОВАРНЫЕ

Определение бромного числа электрометрическим титрованием

Petroleum distillates and commercial aliphatic olefins.
Determination of bromine number by electrometric titration

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод¹⁾ определения бромного числа и распространяется на следующие продукты:

1.1.1 Нефтяные дистилляты, практически не содержащие соединений легче изобутана, 90 % которых перегоняется до температуры 327 °C (626 °F) (ASTM D 86).

Настоящий метод обычно применяют для анализа бензина (этилированного, неэтилированного и оксигенатных топлив), керосина и дистиллятов, подобных газойлю, для которых характерны следующие пределы выкипания.

Температура отгона 90 %, °C (°F)	Бромное число, не более
Не более 205 (400)	175
205—327 (400—626)	10

1.1.2 Товарные олефины, представляющие собой смеси алифатическихmonoолефинов и имеющие бромное число в диапазоне 95—165 (см. примечание 1).

Настоящий стандарт используют для анализа таких продуктов, как товарные тримеры и тетрамеры пропилена, димеры бутилена, смеси ноненов, октенов и гептенов.

Настоящий метод не распространяется на нормальные α -олефины.

Примечание 1 — Ограничения по бромному числу введены в связи с тем, что точность настоящего метода испытаний была определена только для указанного диапазона бромных чисел.

1.2 Значение бромного числа является показателем количества реагирующих с бромом компонентов, но не устанавливает их состав; в приложении A1 приведена информация по применению настоящего стандарта для определения ненасыщенности олефинов.

1.3 Для смесей нефтяных углеводородов с бромным числом менее 1,0 более точное определение компонентов, реагирующих с бромом, можно определить по ASTM D 2710. Если бромное число менее 0,5, то следует использовать метод испытаний по ASTM D 2710 или сравнимые с ним методы определения бромных индексов для товарных ароматических углеводородов, методы испытаний ASTM D 1492 или ASTM D 5776 согласно области их применения. Практика использования коэффициента, равного 1000, для перевода бромного числа в бромный индекс не применима при таких низких значениях бромного числа.

1.4 Значения, установленные в единицах СИ, приняты в качестве стандартных. Значения в единицах системы дюйм — фунт, приведенные в скобках, указаны только для информации.

1.5 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопасности, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за

¹⁾ Dubois H. D., and Skoog D. A., «Determination of Bromine Addition Numbers», Analytical Chemistry, Vol 20, 1948, p. 624—627.

установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием. Специальные требования безопасности приведены в разделах 7—9.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)¹⁾.

ASTM D 86, Test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure (Метод определения дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении)

ASTM D 1193, Specification for reagent water (Спецификации на воду-реактив)

ASTM D 1492, Test method for bromine index of aromatic hydrocarbons by coulometric titration (Метод определения бромного индекса ароматических углеводородов кулонометрическим титрованием)

ASTM D 2710, Test method for bromine index of petroleum hydrocarbons by electrometric titration (Метод определения бромного индекса нефтяных углеводородов электрометрическим титрованием)

ASTM D 5776, Test method for bromine index of aromatic hydrocarbons by electrometric titration (Метод определения бромного индекса ароматических углеводородов электрометрическим титрованием)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 бромное число (bromine number): Масса брома в граммах, взаимодействующего со 100 г образца в стандартных условиях.

4 Сущность метода

4.1 Титруют стандартным бромид-броматным раствором установленную массу образца, растворенную в выбранном для этой цели растворителе (см. 8.1), при температуре от 0 °C до 5 °C (32 °F — 41 °F). Конечную точку титрования определяют по резкому скачку потенциала, вызванному присутствием свободного брома и фиксируемому аппаратом для электрометрического титрования.

5 Назначение и применение

5.1 Бромное число используют для оценки содержания ненасыщенных алифатических углеводородов в образцах нефтепродуктов. С помощью вычислений в соответствии с приложением А2 бромное число можно использовать для оценки процентного содержания олефинов в нефтяных дистиллятах, выкипающих при температуре не выше 315 °C (600 °F).

5.2 Бромное число товарных алифатическихmonoолефинов косвенно характеризует их чистоту и идентичность.

6 Аппаратура

6.1 Аппарат для титрования с электрометрическим определением конечной точки

Можно использовать любой аппарат подобного типа в сочетании с источником поляризационного тока, обладающим высоким сопротивлением, разработанный для титрования с предварительно заданными конечными точками (см. примечание 2), способный поддерживать напряжение, равное примерно 0,8 В, между двумя платиновыми электродами и обладающий чувствительностью, которая позволяет фиксировать конечную точку титрования при изменении напряжения на электродах приблизительно на 50 мВ. Пригодны другие виды электронных титраторов, включая некоторые типы pH-метров.

¹⁾ Ссылки на стандарты ASTM можно уточнить на сайте ASTM website, www.astm.org или в службе поддержки клиентов service@astm.org, а также в информационном томе ежегодного сборника стандартов ASTM (Website standard's Document Summary).

Примечание 2 — Предварительно заданную конечную точку титрования получают с использованием поляризованных электродов, обеспечивающих детектирование конечной точки титрования, подобное технике «dead stop», которая была изложена в предшествующих версиях настоящего метода испытаний.

6.2 Сосуд для титрования

Стеклянный сосуд с рубашкой высотой примерно 120 мм, внутренним диаметром 45 мм, обеспечивающий поддержание температуры образца от 0°C до 5°C (от 32°F до 41°F).

6.3 Мешалка

Используют любую магнитную перемешивающую систему.

6.4 Электроды

Два электрода из платиновой проволоки длиной 12 мм, диаметром 1 мм каждый. Электроды должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга и приблизительно на 55 мм ниже уровня титруемого раствора. Пару электродов регулярно очищают, используя 65 %-ный раствор азотной кислоты, и перед использованием промывают дистиллированной водой.

6.5 Бюretка

Любая система подачи жидкости, способная дозировать титрант объемом 0,05 см³, или с меньшей градуировкой.

7 Реактивы

7.1 Чистота реактивов

Для испытаний следует применять реактивы квалификации ч. д. а. Если нет других указаний, это означает, что все реактивы должны соответствовать требованиям спецификаций Комитета по аналитическим реактивам Американского химического общества, где эти спецификации можно получить¹⁾. Можно использовать реактивы другой квалификации при условии подтверждения, что они имеют достаточно высокую степень чистоты и их использование не снижает точность результатов определения.

7.2 Чистота воды

Если нет других указаний, используют воду, пригодную для приготовления реактивов, воду типа III по ASTM D 1193.

7.3 Уксусная кислота, ледянная

Предупреждение — Яд. Коррозионноактивна. Огнеопасна. При приеме внутрь может привести к летальному исходу. Вызывает сильные ожоги. Вредна для здоровья при вдыхании.

7.4 Бромид-бромат, стандартный раствор (0,2500 М по Br₂)

Растворяют в воде 51,0 г бромида калия (KBr) и 13,92 г бромата калия (KBrO₃), высушенных при температуре 105 °C (221 °F) в течение 30 мин, и доводят объем раствора до 1 дм³.

7.4.1 Если бромные числа олефинов, указанных в разделе 8 и определенных с использованием данного раствора, не соответствуют установленному диапазону, или если качество первичных реагентов вызывает сомнения, рекомендуется определять молярную концентрацию раствора. Стандартизуют раствор, установленную молярную концентрацию используют в последующих вычислениях. Процедуру стандартизации раствора выполняют следующим образом.

¹⁾ Reagent Chemicals, American Chemical Society Specifications, American Chemical Society, Washington, D.C. (Химические реактивы. Спецификация Американского химического общества, Вашингтон, округ Колумбия). Предложения по проверке реактивов, не входящих в списки Американского химического общества, — см. Analytical Standards for Laboratory Chemicals, BDH Ltd., Poole, Dorset, U.K. (Чистые образцы для лабораторных химиков), а также the United States Pharmacopeia and National Formulary, U.S. Pharmacopeial Convention, Inc. (USPC), Rockville, MD (Фармакопея США и национальный фармакологический справочник).

7.4.2 Помещают 50 см³ ледяной уксусной кислоты и 1 см³ концентрированной соляной кислоты
(Предупреждение — Токсична. Коррозионноактивна. При приеме внутрь может привести к летальному исходу. Жидкость и пары могут причинить серьезные ожоги. Может причинить вред здоровью при вдыхании паров; относительная плотность 1,19) в колбу вместимостью 500 см³ для определения йодного числа. Охлаждают раствор в бане в течение примерно 10 мин, добавляют при постоянном перемешивании содержимого колбы ($5,00 \pm 0,01$) см³ бромид-броматного стандартного раствора из калиброванной burette вместимостью 10 см³ со скоростью от 1 до 2 капель в секунду. Сразу после этого закрывают колбу крышкой, встряхивают содержимое, помещают снова в ледяную баню и добавляют 5 см³ раствора KI по горлышку колбы. Через 5 мин извлекают колбу из ледяной бани и позволяют раствору KI стечь в колбу, медленно извлекая из нее пробку. Интенсивно встряхивают содержимое колбы, добавляют в нее 100 см³ воды таким же способом для промывания пробки, горлышка и стенки колбы, затем титруют раствором тиосульфата натрия ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$). Ближе к завершению титрования добавляют 1 см³ раствора индикатора крахмала и медленно титруют до исчезновения голубого окрашивания. Вычисляют молярную концентрацию бромид-броматного раствора M_1 по Br_2 , используя формулу

$$M_1 = \frac{AM_2}{5 \cdot 2}, \quad (1)$$

где A — объем раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, необходимого для титрования бромид-броматного раствора, см³;
 M_2 — молярная концентрация раствора $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$;
 5 — объем бромид-броматного раствора, см³;
 2 — число электронов, переносимых во время окислительно-восстановительного титрования бромид-бромата.

Повторяют стандартизацию раствора до тех пор, пока два последовательных определения будут отличаться от среднего значения не более чем на $\pm 0,002$ М.

7.5 Метанол

Предупреждение — Пары токсичны. Воспламеняется. При приеме внутрь и вдыхании может вызвать слепоту или привести к летальному исходу. Невозможно перевести в безопасное состояние.

7.6 Раствор йодида калия (150 г/дм³)

Растворяют 150 г йодида калия (KI) в воде и доводят объем до 1 дм³.

7.7 Тиосульфат натрия, стандартный раствор (0,1 М)

Растворяют 25 г тиосульфата натрия ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) в воде и добавляют 0,1 г карбоната натрия (Na_2CO_3) для стабилизации раствора. Доводят объем раствора до 1 дм³ и тщательно перемешивают встряхиванием. Стандартизуют раствор по любой методике, обеспечивающей определение молярной концентрации с погрешностью не более $\pm 0,0002$ моль/дм³. Стандартный раствор проверяют достаточно часто с периодичностью, позволяющей зарегистрировать изменения молярной концентрации раствора на значение, равное 0,0005 моль/дм³.

7.8 Крахмальный индикаторный раствор

Растворяют 5 г порошка крахмала в 3—5 см³ воды. При необходимости добавляют в качестве консерванта примерно 0,65 г салициловой кислоты. Добавляют полученную суспензию к 500 см³ кипящей воды и кипятят раствор в течение 5—10 мин. Охлаждают раствор и сливают с поверхности отстоявшуюся прозрачную жидкость в стеклянные склянки с притертными пробками. Можно использовать имеющийся в продаже раствор крахмала (также с салициловой кислотой).

7.9 Серная кислота (1:5)

Осторожно смешивают один объем концентрированной серной кислоты (H_2SO_4 с относительной плотностью 1,84) с пятью объемами воды.

Предупреждение — Токсична. Коррозионноактивна. Сильный окислитель. При контакте с органическими материалами может вызвать возгорание. При приеме внутрь может привести к летальному исходу.

7.10 Растворитель для титрования

Готовят 1 дм³ растворителя для титрования, смешивая 714 см³ ледяной уксусной кислоты, 134 см³ 1,1,1-трихлорэтана (или дихлорметана), 134 см³ метанола и 18 см³ H₂SO₄ (1:5).

7.11 1,1,1-трихлорэтан

Предупреждение — Вреден для здоровья при вдыхании. Высокие концентрации могут вызвать потерю сознания или привести к летальному исходу. Контакт с ним может вызвать раздражение кожи и дерматиты.

7.12 Дихлорметан

Предупреждение — Замена 1,1,1-трихлорэтана как реагента, разрушающего озон, т. к. его производство и импорт прекращены. Дихлорметан временно разрешен в качестве альтернативы 1,1,1-трихлорэтану до тех пор, пока не будет подобрано и одобрено заменяющее вещество.

Примечание 3 — Вместо реагентов, приготовленных в лабораторных условиях, можно использовать реагенты, имеющиеся в продаже.

8 Процедура проверки

8.1 Для исключения неточностей в процедуре испытания образцов проверяют реагенты и методику, используя свежеочищенные циклогексен или дизобутилен. (**Предупреждение** — Пользователь настоящего метода может выбрать вместо указанного растворителя 1,1,1-трихлорэтан или дихлорметан. Выбранный растворитель используют во всех процедурах — при приготовлении растворителя для титрования, для растворения образцов и для холостого опыта.) Испытания проводят по разделу 9, используя 0,6—1,0 г свежеочищенного циклогексена или дизобутилена или 6—10 г раствора с массовой долей этих веществ в 1,1,1-трихлорэтане (**Предупреждение** — Воспламеняется), равной 10 % (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Физические свойства очищенных олефинов

Вещество	Температура кипения, °С	Плотность при температуре 20 °С, г/см ³	Коэффициент преломления D при температуре 20 °С
Циклогексен	От 82,5 до 83,5 включ.	0,8100	1,4465
Дизобутилен ^{a)}	От 101 до 102,5	0,7175 ± 0,0015	1,4112

^{a)} Только для изомера 2,2,4- trimethyl-1-пентен.

8.2 Если реагенты и методика проведения испытания являются приемлемыми, полученные значения бромных чисел должны быть в диапазонах, приведенных ниже:

Стандарт	Бромное число
Циклогексен, очищенный (см. 7.4.1; 9.3 и 8.1)	187—199 (см. 9.5);
Циклогексен, 10%-ный раствор	18—20;
Дизобутилен, очищенный (см. 7.4.1; 8.3 и 8.1)	136—144 (см. 9.5);
Дизобутилен, 10%-ный раствор	13—15.

Эталонные олефины, дающие вышеуказанные результаты, характеризуются свойствами, приведенными в таблице 1. Теоретические бромные числа циклогексена и дизобутилена составляют 194,6 и 142,4 соответственно.

8.3 Очищенные образцы циклогексена и дизобутилена¹⁾ можно получить из циклогексена и дизобутилена по следующей процедуре.

8.3.1 В нижнюю часть суженной колонки длиной 760 мм, внутренним диаметром приблизительно 16 мм, помещают небольшой тампон из стекловаты, засыпают 65 г активированного силикагеля зернистостью 75—150 мкм (100—200 меш), подготовленного таким образом, чтобы обеспечить наименьшую

¹⁾ Единственным известным поставщиком циклогексена № 13019 и дизобутилена № P2125 является Eastman, Rochester, NY.

степень полимеризации олефинов¹⁾. Можно использовать бюретку вместимостью 100 см³ или любую колонку при отношении высоты к диаметру не менее 30:1. При наполнении силикагелем постукивают по колонке, чтобы обеспечить ее равномерное заполнение.

8.3.2 Для очистки помещают в колонку 30 см³ олефина. Когда олефин адсорбируется силикагелем, наполняют колонку метанолом. Утилизируют первые 10 см³ фильтрата и собирают следующие 10 см³, которые являются очищенным олефином, готовым для определения бромного числа. Определяют и фиксируют плотность и коэффициент преломления очищенных олефинов при температуре 20 °С. Утилизируют оставшийся фильтрат.

Предупреждение — Если до очистки необходима дистилляция загрязненных олефинов, то в дистилляционную колбу следует поместить несколько таблеток гидроксида калия и провести перегонку до получения 10 % остатка для предотвращения разложения присутствующих пероксидов.

9 Проведение испытаний

9.1 Помещают 10 см³ 1,1,1-трихлорэтана в мерную колбу вместимостью 50 см³ и пипеткой вводят испытуемый образец в количестве, указанном в таблице 2. Массу веденного образца вычисляют по разности между массой колбы до и после введения образца (с точностью до 1 мг) или, если плотность известна точно, вычисляют массу образца по измеренному объему. Заполняют колбу до метки выбранным растворителем и тщательно перемешивают.

Предупреждение — Углеводороды, особенно выкипающие до температуры 205 °С (400 °F), воспламеняются.

9.1.1 Часто величина бромного числа образца неизвестна. В этом случае для получения ориентировочного значения рекомендуется провести предварительное испытание с использованием 2 г образца. Это испытание должно сопровождаться последующим определением бромного числа с использованием образца в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 — Рекомендуемая масса испытуемых образцов

Бромное число	Масса испытуемого образца, г
От 0 до 10 включ.	От 20 до 16 включ.
Св. 10 до 20 включ.	От 10 до 8 включ.
Св. 20 до 50 включ.	От 5 до 4 включ.
Св. 50 до 100 включ.	От 2,0 до 1,5 включ.
Св. 100 до 150 включ.	От 1,0 до 0,8 включ.
Св. 150 до 200 включ.	От 0,8 до 0,6 включ.

9.1.2 Объем испытуемого образца не должен превышать 20 см³, используемый объем бромид-броматного титранта не должен превышать 10 см³, во время испытания не должно происходить разделение титруемого продукта на фазы. Если возникает трудность при растворении испытуемых образцов высококипящих продуктов в растворителе для титрования, добавляют небольшое количество толуола.

9.2 Охлаждают сосуд для титрования до температуры от 0 °С до 5 °С (32 °F—41 °F) и поддерживают эту температуру в течение всего титрования. Включают титромер и позволяют стабилизироваться его электрической цепи.

9.3 Вводят в сосуд для титрования 110 см³ растворителя для титрования и пипеткой добавляют аликовту (5 см³) раствора образца из мерной колбы вместимостью 50 см³. Интенсивно перемешивают раствор мешалкой, избегая образования воздушных пузырьков.

9.4 Устанавливают потенциал конечной точки. Следуют инструкциям изготовителя прибора по установлению конечной точки и достижению чувствительности в цепи платинового электрода (см. 6.1).

9.5 В зависимости от аппаратуры для титрования из бюретки небольшими порциями вручную или по команде микропроцессора добавляют бромид-броматный раствор. Конечная точка титрования достигается, когда потенциал достигнет ранее заданного значения (см. 9.4) и будет сохраняться не менее 30 с.

¹⁾ Единственными известными поставщиками силикагеля (код 923) являются W.R. Grace и компания Davison Chemical Division, Baltimore, MD 21203.

9.6 Холостой опыт

Для каждой партии растворителя для титрования дважды проводят холостое титрование по 9.3—9.5, вводя вместо аликвоты образца 5 см³ выбранного растворителя для титрования (1,1,1-трихлорэтана или дихлорметана). На титрование должно быть израсходовано не более 0,1 см³ бромид-броматного раствора. Если на титрование было израсходовано более 0,1 см³ бромид-броматного раствора, готовят свежий растворитель для титрования и свежие реактивы и повторяют испытание.

10 Вычисления

10.1 Вычисляют бромное число по формуле

$$\text{Бромное число} = \frac{(A - B)(M_1)(15,98)}{W}, \quad (2)$$

где A — объем бромид-броматного раствора, который требуется для титрования аликвотной части испытуемого раствора, см³;

B — объем бромид-броматного раствора, который требуется для титрования холостого опыта, см³;

M_1 — молярная концентрация брома в растворе бромид-бромата;

15,98 — коэффициент пересчета массы брома в граммах на 100 г образца, учитывающий молекулярную массу брома (Br₂) и пересчет см³ в дм³;

W — масса использованной аликвотной части образца, г.

11 Прецизионность и смещение¹⁾

11.1 Прецизионность настоящего метода была определена статистической обработкой результатов межлабораторных исследований.

11.1.1 Повторяемость (сходимость)

Расхождение результатов двух независимых последовательных испытаний, полученных одним и тем же оператором на одном и том же оборудовании при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении настоящего метода, может превышать приведенные ниже значения только в одном случае из 20:

- нефтяные дистилляты:

90 % отгона получено при температуре не выше 205 °C $r = 0,11 (X^{0,70})$; (3)

90 % отгона получено при температуре от 205 °C до 327 °C $r = 0,11 (X^{0,67})$, (4)

где X — среднеарифметическое значение бромного числа испытуемых образцов;
- товарные олефины:

$r = 3$. (5)

11.1.2 Воспроизводимость

Расхождение результатов независимых единичных испытаний, полученных при использовании настоящего метода на идентичном испытуемом материале разными операторами, работающими в разных лабораториях, при нормальном и правильном выполнении метода, может превышать приведенные ниже значения только в одном случае из 20:

- нефтяные дистилляты:

90 % отгона получено при температуре не выше 205 °C $R = 0,72 (X^{0,70})$; (6)

90 % отгона получено при температуре от 205 °C до 327 °C $R = 0,78 (X^{0,67})$, (7)

где X — среднее значение бромного числа испытуемых образцов;

¹⁾ Дополнительные данные (результаты круговых испытаний и статистический анализ для продуктов, 90% которых выкипает при температуре 205 °C) можно получить при запросе Исследовательского отчета RR: D02-1290.

- товарные олефины¹⁾:

$$R = 12.$$

(8)

11.2 Смещение

Процедура измерения бромного числа не имеет смещения (отклонения), т. к. значение бромного числа может быть определено только в условиях данного метода испытания.

П р и м е ч а н и е 4 — Прецизионность настоящего метода испытания была установлена с использованием 1,1,1-трихлорэтана в качестве растворителя образца и как компонента растворителя для титрования. Информация о применении дихлорметана вместо 1,1,1-трихлорэтана для установления прецизионности отсутствует.

¹⁾ Предварительное значение, полученное из ограниченного количества данных.

**Приложение А1
(обязательное)**

Бромное число различных соединений, определенное электрометрическим титрованием

A1.1 Технически бромное число представляет собой массу брома, г, реагирующего со 100 г испытуемого образца в определенных условиях. В соответствии с этим определением бром будет расходоваться в реакциях присоединения, замещения и окисления веществ, содержащих серу, азот и кислород, которые вносят свой вклад в значение бромного числа. Использование бромного числа для оценки ненасыщенности олефинов основано на том, что реакция присоединения протекает быстро и полностью почти в любых условиях. Реакции присоединения брома протекают быстро при температурах ниже 0°C. Понижение температуры реакции, уменьшение времени контакта и концентрации свободного брома замедляют реакции замещения и окисления. На скорость реакций оказывают воздействие такие факторы, как растворитель, скорость перемешивания, время пребывания на свету.

A1.2 Опытным путем доказано, что ни при каких условиях проведения испытания невозможно полностью исключить побочные реакции. В связи с этим условия определений бромного числа обычно выбирают эмпирически путем получения приемлемых результатов с представительными веществами.

A1.3 Возможность одновременного протекания нескольких реакций и разное поведение веществ в присутствии брома вносят элемент неопределенности в процесс интерпретации результатов испытаний. Информация о составе анализируемых веществ и их реакции на бром значительно снижает возможность неверных толкований результатов испытания.

A1.4 С помощью электрометрического определения бромного числа были получены данные для многих углеводородов нефти и некоторых неуглеводородных материалов, связанных с продуктами переработки нефти. Данные, полученные в результате совместных исследований, приведены в таблице А1.1.

A1.5 Настоящая информация может служить справочным руководством при интерпретации бромного числа нефтепродуктов. Учитывая неполноту представленных ниже данных, предполагается, что эти данные будут пополнены в ходе дальнейших исследований, проводимых в разных сотрудничающих лабораториях.

Таблица А1.1 — Значения бромных чисел, определенные методом электрометрического титрования

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	эксперимен- тальное	отклонение
Парафины (насыщенные углеводороды)				
Гексан	99,96 ²⁾	0,0	0,0	0,0
2-Метилгексан	99,88	0,0	0,0	0,1
Гептан	3)	0,0	0,1	+ 0,1
Октан	99,94	0,0	0,0	0,0
2,2,4-Триметилпентан	99,96	0,0	0,1	+ 0,1
Олефины с прямой цепью				
1-Пентен	99,7	228,0	208	- 20
транс-2-Пентен	99,91	228,0	235	+ 7
1-Гексен	99,80	189,9	181	- 9
цис-2-Гексен	99,83	189,9	189	- 1
транс-2-Гексен	99,87	189,9	189	- 1
цис-3-Гексен	99,94	189,9	193	+ 3
транс-3-Гексен	—	189,9	191,4	+ 1,5
1-Гептен	99,8	162,8	136	- 27
транс-2-Гептен	99,85	162,8	163	0,0
транс-3-Гептен	99,80	162,8	163	0,0

Окончание таблицы А1.1

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	эксперимен- тальное	отклонение
1-Октен	99,7	142,4	132	- 10
2-Октен	—	142,4	139	- 3
транс-4-Октен	99,84	142,4	149	+ 7
1-Децин	99,89	114,1	111,4	- 2,7
1-Додецин	99,9	95,1	82,9	- 12,2
1-Тридекин	99,8	87,7	81,4	- 6,3
1-Тетрадекин	99,7	81,4	70,8	- 10,6
1-Пентадекин	99,8	76,0	62,9	- 13,1
1-Гексадекин	99,84	71,2	62,8	- 8,4
1-Тридекин	99,8	87,7	81,4	- 6,3
1-Тетрадекин	99,7	81,4	70,8	- 10,6
1-Пентадекин	99,8	76,0	62,9	- 13,1
1-Гексадекин	99,84	71,2	62,8	- 8,4
Олефины с разветвленной цепью				
2-Метил-1-бутен	99,90	228,0	231,8	+ 3,8
2-Метил-2-бутен	99,94	228,0	235	7
2,3-Диметил-1-бутен	99,86	189,9	194	+ 4
3,3-Диметил-1-бутен	99,91	189,9	167	- 23
2-Этил-1-бутен	99,90	189,9	198	+ 8
2,3-Диметил-2-бутен	99,90	189,9	191	+ 1
2-Метил-1-пентен	99,92	189,9	182	- 8
3-Метил-1-пентен	99,70	189,9	152	- 38
4-Метил-1-пентен	99,82	189,9	176	- 14
2-Метил-2-пентен	99,91	189,9	190	0
3-Метил-цис-2-пентен	99,85	189,9	193,7	+ 3,8
3-Метил-транс-2-пентен	99,86	189,9	191	+ 1
4-Метил-цис-2-пентен	99,92	189,9	190	0
4-Метил-транс-2-пентен	99,75	189,9	190	0
2,3,3-Триметил-1-бутен	99,94	162,8	161	- 2
3-Метил-2-этил-1-бутен	99,8	162,8	165,4	+ 2,6
2,3-Диметил-1-пентен	99,80	162,8	158,5	- 4,3
2,4-Диметил-1-пентен	99,87	162,8	152,8	- 10,0
2,3-Диметил-2-пентен	99,6	162,8	162,3	- 0,5
4,4-Диметил-цис-2-пентен	99,79	162,8	159	- 4
4,4-Диметил-транс-2-пентен	99,91	162,8	158	- 5

Окончание таблицы А1.1

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	экспериментальное	отклонение
3-Этил-1-пентен	99,85	162,8	173,1	+ 10,3
3-Этил-2-пентен	99,80	162,8	165	+ 2
2-Метил-1-гексен	99,88	162,8	161	- 2
5-Метил-1-гексен	99,80	162,8	154	- 9
3-Метил- <i>цис</i> -2-гексен	99,8	162,8	163,6	+ 0,8
2-Метил- <i>транс</i> -3-гексен	99,8	162,8	163,4	+ 0,6
2-Метил-3-этил-1-пентен	99,81	142,4	139,8	- 2,6
2,4,4-Триметил-1-пентен	99,91	142,4	137,0	- 5,4
2,4,4-Триметил-2-пентен	99,92	142,4	141,2	- 1,2
Дизобутен	4)	142,4	139,8 ⁴⁾	- 2,6
2-Этил-1-гексен	5)	142,4	140,2	- 2,2
2,3-Диметил-2-гексен	99,71	142,4	143	+ 1
2,5-Диметил-2-гексен	99,8	142,4	142,8	+ 0,4
2,2-Диметил- <i>транс</i> -3-гексен	99,80	142,4	139	- 3
Триизобутен	99,0 ⁶⁾	95	57,5	- 37,5
Несопряженные циклические диолефины				
4-Этил-1-циклогексен (4-винил-1-циклогексен)	99,90	295,5	210 ⁸⁾	- 85
ди-1,8(9)- <i>л</i> -Ментадиен (дипентен)	98—100 ⁷⁾	234,6	225,2	(- 9,4)
Сопряженные диолефины				
2-Метил-1,3-бутадиен (изопрен)	99,96	470	235,7	- 234
<i>цис</i> -1,3-Пентадиен	99,92	470	285,3	- 185
<i>транс</i> -1,3-Пентадиен	99,92	470	234	- 236
2-Метил-1,3-пентадиен	95+ ⁹⁾	389	197,3	- 192
2,3-Диметил-1,3-бутадиен	99,93	389	186,1	- 203
Несопряженные диолефины				
1,2-Пентадиен	99,66	470	230	- 240
1,4-Пентадиен	99,93	470	185	- 285
2,3-Пентадиен	99,85	470	227	- 243
1,5-Гексадиен	99,89	389	352	- 37
Ароматические углеводороды с ненасыщенными боковыми цепями				
Фенилэтилен (стирол)	10)	153,4	123,6	- 29,8
Метилфенилэтилен (α -метил-стирол)	10)	135,3	133,2	- 2,1
Амилбензол	97,8 ¹¹⁾	135,2	0,0	135,2

Окончание таблицы А1.1

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	эксперимен-тальное	отклонение
Циклические олефины				
Циклопентен	99,97	234,6	237	+ 2
Циклогексен	99,98	194,64	193,2	- 1,4
Циклогексен	4)	194,6	192,8 ⁴⁾	- 1,8
1-Метилцикlopентен	99,86	194,6	209	+ 14
1-Метилциклогексен	99,82	166	162	- 4
Этиенилцикlopентан (винилцикlopентан)	99,91 ¹¹⁾	166	164	- 2
Этилиденцикlopентан	99,96	166,2	167,7	+ 1,5
1,2-Диметилциклогексен	99,94	145,0	150,9	+ 5,9
3-Цикlopентил-1-пропен	99,87	145,0	140,9	- 4,1
Этилиденциклогексан	99,86	145,0	147,0	+ 2,0
Этиенилциклогексан (винилциклогексан)	99,95	145	139	- 6,0
1-Этилциклогексен	99,83	145	146,6	+ 1,6
Инден	—	137,7	134	- 4,0
Ароматические моноциклические углеводороды				
Бензол	99,98	0,0	0,1	+ 0,1
Толуол	99,97	0,0	0,1	+ 0,1
o-Ксиол	99+ ¹²⁾	0,0	0,0	0,0
m-Ксиол	99+ ¹²⁾	0,0	0,0	0,0
p-Ксиол	99+ ¹²⁾	0,0	0,0	0,0
Изопропилбензол (кумол)	99,95	0,0	0,0	0,0
1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)	99,67	0,0	0,0	0,0
1,3,5-Триметилбензол (мезитилен)	13)	0,0	0,3	+ 0,3
1,3-Диметил-4-этилбензол	99,9	0,0	0,0	0,0
1,2,4,5-Тетраметилбензол (дурол)	99,86	0,0	0,1	+ 0,1
1,2,3,5-Тетраметил бензол (изодурол)	13)	0,0	0,3	+ 0,3
трет-Бутилбензол	99,73 ²⁾	0,0	0,0	0,0
трет-Амилбензол	6)	0,0	0,7	+ 0,7
Ароматические бициклические соединения				
Фенилбензол (Бифенил)	13)	0,0	0,0	0,0
Нафталин	99,96	0,0	0,0	0,0
1,2,2,4-тетрагидронафталин (тетралин)	99,9	0,0	0,2	+ 0,2
1-Метилнафталин	99,78	0,0	0,0	0,0

Окончание таблицы А1.1

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	эксперимен- тальное	отклонение
2-Метилнафталин	99,91	0,0	0,0	0,0
2,3-Дигидроинден (индан)	99,9	0,0	0,0	0,0
Циклогексилензол	99,93	0,0	0,0	0,0
Ароматические полициклические соединения				
Антрацен	13)	0,0	11,8	+ 11,8
Фенантрен	13)	0,0	3,9	+ 3,9
Циклопарафины				
Метилцикlopентан	99,99 ²⁾	0,0	0,0	0,0
Метилциклогексан	99,97	0,0	0,0	0,0
Изопропилцикlopентан	99,8	0,0	0,0	0,0
цис-Гексагидроиндан (цис-гидриндан)	99,94	0,0	0,0	0,0
транс-Гексагидроиндан (транс-гидриндан)	99,71	0,0	0,0	0,0
транс-Бутилциклогексан	99,95	0,0	0,0	0,0
Цикlopентилцикlopентан	99,95	0,0	0,0	0,0
цис-Декагидронафталин (цис-декалин)	98+ ³⁾	0,0	0,11	+ 0,11
транс-Декагидронафталин (транс-декалин)	98+ ³⁾	0,0	1,64	+ 1,64
Соединения, содержащие серу				
Этанэтиол (этилмеркаптан)	99,95	0,0	209	+ 209
3-Тиапентан (этилсульфид)	99,94	0,0	184	+ 184
2,3-Дитиабутан (метилсульфид)	99,97	0,0	1,1	+ 1,1
Тиацикlopентан (триметилен сульфид)	99,95	0,0	214	+ 214
Тиофен	99,99	0,0	0,4	+ 0,4
Тиацикlopентан (тетрагидротиофен)	99,95	0,0	183	+ 183
3,4-Дитиагексан (диэтилсульфид)	99,90	0,0	0,4	+ 0,4
2-Метил-2-пропанэтиол (транс-бутил-меркаптан)	99,92	0,0	141	+ 141
1-Пентазтиол (амилмер-каптан)	99,92	0,0	83	+ 83
Соединения, содержащие азот				
Бром	99,85	0,0	11,8	+ 11,8
Йод	14)	0,0	1,4	+ 1,4
2-Метилпиридин	99,90	0,0	0,9	+ 0,9
4-Метилпиридин	99+ ¹⁵⁾	0,0	1,7	+ 1,7
2,4,6-Триметилпиридин	99+ ¹⁵⁾	0,0	2,7	+ 2,7
2-(5-Нонил)-пиридин	13)	0,0	1,4	+ 1,4

Окончание таблицы А1.1

Соединение	Чистота, % ¹⁾	Бромное число		
		теоретическое	экспериментальное	отклонение
Пиррол	99,99	0,0	873	+ 873
2-Метилпиррол	98+ ¹⁴⁾	0,0	708	+ 708
2,4-Диметилпиррол	98+ ¹⁴⁾	0,0	484	+ 484
2,5-Диметилпиррол	99,9 ¹⁶⁾	0,0	869	+ 869
2,4-Диметил-3-этилпиррол	98+ ¹⁴⁾	0,0	248	+ 248
1-Бутил-1(1)-пиррол	98+ ¹⁴⁾	0,0	472	+ 472
Содержащие кислород соединения				
Ацетон	15)	0,0	0,0	0,0
Метилэтилкетон	18)	0,0	0,0	0,0
Другие				
Этаноламин	13)	0,0	1,5	+ 5
Этилен дихлорид	15)	0,0	0,0	0,0
Этилен дибромид	15)	0,0	0,0	0,0
Тетраэтилсвинец (TЭС)	19)	(49,5) ²⁰⁾	52,7	(+ 3,2)
Тетраметилсвинец (TMC)	19)	(59,8) ²⁰⁾	62,6	(+ 2,8)
АК 33Х	19)	(73,4) ²⁰⁾	0,6	(- 72,8)
«Этил» оранжевый	19)	—	0,0	—

1) Если нет других указаний, стандартные образцы API.
 2) Продукт компании «Филлипс», ч. д. а.
 3) Продукт компании «Филлипс», ч. д. а., дистиллированный, очищенный силикагелем.
 4) Средние значения, полученные в сентябре 1957 г., по образцам очищенных продуктов компании Eastman, по программе сотрудничества.
 5) Dow Research Chemical.
 6) Чистота не установлена.
 7) Приблизительное значение.
 8) Компания Hercules Inc., экспериментальный образец.
 9) Получены от Penn State University.
 10) Продукт компании Eastman, с белой этикеткой, дистиллированный перед использованием при давлении 50 мм.
 11) Химикаты М, С и В. Чистота определена с помощью ГХ, примеси не идентифицированы.
 12) Продукт компании «Филлипс», ч. д. а.
 13) Продукт компании Eastman, белая этикетка.
 14) Образцы, поставленные API, в рамках проекта 52.
 15) Чистота определена по спектральным исследованиям и по ГЖХ.
 16) Чистота определена по температуре замерзания.
 17) Химикаты А и В (номер по каталогу 1004).
 18) Химикаты М, С и В (номер по каталогу 2609).
 19) Продукт компании Ethil Corporation.
 20) Значение, вычисленное на основании реакции одного моля брома с металлоорганическим соединением.

**Приложение А2
(обязательное)**

Вычисление содержания олефинов

A2.1 Область применения

A2.1.1 Настоящая процедура предназначена для вычисления по бромному числу содержания олефинов (% об.) в образцах прямогонных бензинов риформинга, крекинга и товарных бензинов, 90 % которых перегоняются при температуре не выше 200 °С (392 °F); а также в образцах турбинного топлива, керосина и других продуктов, выкипающих при температуре не выше 315 °С (600 °F), имеющих бромное число не более 20.

A2.1.2 Настоящая процедура не предназначена для анализа чистых или близких к чистым смесей синтетических олефинов с диапазоном температуры кипения не более 14 °С (25 °F).

A2.1.3 Соединения, содержащие более 1 % серы, азота или кислорода, снижают точность вычисления (см. примечание A2.1).

A2.2 Вычисление

A2.2.1 Бромное число определяют в соответствии с настоящим методом испытаний.

Примечание A2.1 — Информация о типах соединений, которые могут вызвать получение аномальных данных при определении бромного числа, приведена в приложении A1. При анализе некоторых образцов, имеющих высокую концентрацию определенных типов углеводородов, следует проявлять осторожность при интерпретации результатов определения бромного числа.

A2.2.2 Вычисляют концентрацию олефинов по бромному числу по формуле

$$\text{Олефины, \% масс.} = \frac{\text{БМ}}{160}, \quad (\text{A2.1})$$

где $\frac{\text{БМ}}{160}$ — поправка на пределы выкипания (см. рисунок A2.1 и таблицу A2.1);

Б — бромное число, грамм брома на 100 г образца;

М — молекулярный вес (относительная молекулярная масса) олефинов (см. таблицу A2.2).

Примечание A2.2 — Поправку на пределы выкипания используют для крекинговых нафтенов, поскольку эмпирически установлено, что содержание олефинов (% об.) выше во фракциях с более низкими температурами кипения, и эти олефины также имеют более низкую молекулярную массу (молекулярный вес).




Рисунок A2.1 — Поправка на пределы выкипания

Таблица A2.1 — Поправка на пределы выкипания для олефинов

Поправка на пределы выкипания	Пределы выкипания, °C (°F), от температуры начала кипения до температуры конца кипения (см. ASTM D 86)
1,00	0 (0)
0,975	7 (13)

Окончание таблицы А2.1

Поправка на пределы выкипания	Пределы выкипания, °С (°F), от температуры начала кипения до температуры конца кипения (см. ASTM D 86)
0,950	14 (25)
0,925	21 (38)
0,900	28 (50)
0,875	38 (68)
0,850	43 (78)
0,825	53 (95)
0,800	62 (112)
0,775	72 (130)
0,750	95 (152)
0,725	99 (178)
0,700	125 и более (225)

Таблица А2.2 — Средняя молекулярная масса (молекулярный вес) в зависимости от температуры 50 % отгона по ASTM D 86

Температура выкипания 50 % отгона, °С (°F)	Средний молекулярный вес олефинов
38 (100)	72
66 (150)	83
93 (200)	96
121 (250)	110
149 (300)	127
177 (350)	145
204 (400)	164
232 (450)	186

А2.2.3 Определяют среднюю плотность олефинов, используя температуру выкипания 50 % отгона (см. ASTM D 86) и график, приведенный на рисунке А2.2. Умножают содержание олефинов (% масс.), вычисленное по А2.2.2, на отношение плотности исходного образца к плотности олефинов для получения содержания олефинов (% об.) по формуле

$$\text{Олефины, \% об.} = (A/B) C. \quad (\text{A2.2})$$

где A — плотность образца, $\text{г}/\text{см}^3$;

B — средняя плотность олефинов, $\text{г}/\text{см}^3$;

C — содержание олефинов, % масс.




Рисунок А2.2 — Отношение плотности к температуре отгона 50 % образца

A2.3 Прецизионность

A2.3.1 Прецизионность настоящего метода установлена при статистической обработке результатов межлабораторных исследований.

A2.3.1.1 Повторяемость r

Расхождение результатов последовательных испытаний, полученных одним и тем же оператором на одном и том же аппарате, в постоянных рабочих условиях, на идентичных испытуемых материалах при нормальном и правильном выполнении метода в течение длительного времени, может превышать приведенные ниже значения только в одном случае из 20:

Прямоугольные топлива
(не более 1 % об. олефинов)

0,2

Крекинговые бензины
(от 1% об. до 25 % об. олефинов)

0,6

A2.3.1.2 Воспроизводимость R

Расхождение двух единичных и независимых результатов испытаний, полученных разными операторами, работающими в разных лабораториях, на идентичном испытуемом материале при нормальном и правильном выполнении метода в течение длительного времени, может превышать приведенные ниже значения только в одном случае из 20:

Прямоугольные топлива
(не более 1 % об. олефинов)

0,4

Крекинговые бензины
(от 1% об. до 25 % об. олефинов)

3

A2.3.2 Смещение

Процедура определения содержания олефинов не имеет смещения, поскольку получаемое значение может быть определено только по настоящему методу испытаний.

Примечание А2.3 — В отчете RR: D02-1007 прецизионность настоящего метода испытаний отсутствует.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ASTM D 86	—	*
ASTM D 1193	—	*
ASTM D 1492	—	*
ASTM D 2710	—	*
ASTM D 5776	—	*

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного стандарта.

УДК 665.73/.75:543.632.572.2:543.554.4:006.354

МКС 75.080

Ключевые слова: нефтяные дистилляты, товарные алифатические олефины, бромное число, электрометрическое титрование

Редактор Е.И. Мосур
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Ю. Каболова*
Компьютерная верстка *Д.В. Караданоеской*

Сдано в набор 22.08.2019. Подписано в печать 17.09.2019. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,35.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru