
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
51424—
99
(ИСО 6866—85)

**КОРМА, КОМБИКОРМА,
КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ**

**Определение массовой доли свободного
и общего госсипола**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Временным творческим коллективом, образованным в рамках договора № М98 42 002 Е 4075 между АФНОР и ВНИЦСМВ с участием членов Технического комитета по стандартизации ТК 004 «Комбикорма, белково-витаминные добавки, премиксы»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 004 «Комбикорма, белково-витаминные добавки, премиксы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1999 г. № 579-ст

4 Настоящий стандарт, за исключением 2, 5.3, 6, представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 6866—85 «Корма для животных. Определение свободного и общего госспола»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2020 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© ИПК Издательство стандартов, 2000
© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Сущность метода	1
4 Реактивы	1
5 Средства контроля	2
6 Отбор проб	2
7 Проведение испытания	2
8 Обработка результатов	3
9 Оформление результатов измерений	4
Библиография	5

КОРМА, КОМБИКОРМА, КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ

Определение массовой доли свободного и общего госсипола

Feeds, mixed feeds and raw material. Determination of free and total gossypol mass fraction

Дата введения — 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли свободного и общего госсипола и химически связанных веществ в кормах для животных.

Метод распространяется на семена хлопчатника, муку из семян хлопчатника, хлопковый жмых и комбикорма, содержащие эти продукты.

Нижний предел обнаружения свободного госсипола — 20 мг/кг, общего госсипола — 50 мг/кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 13496.0 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб

ГОСТ Р 51419 (ИСО 6498—98) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Подготовка испытуемых проб¹⁾

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

3.1 Свободный госсипол экстрагируют в присутствии 3-аминопропан-1-ола или смесью 2-пропанола и гексана, общий госсипол — диметилформамидом. Используя анилин, госсипол переводят в госсипол-дианилин. Оптическую плотность полученного раствора измеряют при максимальном поглощении (между 435 и 445 нм).

4 Реактивы

Все реактивы должны быть квалификации х. ч. или ч. д. а. Вода должна быть дистиллированной.
4.1 2-Пропанол/п-гексан, смесь 60 + 40 по объему.

¹⁾ Действует ГОСТ ISO 6498—2014 «Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний».

4.2 Растворитель А

В мерную колбу вместимостью 1000 см³ помещают приблизительно 500 см³ смеси 2-пропанол/гексан, 2 см³ 3-аминопропан-1-ола, 8 см³ ледяной уксусной кислоты и 50 см³ дистиллированной воды. Объем раствора в колбе доводят до метки смесью 2-пропанол/гексана.

Реактив устойчив в течение одной недели.

4.3 Растворитель В

В мерную колбу вместимостью 100 см³ помещают 2 см³ 3-аминопропан-1-ола и 10 см³ ледяной уксусной кислоты. Раствор охлаждают до комнатной температуры и его объем доводят до метки N,N-диметилформамидом.

Реактив устойчив в течение одной недели.

4.4 Анилин

Если оптическая плотность, определенная в холостом опыте, превышает 0,022, анилин перегоняют над цинковой пылью, отбрасывая первые и последние 10 % дистиллята. Хранят в бутыли из темного стекла с притертой пробкой в холодильнике при температуре 0 °С — 4 °С.

Реактив устойчив в течение нескольких месяцев.

5 Средства контроля

Используют обычную лабораторную аппаратуру.

5.1 Барабанный смеситель со скоростью вращения приблизительно 35 об/мин или шейкер.

5.2 Спектрометр, обеспечивающий измерения при длинах волн 435—445 нм с кюветами толщиной просвечиваемого слоя 10 мм.

5.3 Мерные колбы вместимостью 25 и 50 см³ и допускаемой относительной погрешностью ± 0,2 %.

5.4 Конические колбы вместимостью 50, 100 и 250 см³.

6 Отбор проб

6.1 Отбор проб — по ГОСТ 13496.0.

7 Проведение испытания

7.1 Испытуемую пробу готовят к анализу по ГОСТ Р 51419.

7.2 Взятие навески

Масса навески зависит от предполагаемого содержания госсипола. При определении свободного госсипола в семенах хлопчатника, муке из семян хлопчатника и жмыже масса навески должна быть не более 1 г; для комбикормов она может быть до 5 г. При определении общего госсипола масса навески должна быть от 0,5 до 5 г.

П р и м е ч а н и е — Масса навески должна быть достаточной, чтобы во взятой для анализа части фильтрата масса свободного госсипола была в пределах, указанных в 7.3.1.2, и общего госсипола — в пределах, указанных в 7.3.2.4.

7.3 Определение

7.3.1 Определение свободного госсипола

7.3.1.1 Навеску помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, дно которой покрыто стеклянными шариками. С помощью пипетки добавляют 50 см³ растворителя А, колбу закрывают и перемешивают на барабанном смесителе в течение 1 ч. Затем фильтруют через фильтровальную бумагу в коническую колбу вместимостью 100 см³. В процессе фильтрования воронку накрывают часовым стеклом.

7.3.1.2 В каждую из двух мерных колб вместимостью 25 см³ (С и D) при помощи пипетки переносят раствор фильтрата, содержащий от 50 до 100 мкг госсипола. Объем фильтрата, если это требуется, доводят до 10 см³ растворителем А.

7.3.1.3 Объем раствора в колбе С доводят до метки смесью 2-пропанол/гексан и перемешивают. Этот раствор служит нулевым раствором, относительно которого проводят измерения испытуемого раствора.

7.3.1.4 В каждую из двух мерных колб вместимостью 25 см³ (Е и F) с помощью пипетки переносят по 10 см³ растворителя А.

7.3.1.5 Объем жидкости в колбе Е доводят до метки смесью 2-пропанол/гексан и перемешивают. Этот раствор в дальнейшем используют как нулевой раствор, относительно которого проводят измерения раствора холостого опыта.

7.3.1.6 В колбы D и F добавляют 2 см³ анилина. Нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 мин для развития окраски.

7.3.1.7 Охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора до метки смесью 2-пропанол/гексан, перемешивают и оставляют на 1 ч.

7.3.1.8 Измеряют оптическую плотность раствора холостого опыта (колба F) относительно нулевого раствора (колба Е) и оптическую плотность испытуемого раствора (колба D) относительно нулевого раствора (колба С) на спектрометре при длине волн максимальной абсорбции (между 435 и 445 нм).

7.3.1.9 Чтобы получить значения корректированной оптической плотности, из значения оптической плотности испытуемого раствора вычитают значение оптической плотности раствора холостого опыта.

7.3.2 Определение общего госсипола

7.3.2.1 Навеску пробы помещают в мерную колбу вместимостью 50 см³ и приливают 10 см³ растворителя В.

7.3.2.2 Помещают 10 см³ растворителя В во вторую мерную колбу вместимостью 50 см³.

7.3.2.3 Нагревают две колбы (7.3.2.1 и 7.3.2.2) в течение 30 мин на кипящей водяной бане. Охлаждают до комнатной температуры и доводят до метки смесью 2-пропанол/гексан. Перемешивают и оставляют на 10—15 мин, затем фильтруют в коническую колбу вместимостью 50 см³.

7.3.2.4 В каждую из двух черных колб вместимостью 25 см³ при помощи пипетки переносят по 2 см³ фильтрата, полученного при экстракции навески пробы, содержащего от 40 до 200 мкг госсипола и по 2 см³ фильтрата, полученного из второй колбы в каждую из двух других мерных колб вместимостью 25 см³.

Доводят до метки смесью 2-пропанол/гексан жидкость в одной из колб, содержащих фильтрат испытуемой пробы и одной из колб холостого опыта. Эти растворы служат нулевыми растворами.

7.3.2.5 Добавляют по 2 см³ анилина в оставшиеся две колбы, содержащие испытуемый раствор и раствор холостого опыта. Нагревают в течение 30 мин на кипящей водяной бане для развития окраски.

Охлаждают до комнатной температуры, доводят до метки смесью 2-пропанол/гексан, перемешивают и оставляют на 1 ч.

7.3.2.6 Измеряют оптическую плотность растворов по 7.3.1.8 и вычисляют корректированную оптическую плотность по 7.3.1.9.

7.4 Количество определений

При анализе каждой пробы выполняют два параллельных определения.

8 Обработка результатов

8.1 Массовую долю свободного или общего госсипола в испытуемой пробе Х, мг/кг, вычисляют по формуле

$$X = \frac{A \cdot 1250 \cdot 100}{a \cdot m \cdot V} = \frac{A \cdot 1,25}{a \cdot m \cdot V} \cdot 10^6,$$

где А — скорректированная оптическая плотность;

m — масса навески, г;

V — объем части фильтрата, взятый для анализа, см³;

a — коэффициент поглощения (для свободного госсипола — 62,5 и для общего госсипола — 60,0), см⁻¹ г⁻¹ дм³.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух параллельных определений, если выполняется норматив сходимости (см. 8.2).

8.2 Сходимость

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать:

- 15 % от среднеарифметического результата при массовой доле гессипола менее 500 мг/кг;
- 75 мг/кг при массовой доле гессипола не менее 500 и не более 750 мг/кг;
- 10 % от среднеарифметического результата при массовой доле гессипола более 750 мг/кг.

9 Оформление результатов измерений

9.1 В отчете об испытании должны быть указаны:

- используемый метод и полученный результат;
- все условия выполнения анализа, не установленные данным стандартом или рассматриваемые как необязательные, так же как любые обстоятельства, которые могли оказать влияние на результат анализа.

Отчет должен включать информацию, необходимую для полной идентификации пробы.

Библиография

- [1] ИСО 6497 Корма для животных. Методы отбора проб

УДК 636.085.3:006.354

ОКС 65.120

Ключевые слова: госсипол свободный и общий, хлопковый жмых, шрот, комбикорм, спектрометр, оптическая плотность

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Р. Араян*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 27.07.2020. Подписано в печать 24.11.2020. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,57.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru