

**МКС 65.120, 67.050, 67.120**

**Поправка к ГОСТ 33486—2015 Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания β-адреностимуляторов с помощью высокоеффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 5.1, первое перечисление	с наибольшим пределом взвешивания 210 г и ценой поверочного деления 0,1 мг;	с ценой поверочного деления не более 1,0 мг;
второе перечисление	- весы микроаналитические с наибольшим пределом взвешивания 52 г, с пределом абсолютной допускаемой погрешности не более $\pm 0,001$ мг;	—

(ИУС № 4 2020 г.)