

Изменение № 2 ГОСТ 9147—73 Посуда лабораторная фарфоровая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.12.78 № 3446 срок введения установлен

с 01.05.79

Пункт 2.14 дополнить словами:

«Для вставок для эксикаторов с государственным Знаком качества потеря массы в соляной кислоте не должна быть более 1,0 мг»;

(Продолжение см. стр. 164)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9147—73)

заменить ссылки: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77; ГОСТ 84—66 на ГОСТ 84—76; ГОСТ 4328—66 на ГОСТ 4328—77.

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—69 на ГОСТ 2991—76.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

(ИУС № 2 1979 г.)
