



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора

ФГУП «ВНИИМС»

Ф.В. Булыгин

19 » декабря 2016 г.

**МИ 3272-2010 ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые.  
Методика поверки на месте эксплуатации компакт-  
прувером в комплекте с турбинным преобразователем  
расхода и поточным преобразователем плотности**

**Изменение № 3**

**П. 8.3.1.6 (стр. 17).** Дополнить предупреждением следующего содержания:

**«Внимание! В формуле (4) диаметр калиброванного участка компакт-прувера (D) следует применять с коэффициентом (0,95 или 1,0), который применялся для вычисления(й) его вместимости при последней поверке.»**

**П. 8.3.2.5 (стр. 19).** Дополнить предупреждением следующего содержания:

**«Внимание! При определении вместимости  $V_{pp}^{кп}$  по формуле (7) следует руководствоваться предупреждением к п. 8.3.1.6.»**

---

ИСПОЛНИТЕЛИ:

от АО «Нефтеавтоматика»:

- главный метролог

А.М. Саттаров

от ОП ГНМЦ АО «Нефтеавтоматика»:

- директор

М.С. Немиров

- начальник отдела

М.В. Крайнов

- главный специалист  
по метрологии

Р.Ф. Магданов