

---

ГОСТ 9499—70 Холодильники стеклянные лабораторные

Изменение № 1

Наименование стандарта дополнено словами: «Технические условия»; «Technical specification».

По всему тексту стандарта заменены слова: «конусные шлифы» на «конусы»; «шлифы» на «конусы»; КШ на «Конус».

Пункт 1.2, Таблицы 1 и 3. Пример условного обозначения. Исключены слова: «без шлифов».

Пункт 1.2, Таблицы 2 и 4. Пример условного обозначения. Заменены слова: «шлифом керном» на «конусом керна».

Раздел 1 дополнен новым пунктом — 1.2а:

«1.2а. Кроме указанных в тексте и на чертежах конусов КШ холодильники допускается изготавливать с конусами КН по ГОСТ 8682—70».

Пункт 2.1. Заменены слова: «по технической документации, утвержденной» на «по рабочим чертежам, утвержденным».

Пункт 2.2. Заменены слова: «типов ХУ-1 и ТУ по ГОСТ 9111—59» на «групп ХС1, ХС2, ХС3 и ТС по ГОСТ 21400—75».

Пункт 2.3. Заменены слова: «типа ХУ-1» на «групп ХС1, ХС2 и ХС3»; «типа ТУ» на «группы ТС».

Пункт 2.8 исключен.

Пункты 3.1—3.4 изложены в новой редакции:

«3.1. Для проверки соответствия холодильников требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.

3.2. При приемо-сдаточных испытаниях должны проверять не менее 10% от партии, но не менее 5 шт. каждого типа холодильников на соответствие требованиям пп. 1.2, 2.1, 2.3—2.6.

Результаты испытаний выборки распространяют на всю партию.

Партией следует считать изделия, предъявленные к приемке по одному документу.

3.3. Периодические испытания должны проводить один раз в год на десяти холодильниках каждого типа на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному из показателей должны проводить повторные испытания удвоенного числа холодильников.

(Продолжение см. стр. 144)

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9499—70)*

Результаты повторных испытаний считают окончательными».

Пункт 3.8. Заменена ссылка: ГОСТ 7329—55 на ГОСТ 7329—74.

Пункт 4.1. Заменены слова: «тип стекла, из которого они изготовлены» на «группа стекла».

Пункты 4.2, 4.4—4.6 изложены в новой редакции:

«4.2. Холодильники должны быть завернуты в бумагу по ГОСТ 8273—75 и упакованы с мягкой прокладкой в деревянные ящики по ГОСТ 16586—71, ГОСТ 16511—70, ГОСТ 15841—70, ГОСТ 2991—76 и ГОСТ 5959—71.

При транспортировании в контейнере допускается другая тара, обеспечивающая сохранность холодильников.

4.4. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—71. На каждом ящике должны быть нанесены предупредительные знаки, соответствующие надписям: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое» и надпись: «Не бросать!».

4.5. В каждый ящик с холодильниками должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

наименования, типа и числа изделий;

даты выпуска;

обозначения настоящего стандарта.

4.6. Транспортирование и хранение холодильников — по группе условий хранения ОЖ2 ГОСТ 15150—69».

Срок введения изменения № 1 01.05.77.

(Пост. № 835 01.04.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1977 г.).