

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова»

**ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РАБОТ
ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В 2015 ГОДУ**

Методическое письмо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016 г.

ISSN 2415-8062

РД 52.04.793-2014 «Массовая концентрация хлорида водорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом»

Страница	№ пункта	Следует читать		
6	таблица 3	Добавлено		
		Наименование вспомогательного устройства	Обозначение документа	Характеристика вспомогательного устройства
		Пробирки П-4-15-14/23ХС	ГОСТ 253336-82	Вместимость – 10 см ³
7	таблица 5	Добавлено		
		Наименование реагента	Обозначение документа	Квалификация
11	10.1.5	(см. таблицу 6).		
17	11.1	Через 10 мин сорбционную трубку удаляют, вытесняя грушей остатки раствора в пробирку, и измеряют оптическую плотность раствора относительно дистиллированной воды по 10.2.3.		

Страница	№ пункта	Следует читать
18	12.2	$C = \frac{m \cdot K^*}{V_o}, \text{ мг/м}^3 \quad (5)$
21	14.2.1	Измерения оптической плотности растворов проводят согласно 10.2.3.
22	14.3	14.3 Оперативный контроль повторяемости результатов измерений оптической плотности растворов
22	14.3.1	При контроле в две пробирки отбирают по 5 см ³ этого раствора, анализируют по 10.2.3. Далее измеряют оптическую плотность растворов по 10.2.3.
23	14.5.2	Γ_2 – нормативы контроля повторяемости результатов измерений при анализе проб, отобранных из газовой фазы, при $P = 0,95$ эти нормативы составляют 20 % (см. приложение Б).
31	таблица Б.1 операция 1, колонка 2	п.10.2.5
31	таблица Б.1 операция 2, колонка 2	п.10.2.7

Страница	№ пункта	Следует читать
31	таблица Б.1 операция 3, колонка 2	п.14.2.2
31	таблица Б.1 операция 2, колонка 3	Вычисляют по формуле (3) $\frac{m_i^* - m_i}{m_i} 100 \leq \delta^*$
31	таблица Б.1 операция 3, колонка 3	Вычисляют по формуле (3) $\frac{m_i^* - m_i}{m_i} 100 \leq \delta^*$
32	таблица Б.1 операция 6, колонка 2	п.14.5.2
32	таблица Б.1 операция 6, колонка 4	для ($P = 0,95$) $r_{2\text{ HCl}} = 20\%$
32	таблица Б.1 операция 7, колонка 2	п.10.4.2