

**Поправка к ГОСТ 33486—2015 Продукты пищевые, комбикорма, объекты биологические животного происхождения. Метод определения содержания  $\beta$ -адреностимуляторов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- температура окружающего воздуха . . . от 20 °C до 30 °C;</li> <li>- напряжение в питающей электросети . . . от 200 до 240 В;</li> <li>- частота переменного тока . . . от 49 до 51 Гц;</li> <li>- относительная влажность воздуха . . . от 40 % до 80 %.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- температура окружающего воздуха . . . от 15 °C до 30 °C;</li> <li>—</li> <li>—</li> <li>- относительная влажность воздуха . . . от 20 % до 80 %.</li> </ul>

(ИУС № 7 2017 г.)