

Поправка к ГОСТ 30570—2015 (ISO 10315:2013) Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Подраздел 4.7. Второй абзац	Хранить градуировочные растворы следует в стеклянных колбах с пробками не более 24 ч в темном месте при температуре от 0 °С до 4 °С.	Хранить градуировочные растворы следует в темном месте при температуре от 0 °С до 4 °С.

(ИУС № 12 2016 г.)