
Изменение № 2 ГОСТ 8682—70 Конусы взаимозаменяемые посуды и аппаратуры лабораторной стеклянной. Основные размеры и методы испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.12.79
№ 4983 срок введения установлен

с 01.01.80

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ РС 1356—68 и международному стандарту ИСО 388—76».

(Продолжение см. стр. 196)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8682--70)

Пункты 1.7, 2.5 после значения 380 мм рт. ст. дополнить значением: (50,54 кПа).

Пункт 2.5 после значения 10 мм рт. ст. дополнить значением (1,33 кПа).

(ИУС № 2 1980 г.)