

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РАСХОДОМЕТРИИ (ФГУП ВНИИР)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

" УТВЕРЖДАЮ "

Заместитель директора

ФГУП ВНИИР по научной работе

миров



ИЗМЕНЕНИЕ № 2 к МИ 2403 – 97. ГСИ. ГСИ. Преобразователи  
плотности поточные. Методика поверки на месте эксплуатации.

Дата введения 1 июня 2006 г.

П 2.1.1 методики изложить в следующей редакции:

«П 2.1.1 Автоматический плотномер-рабочий эталон (РЭ) плотности 1-го  
разряда по ГОСТ 8.024 с диапазоном измерений от 600 до 1000 кг/м<sup>3</sup> и  
пределами абсолютной погрешности  $\pm 0.1$  кг/м<sup>3</sup>, оснащенный цифровым  
термометром с диапазоном измерений от 0 до 50 °С и пределами абсолютной  
погрешности  $\pm 0.1$  °С (например, типа МДП, МДЛ-1);».