

Изменение № 1 ГОСТ 24619—81 Весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Пределы взвешивания. Метрологические параметры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.88 № 2365

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1.1. Последний абзац после значения 6×10^6 дополнить значением: 7×10^6 .

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1.4: «1.1.4. Наибольший предел производительности — по ГОСТ 27424—87».

Пункт 1.2.2. Заменить слова: «25 % НПП» на «до 25 % НПП. Диапазон регулирования производительности устанавливают 1:4; 1:10».

(ИУС № 11 1988 г.)