


УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по научной работе
ГНМЦ ВНИИР
Немиров М.С.

м.п. « 31 » _____ 2007 г.

Дата введения _____ 2007 г.



МИ 2366-2005 Рекомендация. ГСИ. Влагеры нефти типа УДВН. Методика поверки

Изменение № 1

Пункт. 7.3.3 Первый абзац изложить в следующей редакции:

«Проведение поверки по приведенному ниже способу возможно при условии, что изменение от минимального до максимального значения влагосодержания в течение не менее 1 года на конкретном объекте эксплуатации, где установлен поверяемый влагомер, составит не более, чем 0,5 % об. доли воды, и при объемном расходе нефти, проходящей через влагомер не менее 3 м³/час. В качестве информации о влагосодержании нефти на конкретном объекте эксплуатации, используют результаты лабораторных анализов по пробам нефти.»

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Зам. начальника НИО-9 ГНМЦ ВНИИР

Инженер НИО-9 ГНМЦ ВНИИР

Силкина Т.Г.

Ибрагимов Р.Р.