

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения  
единства измерений

Глубиномеры микрометрические. Методика  
поверки.

МИ 2018-89

Изменения № I

Глубиномеры микрометрические. Методика поверки.

Дата введения 01.08.93г.

Вводная часть. Дополнить после числа "0,01" числом "и 0,001".

Пункт 4.2.1. Дополнить абзацем:

"Выполнение функций, характеризующих степень автоматизации глубиномеров с цифровым устройством, определяют в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Функции должны соответствовать требованиям ГОСТ 7470.

Таблица 1. Графа "Наименование операции". Пункт 4.3.10. Исключить слово "основной", дополнить словом "глубиномеров".

Графа "Наименование образцового средства..."

Пункты 4.3.4 и 4.3.5 Заменить ссылку "НТД на ТУЗ-3-2123";

Пункт 4.3.10. Заменить "5-го" на "4-го".

Пункт 4.3.10. Первый и пятый абзацы. Исключить слово "Основная".

Шестой абзац. Заменить слово "удаляют" на "зачеркивают".

Пункт 5.2. Исключить аббревиатуру "СССР"

Информационные данные.

Заменить ссылки: ГОСТ 7470-78 на ГОСТ 7470-92 ;

ГОСТ 12.2.003-74 на ГОСТ 12.2.003-91;

ГОСТ 8026-75 на ГОСТ 8026-92.

Дополнить ссылкой ТУЗ-3.2123-88 в п.1.1.

Ссылки дополнить указанием года утверждения документа:

ТУ2.034.4-83; ТУ2.034.225-87; МИ1604-87