

**Изменение № 7 ГОСТ 25377—82 Иглы инъекционные многократного применения.
Технические условия**

Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии
и сертификации (протокол заседания № 3—93 от 17.02.93)

Дата введения 01.10.93

Пункт 1.4. Таблица 2. Графа «L. Пред. откл.» Для иглы 0,6×25 заменить
значение: $\pm 1,0$ на $\begin{matrix} +3,5 \\ -1,0 \end{matrix}$.

Пункт 1.7. Таблица 4. Примечание. Заменить дату: 01.01.91 на 01.07.94.
(ИУС № 10 1993 г.)